

PASIŪLYMAS

LABORATORINĖ MAMATVIMO ĮRANGA

2018 m. _10_ mėn. _10_ d.

Tiekėjo pavadinimas	UAB „T OPTIMUS“
Tiekėjo adresas	Šv. Gertrūdos 22A-6, LT 44260 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Alma Petruškevičienė
Telefono numeris	+370 656 30779
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@toptimus.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, bei kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Vieneto kaina su PVM, Eur	Bendra kaina su PVM, Eur
1.	Miltelių tirpumo indekso nustatymo įranga	Vnt.	1	2 035,00	2 462,35	2 462,35
2.	Įrenginys miltų tankio matavimui	Vnt.	1	2 700,00	3 267,00	3 267,00
3.	pH metras	Vnt.	1	379,34	459,00	459,00
Viso eurai						5 114,34
PVM (21%) eurai						1 074,01
Viso su PVM eurai						6 188,35

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – Šeši tūkstančiai aštuoniasdešimt
_____ 6188.35 _____ Eur. aštuoni €, 35 ct

sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____ 1 074.01 _____ Eur. Į šią

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	1 ir 2 priedai	4
-	-	-
-	-	-

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali* /perkančioji organizacija informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Pastabos (Dokumento puslapių skaičius)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina, arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9d., **laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).**

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Alma Petruškevičienė

(Vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė ALMA
PETRUSKEVIČIENĖ
Data: 2018-10-10 11:49:44

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LABORATORINĖ MAMATVIMO ĮRANGA

Miltelių tirpumo indekso nustatymo įranga,		Kiekis: 1 vnt.
Firma gamintoja: Funke Gerber		
Modelis: SOLUBILITY INDEX MIXER		
Specifikacija:		
<i>Charakteristika, Reikalaujama parametro reikšmė</i>		<i>Tiekėjo siūloma parametro reikšmė</i>
Prietaisas susideda iš miltelių autoklavuojamos talpos iki 500 ml, , keičiamo maišiklio, laikmačio.		Prietaisas susideda iš miltelių autoklavuojamos talpos 500 ml, , keičiamo maišiklio, laikmačio.
Laikmatis – būtinas.		Laikmatis – yra.
Laiko nustatymo diapazonas nustatomas pasirinktinai ne mažiau 0-60 s.		Laiko nustatymo diapazonas nustatomas pasirinktinai 0-90 s.
Bandinio paruošimas – vadovaujantis ADPI arba DLG standartų reikalavimais arba lygiaverčiais standartais.		Bandinio paruošimas – vadovaujantis ADPI arba DLG standartų reikalavimais.
Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.		Suteikiama 24 mėnesių garantija.

Įrenginys miltų tankio matavimui		Kiekis: 1 vnt.
Firma gamintoja: ARGOLAB		
Modelis: SKI-4		
Specifikacija:		
<i>Charakteristika, Reikalaujama parametro reikšmė</i>		<i>Tiekėjo siūloma parametro reikšmė</i>
Termostatuojamos aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip $KT + 5^{\circ}C - 60^{\circ}C$.		Termostatuojamos aplinkos temperatūra $KT + 5^{\circ}C - 60^{\circ}C$.
Temperatūros homogeniškumas prie $37^{\circ}C$, temperatūros paklaida ne didesnė kaip $\pm 0,5^{\circ}C$.		Temperatūros homogeniškumas prie $37^{\circ}C$, $\pm 0,5^{\circ}C$.
Laiko nustatymo intervalas ne mažesnis kaip 99 val. 59 min., nepertraukiamo laiko funkcija.		Laiko nustatymo intervalas 99 val. 59 min., yra nepertraukiamo laiko funkcija.
Purtymo greitis – reguliuojamas ne mažesniame diapazone kaip 40 - 300 rpm.		Purtymo greitis – reguliuojamas 40 - 300 rpm.
Purtymo amplitudė – ne mažiau 20 mm.		Purtymo amplitudė 20 mm.
Termo apgaubas su durelėmis.		Termo apgaubas su pakeliamomis į viršų durelėmis.
Skystų kristalų ekranas.		Skystų kristalų ekranas.
Mėginių platformos išmatavimai ne didesni kaip: ilgis 350 $\pm$ 10 mm, plotis - 350 $\pm$ 10 mm.		Mėginių platformos išmatavimai ilgis 320 mm, plotis - 320 mm.
6 vnt. po 250 ml matavimo cilindų, atitinkančių Europos farmakopėjos 2,9.34 skyriaus reikalavimus.		Pateiksime 6 vnt. po 250 ml matavimo cilindų, atitinkančių Europos farmakopėjos 2,9.34 skyriaus reikalavimus.
Galia ne daugiau 800 W.		Galia 500 W.
Įrangos elektros matavimas turi būti pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kištukai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms.		Įrangos elektros matavimas yra pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kištukai tinka Lietuvoje naudojamoms rozetėms.
Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.		Suteikiama 24 mėnesių garantija.

pH metras	
Firma gamintoja:HYDROCAL	Kiekis: 1 vnt.
Modelis:pH 5 food tester (spear)	
Specifikacija:	
<i>Charakteristika, Reikalaujama parametro reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma parametro reikšmė</i>
Skystųjų kristalų ekranas.	Skystųjų kristalų ekranas.
Korpusas - vandeniui bei dulkėms atsparus.	Korpusas - vandeniui bei dulkėms atsparus.
Ispėjimo signalai apie elementų būklę.	Ispėjimo signalai apie elementų būklę yra.
Keičiamas smeigiamas elektrodas (aštrus elektrodo galiukas), skirtas maisto produktų tyrimui.	Keičiamas smeigiamas elektrodas (aštrus elektrodo galiukas), skirtas maisto produktų tyrimui.
pH matavimo diapazonas ne mažesnis kaip 2-16.	pH matavimo diapazonas -2-16.
Buferių atpažinimo funkcija – ne mažiau 5, automatinio kalibravimo funkcija – ne mažiau kaip iš 3 pasirenkamu buferių.	Buferių atpažinimo funkcija – yra 5, automatinio kalibravimo funkcija – iš 3 pasirenkamu buferių.
pH matavimo padala ne mažiau 0,01.	pH matavimo padala 0,01.
Temperatūros kompensavimo diapazonas ne mažesni kaip 0-50 °C.	Temperatūros kompensavimo diapazonas 0-50 °C.
Temperatūros matavimo paklaida ne daugiau kaip +/-0,2 °C, komplektuojami ne mažiau kaip 3 pH buferiai: 4,01, 7,00, 10,01 po 500 ml.	Temperatūros matavimo paklaida +/-0,2 °C, komplektuojami su 3 pH buferiais: 4,01, 7,00, 10,01 po 500 ml.
Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Suteikiama 24 mėnesių garantija.