

PASIŪLYMAS

MAISTO TECHNOLOGIJŲ ĮRANGA

2018 m. _10_ mėn. _10_ d.

Tiekėjo pavadinimas	UAB „T OPTIMUS“
Tiekėjo adresas	Šv. Gertrūdos 22A-6, LT4420 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Alma Petruškevičienė
Telefono numeris	+370 656 30779
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@toptimus.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, bei kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Vieneto kaina su PVM, Eur	Bendra kaina su PVM, Eur
1.	Universalus sijotuvai	Vnt.	1	2409,00	2 914,89	2 914,89
2.	Dispergatorius	Vnt.	1	3 550,00	4 295,50	4 295,50
3.	Magnetinė maišyklė	Vnt.	1	574,00	694,54	694,54
Viso eurai						6 533,00
PVM (21%) eurai						1 371,93
Viso su PVM eurai						7 904,93

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 7 904,93 Eur. Septyni tūkstančiai devyni šimtai keturi €, 93 ct

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1 371,93 Eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	1 ir 2 priedai	4
-	-	-
-	-	-

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali* /perkančioji organizacija informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Pastabos (Dokumento puslapių skaičius)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina, arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9d., **laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).**

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Alma Petruškevičienė

(Vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė ALMA PETRUSKEVIČIENĖ
Data: 2018-10-10 11:50:24

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAISTO TECHNOLOGIJŲ ĮRANGA

Universalus sijotuvus (sietų kratytuvas) sietų komplektu skirtu sausam miltelių sijojimui (Frakcijų atskyrimui)		Kiekis: 1 vnt.
Firma gamintoja: ENDECOTTS		
Modelis: Minor 200		
Specifikacija:		
<i>Charakteristika, Reikalaujama parametro reikšmė</i>		<i>Tiekėjo siūloma parametro reikšmė</i>
Sijojimo tipas – fiksuotas elektromagnetinis judesys.	– fiksuotas elektromagnetinis judesys.	
Sijojimo amplitudė – fiksuota 1,6 mm.	Sijojimo amplitudė – fiksuota 1,6 mm.	
Sauso mėginio dalelių dydis 40 µm - 125 mm ribose	Sauso mėginio dalelių dydis 20 µm - 125 mm ribose (siūlome geresnę)	
Reguliuojamas parametras – laikas.	Reguliuojamas parametras – laikas.	
Sijojimo laiko minimalus intervalas ne mažesnis kaip 1-60 min.	Sijojimo laiko minimalus intervalas 0-60 min.	
Maksimali sietų komplekto apkrovos masė - ne daugiau 3 kg.	3 kg.	
Naudojamų sietų matmenys (skersmuo x aukštis) - 200 x 50 mm.	Naudojamų sietų matmenys (skersmuo x aukštis) - 200 x 50 mm.	
Maksimalus sietų kolonos kiekis - ne mažiau 16 vnt. + dugnas.	Maksimalus sietų kolonos kiekis - 16 vnt. + dugnas.	
Įrangos elektros matavimas turi būti pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms.	Įrangos elektros matavimas yra pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai atitinka Lietuvoje naudojamoms rozetėms.	
Apsaugos klasė - ne žemesnė kaip IP 20.	IP 20.	
Sijojimo įrenginio svoris - ne mažesnis kaip 15 kg.	Sijojimo įrenginio svoris - 16 kg.	
Komplektacija: Universalus sietų kratytuvas; Greitas diržų arba spyruoklinis sietų tvirtinimo mechanizmas, Sausam sijojimui turi būti viršutinis sietų dangtis ir apatinis nerūdijančio plieno surinkimo indas (skersmuo x aukštis) 200 x 50 mm. 4 nerūdijančio plieno pintų arba kitokių akučių sietai (skersmuo x aukštis) 200 x 50 mm komplektas: 100 µm; 250 µm; 400 µm; 550 µm – viso 4 vnt	Komplektacija: Universalus sietų kratytuvas – 1 vnt; Greitas diržų sietų tvirtinimo mechanizmas, Sausam sijojimui yra viršutinis sietų dangtis ir apatinis nerūdijančio plieno surinkimo indas (skersmuo x aukštis) 200 x 50 mm. 4 nerūdijančio plieno pintų arba kitokių akučių sietai (skersmuo x aukštis) 200 x 50 mm komplektas: 100 µm; 250 µm; 400 µm; 550 µm – viso 4 vnt	
Suteikiama ne trumpesnė, nei 24 mėnesių garantija.	Suteikiama 24 mėnesių garantija.	

Dispergatorius		Kiekis: 1 vnt.
Firma gamintoja: RETSCH		
Modelis: GM-200		
Specifikacija:		
<i>Charakteristika, Reikalaujama parametro reikšmė</i>		<i>Tiekėjo siūloma parametro reikšmė</i>
Tipas - peilinis darbinis kūnas.	Tipas - peilinis darbinis kūnas.	

Standartinis mėginio dalelių dydis – iki 50 mm.	Standartinis mėginio dalelių dydis – mažiau 40 mm.
Mėginio tūris - ne didesnis 800 ml.	Mėginio tūris - 700 ml.
Pasiekiamas minimalus disperguotų dalelių dydis - ne didesnis negu 300 μm.	Pasiekiamas minimalus disperguotų dalelių dydis – mažiau arba lygus 300 μm.
Greitis turi būti reguliuojamas nuo 3000 aps/min. iki 9000 aps/min. arba didesniame diapazone.	Greitis yra reguliuojamas nuo 2000 aps/min. iki 10000 aps/min.
Reguliuojamas laiko diapazonas ne mažesnis kaip 1 s - 3 min.	Reguliuojamas laiko diapazonas 1 s - 3 min.
Darbiniai kūnai - iš plieno.	Darbiniai kūnai - iš plieno.
Dispergavimo talpyklos medžiaga - korpusas pageidaujama skaidraus plastiko.	Dispergavimo talpyklos medžiaga - korpusas skaidraus plastiko.
Galia – iki 1000 W.	Galia –1000 W.
Įrangos elektros matavimas turi būti pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kištukai turi tikt Lietuvoje naudojamoms rozetėms.	Įrangos elektros yra pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kištukai tinka Lietuvoje naudojamoms rozetėms.
Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Suteikiama 24 mėnesių garantija.

Magnetinė maišyklė		Kiekis: 1 vnt.
Firma gamintoja: ARGOLAB		
Modelis:MD-3		
Specifikacija:		
<i>Charakteristika, Reikalaujama parametro reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma parametro reikšmė</i>	
Maksimalus maišymo kiekis – 10 l.	– 10 l.	
Maišymo platforma šildoma. Stiklokeraminė.	Maišymo platforma šildoma. Stiklokeraminė.	
Greičio nustatymo diapazonas ne mažesnis kaip 0 - 1500 aps./min.	Greičio nustatymo diapazonas 0 - 1500 aps./min.	
Maišyklės kaitinimo temperatūra ne žemesnė kaip KT+5 °C - 550 °C.	Maišyklės kaitinimo temperatūra KT+5 °C - 550 °C.	
Temperatūros paklaida ne didesnė kaip +/-1 °C.	Temperatūros paklaida +/-1 °C.	
Stiklokeraminės platformos išmatavimai – ne didesni kaip (plotis, ilgis, aukštis) 220x380x115 mm.	Stiklokeraminės platformos išmatavimai – 215x360x112 mm.	
Skystų kristalų monitorius.	Skystų kristalų monitorius yra.	
Komplektuojama su stovu ir ne žemesniu kaip PT 1000 klasės termometru.	Komplektuojama su stovu ir PT 1000 klasės termometru.	
Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 42.	Apsaugos klasė IP 42.	
Galia - iki 1200 W.	Galia - 1030 W.	
Galimybė naudoti apvaliadugnes kolbas.	Galimybė naudoti apvaliadugnes kolbas - yra.	
Įrangos elektros matavimas turi būti pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kištukai turi tikt Lietuvoje naudojamoms rozetėms.	Įrangos elektros matavimas yra pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kištukai atitinka Lietuvoje naudojamoms rozetėms.	
Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Suteikiama 24 mėnesių garantija.	