

SUTARTIS NR. SUT-18-2590

Kaunas,

## DĖL KARDIOCHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINIO PIRKIMO

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir uždarnosios akcinės bendrovės „Skirgesa“ (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujamos direktoriaus Skirmanto Akelio.

**1. Sutarties turinys:**

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs 2018-08-02 viešai skelbtą atvirą konkursą dėl įrangos hibridinei operacinei pirkimo, pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametrų specifikaciją, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis:

| Pirk. dal. Nr.                        | Prekių pavadinimas                     | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Orientacinis kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Bendra kaina, EUR (su PVM) |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 6.                                    | Kardiochirurginių instrumentų rinkinys |                                                            | 1                   | vnt.      | 44945,00                    | 54383,45                    | 54383,45                   |
| Bendra preliminarinė suma EUR su PVM: |                                        |                                                            |                     |           |                             |                             | 54383,45                   |

1.2. Bendra preliminarinė sutarties suma **54.383,45 Eur** (penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 45 ct), įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdant sutartį suteikto prekių kiekio.

1.3. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

$A$  - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$PR_N$  - naujas prekės įkainis su PVM;

$Q$  - nepristatytų prekių kiekis;

$P$  - prekės įkainis be PVM;

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisyklės perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio.

1.7. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.8. Jei dėl nuo **Pardavėjo** nepriklausančių aplinkybių **Pardavėjas** negali pristatyti nurodyto modelio prekės, nes šių prekių gamyba yra nutraukta, abiem sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, **Pardavėjas** gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus, bus ne prastesnių techninių parametrų nei pasiūlymo metu nurodyta prekė

(vertinant pagal pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus), ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

1.9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, ir tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai.

## **2. Prekių pristatymas:**

2.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu.

2.2. Pirkėjas, pagal poreikius, prekes gali užsakyti dalimis.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 4 sav. nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.5. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia naudojimo instrukciją lietuvių kalba, serviso dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba.

## **3. Prekių kokybė:**

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas konkurso dokumentuose numatytus sertifikatus.

3.2. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atsakingas darbuotojas prekių gavimo (išskrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas **Pardavėjo** pateiktame perdavimo-priėmimo akte arba kitame prekių pristatymą patvirtinančiame dokumente bei savo parašą patvirtina spaudu.

3.3. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija.

3.4. Komisijai nustačius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per vieną mėnesį turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

3.5. **Pardavėjas** parduotai įrangai suteikia ne mažiau kaip 36 (žr. Priedą Nr.1) mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo prekių pristatymo bei „Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo ir garantinio laikotarpio metu garantuoja nemokamą prekių remontą. Laikotarpis tarp pranešimo apie gedimą ir jo pašalinimo į garantinį laikotarpį neįskaitomas.

3.6. **Pardavėjas** garantuoja nemokamą prekių pristatymą, instaliavimą, išbandymą, personalo apmokymą bei privalomą parduodamų prekių garantinį servisą (jeigu toks numatytas serviso instrukcijoje), jį atlieka dalyvaujant **Pirkėjo** atsakingiems darbuotojams. **Pardavėjo** garantuojamas nemokamas prekių instaliavimas, personalo apmokymas ir kt. priimami pasirašant perdavimo-priėmimo aktą ar kitą patvirtinantį dokumentą.

3.7. **Pardavėjas** įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po pranešimo apie parduotų prekių gedimą atsiųsti specialistą trūkumams pašalinti.

3.8. **Pardavėjas** įsipareigoja po prekių instaliavimo ir garantinio laikotarpio pabaigoje patikrinti parduotų prekių veikimo parametrų atitikimą nurodytiems techninėje dokumentacijoje, patikrą atlieka dalyvaujant **Pirkėjo** atsakingiems darbuotojams.

## **4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:**

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo mokesčiniu pavedimu per banką pagal per „E. sąskaita“ sistemą pateiktas sąskaitas – faktūras (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [<https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita>]).

## **5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:**

5.1. Atsisakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. **Pirkėjo** pageidavimu **pardavėjas** per 10 darbo dienų nuo prekių pristatymo įsipareigoja nemokamai apmokėti darbo ir darbų saugos taisyklių **Pirkėjo** inžinerinio ir medicinos personalo atstovus.

5.3. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 10 darbo dienų pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.4. **Pardavėjas** laiku nepateikęs prekių, moka **Pirkėjui** 0,06 % prekių vertės netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.5. Jeigu **Pardavėjo** kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, **Pardavėjas Pirkėjui** įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

#### **6. Subtiekejai, jų keitimo tvarka:**

6.1. **Pardavėjas** Sutarties vykdymo metu turi teisę pakeisti subtiekėją kitu kai:

6.1.1. Subtiekęs netinkamai vykdo savo įsipareigojimą Tiekėjui;

6.1.2. Subtiekęs yra bankrutuojantis;

6.1.3. Subtiekęs yra restruktūrizuojamas;

6.1.4. Subtiekėjui vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka;

6.1.5. Subtiekėjui inicijuota priverstinė likvidavimo procedūra;

6.1.6. Subtiekėjui yra inicijuotos 6.1.2 – 6.1.5 punktuose analogiškos procedūros;

6.2. **Pardavėjas** gali pakeisti subtiekėjus tik gavęs išankstinį **Pirkėjo** sutikimą dėl kito siūlomo subtiekėjo. Apie ketinimą keisti subtiekėją **Pardavėjas** privalo įspėti **Pirkėją** iš anksto raštu ir nurodyti priežastis, dėl kurių **Pardavėjas** ketina keisti subtiekėją, nurodyti būsimus subtiekėjus ir jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma). **Pirkėjas** ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalo pranešti **Pardavėjui** apie savo sprendimą, jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.3. Subtiekėjų keitimas visada įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris nuo įsigaliojimo momento tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

#### **7. Ginčų sprendimo tvarka:**

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

#### **8. Sutarties galiojimas ir nutraukimas:**

8.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėn.

8.2. **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pardavėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.2.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

8.2.2. paaiškėjo, kad **Pardavėjas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

8.2.3. paaiškėjo, kad su **Pardavėju** neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

8.2.4. **Pardavėjas** nevykdo įsipareigojimų, numatytų pagal Sutartį, nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ar yra kitokio pobūdžio **Pardavėjo** veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui.

8.3. **Pardavėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pirkėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.3.1. ne dėl **Pardavėjo** kaltės **Pirkėjas** vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

8.3.2. **Pirkėjas** nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

8.4. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu šalių susitarimu prieš laiką bet kuriuo metu.

8.5. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios Sutarties nutraukimo.

8.6 Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.7. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės

valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.7.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.7.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

8.8. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

#### 9. Atsakingi asmenys:

9.1. Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą:

|                            | Pardavėjo atstovas            | Pirkėjo atstovas                       |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Vardas, pavardė            | Skirmantas Akelis             | Algirdas Česnavičius                   |
| Pareigos                   | Direktorius                   | Medicininės technikos tarnybos vadovas |
| Adresas                    | Energetikų g. 8, 52461 Kaunas | Eivenių g. 2, 50161 Kaunas             |
| Telefonas                  | (8 37) 45 7746                | (8 37) 32 6418                         |
| Faksas                     | (8 37) 45 8161                | (8 37) 32 6427                         |
| Elektroninio pašto adresas | info@skirgesa.lt              | algirdas.cesnavicius@kaunoklinikos.lt  |

9.2. Pirkėjo asmuo atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistė Lina Laurinaitienė.

#### 10. Sutarties priedai:

10.1. Techninė specifikacija „Chirurginių instrumentų rinkinio techninė specifikacija“ (1 priedas).

#### Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

##### Pardavėjo

UAB „Skirgesa“

Energetikų g. 8, 52461 Kaunas  
Juridinio asmens kodas 234449420  
PVM mokėt.kodas LT344494219  
A.s. LT41 7300 0100 7979 6368  
Banko kodas 73000  
AB Swedbank

Direktorius  
Skirmantas Akelis

2018 m.

Apelio d.



##### Pirkėjo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  
ligoninė Kauno klinikos  
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas  
Juridinio asmens kodas 135163499  
PVM mokėt.kodas LT351634917  
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371  
Banko kodas 40100  
Luminor bankas

Generalinis direktorius  
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2018 m.

Apelio d.



**Chirurginių instrumentų rinkinio techninė specifikacija**

**Kardiochirurginių instrumentų rinkinys – 1 vnt.**

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas      | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                                                                                                                                                | Kiekis, vnt. | Siūlomoms techninėms charakteristikoms                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 04-1098                                                                                | Skalpelio galvutės nuėmėjas. | Žnyplių tipo, 14,0 cm $\pm$ 2 mm ilgio, be užrakto, suspaustos darbinės dalys sudaro kiaurą stačiakampio formos angą saugiam skalpelio galvutės nuėmimui nuo kotelio.                                                               | 10           | Žnyplių tipo, 14,0 cm ilgio, be užrakto, suspaustos darbinės dalys sudaro kiaurą stačiakampio formos angą saugiam skalpelio galvutės nuėmimui nuo kotelio                                          |
| 2.       | 05-2003-SCC                                                                            | Žirklys                      | Lenktos, dengtos keramika arba lygiaverte danga 18,0 cm $\pm$ 2 mm ilgio, su homogeniškai įlydytais volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). Vienas ašmuo skustuvo tipo, viršutinis ašmuo su mikro seracija. | 3            | Lenktos, dengtos keramika 18,0 cm ilgio, su homogeniškai įlydytais volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). Vienas ašmuo skustuvo tipo, viršutinis ašmuo su mikro seracija. |
| 3.       | 30-0212                                                                                | Žirklys koronarinės, 45°     | Hegemann-Dietrich tipo (arba lygiavertės), 18,0 cm $\pm$ 3 mm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis 15 $\pm$ 1 mm ilgio, lenkta 45° kampu                                                                                         | 2            | Hegemann-Dietrich tipo, 18,0 cm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis 15 mm ilgio, lenkta 45° kampu                                                                                              |
| 4.       | 30-0213                                                                                | Žirklys koronarinės, 60°     | Hegemann-Dietrich tipo (arba lygiavertės), 17,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis 15 $\pm$ 1 mm                                                                                                                 | 2            | Hegemann-Dietrich                                                                                                                                                                                  |

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį</b> | <b>Instrumento pavadinimas</b> | <b>Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)</b>                                                                                        | <b>Kiekis, vnt.</b> | <b>Siūlomos techninės charakteristikos</b>                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                               |                                | ilgio, lenkta 60° kampu                                                                                                                            |                     | tipo, 17,5 cm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis 15mm ilgio, lenkta 60° kampu                                  |
| 5.              | 30-0205                                                                                       | Žirklys koronarinės, 45°       | POTTS-SMITH tipo (arba lygiavertės), 18,5 cm ±3 mm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta 45° kampu                                        | 2                   | POTTS-SMITH tipo, 18,5 cm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta 45° kampu                                  |
| 6.              | 30-0210                                                                                       | Žirklys koronarinės, 60°       | POTTS-SMITH tipo (arba lygiavertės), 18 cm ±3 mm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta 60° kampu                                          | 2                   | POTTS-SMITH tipo, 18 cm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta 60° kampu                                    |
| 7.              | 30-0216                                                                                       | Žirklys koronarinės, 125°      | Hegemann-Dietrich tipo (arba lygiavertės), 17 cm ±3 mm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis 15±1 mm ilgio, lenkta 125° kampu                    | 2                   | Hegemann-Dietrich tipo, 17 cm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis 15 mm ilgio, lenkta 125° kampu                |
| 8.              | 25-0366-C                                                                                     | Žirklys koronarinės, 45°       | Mikro koronarinės, dengtos keramika arba lygiaverte danga, 18 cm ±3 mm ilgio, plunksninės rankenos, darbinė dalis 10 ±1 mm ilgio, lenkta 45° kampu | 2                   | Mikro koronarinės, dengtos keramika, 18 cm ilgio, plunksninės rankenos, darbinė dalis 10 mm ilgio, lenkta 45° kampu |
| 9.              | 25-0369-C                                                                                     | Žirklys koronarinės, 125°      | Mikro koronarinės, dengtos keramika arba lygiaverte danga, 18 cm ±3 mm ilgio, plunksninės rankenos, darbinė dalis 10 ±1 mm ilgio, lenkta 125°      | 2                   | Mikro koronarinės, dengtos keramika, 18 cm ilgio,                                                                   |

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį</b> | <b>Instrumento pavadinimas</b> | <b>Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)</b>                                               | <b>Kiekis, vnt.</b> | <b>Siūlomos techninės charakteristikos</b>                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                               |                                | kampu                                                                                                     |                     | plunksninės rankenos, darbinė dalis 10 mm ilgio, lenkta 125° kampu                     |
| 10.             | 05-0082                                                                                       | Žirklys koronarinės            | Mikro koronarinės, 18 cm $\pm$ 3 mm ilgio, plunksninės rankenos, darbinė dalis 14 $\pm$ 1 mm ilgio, tiesi | 2                   | Mikro koronarinės, 18 cm ilgio, plunksninės rankenos, darbinė dalis 14 mm ilgio, tiesi |
| 11.             | 30-0051                                                                                       | Mikro pincetas                 | De Bakey tipo (arba lygiavertis), 15,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 1,5 mm pločio          | 3                   | De Bakey tipo, 15,5 cm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 1,5 mm pločio                     |
| 12.             | 30-0061                                                                                       | Mikro pincetas                 | De Bakey tipo (arba lygiavertis), 20 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 1,5 mm pločio            | 6                   | De Bakey tipo, 20 cm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 1,5 mm pločio                       |
| 13.             | 09-3038                                                                                       | Mikro pincetas                 | 18 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis -tiesi, 0,8 mm pločio                                               | 2                   | 18 cm ilgio, darbinė dalis -tiesi, 0,8 mm pločio                                       |
| 14.             | 09-3036                                                                                       | Mikro pincetas                 | 21 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis -tiesi, 0,8 mm pločio                                               | 2                   | 21 cm ilgio, darbinė dalis -tiesi, 0,8 mm pločio                                       |
| 15.             | 09-3138                                                                                       | Mikro pincetas                 | 18 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis -tiesi, gale 1,0 mm skersmens „rutuliukas“                          | 2                   | 18 cm ilgio, darbinė dalis -tiesi, gale 1,0 mm skersmens „rutuliukas“                  |
| 16.             | 09-3136                                                                                       | Mikro pincetas                 | 21 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis -tiesi, gale 1,0 mm skersmens „rutuliukas“                          | 2                   | 21 cm ilgio, darbinė dalis -tiesi, gale 1,0 mm skersmens „rutuliukas“                  |

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį</b> | <b>Instrumento pavadinimas</b> | <b>Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)</b>                                                                                             | <b>Kiekis, vnt.</b> | <b>Siūlomos techninės charakteristikos</b>                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.             | 25-0277                                                                                       | Mikro adatkotis                | Su volframo karbido įdėklais, 21 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 0,2 mm pločio                                                              | 4                   | Su volframo karbido įdėklais, 21 cm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 0,2 mm pločio                                      |
| 18.             | 25-0216-C                                                                                     | Mikro adatkotis                | Dengtas keramika arba lygiaverte danga, 18 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 1,0 mm pločio                                                    | 2                   | Dengtas keramika, 18 cm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 1,0 mm pločio                                                  |
| 19.             | 25-0217                                                                                       | Mikro adatkotis                | 21 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 1,0 mm pločio                                                                                            | 2                   | 21 cm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 1,0 mm pločio                                                                    |
| 20.             | 25-0384                                                                                       | Mikro adatkotis                | 18 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 0,6 mm pločio                                                                                            | 4                   | 18 cm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 0,6 mm pločio                                                                    |
| 21.             | 25-0542                                                                                       | Mikro adatkotis                | 18 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 1,0 mm pločio                                                                                            | 5                   | 18 cm ilgio, darbinė dalis - tiesi, 1,0 mm pločio                                                                    |
| 22.             | 06-0076                                                                                       | Kraujagyslės spaustukas        | Lenktas, Dietrich tipo (arba lygiavertis), 48 $\pm$ 1 mm ilgio, darbinė dalis 12 $\pm$ 1 mm ilgio, spaudimo galia 60 $\pm$ 5 g. Instrumento svoris 3 g. | 3                   | Lenktas, Dietrich tipo, 48 mm ilgio, darbinė dalis 12 mm ilgio, spaudimo galia 60 $\pm$ 5 g. Instrumento svoris 3 g. |
| 23.             | 06-0070                                                                                       | Kraujagyslės spaustukas        | Tiesus, Dietrich tipo (arba lygiavertis), 49 $\pm$ 1 mm ilgio, darbinė dalis 8 $\pm$ 1 mm ilgio, spaudimo galia 60 $\pm$ 5 g. Instrumento svoris 3 g.   | 3                   | Tiesus, Dietrich tipo, 49 mm ilgio, darbinė dalis 8 mm ilgio, spaudimo galia 60 $\pm$ 5 g. Instrumento               |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                                                                     | Kiekis, vnt. | Siūlomoms techninėms charakteristikoms                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                         |                                                                                                                                                          |              | svoris 3 g.                                                                                                         |
| 24.      | 30-0985                                                                                | Kraujagyslės spaustukas | Lenktas, Bobik tipo (arba lygiavertis), 40 mm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis 15-16 mm ilgio, spaudimo galia 110 $\pm$ 10 g. Instrumento svoris 1 g.     | 3            | Lenktas, Bobik tipo, 40 mm ilgio, darbinė dalis 15 mm ilgio, spaudimo galia 110 $\pm$ 10 g. Instrumento svoris 1 g. |
| 25.      | 30-0995                                                                                | Kraujagyslės spaustukas | Lenktas, Bobik tipo (arba lygiavertis), 40 mm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis 13-14 mm ilgio, spaudimo galia 110 $\pm$ 10 g. Instrumento svoris 1 g.     | 3            | Lenktas, Bobik tipo, 40 mm ilgio, darbinė dalis 14 mm ilgio, spaudimo galia 110 $\pm$ 10 g. Instrumento svoris 1 g. |
| 26.      | 30-0984                                                                                | Kraujagyslės spaustukas | Tiesus, Bobik tipo (arba lygiavertis), 40 mm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis 14 $\pm$ 1 mm ilgio, spaudimo galia 110 $\pm$ 10 g. Instrumento svoris 1 g. | 3            | Tiesus, Bobik tipo, 40 mm ilgio, darbinė dalis 14 mm ilgio, spaudimo galia 110 $\pm$ 10 g. Instrumento svoris 1 g.  |
| 27.      | 30-0980                                                                                | Kraujagyslės spaustukas | Tiesus, Bobik tipo (arba lygiavertis), 30 mm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis 9 $\pm$ 1 mm ilgio, spaudimo galia 110 $\pm$ 10 g. Instrumento svoris 1 g.  | 6            | Tiesus, Bobik tipo, 30 mm ilgio, darbinė dalis 9 mm ilgio, spaudimo galia 110 $\pm$ 10 g. Instrumento svoris 1 g.   |
| 28.      | 30-0981                                                                                | Kraujagyslės spaustukas | Lenktas, Bobik tipo (arba lygiavertis), 30 mm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis 10 $\pm$ 1 mm ilgio, spaudimo galia 110 $\pm$ 10 g. Instrumento            | 6            | Lenktas, Bobik tipo, 30 mm ilgio, darbinė                                                                           |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas          | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                                                                                                          | Kiekis, vnt. | Siūlomos techninės charakteristikos                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                  | svoris 1 g.                                                                                                                                                                                   |              | dalis 10mm ilgio, spaudimo galia 110 ±10 g. Instrumento svoris 1 g.               |
| 29.      | 31-0785                                                                                | Heparino kaniulė                 | Nitinolinė arba lygiavertės medžiagos, 140 ±3 mm ilgio, vienas galas su 3 mm diametro „bumbuliuku“                                                                                            | 8            | Nitinolinė, 140 mm ilgio, vienas galas su 3 mm diametro „bumbuliuku“              |
| 30.      | 31-0701                                                                                | Koronaro dilatatorius (zondelis) | Cooley tipo (arba lygiavertis), instrumento ilgis 13 cm ±3 mm, darbinės dalies diametras 1,0 mm                                                                                               | 5            | Cooley tipo, instrumento ilgis 13 cm, darbinės dalies diametras 1,0 mm            |
| 31.      | 31-0702                                                                                | Koronaro dilatatorius (zondelis) | Cooley tipo (arba lygiavertis), instrumento ilgis 13 cm ±3 mm, darbinės dalies diametras 1,5 mm                                                                                               | 5            | Cooley tipo, instrumento ilgis 13 cm, darbinės dalies diametras 1,5 mm            |
| 32.      | 31-0703                                                                                | Koronaro dilatatorius (zondelis) | Cooley tipo (arba lygiavertis), instrumento ilgis 13 cm ±3 mm, darbinės dalies diametras 2,0mm                                                                                                | 5            | Cooley tipo, instrumento ilgis 13 cm, darbinės dalies diametras 2,0mm             |
| 33.      | 07-0916                                                                                | Instrumentų konteineris          | Pagamintas iš plastiko, su permatomu dangčiu, išimama vidine perforuota dėžute ir 2 silikoniniais kilimėliais. Išoriniai matmenys: (264x157x43) ±3 mm, vidiniai matmenys: (254x152x38) ±3 mm. | 2            | Pagamintas iš plastiko, su permatomu dangčiu, išimama vidine perforuota dėžute ir |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas                | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                                                                                                  | Kiekis, vnt. | Siūlomoms techninėms charakteristikoms                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                       |              | 2 silikoniniais kilimėliais. Išoriniai matmenys: (264x157x43) mm, vidiniai matmenys: (254x152x38) mm.                                                        |
| 34.      | 08-1650                                                                                | Indelis adatoms                        | (Ø65x15) ±3 mm                                                                                                                                                                        | 2            | (Ø65x15) mm                                                                                                                                                  |
| 35.      | 05-0661 (feine modelle)                                                                | Žirklys preparavimui                   | Delikačios, Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), 18 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta                                                                                               | 6            | Delikačios, Metzenbaum tipo, 18 cm ilgio, darbinė dalis lenkta                                                                                               |
| 36.      | 05-0622 (Standart modelle)                                                             | Žirklys preparavimui                   | Standartinės, Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), 20,5 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta                                                                                           | 6            | Standartinės, Metzenbaum tipo, 20,5 cm ilgio, darbinė dalis lenkta                                                                                           |
| 37.      | 09-1060                                                                                | Pincetas kraujagyslinis                | De Bakey tipo (arba lygiavertis), 20 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis rantiyta kas 0,4 mm, darbinės dalies plotis 2 mm, galas tinkantis adatos sugriebimui, su volframo karbido įdėklais | 4            | De Bakey tipo, 20 cm ilgio, darbinė dalis rantiyta kas 0,4 mm, darbinės dalies plotis 2 mm, galas tinkantis adatos sugriebimui, su volframo karbido įdėklais |
| 38.      | 30-0061                                                                                | Pincetas kraujagyslinis (atraumatinis) | De Bakey tipo (arba lygiavertis), 20 cm ±3 mm ilgio, darbinės dalies plotis 1,5 mm, darbinės dalies ilgis 2,4 ±0,2 cm                                                                 | 6            | De Bakey tipo, 20 cm ilgio, darbinės dalies plotis 1,5 mm, darbinės dalies ilgis 2,4 cm                                                                      |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas                | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                                                      | Kiekis, vnt. | Siūlomos techninės charakteristikos                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39.      | 30-0060                                                                                | Pincetas kraujagyslinis (atraumatinis) | De Bakey tipo (arba lygiavertis), 20 cm $\pm 3$ mm ilgio, darbinės dalies plotis 2 mm, darbinės dalies ilgis 2,4 $\pm 0,2$ cm             | 8            | De Bakey tipo, 20 cm ilgio, darbinės dalies plotis 2 mm, darbinės dalies ilgis 2,4 cm                      |
| 40.      | 09-1168                                                                                | Pincetas chirurginis                   | Oehler tipo (arba lygiavertis), 16 cm $\pm 3$ mm ilgio, darbinė dalis rantiša kas 0,5 mm, gale dantukai 1x2, su volframo karbido įdėklais | 8            | Oehler tipo 16 cm ilgio, darbinė dalis rantiša kas 0,5 mm, gale dantukai 1x2, su volframo karbido įdėklais |
| 41.      | 30-0050                                                                                | Pincetas kraujagyslinis                | De Bakey tipo (arba lygiavertis), 15,5 cm $\pm 3$ mm ilgio, darbinės dalies plotis 2 mm, darbinės dalies ilgis 2,4 $\pm 0,2$ cm           | 2            | De Bakey tipo, 15,5 cm ilgio, darbinės dalies plotis 2 mm, darbinės dalies ilgis 2,4 cm                    |
| 42.      | 05-0461                                                                                | Žirklys                                | Mayo tipo (arba lygiavertis), 17 cm $\pm 3$ mm ilgio, darbinė dalis lenkta                                                                | 4            | 17 cm ilgio, darbinė dalis lenkta                                                                          |
| 43.      | 05-0663 (feine modelle)                                                                | Žirklys preparavimui                   | Delikačios, Metzenbaum tipo (arba lygiavertis), 20,5 cm $\pm 3$ mm ilgio, darbinė dalis lenkta                                            | 6            | Delikačios, Metzenbaum tipo, 20,5 cm ilgio, darbinė dalis lenkta                                           |
| 44.      | 05-0665(feine modelle)                                                                 | Žirklys preparavimui                   | Delikačios, Metzenbaum tipo (arba lygiavertis), 23 cm $\pm 3$ mm ilgio, darbinė dalis lenkta                                              | 3            | Delikačios, Metzenbaum tipo, 23 cm ilgio, darbinė dalis lenkta                                             |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                                                                                   | Kiekis, vnt. | Siūlomos techninės charakteristikos                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45.      | 05-0641 (Standart modelle)                                                             | Žirklys preparavimui    | Standartinės, Metzenbaum tipo (arba lygiavertis), 23 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta                                                                         | 3            | Standartinės, Metzenbaum tipo, 23 cm ilgio, darbinė dalis lenkta                                                                      |
| 46.      | 05-0643                                                                                | Žirklys                 | Nelson-Metzenbaum tipo (arba lygiavertis), 26 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta                                                                                | 2            | Nelson-Metzenbaum tipo, 26 cm ilgio, darbinė dalis lenkta                                                                             |
| 47.      | 05-2023                                                                                | Žirklys                 | Labai delikačios, su volframo karbido įdėklais, Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), 18 cm $\pm$ 3 mm, darbinė dalis lenkta                                             | 5            | Labai delikačios, su volframo karbido įdėklais, Metzenbaum tipo, 18 cm, darbinė dalis lenkta                                          |
| 48.      | 05-2043                                                                                | Žirklys                 | Labai delikačios su volframo karbido įdėklais, Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), 20,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta                                      | 6            | Labai delikačios su volframo karbido įdėklais, Metzenbaum tipo, 20,5 cm ilgio, darbinė dalis lenkta                                   |
| 49.      | 05-2063                                                                                | Žirklys                 | Labai delikačios su volframo karbidu, Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), 23 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta                                                 | 5            | Labai delikačios su volframo karbidu, Metzenbaum tipo, 23 cm ilgio, darbinė dalis lenkta                                              |
| 50.      | 05-1553                                                                                | Žirklys ligatūrai       | Skirtos kirpti ligatūrai 17 cm $\pm$ 3 mm ilgio. Darbinė kerpančioji dalis 5,5 cm $\pm$ 5 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). | 2            | Skirtos kirpti ligatūrai 17 cm ilgio. Darbinė kerpančioji dalis 5,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas            | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                                                                         | Kiekis, vnt. | Siūlomos techninės charakteristikos                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                              |              | pažymėti).                                                                                                                                        |
| 51.      | 05-1554                                                                                | Žirklių ligatūrai                  | Skirtos kirpti ligatūrai, 23 cm±3 mm ilgio. Darbinė kerpančioji dalis 6,5 cm ±5 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). | 2            | Skirtos kirpti ligatūrai, 23 cm ilgio. Darbinė kerpančioji dalis 6,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). |
| 52.      | 05-0575                                                                                | Žirklių Toenis - adson preparavimo | Labai delikačios, Toennis-Adson tipo (arba lygiavertės), 17,5 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta                                                           | 8            | Labai delikačios, Toennis-Adson tipo, 17,5 cm ilgio, darbinė dalis lenkta                                                                         |
| 53.      | 08-0241                                                                                | Adatkotis ilgas                    | Masson tipo (arba lygiavertis), 26,5 cm ±3 mm ilgio, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm, su volframo karbido įdėklais                                   | 3            | Masson tipo, 26,5 cm ilgio, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm, su volframo karbido įdėklais                                                 |
| 54.      | 08-0245                                                                                | Adatkotis                          | Wangensteen tipo (arba lygiavertis), 27 cm ±3 mm ilgio, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm, su volframo karbido įdėklais                                | 2            | Wangensteen tipo, 27 cm ilgio, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm, su volframo karbido įdėklais                                              |
| 55.      | 08-0183                                                                                | Adatkotis                          | Mayo- Hegar tipo (arba lygiavertis), 18,5 cm ±3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm                              | 8            | Mayo- Hegar tipo, 18,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiškas                                                       |

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį</b> | <b>Instrumento pavadinimas</b> | <b>Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)</b>                                                                                          | <b>Kiekis, vnt.</b> | <b>Siūlomos techninės charakteristikos</b>                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                               |                                |                                                                                                                                                      |                     | kas 0,5 mm                                                                                                             |
| 56.             | 08-0185                                                                                       | Adatkotis                      | Mayo- Hegar tipo (arba lygiavertis), 20,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantytas kas 0,5 mm                  | 6                   | Mayo- Hegar tipo, 20,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantytas kas 0,5 mm                  |
| 57.             | 08-0195                                                                                       | Adatkotis                      | Mayo- Hegar tipo (arba lygiavertis), 24 cm $\pm$ 3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantytas kas 0,5 mm                    | 3                   | Mayo- Hegar tipo, 24 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantytas kas 0,5 mm                    |
| 58.             | 08-0186                                                                                       | Adatkotis                      | Mayo- Hegar tipo (arba lygiavertis), 18,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais darbinis paviršius rantytas kas 0,5 mm, stambaus modelio | 10                  | Mayo- Hegar tipo, 18,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais darbinis paviršius rantytas kas 0,5 mm, stambaus modelio |
| 59.             | 08-0187                                                                                       | Adatkotis                      | Mayo- Hegar tipo (arba lygiavertis), 20,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais darbinis paviršius rantytas kas 0,5 mm, stambaus modelio | 8                   | Mayo- Hegar tipo, 20,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais darbinis paviršius rantytas kas 0,5 mm, stambaus modelio |
| 60.             | 08-0227                                                                                       | Adatkotis                      | French Eye tipo (arba lygiavertis), 23 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis ranti kas 0,5 mm, su volframo karbido įdėklais                             | 4                   | French Eye tipo, 23 cm ilgio, darbinė dalis ranti kas 0,5 mm, su volframo karbido įdėklais                             |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                                                                           | Kiekis, vnt. | Siūlomos techninės charakteristikos                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61.      | 08-0051                                                                                | Adatkotis               | Ryder tipo (arba lygiavertis), 20 cm $\pm 3$ mm ilgio, darbinė dalis ranti kas 0,4 mm, su volframo karbido įdėklais                                            | 4            | Ryder tipo, 20 cm ilgio, darbinė dalis ranti kas 0,4 mm, su volframo karbido įdėklais                         |
| 62.      | 08-0072                                                                                | Adatkotis               | Crile-Wood tipo (arba lygiavertis), 20,5 cm $\pm 3$ mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius ranti kas 0,4 mm                                | 6            | Crile-Wood tipo, 20,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius ranti kas 0,4 mm             |
| 63.      | 08-0100                                                                                | Adatkotis               | De-Bakey tipo (arba lygiavertis), 18,0 cm $\pm 3$ mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius ranti kas 0,4 mm                                  | 6            | De-Bakey tipo, 18,0 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius ranti kas 0,4 mm               |
| 64.      | 08-0056                                                                                | Adatkotis               | De-Bakey tipo (arba lygiavertis), 20,5 cm $\pm 3$ mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius ranti kas 0,4 mm                                  | 6            | De-Bakey tipo, 20,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius ranti kas 0,4 mm               |
| 65.      | 08-0101                                                                                | Adatkotis               | De-Bakey tipo (arba lygiavertis), 23,0 cm $\pm 3$ mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius ranti kas 0,4 mm                                  | 6            | De-Bakey tipo, 23,0 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius ranti kas 0,4 mm               |
| 66.      | 08-1026                                                                                | Adatkotis               | Vascular tipo (arba lygiavertis), 19,5cm $\pm 3$ mm ilgio, darbinė dalis padengta volframo karbido arba deimantinėmis dulkėmis (rankenos spalviškai pažymėtos) | 3            | Vascular tipo, 19,5cm ilgio, darbinė dalis padengta volframo karbido dulkėmis (rankenos spalviškai pažymėtos) |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                                                                                                                                                                       | Kiekis, vnt. | Siūlomos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67.      | 08-1024                                                                                | Adatkotis               | Vascular tipo (arba lygiavertis), 17,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis padengta volframo karbido arba deimantinėmis dulkėmis (rankenos spalviškai pažymėtos)                                                                                            | 3            | Vascular tipo, 17,5 cm ilgio, darbinė dalis padengta volframo karbido dulkėmis (rankenos spalviškai pažymėtos)                                                                                       |
| 68.      | 08-0159                                                                                | Adatkotis               | Eufate Pasque tipo (arba lygiavertis), 17,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinis paviršius rantišas kas 0,2 mm, su volframo karbido įdėklais.                                                                                                                     | 8            | Eufate Pasque tipo, 17,5 cm ilgio, darbinis paviršius rantišas kas 0,2 mm, su volframo karbido įdėklais.                                                                                             |
| 69.      | 08-0160                                                                                | Adatkotis               | Eufate Pasque tipo (arba lygiavertis), 20,0 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinis paviršius rantišas kas 0,2 mm, su volframo karbido įdėklais.                                                                                                                     | 6            | Eufate Pasque tipo, 20,0 cm ilgio, darbinis paviršius rantišas kas 0,2 mm, su volframo karbido įdėklais.                                                                                             |
| 70.      | 08-0247                                                                                | Adatkotis               | Sarot tipo (arba lygiavertis), 18,0 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinis paviršius rantišas kas 0,4 mm, su volframo karbido įdėklais.                                                                                                                             | 6            | Sarot tipo, 18,0 cm ilgio, darbinis paviršius rantišas kas 0,4 mm, su volframo karbido įdėklais.                                                                                                     |
| 71.      | 48-1491                                                                                | Žnyplės vielai kirpi    | 17,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, šoninio kirpimo, lenktos kampu, su volframo karbido įdėklais, ne mažiau 4 žnyplių tvirtinimo taškų (žnyplių stabilumui užtikrinti), skirtos iki 2,0 mm skersmens minkštos vielos bei iki 1,7 mm skersmens kietos vielos kirpimui | 3            | 17,5 cm ilgio, šoninio kirpimo, lenktos kampu, su volframo karbido įdėklais, 4 žnyplių tvirtinimo taškų (žnyplių stabilumui užtikrinti), skirtos iki 2,0 mm skersmens minkštos vielos bei iki 1,7 mm |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas                | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                         | Kiekis, vnt. | Siūlomoms techninėms charakteristikoms                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                        |                                                                                                              |              | skersmens kietos vielos kirpimui                                                          |
| 72.      | 08-0299                                                                                | Adatkotis krūtinkauliui siūti vielomis | 18,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis rantiyta, su volframo karbido įdėklais, rankenos su užraktu.         | 3            | 18,5 cm ilgio, darbinė dalis rantiyta, su volframo karbido įdėklais, rankenos su užraktu. |
| 73.      | 92-0561                                                                                | Kraujagyslės spaustukas                | Guyon-DeBakey tipo (arba lygiavertis), 23 cm $\pm$ 3 mm ilgio, su atraumatinium rantiytumu darbinėje dalyje. | 2            | Guyon-DeBakey tipo, 23 cm ilgio, su atraumatinium rantiytumu darbinėje dalyje.            |
| 74.      | 06-0703                                                                                | Kraujagyslės spaustukas                | Baby-Meeker tipo (arba lygiavertis), 18 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta 90° kampu.                 | 2            | Baby-Meeker tipo, 18 cm ilgio, darbinė dalis lenkta 90° kampu.                            |
| 75.      | 06-0702                                                                                | Kraujagyslės spaustukas                | Baby-Mixer tipo (arba lygiavertis), 18 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta.                            | 2            | Baby-Mixer tipo, 18 cm ilgio, darbinė dalis lenkta.                                       |
| 76.      | 06-0763                                                                                | Kraujagyslės spaustukas                | Gemini tipo (arba lygiavertis), 18,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta                               | 2            | Gemini tipo, 18,5 cm ilgio, darbinė dalis lenkta                                          |
| 77.      | 30-1161                                                                                | Kraujagyslės spaustukas                | DeBakey tipo (arba lygiavertis), 21,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, lenktas                                           | 2            |                                                                                           |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas         | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                            | Kiekis, vnt. | Siūlomoms techninėms charakteristikoms                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                 |                                                                                                                 |              | DeBakey tipo, 21,5 cm ilgio, lenktas                                   |
| 78.      | 30-1916                                                                                | Aortos spaustukas (užspaudėjas) | DeBakey tipo (arba lygiavertis), 20 cm $\pm$ 3 mm ilgio, lenktas kampu, darbinės dalies ilgis 4,7 cm $\pm$ 5 mm | 2            | DeBakey tipo, 20 cm ilgio, lenktas kampu, darbinės dalies ilgis 4,7 cm |
| 79.      | 30-1245                                                                                | Aortos spaustukas (užspaudėjas) | DeBakey tipo (arba lygiavertis), 19 cm $\pm$ 3 mm ilgio, išgaubtas puslankiu, atraumatinis.                     | 2            | DeBakey tipo, 19 cm ilgio, išgaubtas puslankiu, atraumatinis.          |
| 80.      | 30-1250                                                                                | Aortos spaustukas (užspaudėjas) | DeBakey tipo (arba lygiavertis), 15,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, išgaubtas puslankiu, atraumatinis.                   | 1            | DeBakey tipo, 15,5 cm ilgio, išgaubtas puslankiu, atraumatinis.        |
| 81.      | 30-1154                                                                                | Kraujagyslės spaustukas         | Gregory tipo (arba lygiavertis), 18 cm $\pm$ 3 mm ilgio, atraumatinis                                           | 1            | Gregory tipo, 18 cm ilgio, atraumatinis                                |
| 82.      | 30-1150                                                                                | Kraujagyslės spaustukas         | Gregory tipo (arba lygiavertis), 14 cm $\pm$ 3 mm ilgio, atraumatinis                                           | 1            | Gregory tipo, 14 cm ilgio, atraumatinis                                |
| 83.      | 30-1274                                                                                | Aortos atspaudėjas              | Dale tipo (arba lygiavertis), 18 cm $\pm$ 3 mm ilgio, atraumatinis                                              | 2            | Dale tipo, 18 cm ilgio, atraumatinis                                   |
| 84.      | 30-1270                                                                                | Aortos atspaudėjas              | Dale tipo (arba lygiavertis), 17 cm $\pm$ 3 mm ilgio, atraumatinis                                              | 1            | Dale tipo, 17 cm                                                       |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas         | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                                                                                                                                                                                              | Kiekis, vnt. | Siūlomos techninės charakteristikos                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | ilgio, atraumatinis                                                                                                                                                          |
| 85.      | 30-1280                                                                                | Kraujagyslės spaustukas         | DeBakey tipo (arba lygiavertis), 15 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta atgal ir išlenkta puslankiu, atraumatinis                                                                                                                                                           | 1            | DeBakey tipo, 15 cm ilgio, darbinė dalis lenkta atgal ir išlenkta puslankiu, atraumatinis                                                                                    |
| 86.      | 23-2037                                                                                | Kraujagyslės spaustukas         | Subramanian tipo (arba lygiavertis), 15,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, atraumatinis                                                                                                                                                                                                       | 1            | Subramanian tipo, 15,5 cm ilgio, atraumatinis                                                                                                                                |
| 87.      | 23-2038                                                                                | Kraujagyslės spaustukas         | Subramanian tipo (arba lygiavertis), 15,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, atraumatinis                                                                                                                                                                                                       | 1            | Subramanian tipo, 15,5 cm ilgio, atraumatinis                                                                                                                                |
| 88.      | 23-2566                                                                                | Aortos spaustukas (atspaudėjas) | DeBakey - Derra tipo (arba lygiavertis), 16,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio                                                                                                                                                                                                                 | 2            | DeBakey - Derra tipo, 16,5 cm ilgio                                                                                                                                          |
| 89.      | 30-1630                                                                                | Aortos užspaudėjas              | DeBakey-Bahnson tipo (arba lygiavertis), 24,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, atraumatinis, lenktas puslankiu                                                                                                                                                                                | 1            | DeBakey-Bahnson tipo, 24,5 cm ilgio, atraumatinis, lenktas puslankiu                                                                                                         |
| 90.      | 05-2205                                                                                | Žirklys                         | Ergonomiškos, 20,5 cm $\pm$ 2 mm ilgio, lenktos, disekcinės, su volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). Lenkti kojelių žiedai patogiam pirštų pozicionavimui ir darbui. Kerpačioji dalis suapvalinta. Matinis paviršius. Žirklių kojelės turi anatomiškai | 3            | Ergonomiškos, 20,5 cm ilgio, lenktos, disekcinės, su volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). Lenkti kojelių žiedai patogiam pirštų pozicionavimui ir |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas    | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                                                                      | Kiekis, vnt. | Siūlomos techninės charakteristikos                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                            | suformuotas platformas patogiam piršto pozicionavimui.                                                                                                    |              | darbui. Kerpačioji dalis suapvalinta. Matinis paviršius. Žirklių kojelės turi anatomiškai suformuotas platformas patogiam piršto pozicionavimui. |
| 91.      | 23-2080                                                                                | Aortos užspaudėjas         | Cooley tipo (arba lygiavertis), 16 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta puslankiu, rankenos lenktos tiesiu lenkimu į priešingą darbinei daliai pusę. | 1            | Cooley tipo, 16 cm ilgio, darbinė dalis lenkta puslankiu, rankenos lenktos tiesiu lenkimu į priešingą darbinei daliai puse.                      |
| 92.      | 06-0769                                                                                | Disektorius                | Gemini-Mixer tipo (arba lygiavertis), 18,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, lenktas                                                                                   | 2            | Gemini-Mixer tipo, 18,5 cm ilgio, lenktas                                                                                                        |
| 93.      | 11-0431                                                                                | Disektorius                | Lahey tipo (arba lygiavertis), 19 cm $\pm$ 3 mm ilgio, lenktas, rankenos su užraktu                                                                       | 2            | Lahey tipo, 19 cm ilgio, lenktas, rankenos su užraktu                                                                                            |
| 94.      | 51-0658                                                                                | Nervinis kabliukas         | Crile tipo (arba lygiavertis), 20 cm $\pm$ 3 mm ilgio, lenktas 90 laipsniu kampu, užlenktos dalies ilgis 7mm $\pm$ 1 mm.                                  | 4            | Crile tipo, 20 cm ilgio, lenktas 90 laipsniu kampu, užlenktos dalies ilgis 7mm                                                                   |
| 95.      | 51-0660                                                                                | Nervinis kabliukas         | Dandy tipo (arba lygiavertis), 21,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, lenktas 90 laipsniu kampu, užlenktos dalies ilgis 3mm $\pm$ 1 mm.                                | 4            | Dandy tipo, 21,5 cm ilgio, lenktas 90 laipsniu kampu, užlenktos dalies ilgis 3mm.                                                                |
| 96.      | 21-0246                                                                                | Skėstuvas (kraujagyslinis) | Adson tipo (arba lygiavertis),                                                                                                                            | 1            |                                                                                                                                                  |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas    | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                                                                                                                            | Kiekis, vnt. | Siūlomoms techninėms charakteristikoms                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                            | 21 cm $\pm$ 3 mm ilgio, buki 3x4 nagai                                                                                                                                                                          |              | Adson tipo, 21 cm ilgio, buki 3x4 nagai                                                                                                           |
| 97.      | 52-0494                                                                                | Skėstuvas (kraujagyslinis) | Beckmann-Adson tipo (arba lygiavertis), 30,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio, aštrūs 4x4 nagai                                                                                                                              | 1            | Beckmann-Adson tipo, 30,5 cm ilgio, aštrūs 4x4 nagai                                                                                              |
| 98.      | 21-0243                                                                                | Skėstuvas (kraujagyslinis) | Adson tipo (arba lygiavertis), 16 cm $\pm$ 3 mm ilgio, buki 3x4 nagai                                                                                                                                           | 1            | Adson tipo, 16 cm ilgio, buki 3x4 nagai                                                                                                           |
| 99.      | 20-0847                                                                                | Bojarskio mentelė          | 170 $\pm$ 3 mm ilgio, 16 $\pm$ 1 mm pločio, lanksti, užapvalintais galais                                                                                                                                       | 2            | 170mm ilgio, 16mm pločio, lanksti, užapvalintais galais                                                                                           |
| 100.     | 20-0431                                                                                | Kablių komplektas (pora)   | Farabeuf tipo (arba lygiavertis), 12,5 cm $\pm$ 3 mm ilgio dvipusiai kabliai, kurių darbinių dalių dydžiai (ilgis x plotis): (25x10) $\pm$ 1 mm / (22x10) $\pm$ 1 mm ir (29x12) $\pm$ 1 mm / (32x12) $\pm$ 1 mm | 4 kompl.     | Farabeuf tipo, 12,5 cm ilgio dvipusiai kabliai, kurių darbinių dalių dydžiai (ilgis x plotis): (25x10) mm / (22x10) mm ir (29x12) mm / (32x12) mm |
| 101.     | 30-0041                                                                                | Retraktorius               | Cushing tipo (arba lygiavertis), 20 cm $\pm$ 3 mm ilgio, darbinė dalis (9x10) $\pm$ 1 mm dydžio, rankenėlė lygi, nerifliuota                                                                                    | 4            | Cushing tipo, 20 cm ilgio, darbinė dalis (9x10) mm dydžio, rankenėlė lygi, nerifliuota                                                            |
| 102.     | 07-0748                                                                                | Instrumentų krepšelis      | Vielinis sterilizavimo krepšelis su rankenėlėmis, (520x240x100) $\pm$ 2 mm dydžio, tinkantis į 600                                                                                                              | 1            | Vielinis                                                                                                                                          |

| Eil. Nr. | Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį | Instrumento pavadinimas    | Aprašymas (reikalaujamos techninės charakteristikos)                                                                                                                                                                               | Kiekis, vnt. | Siūlomos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                            | mm ilgio konteinerį                                                                                                                                                                                                                |              | sterilizavimo krepšelis su rankenėlėmis, (520x240x100) mm dydžio, tinkantis į 600 mm ilgio konteinerį                                                                                                     |
| 103.     | 07-0788                                                                                | Instrumentų krepšelis      | Perforuoto plieno sterilizavimo krepšelis su rankenėlėmis, (520x260x100) ±2 mm dydžio, tinkantis į 600 mm ilgio konteinerį                                                                                                         | 1            | Perforuoto plieno sterilizavimo krepšelis su rankenėlėmis, (520x260x100) mm dydžio, tinkantis į 600 mm ilgio konteinerį                                                                                   |
| 104.     | 37-0137                                                                                | Krūtinės žaizdos skėstuvas | Skirtas torakalinei chirurgijai, Chevalier tipo (arba lygiavertis). Mentelių matmenys: 27±3 mm /100±3 mm. Skėstuvas išsiplečia 190±3 mm. Skėstuvo rėmas dantytas, plėtimas reguliuojamas rankenėle, plėtimo žingsnis - 1 dantukas. | 1            | Skirtas torakalinei chirurgijai, Chevalier tipo. Mentelių matmenys: 27 mm /100 mm. Skėstuvas išsiplečia 190 mm. Skėstuvo rėmas dantytas, plėtimas reguliuojamas rankenėle, plėtimo žingsnis - 1 dantukas. |
| 105.     | 05-2005-SCC                                                                            | Žirkklės                   | Lenktos, dengtos keramika arba lygiaverte danga, 20,5 cm ± 2 mm ilgio, su homogeniškai įlydytais volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). Vienas ašmuo skustuvo tipo, viršutinis ašmuo su mikro seracija.   | 3            | Lenktos, dengtos keramika, 20,5 cm ilgio, su homogeniškai įlydytais volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). Vienas ašmuo skustuvo tipo, viršutinis ašmuo su mikro seracija.       |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. 1 poz. techninės specifikacijos lentelėje išvardinti instrumentai sudaro vieną pirkimo dalį (į atskiras pirkimo dalis neskaidoma, nes perkamas tos pačios srities operacijoms atlikti skirtas medicininių chirurginių instrumentų rinkinys).
2. Lentelėje nurodyti firmos „Lawton“ kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų instrumentų technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais kataloginiais numeriais įvardinti instrumentai arba jiems lygiaverčiai, lentelėje pateiktus reikalavimus atitinkantys instrumentai.
3. Siūlomi instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų instrumentų eskizais – iliustracijomis.
5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.
6. Būtinai instrumentų žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas.
7. Instrumentams suteikiama garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.

*Direktorius*  
*Skirmantas Alkauskas*



