

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"

PURTYKLĖS (SŪKURINIS PURTYTUVAS)

Kam: Klaipėdos universiteto ligoninė

Data:	2025.09.03
Nr.:	
Vieta:	Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	UAB "Linea libera"
Tiekėjo kodas (-ai):	122145775
Tiekėjo adresas (-ai):	Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT221457716
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Produktų specialistas Evaldas Burbulis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	Direktorė Agnė Raslanė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	Produktų specialistas Evaldas Burbulis,

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
- 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi)	Konkreiti siūlomo parametro reikšmė	Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1.	Purtyklė	2	vnt	367	734	Thermo Fisher Scientific Basic Vortex Mixer 88882012		
1.1.1.	Mėginių homogenizavimui						Mėginių homogenizavimui	4psl, Technine_dokumentacija_4263194.pdf
1.1.2.	Ne mažesniame intervale nei nuo 200 iki 3000 aps/min. Greičio pasirinkimo tikslumas ne didesnis skaitine reikšme nei ±5%						Intervale nuo 200 iki 3000 aps/min. Greičio pasirinkimo tikslumas 5%	5psl, Technine_dokumentacija_4263194.pdf
1.1.3.	Darbiniai režimai - privalo būti darbas prilietus bei pastovus darbas						Darbiniai režimai: darbas prilietus (touch) bei pastovus (continuous) darbas	4psl, Technine_dokumentacija_4263194.pdf
1.1.4.	Maksimali apkrova ne mažesnė nei 500g						Maksimali apkrova 500g	5psl, Technine_dokumentacija_4263194.pdf
1.1.5.	Su prietaisu turi būti pateikti laikikliai:Ne mažiau nei 18vnt 10mm diametro mėgintuvėliams, Ne mažiau nei 10vnt 15mm diametro mėgintuvėliams, Ne mažiau nei 4vnt 26mm diametro mėgintuvėliams mikroplokštei						Su prietaisu bus pateikti laikikliai: 10mm diametro 19vnt mėgintuvėlių (88882123) 15mm diametro 12vnt mėgintuvėlių (88882125) 26mm diametro 4 vnt mėgintuvėlių (88882127) mikroplokštei (88882122)	9psl, Technine_dokumentacija_4263194.pdf
1.1.6.	Garantija ne mažesnė nei 24mėn.						24mėn	10psl, Technine_dokumentacija_4263194.pdf
				Suma be PVM	734			
		Taikomas PVM dydis (%)						
				21 PVM suma	154,14			
				Suma su PVM	888,14			