

2018 m. gruodžio 3 d.
Prekių pirkimo – pardavimo sutarties Nr.
Priedas Nr. 2



UAB „ARM GATE“

[monės kodas 135218757, PVM mokėtojo kodas LT352187515,

adresas J.Kubiliaus g. 6-21, LT – 08234 Vilnius

[monė įregistruota VĮ Registrų centro Kauno filiale, Registravimo Nr. 037947

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

PASIŪLYMAS

**DĖL MAŽOS VERTĖS „KULONOMETRINIS TITRATORIUS VANDENS KIEKIUI
NAFTOS PRODUKTUOSE NUSTATYTI“**

2018-10-23 Nr. KP7226

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Arm gate“
Tiekėjo adresas	J. Kubiliaus g. 6-21
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Marijus Svetikas
Telefono numeris	+370 5 278 9573
Fakso numeris	+370 5 278 9572
El. pašto adresas	info@armgate.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Mažos vertės konkurso sąlygų skelbime, paskelbtame CVP IS priemonėmis interneto adresu:

<https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>

2. Kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šią prekę (prietaisą): kulonometrinį titratorių vandens kiekiui naftos produktuose nustatyti:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur be PVM	PVM suma Eur	Kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	Kulonometrinis titratorius vandens kiekiui naftos produktuose nustatyti	1	vnt.	8.200,00	1.722,00	9.922,00
2	Dvispindulinis skenuojantis UV/Vis spektrofomertas	1	vnt.	8.205,00	1.723,05	9.928,05
				16.405,00	3.445.05	19.850.05

**Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) - 19.850,05 Devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai
penkiasdešimt Eur 05 ct.**

(skaičiais ir suma žodžiais)

UAB „Arm Gate“
J. Kubiliaus g. 6-21, LT-08234 Vilnius | Kauno
Tel. +370 5 278 9573, faks. +370 5 278 9572
El. p. info@armgate.lt



[monės kodas 135218757
PVM mokėtojo kodas LT352187515
Naš. Nr. 1382740000074437039
Swedbank AB, BIC: SWED333, SWIFT: HARBAT22

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

1 lentelė Kulonometrinis titratorius vandens kiekiui nustatyti

Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės	Siūlomo rodiklio reikšmė
1.	Paskirtis	Kulonometrinis titratorius, skirtas vandens kiekiui naftos produktuose nustatyti	Kulonometrinis titratorius, skirtas vandens kiekiui naftos produktuose nustatyti
2.	Privalo atitikti standartų keliamiems reikalavimams	LST EN ISO 12937:2002 ; ISO 12937:2000 arba lygiavertį	Atitinka
3.	Titravimo metodas	Kulonometrinis Karlo Fišerio titravimas	Kulonometrinis Karlo Fišerio titravimas
4.	Galutinio taško nustatymo būdas	AC poliarizacija	AC poliarizacija
5.	Galutinio taško parodymai	Privalomas atvaizdavimas ekrane / atspausdinimas / akustinis pyptelėjimas	Yra
6.	Ekranas	Ne mažiau nei 38 ženklų alfanumerinis LCD ekranas	40 ženklų LCD
7.	Matavimo diapazonas	Ne siauresnis nei 1 µg – 10 mg H ₂ O	1µg ~ 10mg
8.	Drėgmės diapazonas	Ne siauresnis nei 1 ppm -100 % H ₂ O	1 ppm -100 % H ₂ O
9.	Maksimalus titravimo greitis	Ne mažesnis nei 2 mg per minutę	2,24 mg/min
10.	Maksimali elektrolizės srovė	Ne mažesnė nei 400 mA	400 mA
11.	Dreifo kompensavimas	Privalomas automatinis	Yra
12.	Tikslumas	Ne prastesnis nei 10 – 100µg ± 3µg, 100µg – 1 mg ± 3 µg, virš 1 mg ± 0.3%	10 – 100µg ± 3µg, 100µg – 1 mg ± 3 µg, virš 1 mg ± 0.3%
13.	Skaičiavimo režimai	Privalomi vartotojo užprogramuojami skaičiavimai:- Svoris/svoris, Tūris/tankis, Tūris/tūris, Svoris/atskiedimo procentas.	Yra vartotojo užprogramuojami skaičiavimai:- Svoris/svoris, Tūris/tankis, Tūris/tūris,

			Svoris/atskiedimo procentas
14.	Rezultatų pateikimo formatai	µg, mg/kg, ppm, %	µg, mg/kg, ppm, %
15.	Statistika	Iki 99 matavimų, vartotojo užprogramuojama	Ax, mi, vidurkis iš 99 matavimų, vartotojo užprogramuojama
16.	Atminties talpa	Ne mažiau nei 10 užprogramuojamų metodų	10 metodų
17.	Spausdintuvas	Privalomas integruotas 42 ženklų didelio greičio terminis spausdintuvas	Yra, integruotas, 42 ženklų, greitaegis
18.	Magnetinė maišyklė	Privaloma, valdoma mikroprocesoriaus	Yra, valdoma
19.	Tiekėjo kvalifikacija	Tiekėjas privalo būti tiesioginis oficialus siūlomos įrangos atstovas Lietuvoje, turėti gamintojo apmokytą serviso personalą (pateikti sertifikatą) bei užtikrinti įrangos aptarnavimą garantiniu/pogarantiniu periodu. Tiekėjas privalo pristatyti, surinkti, paleisti įrangą bei atlikti personalo apmokymus darbo vietoje.	Taip
20.	Apmokymai	Apmokymas (lietuvių kalba) darbo vietoje dirbti su įranga	Bus atlikti
21.	Garantija ir techninis aptarnavimas	Siūlomam prietaisui privaloma suteikti ne trumpesnę nei 36 mėn. garantiją skaičiuojant nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu garantuojamas nemokamų nesusinaudojančių atsarginių dalių tiekimas ir nemokami	Bus suteikta

		remonto darbai. Į kainą privalo būti įskaičiuotos įrangos transportavimo į laboratoriją (adresu V.Bielskio 47b, Šiauliai), instaliacijos, vartotojų apmokymo darbo vietoje paslaugos, techninio garantinio aptarnavimo paslaugos. Garantinio gedimo metu serviso reakcijos laikas privalo būti užtikrinamas per ne ilgiau kaip per 48 val. (2 darbo dienas) nuo pranešimo gavimo	
22	Techninis palaikymas	Tiekėjas privalo užtikrinti konsultacijas darbui su įranga bei einamojo aptarnavimo paslaugų tiekimą garantiniu periodu per 48 val. (2 darbo dienas) nuo pranešimo gavimo	Bus užtikrinta
23.	Aptarnavimas	Aptarnavimas organizuojamas ir atliekamas Lietuvoje, pardavėjas privalo turėti gamintojo paruoštą ir sertifikuotą serviso inžinierių siūlomo prietaiso aptarnavimui ir remontui, (pateikti sertifikato kopiją)	Bus organizuotas
24.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas privalo pateikti prietaiso vartotojo instrukciją anglų ir lietuvių kalbomis.	Bus pateikta
25.	Papildomi reikalavimai	Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti gamintojų patvirtintus ar viešai prieinamus dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos	Pateikiama brošiūra

		atitikimą kiekvienam techninių reikalavimų punktui (su nuorodomis į konkrečius dokumentus ir jų puslapių numerius).	
26.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas turi pateikti prietaiso darbui reikalingas pagalbines medžiagas/reagentus ne mažiau kaip 1000-čiui bandymų.	Bus pateikta
27.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas turi pateikti sertifikuotas medžiagas įrangos testavimui.	Bus pateikta

2 lentelė Dvispindulinis skenuojantis UV/VIS spektrofotometras

Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės	Siūlomo rodiklio reikšmė
1.	Spindulių skaičius	dvispindulinis	Dvispindulinis
2.	Bangos ilgio diapazonas	ne siauresnis nei nuo 190 iki 1100nm	190~1100nm
3.	Bangos plotis	ne didesnis nei 1nm	1nm
4.	Bangos ilgio nustatymo žingsnis	kas 0,1nm	0,1nm
5.	Bangos ilgio tikslumas	ne blogiau nei $\pm 0,1$ nm	0,1nm
6.	Bangos ilgio atsikartojamumas	ne blogiau nei $\pm 0,1$ nm	0,1nm
7.	Šviesos išbarstymas ties 220nm	ne didesnis nei 0,02%	0,02%
8.	Fotometrinis diapazonas	ne siauresnis nei nuo -4 iki 4 Abs	-4~+4 Abs
9.	Fotometrinis tikslumas	ne blogesnis nei $\pm 0,002$ Abs (prie 0,5 Abs)	$\pm 0,002$ Abs
10.	Fotometrinis atsikartojamumas	ne blogesnis nei $\pm 0,0002$ Abs (prie 0,5 Abs)	$\pm 0,0002$ Abs
11.	Bazinės linijos dreifas ties 700nm	ne didesnis nei 0,0003 Abs/val.	0.0003Abs/h
12.	Bazinės linijos triukšmas ties	ne didesnis nei 0,00005 Abs	0.00005 Abs

	700nm		
13.	Valdymas	savistovis (naudojant integruotą ekraną) bei per PK	savistovis (naudojant integruotą ekraną) bei per PK
14.	Privalomi integruoti darbo režimai	spektrinis, fotometrinis, kiekybinis, kinetinis	yra
15.	USB atmintinės palaikymas	privalomas	yra
16.	Pratekanti 10mm optinio kelio kiuvetė su peristaltiniu siurbliuku	privaloma	komplektuojama
17.	Programinė įranga prietaiso valdymui ir duomenų surinkimui suderinama su Windows operacine sistema	privaloma pateikti kartu su spektrofotometru	Pateikiama (UVProbe)
18.	Slaptažodžiais apsaugota prieiga	privaloma, ne mažiau kaip 3 lygių	Yra
19.	Prietaiso validavimo funkcijos	Privalomos	Yra
20.	Atitikimas GLP/GGP reikalavimams	Privalomas	Yra
21.	Metrologinė patikra	Privaloma	Bus atlikta
22.	Tiekėjo kvalifikacija	Tiekėjas privalo būti tiesioginis oficialus siūlomos įrangos atstovas Lietuvoje, turėti gamintojo apmokytą serviso personalą (pateikti sertifikatą) bei užtikrinti įrangos aptarnavimą garantiniu/pogarantiniu period. Tiekėjas privalo pristatyti, surinkti, paleisti įrangą bei atlikti personal apmokymo darbo vietoje.	Taip
23.	Apmokymai	Apmokymas (lietuvių kalba) darbo vietoje dirbti su įranga	Bus atlikti
24.	Garantija ir techninis aptarnavimas	Siūlomam prietaisui privaloma suteikti ne trumpesnę nei 36 mėn. garantiją skaičiuojant	Su suteikta 36 mėn garantija ir kt.

		nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu garantuojamas nemokamas nesusinaudojančių atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Į kainą privalo būti įskaičiuotos įrangos transportavimo į laboratoriją (adresu V.Bielskio 47b, Šiauliai), instaliacijos, vartotojų apmokymo darbo vietoje paslaugos, techninio garantinio aptarnavimo paslaugos. Garantinio gedimo metu serviso reakcijos laikas privalo būti užtikrinamas per ne ilgiau kaip per 48 val. (2 darbo dienas) nuo pranešimo gavimo	
25.	Techninis palaikymas	Tiekėjas privalo užtikrinti konsultacijas darbui su įranga bei einamojo aptarnavimo paslaugų tiekimą garantiniu periodu per 48 val. (2 darbo dienas) nuo pranešimo gavimo	Bus užtikrintas
26.	Aptarnavimas	Aptarnavimas organizuojamas ir atliekamas Lietuvoje, pardavėjas privalo turėti gamintojo paruoštą ir sertifikuotą serviso inžinierių siūlomo prietaiso aptarnavimui ir remontui, (pateikti sertifikato kopiją)	Bus organizuotas
27.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas privalo pateikti	Bus pateikta

		prietaiso vartotojo instrukciją anglų ir lietuvių kalbomis.	
28.	Papildomi reikalavimai	Kartu su pasiūlymu teikėjas privalo pateikti gamintojų patvirtintus ar viešai prieinamus dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kiekvienam techninių reikalavimų punktui (su nuorodomis į konkrečius dokumentus ir jų puslapių numerius).	Pateikiama brošiūra, specifikacijų santrauka

Kartu su Pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas Pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Gamintojo atstovavimas	
2	Specialistų sertifikatai	

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai):

Eil.Nr.	Subtiekejo (subteikejo) pavadinimas	Sutarties apimtis kuriai pasitelkiamas subtiekejas

Šiame Pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra Pasiūlymo kaina arba, kad visas Pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo Pasiūlymas bus atmestas, išskyrus informaciją apie subtiekejus ir konfidencialią informaciją Tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei Tiekėjas



apie subteikėjus ir konfidencialią informaciją neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subteikėjų nepasitelks/ Pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Marijus Svetikas
(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas Pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.