

UAB „Analytical Solutions“

(Tiekėjo pavadinimas)

Neries krantinė 18, LT-48401 Kaunas, tel.: +370 37 261614, Faks.: +370 37 262376, el. p.: analytical@analyticalsolutions.lt . Kodas Juridinių asmenų registre 301851761, PVM mokėtojo kodas LT100004328216

VŠĮ FIZIKOS INSTITUTO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKUI

PASIŪLYMAS DĖL ĮRENGINIO MIKROELEKTRONIKOS BEI OPTOELEKTRONIKOS KOMPONENČIŲ INTEGRAVIMUI

2015 m. vasario 24 d Nr.02

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Analytical Solutions
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Antakalnio g. 36 LT – 10305 VILNIUS
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Baranauskis
Telefono numeris	+370 37 261614
Fakso numeris	+370 37 262376
El. pašto adresas	analytical@analyticalsolutions.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Kaina be PVM	Kaina su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Finetech Fineplacer pico base system (Vokietija)	1	vnt	77 600.00	93 896.00	77 600.00	93 896.00

	valdymas/paderinimas Theta rotation Lustų pozicionavimo tikslumas Placement accuracy Tolygus bandinių aukščio (Z) paderinimas Continuous adjustment in Z direction	 $< 6 \mu\text{m}$ $0 \div 10 \text{ mm}$	 $5 \mu\text{m}$ Taip $0 \div 10 \text{ mm}$
3.	Kompiuterinė valdymo sistema su vaizduokliu ir atitinkama procesų valdymo programine įranga Computer-based control system with display and process control software	privaloma mandatory	Taip yra
4.	Padėklų laikikliui keliami reikalavimai: Specifications for the substrate holder: Darbinis plotas Working area Vakuuminis fiksavimas Vacuum holding Maksimali trumpalaikė pasiekama temperatūra Maximal temperature (within short time interval) Parengties temperatūra Stand-by temperature Pasirenkamas kaitinimo greitis Adjustable temperature rate for heating Greito aušinimo dujomis galimybė Option for the fast cooling	$50\text{mm} \times 50\text{mm}$ privalomas mandatory $400 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $40 \div 240 \text{ }^{\circ}\text{C}$ nuo 1 K/s iki 20 K/s privalomas mandatory	$50\text{mm} \times 50\text{mm}$ Taip yra $400 \text{ }^{\circ}\text{C}$, 3min $40 \div 240 \text{ }^{\circ}\text{C}$ nuo 1 K/s iki 20 K/s Taip yra
5.	Lustų laikikliui keliami reikalavimai: Specifications for the die holder: Palaikomas lustų dydis Maximal die area Vakuuminis fiksavimas Vacuum clamping Valdomas temperatūros kėlimo greitis kaitinant Adjustable temperature rate for heating	Pasirenkamas, privalomas $20 \times 20 \text{ mm}$. Tool depending, mandatory $20 \times 20 \text{ mm}$. privalomas mandatory nuo 1 K/s iki 6 K/s	Taip atitinka Taip yra nuo 1 K/s iki 6 K/s
6.	Termokompresinio prijungimo įranga Thermocompression bonding Paderinamas spaudimo jėgos intervalas Adjustable bonding force	$0,1 \div 20 \text{ N}$	$0,1 \div 20 \text{ N}$
7.	Ultragarsinio įvirinimo įranga Ultrasound bonding		

	Ultragarsinio generatoriaus galia Ultrasound generator power Nominalusis dažnis Nominal frequency Programinis parametrų valdymas Programmed parameter control Maksimalus ultragarsinio virinimo laikas Maximal bonding duration	20 W > 50 kHz privalomas mandatory iki 3s up to 3 s	20 W > 60 kHz Taip yra iki 3s
8.	Lustų epoksidinio klijavimo įranga Epoxy bonding Manualus precizinis pozicionavimas X,Y,Z kryptimis Manual precise positioning in X,Y and Z directions Paderinamas klijų lašo tūris Adjustable dot volume Galimybė naudoti dviejų komponentų klijus Option for two-component glue Skirtingų tūrių rašyklių palaikymas Support for different cartridges	privalomas mandatory $0,001 \text{ mm}^3 \div 10 \text{ mm}^3$ privaloma mandatory 3 cm^3 arba 5 cm^3 3 cm^3 or 5 cm^3	Taip yra $0,001 \text{ mm}^3 \div 10 \text{ mm}^3$ Taip yra 3 cm³ arba 5 cm³
9.	Bendrieji reikalavimai General requirements Įranga turi atitikti visus Europos sąjungoje tokiai įrangai taikomus standartus ir turėti atitinkamą ženklinimą Equipment should conform standards of European Union and have according markings Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo instrukcijas anglų ar lietuvių kalba Equipment should be delivered with operation instructions in English or Lithuanian language Garantija 12 mėnesių ar daugiau Warranty for 12 months or longer Pakavimo, transportavimo, instaliavimo ir personalo apmokymo mokesčiai turi būti įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą The offer should include all additional costs i.e. packaging, shipment, installation and training.		Taip atitiks Instrukcija anglų kalba Garantija 12mėn. Taip įtraukta

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	5
2	Fizinio asmens deklaracija	1
3	Juridinio asmens deklaracija	1
4	Tiekėjo deklaracija	1
5	Jungtinė pažyma	2
6	UAB „Analytical solutions“ registracijos pažymėjimas	1
7	UAB „Analytical solutions“ įstatai	12
8	Pažyma apie įvykdytą sutartį	2



Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Direktorius
 Kęstutis Baranauskis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 
 (Parašas)

Direktorius
 Kęstutis Baranauskis

(Vardas ir pavardė)