

Ligonis

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. S1- 448

2018 m. gruodžio 4 d., Vilnius

VŠĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujama direktoriaus dr. Narimanto Markevičiaus, veikiančio pagal ligoninės įstatus, ir **UAB „Sorimpeksas“** (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujama Direktorius Ramūnas Zalapravskas, veikiančio pagal Įmonės įstatus, **įamėjusi medicininės įrangos pirkimą**, vykdytą atviro konkurso būdu, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1 Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja perduoti (pristatyti, įdiegti ir apmokyti personalą) jam priklausančias šioje Sutartyje nurodytas Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias Prekes ir sumokėti už jas Pardavėjui šioje Sutartyje numatytą pinigų sumą atsižvelgiant į Sutartyje nustatytus terminus.

1.2. Sutarties dalykas yra **medicininė įranga** (toliau – **Prekės**), kurių specifikacija nurodyta Sutarties Priede Nr.1.

2. Prekių kokybė

2.1. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

2.2. Tiekiamos Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir turi atitikti SAM 2003-10-31 įsakymo Nr. V-635 „Dėl medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų įgyvendinimo priemonių“ reikalavimus.

2.3. Prekės kokybės dokumentus saugo Pardavėjas, Pirkėjui pateikiamos įstatymiškai patvirtintas dokumentų kopijos.

2.4. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba ir originalo kalbomis, kurioje turi būti detalai aprašyta, kaip naudotis patiekta preke.

2.5. Prekės pateikiamos originaliame prekių gamintojo įpakavime, atitinkančiame prekių saugojimo ir transportavimo reikalavimus.

2.6. Trūkstamos ir/ar nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis Pardavėjo sąskaita ir sąnaudomis per 6.2 punkte nurodytą terminą, skaičiuojant nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes Pardavėjui išsiuntimo dienos. Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjui išlaidas, nuostolius, kilusius dėl nekokybiškų Prekių panaudojimo. Jei Pardavėjas negali pakeisti nekokybiškų Prekių kokybiškomis, jis privalo grąžinti už nekokybiškas Prekes gautas lėšas.

2.7. Pardavėjas atsako už Prekių sugadinimą, jei tai atsitinka dėl netinkamo įpakavimo ar transportavimo.

3. Prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka

3.1. Sutarties kainos skaičiuojamos fiksuoto įkainio su peržiūra apskaičiavimo būdu.

3.2. Įkainiai nustatomi ir atsiskaitymai vykdomi eurai.

3.3. Šalys susitarė, kad **pradinė maksimali sutarties suma yra 24998,6 Eur su PVM**.

3.4. Prekių kaina dėl bendro kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojami.

3.5. Prekių kaina PVM sąskaitose-faktūrose nurodomi be PVM ir bendra suma su PVM.

3.6. Prekių kaina, nurodyti šioje sutartyje, sutampa ir nekinta visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus esant 9.1., 9.2. ir 9.3. punktuose nurodytoms sąlygoms.

3.7. Už tinkamas ir kokybiškas prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui pagal gautas PVM sąskaitas - faktūras per 30 dienų po to, kai Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš Teritorinių ligonių kasų bus pervestos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.8. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pateikti PVM sąskaitas – faktūras, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.9. Į Prekių kainą įeina „E.sąskaitos“ pateikimas, transportavimo, krovimo, PVM ir kitos pridėtinės išlaidos, jei tokios yra.

4. Prekių perdavimas

- 4.1. Pardavėjas perduoda (pristato, įdiegia ir apmoko personalą) Prekes pagal pateiktą Pirkėjo Prekių specifikaciją, kurioje nurodomas Prekių pavadinimas ir kiekis.
- 4.2. Pardavėjas perduoda (pristato, įdiegia ir apmoko personalą) Prekes per **60** kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Esant nenumatytoms, nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, perkančiajai organizacijai ir tiekėjui, raštu išreiškus tam sutikimą, minėtas terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų.
- 4.3. Prekes Pardavėjas savo transportu ir išlaidomis pristato Pirkėjui į Ligoninę Antakalnio g. 57, Vilnius, ir Antakalnio g. 124, Vilnius.
- 4.4. Sutarties 1.2. punkte nurodytas Prekes Pardavėjas perduoda (pristato, įdiegia ir apmoko personalą) Pirkėjui arba jo įgaliotam atstovui, kurie patvirtina tinkamu Prekių gavimo faktą savo parašu Prekių perdavimo-priėmimo akte. Prekių perdavimo-priėmimo aktą atitinka abiejų šalių pasirašyta PVM sąskaita-faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas.
- 4.5. Priimant pristatytas ir sumontuotas Prekes, jų kiekio, kokybės arba asortimento neatitikimą Pirkėjas įformina aktu ir nedelsiant praneša Pardavėjui telefonu, faksu ar el. paštu.
- 4.6. Pristačius prekes, dėl kurių nebuvo susitarta, trūkstant prekių arba pristačius ir sumontavus netinkamos kokybės Prekes, Pirkėjas per 7 kalendorines dienas nuo Prekių priėmimo turi teisę pareikšti pretenziją Pardavėjui.
- 4.7. Trūkstamos ir/ar nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis Pardavėjo sąskaita ir sąnaudomis 15 kalendorinių dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes Pardavėjui išsiuntimo dienos.

5. Garantinis laikotarpis

- 5.1. Pardavėjas prekėms teikia 24 mėnesių gamintojo suteiktą garantiją ir papildomą tiekėjo pasiūlytą 12 mėn. garantiją.
- 5.2. Garantinio laikotarpio metu visas su garantiniu aptarnavimu susijusias išlaidas (transporto, remonto, detalių), prisiima Pardavėjas.
- 5.3. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 5.4. Pardavėjas gavęs raštišką Pirkėjo reikalavimą dėl defektų ar trūkumų, atsiradusių per garantinį eksploatacijos laiką, privalo per 3 (tris) kalendorines dienas aptiktus defektus ir trūkumus savo lėšomis pašalinti.
- 5.5. Pardavėjas per sutarties 5.4. punkte nustatytą laiką nepašalinęs defektų ir trūkumų, Pirkėjui atlygina patirtus nuostolius.
- 5.6. Garantinis laikotarpis yra pratęsimas tiek laiko, kiek laiko preke negalima buvo naudotis dėl jos gedimo.

6. Šalių atsakomybė

- 6.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
- 6.2. Pardavėjas, patiekęs kokybės reikalavimų ar užsakymo neatitinkančias Prekes arba nepatiekęs užsakytų Prekių laiku, Pirkėjui pareikalavus privalo sumokėti Pirkėjui 10 % (procentų) baudą nuo visos Sutarties sumos ir per 15 kalendorinių dienų pakeisti (pristatyti) Prekes tinkamomis.
- 6.3. Už prievolių, numatytų šioje sutartyje, nevykdymą, Pardavėjas įsipareigoja mokėti po 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo nepatiktų ir/ar patiktų nekokybiškų Prekių sumos.
- 6.4. Pirkėjui laiku nesumokėjus bet kurio iš Sutartyje nustatytų mokėjimų, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui delspinigius po 0,02 proc. nuo neapmokėtos Prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7. Nenugalima jėga (Force majeure)

- 7.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840, kurios nepriklauso nuo sutarties šalių valios, šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai šaliai.

8. Subtiekėjai (jeigu pasitelkiami)

8.1. Pardavėjas gali pasitelkti subtiekėjus _____ (išvardinti subtiekėjus) tam tikrai pirkimo daliai įvykdyti _____ (įvardinti numatomą atlikti pirkimo dalį). Toks nurodymas nekeičia pagrindinio Pardavėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

8.2. Pardavėjas, iš anksto suderinęs su Pirkėju, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekėjus, tačiau pakeisti subtiekėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip subtiekėjai, nurodyti pasiūlyme. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus nei pasiūlyme nurodyti subtiekėjai, draudžiama.

8.3. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas informuoja apie informacijos apie subtiekėjus pasikeitimą, apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai

9. Kitos sutarties sąlygos

9.1. Sutarties Prekių kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų (kurie bus priimti šios Sutarties galiojimo metu), keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM ar kt.), kurie turės tiesioginės įtakos Prekių kainų pasikeitimui. Tokiu atveju Sutarties Prekių kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokesčiai.

9.2. Sutarties vykdymo metu, Pardavėjas gali pasiūlyti ir mažesnę kainą, nei Sutartyje numatyta, tačiau ne didesnę. Tokiu atveju Pardavėjas apmoka Pirkėjui pagal PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytas mažesnes kainas.

9.3. Kaina keičiasi nuo Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį, įsigaliojimo datos.

9.4. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti tam tikrą konkretų Sutartyje nurodytų Prekių kiekį per Sutarties galiojimo laiką.

9.6. Pirkėjas, esant poreikiui, turi galimybę įsigyti Sutarties Priede Nr. 1 nenurodytų prekių, tačiau susijusių su pirkimo objektu neviršijant 10 % (procentų) pradinės maksimalios Sutarties sumos. Už jas bus apmokėta ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

9.7. Išrašydamas PVM sąskaitą – faktūrą Pardavėjas privalo joje nurodyti šios sutarties numerį.

10. Sutarties galiojimas

10.1. Ši Sutartis įsigaliojanuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo.

10.2. Šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo jų pasirašymo momento, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

10.3. Šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

10.4. Vienai iš sutarties šalių nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, kita šalis turi teisę bet kada, įspėjusi ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nutraukti sutartį.

10.5. Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį, prieš tai įspėjęs Pardavėją prieš 30 kalendorinių dienų.

10.5. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą bendru rašytiniu abiejų šalių susitarimu.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.2. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.

11.3. Pirkėjas paskiria kontaktinius asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą:

11.3.1. Medicinos technikos ir metrologijos skyriaus vedėją Janiną Tamulevičienę, tel.: (8 5) 2104519, el. paštas: j.tamuleviciene@vmkl.lt.

11.4. Atsakingu už šios Sutarties bei Sutarties pakeitimų, jeigu bus, paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje užsakovas paskiria Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąją specialistę Vaidą Gaidamavičiūtę, tel.: (8 5) 210 4516, el. paštas: v.gaidamaviciute@vmkl.lt.

PIRKĖJAS**VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė**

Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

A/s LT 867044060007990186

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Įmonės kodas 302692454


PVM kodas LT100006560213

Tel.: 85 2344267, faks.: 85 2346966

Direktorius

Dr. Narimantas Markevičius

A.V.

**PARDAVĖJAS****UAB "Sorimpeksas"**

Šiaulių 16a, 44353, Kaunas

A/s LT647300010002276949

AB Swedbank

Banko kodas 73000


Įmonės kodas 135733248

PVM kodas LT357332412

Tel.: 83 7361766, faks.: 83 7324447

Direktorius
Ramūnas Žalnerauskas

A.V.



Teisininkė

Monika Slavinskaitė

Vyriausioji specialistė

Vaida Gaidamavičiūtė

Vyriausioji bendrųjų reikalų
skyriaus vedėja
Lina Voroneckienė

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Vyriausioji finansininkė

Renata Seimienė

Vicšųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Vaidas Šakalis

Priedas Nr. 1 prie sutarties M2-SI-668
2018 m. gruodžio 6 d.

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Bendra pasiūlymo kaina Eur (be PVM)	PVM (%)	Bendra pirkimo dalies kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Elektrochirurginis prietaisas Valleylab™ FT10	Vnt.	1	20660,00	20660,00	21%	24998,60

Bendra suma: 24998,60 Eur su PVM

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

9 pirkimo dalis. Elektrochirurginis prietaisas Valleylab™ FT10 - -1 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Privalomi techniniai parametrai	Siūlomi techniniai parametrai	Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras)
1.	Monopolinis pjovimas		Monopolinis pjovimas	Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.
1.1	Monopolinio pjovimo režimai:			
1.1.1	Pure“ – grynas pjovimas be koaguliacijos efekto, (100%)	Būtina	Pure“ – grynas pjovimas be koaguliacijos efekto, (100%)	Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.
1.1.2	„Blend“ – mišrus pjovimas su koaguliacijos efektu (50%)	Būtina	„Blend“ – mišrus pjovimas su koaguliacijos efektu (50%)	Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.
1.1.3	Pjovimas su stipriu koaguliacijos efektu (25%).	Būtina	Pjovimas su stipriu koaguliacijos efektu (25%).	Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.
1.2.	Maksimalus galingumas/ varža			
1.2.1	„Pure“	≥ Galia 300 W, 300 Ω	Galios 300 W, 300 Ω	Konfidencialu.

1.2.2	„Blend“	$\geq$ Galia 200 W, 200 Ω	Galja 200 W, 200 Ω	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
1.2.3	Pjovimas su stipriu koaguliacijos efektu	$\geq$ Galia 200 W, 300 Ω	Galja 200 W, 300 Ω	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
1.3	Pjovimo režimų aktyvavimas	Elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina	Elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina	Brošiūros 3, 1-2psl. Konfidencialu.
1.4	Galingumo kontrolė	Dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą	Galingumo kontrolė-dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
2.	Monopolinis koaguliavimas			
2.1	Monopolinio koaguliavimo režimai:			Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
2.1.1	Fulg“ –nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija	Būtina	Fulg“ –nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
2.1.2	„Spray“-nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija	Būtina	„Spray“-nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
2.1.3	„Soft“- delikati, gilesnės skvarbos koaguliacija	Būtina	„Soft“- delikati, gilesnės skvarbos koaguliacija	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
2.2	Maksimalus galingumas/ varža			
2.2.1	„Fulg“	$\geq$ Galia 120 W, 500 Ω	Galja 120 W, 500 Ω	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
2.2.2	„Spray“	$\geq$ Galia 120 W, 500 Ω	Galja 120 W, 500 Ω	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
2.2.3	„Soft“	$\geq$ Galia 120 W, 100 Ω	Galja 120 W, 100 Ω	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
2.3	Koaguliavimo režimų aktyvavimas	Elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina	Elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina	Brošiūros 3, 1-2psl. Konfidencialu.
2.4	Galingumo kontrolė	Dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą	Galingumo kontrolė-dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
3.	Bipolinė rezekcija			
3.1	Bipolinės rezekcijos režimai	Būtina	Bipolinė rezekcija	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
3.1.1	Pjovimo režimas „Cut“	Būtina	Pjovimo režimas „Cut“	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
3.1.2	Koaguliavimo režimas „Coag“	Būtina	Koaguliavimo režimas „Coag“	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
3.2	Maksimalus galingumas/ varža			
3.2.1	„Cut“	$\geq$ Galia 375 W, 500 Ω	Galja 375 W, 500 Ω	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.
3.2.2	„Coag“	$\geq$ Galia 175 W, 100 Ω	Galja 175 W, 100 Ω	Brošiūros, 4psl. Konfidencialu.

3.3	Galingumo kontrolė	Dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą	Galingumo kontrolė-dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.</i>
4.	Bipolinis režimas			
4.1	Bipoliniai režimai:		Bipoliniai režimai	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.</i>
4.1.1	„Low“	Būtina	„Low“	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.</i>
4.1.2	„Medium“	Būtina	„Medium“	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.</i>
4.1.3	„High“	Būtina	„High“	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.</i>
4.2.	Maksimalus galingumas/varža			
4.2.1	„Low“	Galia 1-15 W, 100 Ω	Galia 1-15 W, 100 Ω	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.</i>
4.2.2	„Medium“	Galia 16-40 W, 100 Ω	Galia 16-40 W, 100 Ω	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.</i>
4.2.3	„High“	Galia 45-95 W, 100 Ω	Galia 45-95 W, 100 Ω	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.</i>
4.4.	Galingumo kontrolė			
4.4.1	„Low“, „Medium“, „High“	Dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą	Galingumo kontrolė-dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.</i>
4.5	Bipolinio režimo aktyvavimas	Automatinis arba kojine pamina	Automatinis arba kojine pamina	<i>Konfidencialu. Brošiūros 3, 1-3psl.</i>
5.	Bipolinis audinių sulydymas			
5.1	Automatinis bipolinis audinių sulydymas	Arterijoms, venoms, limfagyslėms ar audiniams ≤ 7 mm diametro	Automatinis bipolinis audinių sulydymas iki 7mm diametro	<i>Konfidencialu. Brošiūros 2, 1psl.</i>
5.2	Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu	Būtina	Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.</i>
5.3	Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai	Būtina	Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai	<i>Konfidencialu. Brošiūros 2, 1-2psl.</i>
5.4	Maksimalus galingumas/varža	≥ Galia 350 W, 20 Ω	Galia 350 W, 20 Ω	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.</i>
5.5	Audinių sulydymo trukmė	1-4 s		<i>Konfidencialu. Brošiūros, 1psl.</i>
5.6	Sulydymo režimo aktyvinimas	Sulydymo rankena arba kojine pamina	Sulydymo rankena arba kojine pamina	<i>Konfidencialu. Brošiūros 2, 1psl.</i>
5.7	Galingumo kontrolė	Automatinė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą	Galingumo kontrolė-dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 4psl.</i>

			varžą	
6.	Neutralaus elektrodo monitoringo sistema arba paciento kontrolės sistema arba lygiavertė		Neutralaus elektrodo monitoringo sistema	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 3psl.</i>
6.1	Neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema	Būtina	Neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 3psl.</i>
6.2	Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos dažnis	68-75 kHz $\pm$ 1 kHz	Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos dažnis 68-75 kHz	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 3psl.</i>
6.3	Audinio paviršiaus stebimos varžos intervalas	Nuo 5 iki 135 Ω ($\pm$ 1 Ω)	Audinio paviršiaus stebimos varžos intervalas nuo 0 iki 135 Ω	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 3psl.</i>
6.4	Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos srovės stipris	< 100 μ A RMS	Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos srovės stipris < 100 μ A RMS	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 3psl.</i>
7.	Papildomos prietaiso savybės			
7.1	Išėjimai	Monopoliniai – 2 Bipolinis ne mažiau – 1 Bipoliniai audinių sulydymui – 1 Neutralaus elektrodo – 1	Monopoliniai – 2 Bipolinis – 1 Bipoliniai audinių sulydymui – 1 Neutralaus elektrodo – 1	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 3psl.</i>
7.2	Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas	Būtina	Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 3psl.</i>
7.3	Įdiegta technologija ypač dideliu dažniu matuojanti audinių varžos pakitimus, tam kad išlaikyti optimalius el. srovės parametrus. Matavimų dažnis 430 000 kartų per sekundę	Būtina	Įdiegta technologija ypač dideliu dažniu matuojanti audinių varžos pakitimus, tam kad išlaikyti optimalius el. srovės parametrus. Matavimų dažnis 430 000 kartų per sekundę	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 3psl.</i>
7.4	Ekranas	7inc LCD liečiamas ekranas	7inc LCD liečiamas ekranas	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 2psl.</i>
7.5	Išmatavimai	170x358x462 mm, $\pm$ 10 mm	170x358x462 mm	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 2psl.</i>
7.6	Svoris	Ne daugiau 10,1 kg	10,1 kg	<i>Konfidencialu. Brošiūros, 2psl.</i>
8.	Komplektacija			
8.1	Elektrochirurginis generatorius	1 vnt. Būtina	Elektrochirurginis generatorius	<i>Konfidencialu. Brošiūros</i>
8.2	Bipolinės hemoroidinės	10 vnt. Ilgis 18,8 $\pm$ 1cm, audinių	Ilgis 18,8cm, audinių	<i>Konfidencialu.</i>

	žnyplės	poveikio zona žnyplių priekyje ne daugiau 1 mm ir ne daugiau 4mm bazėje. Lenktos, pjovimo ilgis $15,2 \pm 0,1$ mm, turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu.	poveikio zona žnyplių priekyje 1 mm ir 4mm bazėje. Lenktos, pjovimo ilgis 15,2mm, turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu.	Brošiūros 2, 1psl.
8.3	Bipolinės laparoskopinės žnyplės	3 vnt. Ilgis 37 ± 1 cm, diametras 5 mm, žiaunų ilgis 20,3 mm, pjovimo ilgis 18,5 mm. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Darbinė dalis rotuojama 350°. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu	Ilgis 37cm, diametras 5 mm, žiaunų ilgis 20,3 mm, pjovimo ilgis 18,5 mm. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Darbinė dalis rotuojama 350°. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu	Konfidencialu. Brošiūros 2, 1psl.
8.4	Bipolinės žnyplės atvirai chirurgijai	3 vnt. Ilgis $18,0 \pm 1$ cm. Lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Pjovimo ilgis $34 \pm 0,1$ mm, audinių sulydymo ilgis $36 \pm 0,1$ mm. Žiaunų išmatavimai-12,6x7,6mm. Darbinė dalis rotuojama 180°. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu.	Ilgis 18,0cm. Lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Pjovimo ilgis 34mm, audinių sulydymo ilgis 36mm. Žiaunų išmatavimai-12,6x7,6mm. Darbinė dalis rotuojama 180°. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu.	Konfidencialu. Brošiūros 2, 1psl.
8.5	Pieštukas monopoliariniams elektrodams, su 3 mygtukais, kabeliu. Turi būti speciali funkcija - darbinis ciklas pjovimas/koaguliacija 50%/50%	1 vnt. Būtina	Pieštukas monopoliariniams elektrodams, su 3 mygtukais, kabeliu. Turi būti speciali funkcija - darbinis ciklas pjovimas/koaguliacija 50%/50%	Konfidencialu. Brošiūros 3, 4psl.
8.6	Kojinio valdymo pedalas $\geq 4,5$ m.	Būtina	Kojinio valdymo pedalas	Konfidencialu. Brošiūros 3, 1psl.
9.	Oficialių kokybės kontrolės	Būtina	CE ženklavimas	CE sertifikatas


	institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.			
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn.	Garantinis laikotarpis 36 mėn.	Garantinis laikotarpis 36 mėn

PIRKĖJAS

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Direktorius

Dr. Narimantas Markevičius



PARDAVĖJAS

UAB „Sorimpeksas“

Direktorius
Ramūnas Žalnerauskas

