

UAB "Raidynas"

J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, el.p. info@raidynas.lt, mob. 8 601 82509, duomenys saugomi Juridinių asmenų registre, įm.k. 304147253, PVM mok.k. LT100009958617

Viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui

**PASIŪLYMAS
DĖL TEMPERATŪROS MONITORAVIMO TRANSPORTAVIMO KONTEINERIUOSE
ĮRANGOS NUOMOS PIRKIMO**

2018-11-20 Nr. 20181120NKC1

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Raidynas"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius
Tiekėjo įmonės kodas	304147253
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Audronė Zolubienė, direktorė
Telefono numeris	8 601 82509
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@raidynas.lt

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, reikalavimais, pateiktais pirkimo dokumentuose, jų paaiškinimuose, patikslinimuose. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Pastaba. Pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją(-us) arba subteikėją(-us):

Subteikėjo(-ų) ar subteikėjo(-ų) pavadinimas(-ai)	
Subteikėjo(-ų) ar subteikėjo(-ų) pavadinimas(-ai) adresas	
Įsipareigojimų dalis, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją(-us) ar subteikėją(-us), bei trumpos veiklos, kuriai jis (-ie) pasitelkiami, aprašymas	

Mes siūlome šias prekes, kurios atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Nurodyto įrangos kiekio 1 mėn. nuomos kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM (3) x (4)
	1	2	3	4	5
1.	<i>Temperatūros monitoravimo transportavimo konteineriuose įrangos nuoma:</i>				
1.1.	Daugkartinių programuojamų temperatūros matavimų duomenų kaupiklių su vidiniu temperatūros jutikliu (130 vnt.) nuoma	Mėnuo	48		
1.2.	Stotelių su integruota programine įranga temperatūros matavimų įrašų perkėlimui iš temperatūros duomenų kaupiklių ir temperatūrinių ataskaitų išsaugojimui į kompiuterį ir temperatūros duomenų kaupiklių konfigūravimui (8 vnt.) nuoma	Mėnuo	48		
Viso, Eur be PVM:					48 864,00
PVM suma, Eur:					10 261,44
Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM:					59 125,44

Bendra pasiūlymo kaina, įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius, su PVM – 59 125,44 EUR (penkiasdešimt devyni tūkstančiai šimtas dvidešimt penki eurai keturiasdešimt keturi centai), taikomas PVM dydis – 21 proc., 10 261,44 EUR (dešimt tūkstančių du šimtai šešiasdešimt vienas euras keturiasdešimt keturi centai).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybes, nurodytas pirkimo sąlygų 1 priede „Pirkimo objekto techninė specifikacija“:

Eil. Nr.	Reikalavimai daugkartinio programuojamo temperatūros matavimų duomenų kaupiklio su vidiniu temperatūros jutikliu nuomai	Reikalavimą atitinkanti informacija * PILDO TIEKĖJAS
1.	Skirtas registruoti temperatūros pokyčius kraujo komponentų transportavimo metu. Tinkamas daugkartiniam naudojimui.	Atitinka. Žiūrėti brošiūrą ir naudojimo instrukciją (nuspalvinta žalia spalva)
2.	Galimybė nustatyti skirtingus temperatūros registravimo laiko intervalus: nuo 1 iki 10 min.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukcijos 21 psl. (nuspalvinta žalia spalva)
3.	Galimybė užprogramuoti temperatūros registravimo pradžios ir pabaigos laiką arba paleisti matavimą rankiniu būdu.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukcijos 23 psl. (nuspalvinta žalia spalva)
4.	LCD ekranas, kuriame realiu laiku rodoma: matuojama temperatūra; minimali, vidutinė ir maksimali registruota temperatūra matavimo metu; kritinės temperatūros laiko trukmė; baterijos tarnavimo indikatorius.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 47 psl. (nuspalvinta žalia spalva)
5.	Ekrane rodomos temperatūros rezoliucija 0,1°C.	Atitinka. Žiūrėti brošiūrą 2 psl. (nuspalvinta žalia spalva)
6.	Vaizdinis signalas: temperatūros registravimo metu;	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 47 psl. (nuspalvinta žalia spalva)

	temperatūrai pasiekus nustatytą kritinę ribą.	žalia spalva)
7.	Vidinė kaupiklio atmintis – ne mažiau kaip 2500 matavimų.	Atitinka. Žiūrėti brošiūrą 2 psl. (nuspalvinta žalia spalva)
8.	Daugiafunkcinis mygtukas, skirtas temperatūros registravimo pradžiai ir pabaigai fiksuoti bei minimaliai, maksimaliai, vidutinei temperatūrai registravimo metu ir kritinės temperatūros laiko trukmei peržiūrėti.	Atitinka. Žiūrėti brošiūrą 2 psl. (nuspalvinta žalia spalva)
9.	Vidinio temperatūros jutiklio matavimo ribos: nuo -30°C iki +30°C ($\pm 0,5^\circ\text{C}$)	Atitinka. Žiūrėti brošiūrą 2 psl. (nuspalvinta žalia spalva)
10.	Baterijos tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 2 metai.	Atitinka. Žiūrėti brošiūrą 2 psl. (nuspalvinta žalia spalva)
11.	Korpusas turi atitikti IP67 standartą.	Atitinka. Žiūrėti brošiūrą 2 psl. (nuspalvinta žalia spalva)
12.	Atlikti sekantį temperatūros registravimą galima tik iškelus ankstesnius temperatūros registravimo duomenis. Temperatūros registravimas sustabdomas: daugiafunkcinio mygtuko pagalba; jeigu užpildoma vidinė kaupiklio atmintis; buvo nustatytas matavimo pabaigos laikas.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 23 psl. (nuspalvinta žalia spalva)
13.	Galimybė automatiškai sinchronizuoti įrenginio laiką su kompiuterio laiku.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 22 psl. (nuspalvinta žalia spalva)
14.	Temperatūros matavimų duomenų kaupiklis padengtas antibakterine danga, kuri yra atspari valymo ir dezinfekavimo medžiagoms.	Atitinka. Žiūrėti brošiūrą 2 psl. (nuspalvinta žalia spalva)
15.	Temperatūros jutikliams turi būti atlikta metrologinė patikra ir išduoti metrologinės patikros sertifikatai. Nuomos laikotarpiu metrologinė patikra turi būti atliekama 1 kartą per 2 metus.	Taip
16.	Temperatūros matavimų duomenų kaupikliai turi būti ženklinti CE ženklu.	Atitinka. 6. CE sertifikatai
17.	Vartotojo instrukcija anglų kalba. Naudotojo vadovas lietuvių kalba gali būti pateiktas kartu su įranga	Pateikta. 9. Naudojimo instrukcija anglų kalba
18.	Nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos įrangos atitiktį nustatytiems pirkimų sąlygų reikalavimams.	Pateikta. Pažymėta žalia spalva.
19.	Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su prietaisu ir jiems turi būti išduoti tai patvirtinantys dokumentai.	11. Apmokymų pažyma
20.	Nuomos laikotarpiu gedimo šalinimas per 24 val. nuo raštiško pranešimo gavimo (pateikti gamintojo įgaliojimą tiekėjui ar kitai įmonei, su kuria tiekėjas sudaręs sutartį).	12. Techninės priežiūros pažyma
21.	Prietaisai pristatomi adresais: Žolyno g. 34, Vilnius; Nemuno g. 75, Panevėžys, Naikupės g. 28, Klaipėda	Taip

*nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos prekės atitiktį nustatytiems pirkimo sąlygų reikalavimams

Eil. Nr.	Reikalavimai	Reikalavimą atitinkanti informacija* PILDO TIEKĖJAS
	stotelės su integruota programine įranga temperatūros matavimų įrašų perkėlimui iš temperatūros duomenų kaupiklių ir temperatūrinių ataskaitų išsaugojimui į kompiuterį ir temperatūros duomenų kaupiklių konfigūravimui nuomai	

1.	Skirta perkelti duomenis iš temperatūros matavimų duomenų kaupiklių į kompiuterį, konfigūruoti naudotojų grupes, priskirti jiems teises, konfigūruoti aliarmų ribas, temperatūros matavimo dažnumą, matavimo pradžios atidėjimą, automatinį matavimų konfigūravimą, temperatūros duomenų archyvavimą be galimybės redaguoti ar ištrinti įrašus, ataskaitų ruošimas ir spausdinimas, naudotojų komentarų įrašymas, grafinis ir skaitinis duomenų atvaizdavimas.	Žiūrėti brošiūrą ir naudojimo instrukciją (nuspalsvinta žalia spalva)
2.	Sistema, tinkanti audito ataskaitoms teikti. Turi atitikti duomenų saugumo standartą „21 CFR Part11“.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 42 psl. (nuspalsvinta žalia spalva)
3.	Duomenų perdavimas tarp temperatūros matavimų duomenų kaupiklio ir stotelės atliekamas bevieliu būdu.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 6 psl. (nuspalsvinta žalia spalva)
4.	Programinė įranga skirta Windows 7 ir naujesnėms operacinių sistemų versijoms.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 5 psl. (nuspalsvinta žalia spalva)
5.	Prisijungimas prie programinės įrangos apsaugotas kiekvienam naudotojui priskirtu slaptažodžiu, kiekvienas naudotojo prisijungimas fiksuojamas ir išsaugomas programinėje įrangoje.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 8 psl. (nuspalsvinta žalia spalva)
6.	Galimybė kurti skirtingų lygių vartotojų grupes, taip leidžiant atlikti naudotojui tik tam tikras funkcijas (duomenų iškėlimas, duomenų kaupiklio konfigūravimas, archyvavimas, peržiūra ir t.t.).	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 7 psl. (nuspalsvinta žalia spalva)
7.	Duomenys perkeliama ir konfigūruojami automatiškai, temperatūros duomenų kaupiklį uždėjus ant stotelės.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 23 psl. (nuspalsvinta žalia spalva)
8.	Galimybė eksportuoti – integruoti temperatūros duomenų kaupiklių matavimus su kitomis LIS informacinėmis sistemomis.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 38 psl. (nuspalsvinta žalia spalva)
9.	Galimybė iškelti matavimų duomenis į failus, kuriuos galima būtų peržiūrėti MS Excel programa.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 26 psl. (nuspalsvinta žalia spalva)
10.	Galimybė eksportuoti duomenų bazės archyvą kaip atsarginę kopiją.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 26, 38 psl. (nuspalsvinta žalia spalva)
11.	Galimybė viename lange matyti temperatūros pokyčio grafiką ir temperatūrų išklotinę laiko atžvilgiu.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 27 psl. (nuspalsvinta žalia spalva)
12.	Galimybė automatiškai apskaičiuoti statistiką: vidutinė temperatūra matavimo metu, žemiausia ir aukščiausia temperatūra, standartinis nuokrypis, temperatūros nuokrypio laiko trukmė.	Atitinka. Žiūrėti naudojimo instrukciją 26 psl. (nuspalsvinta žalia spalva)
13.	Naudotojo instrukcija integruota į programinę įrangą.	Žiūrėti brošiūrą ir naudojimo instrukciją

		(nuspalvinta žalia spalva)
14.	Stotelės prijungimas prie kompiuterio per USB sąsają.	Žiūrėti brošiūrą ir naudojimo instrukciją (nuspalvinta žalia spalva)
15.	Tinkama neribotam temperatūros duomenų kaupiklių kiekiui ir neribotam naudotojų kiekiui.	Žiūrėti brošiūrą ir naudojimo instrukciją (nuspalvinta žalia spalva)
16.	Įranga turi būti ženklinta CE ženklu.	6. CE sertifikatai
17.	Vartotojo instrukcija anglų kalba. Naudotojo vadovas lietuvių kalba gali būti pateiktas kartu su įranga	Pateikta. 9. Naudojimo instrukcija anglų kalba
18.	Nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos įrangos atitiktį nustatytiems pirkimų sąlygų reikalavimams.	Pateikta
19.	Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su įranga ir jiems turi būti išduoti tai patvirtinantys dokumentai.	11. Apmokymų pažyma
20.	Gamintojo, tiekėjo atstovas arba subtiekęs kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prietaiso pristatymo. Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Vykdytojas privalo turėti praktinės patirties kvalifikuojant įrangą (pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją).	10. Kvalifikavimo pažyma
21.	Nuomos laikotarpiu nemokamai atlikti įrangos techninę priežiūrą (pateikti gamintojo įgaliojimą tiekėjui ar kitai įmonei, su kuria tiekėjas sudaręs sutartį). Gedimo šalinimas per 24 val. nuo raštiško pranešimo gavimo.	12. Techninės priežiūros pažyma
22.	Įranga pristatoma adresais: Žolyno g. 34, Vilnius (85 duomenų kaupikliai, 7 stotelės); Nemuno g. 75, Panevėžys (15 duomenų kaupiklių, 1 stotelė); Naikupės g. 28, Klaipėda (30 duomenų kaupiklių).	Taip

*nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos prekės atitiktį nustatytiems pirkimo sąlygų reikalavimams

Pasiūlyme pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	6
2.	Įmonės registravimo pažymėjimas	3
3.	JAR jungtinė pažyma	2
4.	Įgaliojimas atstovauti gamintoją	2
5.	Apmokymų sertifikatas su vertimu	2
6.	Pažyma dėl atliktų įrangos kvalifikavimo patirties	3
7.	Brošiūra	2
8.	Naudojimo instrukcija anglų kalba	53
9.	CE sertifikatai	5
10.	Metrologinės patikros pažyma	1
11.	Apmokymų pažyma	1
12.	Kvalifikavimo pažyma	1
13.	Techninės priežiūros pažyma	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
2.	Įmonės registravimo pažymėjimas
3.	JAR jungtinė pažyma
4.	Įgaliojimas atstovauti gamintoją
5.	Apmokymų sertifikatas su vertimu
6.	Pažyma dėl atliktų įrangos kvalifikavimo patirties
7.	Brošiūra
8.	Naudojimo instrukcija anglų kalba
9.	CE sertifikatai

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;

Direktorė (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	Audronė Zolubienė (parašas)
--	--------------------------------

UAB „Raidynas“

J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, el.p. info@raidynas.lt, mob. 8 689 47356, duomenys saugomi
Juridinių asmenų registre, įm.k. 304147253, PVM mok.k. LT100009958617

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras


Pažyma

2018-11-20 Nr. 20181120NKC3

Patvirtiname, kad darbuotojai bus apmokyti dirbti su siūloma įranga ir jiems bus išduoti tai patvirtinantys dokumentai.

UAB „Raidynas“ direktorė

Audronė Zolubienė



UAB „Raidynas“

J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, el.p. info@raidynas.lt, mob. 8 689 47356, duomenys saugomi
Juridinių asmenų registre, įm.k. 304147253, PVM mok.k. LT100009958617

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras


Pažyma

2018-11-20 Nr. 20181120NKC4

Patvirtiname, kad kvalifikuosime siūlomą įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prietaisų pristatymo. Įrangos kvalifikavimas bus atliktas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus.

UAB „Raidynas“ direktorė

Audronė Zolubienė



UAB „Raidynas“

J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, el.p. info@raidynas.lt, mob. 8 689 47356, duomenys saugomi
Juridinių asmenų registre, įm.k. 304147253, PVM mok.k. LT100009958617

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras

Pažyma

2018-11-20 Nr. 20181120NKC5

Patvirtiname, kad nuomos laikotarpiu nemokamai bus atliekama siūlomos įrangos techninė priežiūra. Gedimų šalinimas bus atliekamas per 24 val. nuo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo.

UAB „Raidynas“ direktorė

Audronė Zolubienė



UAB „Raidynas“

J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, el.p. info@raidynas.lt, mob. 8 689 47356, duomenys saugomi
Juridinių asmenų registre, įm.k. 304147253, PVM mok.k. LT100009958617

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras

Pažyma

2018-11-20 Nr. 20181120NKC2

Patvirtiname, kad siūlomai įrangai (daugkartiniam programuojamam temperatūros matavimų duomenų kaupikliui su vidiniu temperatūros jutikliu) nuomos laikotarpiu metrologinė patikra bus atliekama 1 kartą per 2 metus.

UAB „Raidynas“ direktorė

Audronė Zolubienė

