

Klaipėda,

2019 m. vasar mėn. 21 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Kavita“ atstovaujama direktoriaus A. Petrikaičio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (405031) laimėtą biomikroskopinę plyšinę lempą su priedais priekinio akių segmento fotografavimui SL-D4, TopCon, Japonija, kurio vnt. kaina yra 23.353,00 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai 00 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Biomikroskopinė plyšinė lempa su priedais priekinio akių segmento fotografavimui SL-D4, TopCon, Japonija

Eil. Nr	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė
1.	Konstruktinis išpildymas ir komplektacija	Stacionari oftalmologinė biomikroskopinė plyšinė lempa su integruota skaitmenine foto-video kamera, su išoriniu kompiuteriu, monitoriumi ir spausdintuvu, sumontuotais ant reguliuojamo aukščio oftalmologinio elektrinio staliuko ir sujungtais į vieną funkcinę sistemą – 1 komplektas.
2.	Mikroskopas	Galileo tipo
3.	Padidinimai	5 perjungiami: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x
4.	Apžiūros laukas	35,1mm prie 6,37x padidinimo; 22,5mm prie 9,94x padidinimo; 14,1mm prie 15,87x padidinimo; 8,8mm prie 25,37x padidinimo; 5,6mm prie 39,62x padidinimo.
5.	Okuliarai	12,5x padidinimo
6.	Okuliary dioptrijų reguliavimas	Diapazone kaip nuo -5,0D iki +5,0D
7.	Atstumo tarp okuliary reguliavimas	Diapazone kaip nuo 55mm iki 75mm
8.	Galimybė nustatyti okuliarus 20° kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu	Yra galimybė užsakyti tai užtikrinantį adapterį ateityje.
9.	Apšvietimo plyšio plotis	Diapazone nuo 0,0mm iki 14,0mm, nuosekliai keičiamas.
10.	Apšvietimo plyšio ilgis	Diapazone nuo 1,0mm iki 14,0mm, nuosekliai keičiamas.
11.	Fiksuoti apšvietimo diametrai	6 perjungiamų žingsnių: 0,2mm, 1mm, 2mm, 5mm, 10mm, 14mm.
12.	Apšvietimo plyšio kryptis	Reguliuojama nuo 0° iki 180° diapazone su pasukimo laipsnio indikacija; pasukama į šonus.
13.	Šviesos šaltinis	20W galingumo halogeninė lemputė
14.	Filtrai	5: 1. mėlynas; 2. beraudės šviesos (red-free); 3. geltonas (amber); 4. apsauginis UV spindulių; 5. apsauginis IR spindulių.

15.	Tonometrijos priedėlis	Taip, yra, aplanacinio tipo, skirtas akispūdžio matavimui Goldmano metodu.
16.	Akių dugno apžiūros lęšiai	Kiekis: 2 vnt. 90D stiprumo; Statinis apžiūros kampas 74°; Dinaminis apžiūros kampas 89°; Vaizdo padidinimas 0,76x; Lazerinio taško dydis 1,32x; Darbinis atstumas 7mm; Pagaminti iš mineralinės medžiagos (stiklo), padengti daugiasluoksnėmis dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius.
17.	Paciento žvilgsnio fiksavimo lemputė	Raudonos spalvos LED su dioptrijų reguliavimu.
18.	Paciento pasmakrio laikiklio aukščio reguliavimo diapazonas	80mm.
19.	Plyšinės lempos slankiojimo pirmyn-atgal diapazonas	90mm.
20.	Plyšinės lempos slankiojimo į šonus diapazonas	100mm.
21.	Plyšinės lempos reguliavimo aukštyn-žemyn diapazonas	30mm.
22.	Plyšinės lempos reguliavimo aukštyn-žemyn palengvinimas	Integruotų plyšinės lempos ir foto kameros svorį neutralizuojančių spyruoklių pagalba.
23.	Skaitmeninė foto-video kamera	To paties gamintojo, kaip ir biomikroskopinė plyšinė lempa – kad užtikrinti pilnai suderintą funkcionavimą.
24.	Fotografavimo aktyvavimas	Ant plyšinės lempos vairalazdės esančio mygtuko pagalba.
25.	Automatinis fotografuojamos akies (kairės/dešinės) nustatymas ir indikacija nuotraukose	Taip, yra
26.	Vaizdo jutiklis	CMOS tipo; 1/2,5 dydžio; 5,04 mln. taškų (pikselių).
27.	Taško (pikslio) dydis	2,2μm
28.	Vaizdo dalytuvo santykis	50% - tiriančiajam ir 50% - kamerai.
29.	Tiriamąo vaizdo atvaizdavimas monitoriuje	Taip, yra atvaizdavimas realiame laike (<i>angl. live view</i>).
30.	Automatinis ekspozicijos nustatymo režimas	Taip, yra
31.	Serijinio fotografavimo režimas	Taip, yra. Nuspaudus fotografimo mygtuką išsaugojama serija nuotraukų tolimesnei jų peržiūrai ir atrankai.
32.	Video filmavimo režimas	Taip, yra.
33.	Nuotraukų dydis	2592x1944 taškų.
34.	Filmavimo dydis	1294x970 taškų.
35.	Filmavimo kadro dažnis	24 kadrai/sek.
36.	Rezoliucija	125 linijų porų/mm
37.	Filtrai	IR spindulių – įjungiamas ir išjungiamas.
38.	Vaizdo duomenų išvestis	LAN jungtis, GigE spartos.

39.	Programinė įranga pacientų duomenų ir nuotraukų bei video filmų išsaugojimui.	Taip, yra paties gamintojo, kaip ir biomikroskopinė plyšinė lempa bei skaitmeninė foto-video kamera.
40.	Dicom suderinamumas	Taip, yra
41.	Kompiuteris su priedais	Tinkamas numatytų tyrimų apdorojimui ir kaupimui, su 22 colių įsitražinės HD raiškos monitoriumi, klaviatūra (su šviečiančiais simboliais), kompiuterine optine pele, spalvotu lazeriniu spaudintuvu.
42.	Staliukas	Taip, yra to paties gamintojo, kaip ir biomikroskopinė plyšinė lempa bei skaitmeninė foto-video kamera; pritaikytas pacientams sėdintiems vežimėlyje tirti; su kompiuteriui skirta dėže.
43.	Kėdė pacientui	Reguliuojamo aukščio (ribose 47-59 cm), ant 5-iais taškais į grindis atsiremiančio metalinio pagrindo su stabiliomis kojelėmis (be ratukų), su apvalios formos 32 cm diametro sėdimuoju paviršiumi, pagamintu iš nerūdijančio plieno, be paminkštinių.
44.	Kėdė gydytojui	Reguliuojamo aukščio (ribose kaip 53-68 cm), ant 5-iais taškais į grindis atsiremiančio metalinio pagrindo su ratukais, su apvalios formos 33 cm diametro sėdimuoju paviršiumi bei atrama nugarai, su paminkštinimais, aptraukti dirbtine oda.
45.	Maitinimo šaltinis	Iš ~220V 50Hz elektros tinklo
46.	CE sertifikatas arba deklaracija	Taip, yra
47.	Garantija	12 mėnesių.
48.	Naudojimo instrukcija	Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą (pateikama pristatant prekes)

2. Sutarties vertė

Bendra sutarties (1 vnt.) vertė – 23.353,00 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai 00 cnt.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. "Pardavėjas" įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. "Pardavėjas", jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas "Pirkėją", kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos "Pirkėjui" nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti "Pardavėjas" įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. "Pardavėjas" pristato "Pirkėjui" nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga skaitoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka "Pardavėjas".

5.4. Jeigu "Pardavėjas" per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, "Pirkėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Ginčai

7.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Kitos sąlygos

8.1. Ši sutartis negali būti pilnai arba dalinai pakeista kitaip negu raštu. Visi pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

8.2. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

8.3. Ši sutartis sudaryta dviejuose egzemplioriuose, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

8.4. Šalims neįvykdžius numatytų sąlygų, sutartis yra nutraukiama.

"Pirkėjas"

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda

A/S LT 827180500000120325

AB "Šiaulių bankas"

Banko kodas 71805

Įmonės kodas 190468035

Įmonės vadovas *Nijolė Motužienė*



"Pardavėjas"

UAB „Kavita“
Gamyklos g. 39,
LT-89110 Mažiečiai
A/S LT077044060000017238

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Įmonės kodas 166725580

ALGIMANTAS PIEKIS
Serviso padalinio vadovas
Mob.: 8 685 61994



VŠĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei
PASIŪLYMO FORMA
**DĖL BIOMIKROSKOPINĖS PLYŠINĖS LEMPOS SU PRIEDAIS PRIEKINIO AKIŲ
SEGMENTO FOTOGRAFAVIMUI PIRKIMO**

 2018-11-22 Nr. 181122_01
 Mažeikiai

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Kavita“
Tiekėjo adresas	Gamyklos g.48, LT-89104 Mažeikiai
Įmonės kodas	166725580
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Projektų vadovė Jurgita Kontenienė
Telefono numeris	8-443-65166
Fakso numeris	8-443-65866
El. pašto adresas	jurgita@kavita.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	LT077044060000017238 AB SEB, B.K 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Techninė specifikacija.pdf	5
2	Atitikties deklaracija.pdf (pagal pirkimo dalis)	2
3	Bukletas.pdf	19
4	Kavita išplėstinis išrašas.pdf	3
5	Espd response (dviem formatais xlm ir pdf)	12

6	Vadovo įgaliojimas.pdf	1
7	Jungtinė pažyma.pdf	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso kaina EUR su PVM
1	<i>BIOMIKROSKOPINĖ PLYŠINĖ LEMPA SU PRIEDAIS PRIEKINIO AKIŲ SEGMENTO FOTOGRAFAVIMUI modelis: SL-D4, gamintojas: TopCon Japonija.</i>	23353,00

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Atitikties deklaracija_Konfidencialu.pdf (pagal pirkimo dalis)	
2	Bukletas_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
3	Kavita išplėstinis išrašas_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
4	Espd response_Konfidencialu (dviem formatais xlm ir pdf)	„Prisegti dokumentai“
5	Vadovo įgaliojimas_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
6	Jungtinė pažyma_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Projekto vadovė
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)


 (Parašas*)

Jurgita Kontenienė
 (Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI BIOMIKROSKOPINEI PLYŠINEI LEMPAI SU PRIEDAIS PRIEKINIO AKIŲ SEGMENTO FOTOGRAFAVIMUI

Modelis: SL-D4, gamintojas: TopCon, Japonija

Eil. Nr	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreiti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Konstruktinis išpildymas ir komplektacija	Stacionari oftalmologinė biomikroskopinė plyšinė lempa su integruota skaitmenine foto-video kamera, su išoriniu kompiuteriu, monitoriumi ir spausdintuvu, sumontuotais ant reguliuojamo aukščio oftalmologinio elektrinio staliuko ir sujungtais į vieną funkcinę sistemą – 1 komplektas.	Stacionari oftalmologinė biomikroskopinė plyšinė lempa su integruota skaitmenine foto-video kamera, su išoriniu kompiuteriu, monitoriumi ir spausdintuvu, sumontuotais ant reguliuojamo aukščio oftalmologinio elektrinio staliuko ir sujungtais į vieną funkcinę sistemą – 1 komplektas. Žr. Bukletas.pdf 1-19 psl.
2.	Mikroskopas	Galileo tipo arba analogiškas	Galileo tipo. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
3.	Padidinimai	Ne mažiau kaip 5 perjungiami: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x	5 perjungiami: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
4.	Apžiūros laukas	≥35mm prie 6x padidinimo; ≥22mm prie 10x padidinimo; ≥14mm prie 16x padidinimo; ≥8,5mm prie 25x padidinimo; ≥5,5mm prie 40x padidinimo.	35,1mm prie 6,37x padidinimo; 22,5mm prie 9,94x padidinimo; 14,1mm prie 15,87x padidinimo; 8,8mm prie 25,37x padidinimo; 5,6mm prie 39,62x padidinimo. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
5.	Okuliarai	12,5±0,5x padidinimo	12,5x padidinimo. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
6.	Okulių dioptrijų reguliavimas	Ne mažesniame diapazone kaip nuo -5,0D iki +5,0D	Diapazone nuo -5,0D iki +5,0D. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
7.	Atstumo tarp okulių reguliavimas	Ne mažesniame diapazone kaip nuo 55mm iki 75mm	Diapazone nuo 55mm iki 78mm. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
8.	Galimybė nustatyti okuliarus 20° kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu	Būtina galimybė užsakyti tai užtikrinantį adapterį ateityje.	Yra galimybė užsakyti tai užtikrinantį adapterį ateityje. Žr. Bukletas.pdf 4 psl.
9.	Apšvietimo plyšio plotis	Ne mažesniame diapazone nuo 0,0mm iki 14,0mm, nuosekliai keičiamas.	Diapazone nuo 0,0mm iki 14,0mm, nuosekliai keičiamas. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
10.	Apšvietimo plyšio ilgis	Ne mažesniame diapazone nuo 1,0mm iki 14,0mm, nuosekliai keičiamas.	Diapazone nuo 1,0mm iki 14,0mm, nuosekliai keičiamas. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
11.	Fiksuoti apšvietimo diametrai	Ne mažiau 6 perjungiamų žingsnių: 0,25±0,05mm, 1±0,1mm, 2±0,1mm, 5±0,5mm, 10±0,5mm, 13,5±0,5mm.	6 perjungiami žingsniai: 0,2mm, 1mm, 2mm, 5mm, 10mm, 14mm. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.

12.	Apšvietimo plyšio kryptis	Reguliuojama nuo 0° iki 180° diapazone su pasukimo laipsnio indikacija; pasukama į šonus.	Reguliuojama nuo 0° iki 180° diapazone su pasukimo laipsnio indikacija; pasukama į šonus. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
13.	Šviesos šaltinis	≥20W galingumo halogeninė lemputė	20W galingumo halogeninė lemputė. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
14.	Filtrai	Ne mažiau kaip 5: 1. mėlynas; 2. beraudės šviesos (<i>red-free</i>); 3. geltonas (<i>amber</i>); 4. apsauginis UV spindulių; 5. apsauginis IR spindulių.	Filtrai 5: 1. mėlynas; 2. beraudės šviesos (<i>red-free</i>); 3. geltonas (<i>amber</i>); 4. apsauginis UV spindulių; 5. apsauginis IR spindulių. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
15.	Tonometrijos priedėlis	Būtinas, aplanacinio tipo, skirtas akispūdžio matavimui Goldmano metodu.	Yra aplanacinio tipo, skirtas akispūdžio matavimui Goldmano metodu. Žr. Bukletas.pdf 5 psl.
16.	Akių dugno apžiūros lėšiai	Kiekis: 2 vnt. 90D stiprumo arba analogiški; Statinis apžiūros kampas ≥74°; Dinaminis apžiūros kampas ≥89°; Vaizdo padidinimas ≥0,76x; Lazerinio taško dydis ≥1,3x; Darbinis atstumas 7-8mm; Pagaminti iš mineralinės medžiagos (stiklo), padengti daugiasluoksnėmis dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius.	Kiekis: 2 vnt. 90D stiprumo; Statinis apžiūros kampas 74°; Dinaminis apžiūros kampas 89°; Vaizdo padidinimas 0,76x; Lazerinio taško dydis 1,32x; Darbinis atstumas 7mm; Pagaminti iš mineralinės medžiagos (stiklo), padengti daugiasluoksnėmis dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius. Žr. Bukletas.pdf 6,7,8 psl.
17.	Paciento žvilgsnio fiksavimo lemputė	Raudonos spalvos LED su dioptrijų reguliavimu.	Raudonos spalvos LED su dioptrijų reguliavimu. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
18.	Paciento pasmakrio laikiklio aukščio reguliavimo diapazonas	≥80mm.	80mm. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
19.	Plyšinės lempos slankiojimo pirmyn-atgal diapazonas	≥90mm.	90mm. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
20.	Plyšinės lempos slankiojimo į šonus diapazonas	≥100mm.	100mm. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
21.	Plyšinės lempos reguliavimo aukštyn-žemyn diapazonas	≥30mm.	30mm. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
22.	Plyšinės lempos reguliavimo aukštyn-žemyn palengvinimas	Integruotų plyšinės lempos ir foto kameros svorį neutralizuojančių spyruoklių pagalba.	Integruotų plyšinės lempos ir foto kameros svorį neutralizuojančių spyruoklių pagalba. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
23.	Skaitmeninė foto-video kamera	To paties gamintojo, kaip ir biomikroskopinė plyšinė lempa – kad užtikrinti pilnai suderintą funkcionavimą.	Skaitmeninė foto-video kamera to paties gamintojo, kaip ir biomikroskopinė plyšinė lempa – tad užtikrina pilnai suderintą funkcionavimą. Žr. Bukletas.pdf 2,5,9,12 psl.

24.	Fotografavimo aktyvavimas	Ant plyšinės lempos vairalazdės esančio mygtuko pagalba.	Ant plyšinės lempos vairalazdės esančio mygtuko pagalba. Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
25.	Automatinis fotografuojamos akies (kairės/dešinės) nustatymas ir indikacija nuotraukose	Būtina.	Automatinis fotografuojamos akies (kairės/dešinės) nustatymas ir indikacija nuotraukose. Žr. Bukletas.pdf 11 psl.
26.	Vaizdo jutiklis	CMOS tipo; ≥1/2,5 dydžio; ≥5 mln. taškų (pikselių).	CMOS tipo; 1/2,5 dydžio; 5,04 mln. taškų (pikselių). Žr. Bukletas.pdf 12 psl.
27.	Taško (pikslio) dydis	≥2,2μm	2,2μm. Žr. Bukletas.pdf 12 psl.
28.	Vaizdo dalytuvo santykis	50% - tiriančiajam ir 50% - kamerai.	50% - tiriančiajam ir 50% - kamerai. Žr. Bukletas.pdf. 12 psl.
29.	Tiriamąjį vaizdą atvaizdavimas monitoriuje	Būtinai atvaizdavimas realiame laike (<i>angl. live view</i>).	Būtinai atvaizdavimas realiame laike (<i>angl. live view</i>). Žr. Bukletas.pdf. 10 psl.
30.	Automatinis ekspozicijos nustatymo režimas	Būtinai.	Automatinis ekspozicijos nustatymo režimas. Žr. Bukletas.pdf. 10 psl.
31.	Serijinio fotografavimo režimas	Būtinai. Nuspaudus fotografavimo mygtuką išsaugojama serija nuotraukų tolimesnei jų peržiūrai ir atrankai.	Yra serijinio fotografavimo režimas Nuspaudus fotografavimo mygtuką išsaugojama serija nuotraukų tolimesnei jų peržiūrai ir atrankai. Žr. Bukletas.pdf. 10 psl.
32.	Video filmavimo režimas	Būtinai.	Yra video filmavimo režimas. Žr. Bukletas.pdf. 10 psl.
33.	Nuotraukų dydis	≥2590x1940 taškų.	2592x1944 taškų. Žr. Bukletas.pdf. 12 psl.
34.	Filmavimo dydis	≥1290x970 taškų.	1294x970 taškų. Žr. Bukletas.pdf. 12 psl.
35.	Filmavimo kadrų dažnis	≥24 kadrai/sek.	24 kadrai/sek. Žr. Bukletas.pdf. 12 psl.
36.	Rezoliucija	≥125 linijų porų/mm	125 linijų porų/mm. Žr. Bukletas.pdf. 12 psl.
37.	Filtrai	IR spindulių – įjungiamas ir išjungiamas.	IR spindulių filtras įjungiamas ir išjungiamas. Žr. Bukletas.pdf. 12, 13 psl.
38.	Vaizdo duomenų išvestis	LAN jungtis, GigE spartos.	LAN jungtis, GigE spartos. Žr. Bukletas.pdf. 12 psl.
39.	Programinė įranga pacientų duomenų ir nuotraukų bei video filmų išsaugojimui.	Būtina to paties gamintojo, kaip ir biomikroskopinė plyšinė lempa bei skaitmeninė foto-video kamera.	Yra to paties gamintojo, kaip ir biomikroskopinė plyšinė lempa bei skaitmeninė foto-video kamera, programinė įranga pacientų duomenų ir nuotraukų bei video filmų išsaugojimui. Žr. Bukletas.pdf. 9,14,15 psl.
40.	Dicom suderinamumas	Būtinai	Yra Dicom suderinamumas. Žr. Bukletas.pdf. 14,15 psl.
41.	Kompiuteris su priedais	Tinkamas numatytų tyrimų apdorojimui ir kaupimui, su ≥22 colių įsitražinės HD raiškos monitoriumi, klaviatūra (pageidautina su šviečiančiais simboliais), kompiuterine optine	Kompiuteris tinkamas numatytų tyrimų apdorojimui ir kaupimui, su 22 colių įsitražinės HD raiškos monitoriumi, klaviatūra (su šviečiančiais simboliais), kompiuterine optine pele, spalvotu

		pele, spalvotu lazeriniu spaudintuvu.	lazeriniu spaudintuvu. Žr. Bukletas.pdf. 5, 18 psl.
42.	Staliukas	Būtinai to paties gamintojo, kaip ir biomikroskopinė plyšinė lempa bei skaitmeninė foto-video kamera; pritaikytas pacientams sėdintiems vežimėlyje tirti; su kompiuteriui skirta dėžė.	Staliukas to paties gamintojo, kaip ir biomikroskopinė plyšinė lempa bei skaitmeninė foto-video kamera; pritaikytas pacientams sėdintiems vežimėlyje tirti; su kompiuteriui skirta dėžė. Žr. Bukletas.pdf. 42 psl.
43.	Kėdė pacientui	Reguliuojamo aukščio (ne siauresnėse ribose kaip 48-58 cm), ant ne mažiau kaip 4-iais taškais į grindis atsiremiančio metalinio pagrindo su stabiliomis kojelėmis (be ratukų!), su apvalios formos ne mažiau 30 cm diametro sėdimuoju paviršiumi, pagamintu iš nerūdijančio plieno, be paminkštinimų.	Reguliuojamo aukščio (nuo 47-59 cm), ant 5-iais taškais į grindis atsiremiančio metalinio pagrindo su stabiliomis kojelėmis (be ratukų), su apvalios formos 32 cm diametro sėdimuoju paviršiumi, pagamintu iš nerūdijančio plieno, be paminkštinimų. Žr. Bukletas.pdf. 17 psl.
44.	Kėdė gydytojui	Reguliuojamo aukščio (ne siauresnėse ribose kaip 55-65 cm), ant ne mažiau kaip 5-iais taškais į grindis atsiremiančio metalinio pagrindo su ratukais, su apvalios formos ne mažiau 30 cm diametro sėdimuoju paviršiumi bei atrama nugarai, su paminkštinimais, aptraukti dirbtine oda.	Reguliuojamo aukščio (nuo 53-68 cm), ant 5-iais taškais į grindis atsiremiančio metalinio pagrindo su ratukais, su apvalios formos 33 cm diametro sėdimuoju paviršiumi bei atrama nugarai, su paminkštinimais, aptraukti dirbtine oda. Žr. Bukletas.pdf. 17 psl.
45.	Maitinimo šaltinis	Iš ~220V 50Hz elektros tinklo	Iš ~220V 50Hz elektros tinklo. Žr. Bukletas.pdf. 3 psl.
46.	CE sertifikatas arba deklaracija	Būtina	Atitinka CE sertifikato reikalavimus. Žr. CE sertifikatas.pdf
47.	Garantija	Ne mažiau 12 mėnesių.	Suteikiama 12 mėnesių garantija.
48.	Naudojimo instrukcija	Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą (pateikama pristatant prekes)	Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą (pateikama pristatant prekes). Žr. Bukletas.pdf. 19 psl.
49.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba.	Būtina	Žr. Bukletas.pdf 1-19 psl. ir CE sertifikatas.pdf

	<u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>		
50.	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
51.	PVM tarifas procentais		21
52.	Viso kaina Eur su PVM		23353,00 Eur.
53.	Firminis pavadinimas, gamintojas		SL-D4, gamintojas: TopCon, Japonija