

PASIŪLYMAS DĖL PACIENTO BURNOS IR DANTŲ DOKUMENTAVIMO ĮRANGOS PIRKIMO

2019-01-18 Nr. VPK 19-005
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB SK Impex Service Center
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Mildos g. 6, LT-10311, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Odontologinio padalinio vadovė Daiva Laurutėnienė
Telefono numeris	8 614 63789
Fakso numeris	85 210 5880
El. pašto adresas	daiva.lauruteniene@skimex.lt
<i>Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us) arba specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo(u), subteikėjo(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti</i>	
Subrangovo (-u), subtiekęjo (-u) ar subteikėjo (-u) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-u), subtiekęjo (-u) ar subteikėjo (-u) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo (u), subteikėjo (u) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	
Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) 2019 m. sausio 16 d. Kvietime pateikti pasiūlymą;
- 2) kituose konkurso dokumentuose (konkurso sąlygų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome prekes, nurodytas Kvietimo pateikti pasiūlymą 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje, šiose pirkimo dalyse: _____

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymo kaina:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur		PVM		Bendra kaina Eur	
				Su PVM	Be PVM	Dydis %	Suma Eur	Su PVM	Be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pirkimo 1 dalis									
Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įranga Nr. 1 – 1 vnt.									
1.	Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įranga	vnt.	1	2992,33	2473,00	21	519,33	2992,33	2473,00
Bendra pasiūlymo kaina be PVM Pirkimo 1 daliai:								2992,33	
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina su PVM Pirkimo 1 daliai skaičiais ir žodžiais): Du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt du eurai 0,33 cent.									
Pirkimo 2 dalis									
Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įranga Nr. 2 – 2 vnt.									
1.	Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įranga	vnt.	2	1495,56	1236,00	21	519,12	2991,12	2472,00
Bendra pasiūlymo kaina be PVM Pirkimo 2 daliai:								2991,12	
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina su PVM Pirkimo 2 daliai skaičiais ir žodžiais): Du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 0,12 cent.									

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:




Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomi konfidencialia informacija.

Odonto logijos padalinio vadovė   
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO 1 DALIS

Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įranga Nr. 1 – 1 vnt.

Eil. Nr.	Reikalaujamas parametras	Reikalaujamo parametro reikšmė	Siūlomos prekės gamintojas, modelis, techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomas prekės atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir puslapis)
Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įrangą Nr. 1 (1 vnt.) sudaro toliau išvardintos prekės. Perkamas Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įrangos Nr. 1 kiekis – 1 vnt.			
1.	Fotoaparatas		Fotoaparatas Canon EOS 80D
1.1	Ekranas	1. Kintamojo kampo 2. Ne mažiau 7,5 cm, 1040 000 taškų 3. LCD (kraštinių santykis 3:2) tipo arba lygiavertis 4. Žiūrėjimo kampas $\geq 160^\circ$ 5. Dviguba antirefleksinė danga arba lygiavertė	Ekranas; 1. Kintamojo kampo 2. 7,7 cm, 1040 000 taškų 3. LCD (kraštinių santykis 3:2) tipo 4. Žiūrėjimo kampas 170° 5. Dviguba antirefleksinė danga
1.2	Vaizdo įrašymo kokybė	Aukštos raiškos Full HD (aukštos raiškos signalo perdavimo)	Vaizdo įrašymo kokybė aukštos raiškos Full HD
1.3	Vaizdo procesorius	DIGIC 6 arba lygiavertis	Vaizdo procesorius DIGIC 6
1.4	Fotografavimo sparta	Ne mažesnė kaip 7 kadro /s	Fotografavimo sparta 7 kadro /s
1.5	Vaizdo jutiklis	Ne mažiau kaip 24 megapikselių, APS-C CMOS arba lygiavertis	Vaizdo jutiklis 24 megapikselių, APS-C CMOS
1.6	Fokusavimas	1. Ne mažiau kaip 45 taškų kryžminio centro automatinio fokusavimo (AF) sistema. 2. Automatinis ir rankinis taškų pasirinkimas.	Fokusavimas 45 kryželio tipo AF taškai Automatinis ir rankinis taškų pasirinkimas
1.7.	Vaizdo ieškiklis	Dengia 100 % lauko	Vaizdo ieškiklis dengia 100 % lauko
2.	Blykstė		
2.1	Įtaisyto blykstės perdirbimo laikas	3 sek. $\pm 0,1$ s	Įtaisyto blykstės perdirbimo laikas apie 3 sek.

3.	Makro žiedinė blykstė	To paties gamintojo kaip ir fotoaparatas	Makro žiedinė blykstė Canon Macro Ring Lite MR-14EX II
3.1	Efektyvumo spektras	≥ 14 m	Efektyvumo spektras 14m
3.2	Nuokrypio kampas vertikaliai/horihontaliai	$\geq 80^\circ/80^\circ$	Nuokrypio kampas vertikaliai/horihontaliai $80^\circ/80^\circ$
3.3	Ruošimosi laikas	Nemažesniuose intervaluose nei: Normalus: apytiksliai 0.1- 5.5 sekundės Greitas: 0.1 – 3.3 sekundės	Ruošimosi laikas normalus: apytiksliai 0.1- 5.5 sekundės Greitas: 0.1 – 3.3 sekundės
3.4	Maitinimo šaltinis	Būtinai (baterijos arba akumuliatorinio tipo)	Maitinimo šaltinis Elementai 4xAA tipo Išorinis maitinimo šaltinis CP-4
4.	Objektyvas		Objektyvas Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
4.1	Židinio nuotolis	100 mm	Židinio nuotolis 100mm
4.2	Diafragma	f/2.8	Diafragma f/2.8
4.3	Filtro diametras	67 mm	Filtro diametras 67 mm
4.4	Stabilizavimas	Būtinai - 4 žingsniai	Stabilizavimas 4 žingsniai
4.5	Diafragmos lapelių skaičius	9	Diafragmos lapelių skaičius 9
5.	Pakrovėjas	Suderinamas su fotoaparatu	Pakrovėjas suderinamas su fotoaparatu
6.	Adapteris	Žiedinei blykstei tvirtinti prie 67 mm skersmens objektyvų.	Adapteris žiedinei blykstei tvirtinti prie 67 mm skersmens objektyvų
7.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne trumpesnis nei 12 mėn.	Garantinis aptarnavimas 12 mėn.
8.	Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas	Būtinai (įskaičiuota į pasiūlymo kainą)	Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas

PIRKIMO 2 DALIS

Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įrangą Nr. 2 – 2 vnt.

Eil. Nr.	Reikalaujamas parametras	Reikalaujamo parametro reikšmė	Siūlomos prekės gamintojas, modelis, techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomas prekės atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir puslapis)
Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įrangą Nr. 2 (2 vnt.) sudaro toliau išvardintos prekės. Perkamas Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įrangos Nr. 2 kiekis – 2 vnt.			

1.	Fotoaparatas		Fotoaparatas Canon „EOS 750D“
1.1	Ekranas	1. Kintamojo kampo 2. Ne mažiau 6,5 cm, 1040 000 taškų 3. LCD (kraštinių santykis 3:2) tipo arba lygiavertis	Ekranas kintamojo kampo 7,7 cm, 1040 000 taškų LCD (kraštinių santykis 3:2) tipo
1.2	Vaizdo įrašymo kokybė	Ne mažiau nei 1920 x 1080	Vaizdo įrašymo kokybė 1920 x 1080
1.3	Vaizdo procesorius	DIGIC 6 arba lygiavertis	Vaizdo procesorius DIGIC 6
1.4	Fotografavimo sparta	Ne mažesnė kaip 5 kadro /s	Fotografavimo sparta 5 kadro /s
1.5	Vaizdo jutiklis	Ne mažiau kaip 24 megapikselių, APS –C CMOS arba lygiavertis	Vaizdo jutiklis 24 megapikselių, APS –C CMOS
1.6	Fokusavimas	Ne mažiau kaip 19 taškų kryžminio centro automatinio fokusavimo (AF) sistema. Automatinis ir rankinis taškų pasirinkimas.	Fokusavimas 19 taškų kryžminio centro automatinio fokusavimo (AF) sistema. Automatinis ir rankinis taškų pasirinkimas.
1.7.	Vaizdo ieškiklis	Dengia ne mažiau nei 95 % lauko	Vaizdo ieškiklis 95 % lauko
2.	Blykstė		Blykstė Nissin MF 18
2.1	Režimai	Automatinis, rankinė blykstė	Automatinis, rankinė blykstė
3.	Makro žiedinė blykstė	Gali būti kito gamintojo, nei fotoaparatas, bet turi būti suderinamas su komplektuojamu fotoaparatu	Makro žiedinė blykstė suderinama su komplektuojamu fotoaparatu
3.1	Režimo palaikymas	Turi palaikyti TTL režimą	Palaiko TTL režimą
3.2	Įsikrovimo laikas	Iki 5,5 sekundžių	Įsikrovimo laikas 0.1-5.5 sek.
3.3	Spalvinė temperatūra	5600° K	Spalvinė temperatūra 5600° K
3.4	Maitinimo šaltinis	4x AA tipo elementai (pakraunami, klomplektuojami kartu su pakrovėju)	Maitinimo šaltinis 4x AA tipo elementai
4.	Objektyvas (makro)		Objektyvas (makro) Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM
4.1	Židinio nuotolis (fiksotas)	100mm	Židinio nuotolis (fiksotas)100mm
4.2	Plačiausia diafragma	f/2.8	Plačiausia diafragma f/2.8
4.3	Filtro diametras	58 mm	Filtro diametras 58mm
4.4	Stabilizavimas	Nebūtinas	
4.5	Diafragmos lapelių skaičius	8	Diafragmos lapelių skaičius 8
5.	Pakrovėjas	Suderinamas su fotoaparatu	Pakrovėjas suderinamas su fotoaparatu

6.	Adapteris (reikalingas, jei blykstės fiksavimo prie objektyvo diametras neatitinka objektyvo diametro)	Žiedinei blykstei tvirtinti prie 58 mm skersmens objektyvų.	Adapteris nereikalingas
7.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne trumpesnis nei 12 mėnesių	Garantinis aptarnavimas 12mėn.
8.	Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas	Būtinai	Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas