1.1.2.	1.3 analizatoriams. Reagentai šiems matuojamiems parametrams: WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, MONO (#, %), LYMPH (#, %), EOS (#, %), NEUT (#, %), BASO (#, %), IG (#, %). 1.4 analizatoriams. Reagentai šiems matuojamiems parametrams: WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %), IG (#, %) Arba WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %), IG (#, %), ALY (#, %), LIC (#, %) Arba WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %), ALY (#, %), LIC (#, %)	1.3 analizatoriams: CE ženklinimas; tirti kapiliarinį ir veninį kraują: ne daugiau kaip 150 mkl rankiniame režime; ne daugiau kaip 250 mkl automatiniame režime; matavimo ribos ne siauresnės kaip: WBC 0–180 (10^9/L) RBC 0–7,5 (10^{12}/L) Hgb 1–250 (g/L) PLT 0–2000 (10^9/L); matavimo metodas - Impedanso, fotometrinis. 1.4 analizatoriams: CE ženklinimas; tirti kapiliarinį ir veninį kraują: ne daugiau kaip 150 mkl rankiniame režime; ne daugiau kaip 250 mkl automatiniame režime; matavimo ribos ne siauresnės kaip: WBC 0,02–180(10^9/L) RBC 0–7,5 (10^{12}/L) Hgb 1–250 (g/L) PLT 0–2000		8 000											
1.1.2.1.	*ABX Diluent*		1.3. analizatoriams - 267 000												*Horiba Medical, ABX Diluent*
1.1.2.2.	*ABX Basolyse*														*Horiba Medical, ABX Basolyse*
1.1.2.3.	*ABX Cleaner*														*Horiba Medical, ABX Cleaner*
1.1.2.4.	*ABX Lysebio*														*Horiba Medical, ABX Lysebio*