

22	Matavimo ribos ne siauresnės kaip	WBC 0-100 x10 ⁹ /L RBC 0-7,5 x 10 ¹² /L Hgb 0-250 g/L PLT 0-1000 x 10 ⁹ /L Būtina	
23	Analizatorius turi būti naujas, neeksploatuotas, pagaminimo metai - ne senesnis kaip 2017 metų (4 vnt.), instaliavimo vietas - Gedimino pr. 27 (1 vnt.), Gerosios V.1 a (1 vnt.), Pylimo g. 56 (1 vnt.), Vytenio g. 59 (1 vnt.)	Būtina	
24	Analizatorius turi būti naujas, neeksploatuotas, pagaminimo metai - ne senesnis kaip 2015 metų (3 vnt.); instaliavimo vietas - Pylimo g. 3 (Budinčio gydytojo tarnyba, 1 vnt.), Agraštų g. 16 (Šeimos gydytojo kabinetas, 1 vnt.), Žalioji g. 3 (Šeimos gydytojo kabinetas, 1 vnt.)	Būtina	
25	Pristatymas: tiekėjas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pagal iš anksto su perkanciją organizacija suderintą grafiką pristato analizatorių perkancijai organizacijai, surenka, sumontuoja, įdiegia, paruošia darbui, suderina, išbando, apmoko personalą dirbti su analizatoriumi ir atlieka analizatoriaus integraciją su įstaigos informacine sistema	Būtina	
26	Įrangos aptarnavimas (sertifikuoto inžinieriaus)	Garantinis aptarnavimas visą panaudos sutarties laikotarpį	
1.3.	Panaudai suteikiamo hematologinio analizatoriaus techniniai reikalavimai (2 vnt.) (pristatymo ir instaliavimo vieta - Pylimo g. 3, Vilnius)		
Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Panaudai siūlomos prekės techninių parametrų atitikimas
1	Analizatoriai 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti 2 vnt.	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas	Analizatoriai 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti 2 vnt. Yumizen HI500 ir kompiuterizuota darbo vieta P800, Horiba Medical su spausdintuvu EPSON WorkForce AL-M300 panaudai (1 vnt).
2	Matuojami parametrai	WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, MONO (#, %), LYMPH (#, %), EOS (#, %), NEUT (#, %), BASO (#, %), IG (#, %)	
3	Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus: CBC; CBC+DIFF	Būtina	
4	Mėginio tūris	Ne daugiau kaip 150 mkl rankiniame režime; ne daugiau kaip 250 mkl automatiname režime.	
5	Talpa automatiniam mėginių padavimui	Ne mažiau kaip 100 mėgintuvėlių	
6	Našumas	Ne mažiau 100 tyr./val. automatiname režime CBC+DIFF	
7	Kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiname režime atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą	Būtina	
8	Mėginių matavimai automatiname režime turi būti atliekami iš uždarytų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį	Būtina	
9	Kontrolinio kraujo matavimai turi būti atliekami iš uždarytų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį	Būtina	
10	STAT mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu iš atvirų mėgintuvėlių	Būtina	