


16	Pristatymas: tiekėjas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pagal iš anksto su perkančiąja organizacija suderintą grafiką pristato analizatorių perkančiąjai organizacijai, surenka, sumontuoja, įdiegia, paruošia darbui, suderina, išbando, apmoko personalą dirbti su analizatoriumi ir atlieka analizatoriaus integraciją su įstaigos informacine sistema	Būtina
17	Įrangos aptarnavimas (sertifikuoto inžinieriaus)	Garantinis aptarnavimas visą panaudos sutarties laikotarpį.
1.5.	Panaudai suteikiamos rotorinės vartyklės techniniai reikalavimai (4 vnt.), pristatymo ir instaliavimo vietos - Pylimo g.3 (Budinio gydytojo tarnyba-1 vnt.), Pylimo g. 3 (1 vnt.), Kalinausko g. 4 (1 vnt.), Gedimino pr. 27 (1 vnt.), Vilnius):	Panaudai gydytojo tarnyba-1 vnt.), Pylimo g. 3 (1 vnt.), Kalinausko g. 4
Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai
1	Programuojama rotorinė vartyklė mėgintuvėliams - 4 vnt.	Pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas
2	Paskirtis	Skirta kraujo mėginių maišymui
3	Maksimalus vartymo greitis: 100 aps. / min.	Būtina
4	Vertikalus judėjimas: 360°	Būtina
5	Vertikalios rotacijos laiko nustatymo ribos: 0-250 s	Būtina
6	Purtymo platformos: 1,5 – 50 ml mėgintuvėliams, mikroplokštėlėms	Būtina
7	M mažas dydis, svoris iki 2,5 kg	Būtina
8	Įrangos aptarnavimas	Garantinis aptarnavimas visą panaudos sutarties laikotarpį
		Multi Bio RS-24, programuojama rotorinė vartyklė mėgintuvėliams, Biosan.

PARDAVĖJAS
Uždaroji akcinė bendrovė „Limeta“

Generalinis direktorius
Kęstutis Kutkauskas



PIRKĖJAS
Viešoji įstaiga Centras poliklinika

Direktorius
Kęstutis Štaras

(Signature)
(parašas)