

415

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 01-25-

2017 m. rugsėjo 27 d.
Vilnius

Viešoji įstaiga Centro poliklinika, įstaigos kodas 125873515 (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Štaro, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir

UAB „Ardeola“, įmonės kodas 221731170 (toliau – Pardavėjas), atstovaujama vykdomojo direktoriaus Rimgaudo Dirsės, veikiančio pagal 2017-05-03 direktoriaus įgaliojimą Nr. 17-AR-0503-1, kartu bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka pristatyti pagal panaudos sutartį Pardavėjo suteikiamu naudoti automatiniu imunofermentiniu analizatoriumi atliekamiems infekcinių ir autoimuninių ligų tyrimams skirtus reagentus, kontrolines medžiagas ir papildomas priemones (toliau – prekės), o Pirkėjas – priimti iš Pardavėjo pagal sutarties nuostatas pateiktas prekes ir sumokėti už jas sutartyje nustatytais mokėjimo sąlygomis ir tvarka pagal sutarties priede „Techninė specifikacija“ (toliau – sutarties priedas) nurodytas detalias prekių kainas.

1.2. Prekės, jų techninė specifikacija, kiekis ir kainos nurodyti sutarties priede.

1.3. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Prekių pakavimas ir ženklinimas turi atitikti medicinos priemonių ir vaistų Lietuvoje įpakavimo ir ženklinimo standartus: CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVDD 98/79/EC, turi būti nurodytas gamintojas, prekės saugojimo sąlygos, serija, galiojimo laikas.

1.4. Prekės turi būti originalios pagal panaudą Pardavėjo suteikiamo analizatoriaus gamintojo arba gamintojo rekomenduojami, tinkami pagal panaudą Pardavėjo suteikiamam analizatoriui ir atitinkantys techninius, funkcinus ir klinikinius kokybinius diagnostinius reikalavimus. Reagentų ir papildomų priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo dienos, išskyrus kontrolines medžiagas. Atidaryta reagentų pakuotė ir (ar) papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti turi galioti ne trumpesnę laiką negu būtų sunaudota laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. Prekių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip pusė prekių galiojimo laiko.

1.5. Prekės turi būti pažymėtos brūkšniniais kodais arba reagento pakuotėje turi būti lapas su brūkšniniais kodais. Brūkšniniuose koduose turi būti ši informacija: pavadinimas, partijos numeris, rinkinio kodo numeris ir / ar reagento kodo numeris, galiojimo data, kalibraciniai duomenys.

2. SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. **Maksimali sutarties kaina yra 95 560, 76 Eur (devyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų 76 ct)**. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti visą sutarties priede nurodytą prekių kiekį.

2.2. Į prekių kainą įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos, susijusios su mokėtinais mokesčiais (įskaitant mokesčius už PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“), pardavimu ir pristatymu į sutartyje nurodytą vietą.

2.3. Mokėjimai apskaičiuojami ir atliekami eurais mokesciniu pavedimu per banką į sutartyje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. Už kokybiškas, sutarties reikalavimus atitinkančias prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po prekių pristatymo ir PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo iš Pardavėjo dienos. Jei Pirkėjas laiku negauna finansavimo iš Teritorinės ligonių kasos ir apie tai informuoja Pardavėją, apmokėjimas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tokiu atveju, delspinigiai Pardavėjo naudai neskaičiuojami. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti



prekes, jei jos pateiktos nesilaikant sutarties reikalavimų. PVM sąskaitas faktūras privaloma pateikti per Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“. PVM sąskaitos faktūros pateiktos ne per Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“ nebus apmokamos.

2.4. PVM sąskaitoje faktūroje, be kitų privalomų rekvizitų, privalo būti įrašytas sutarties numeris ir data. PVM sąskaitos faktūros privalo būti išrašomos sutarties priede nurodytu firminių prekės pavadinimu arba jo sutrumpinimu, o kaina turi būti nurodoma tiek skaičių po kablelio, kiek nurodyta sutarties priede.

2.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu sutarties kaina (įkainiai) yra nekintama (-i) ir ji (-ie) nebus perskaičiuojama (-i) pagal bendro kainų lygio kitimą ar prekių grupių kainų pokyčius. Į sutarties kainą (įkainius) įskaityti visi tiekėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui. Sutarties kainodara – fiksuotas įkainis.

2.6. Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama (-i) tokia tvarka:

2.6.1. pasikeitus PVM, sutarties kaina (įkainiai) bus perskaičiuojama (-i). Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina (įkainiai) nebus perskaičiuojama (-i);

2.6.2. pasikeitus PVM tarifo dydžiui, sutarties kainą (įkainius) sudarantis PVM tarifas nepristatytoms prekėms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

2.6.3. atskiras rašytinis susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas;

2.6.4. perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo pakeisto PVM tarifo įsigaliojimo dienos.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

3.1.1. sutartyje nurodytas prekes pristatyti laiku, savo rizika ir sąskaita kaip įmanoma rūpestingai, objektyviai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pristatymą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius;

3.1.2. kartu su prekėmis pristatyti saugos duomenų lapus (SDL) (jei toms prekėms taikoma) bei gamintojo parengtus prekių katalogus ir / ar techninius aprašus. Pateikiami dokumentai turi būti lietuvių kalba.

3.1.3. savo lėšomis tiekti trūkstamas prekes (laboratorinius reagentus ir (ar) eksploatacines medžiagas), jei Pardavėjo apskaičiuotų prekių kiekio neužtenka nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui atlikti.

3.1.4. Pirkėjui pareiškus argumentuotas pastabas dėl nekokybiškų sutarties reikalavimų neatitinkančių prekių, savo lėšomis ištaisyti trūkumus Šalių suderintais terminais ir būdais.

3.2. Pardavėjo teisės:

3.2.1. prašyti iš Pirkėjo pateikti turimą informaciją, reikalingą vykdant sutartį;

3.2.2. kitos sutartyje ir teisės aktuose numatytos teisės.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja:

3.3.1. priimti pagal sutarties nuostatas pristatytas prekes ir už jas apmokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.2. sudaryti Pardavėjui sąlygas tinkamai įvykdyti sutartį.

3.4. Pirkėjo teisės:

3.4.1. nepriimti prekių, jei jos pateiktos nesilaikant sutarties sąlygų;

3.4.2. kitos sutartyje ir teisės aktuose nustatytos teisės.

4. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

4.1. Prekių pristatymo vieta – viešoji įstaiga Centro poliklinika, Pylimo g. 3, LT-01117 Vilnius.

 ...

4.2. Pristatymo terminai:

4.2.1. Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 savaites po sutarties įsigaliojimo dienos panaudos pagrindu teikiamus analizatorius pagal iš anksto su Pirkėju suderintą grafiką pristato Pirkėjui, surenka, sumontuoja, įdiegia, paruošia darbui, suderina, išbando, apmoko personalą dirbti su analizatoriumi ir atlieka analizatoriaus integraciją su įstaigos laboratorijos informacine sistema (LIS).

4.2.2. Prekės turi būti pristatytos per 3 (tris) darbo dienas nuo atskiro užsakymo raštu (paštu ar elektroninėmis priemonėmis) ar telefonu pateikimo dienos.

4.3. Prekes Pardavėjas pristato savo transportu nemokamai, nepriklausomai nuo užsakomo prekių kiekio.

4.4. Pristatomoms prekėms suteikiama sutarties priede nurodoma garantija.

4.5. Pardavėjui pristacius nekokybiškas prekes, Pardavėjas savo sąskaita jas turi pakeisti sutarties reikalavimus atitinkančiomis prekėmis per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos.

4.6. Šalys įsipareigoja neatskleisti jokios vykdant sutartį iš kitos Šalies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo ir visą šią informaciją laikyti konfidencialia, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

5. SUTARTINIŲ TERMINŲ NESILAIKYMAS

5.1. Pirkėjui laiku neatsiskaitant pagal sutartį, ir Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas privalo sumokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

5.2. Laiku pagal sutarties nuostatas nepateikus prekių, ir Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo maksimalios sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), Šalių nurodytais adresais.

6.2. Pardavėjo sutartį administruojantis asmuo – klinikinės diagnostikos pardavimo vadybininkė Eglė Tamošaitytė-Bastienė, tel. (8 5) 269 1129, faks. (8 5) 278 4201, el. p. ardeola@ardeola.lt.

6.3. Pirkėjo sutartį administruojantis asmuo – antrinės asmens sveikatos priežiūros administratorė Laima Skrickienė, tel. (8 5) 251 4088, el. p. laima.skrickiene@pylimas.lt.

6.4. Pasikeitus Šalių pavadinimams, adresams, telefonų numeriams, banko rekvizitams, sutartį administruojantiems asmenims ar kitiems duomenims, sutarties Šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo raštu informuoti apie tai viena kitą. Šaliai informavus kitą Šalį apie šiame papunktyje nurodytus pakeitimus, be papildomo rašytinio susitarimo Šalys jais vadovaujasi ir taiko. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad Šalių veiksmai, atlikti pagal paskutinius joms žinomus kitos Šalies rekvizitus ir (ar) už sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų jai pagal tuos rekvizitus ir (ar) už sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus.

7. NENUGALIMA JĖGA

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

7.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

7.4. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

9. PIRKIMO SUTARTIES GALIOJIMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal sutartį be rašytinio kitos Šalies sutikimo.

9.2. Sutartis sudaroma 36 (trisdešimt šešiams) mėnesiams. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties galiojimo pabaiga neturi įtakos toms šios sutarties pagrindams atsiradusioms prievolėms, kurios pagal savo prigimtį ir esmę lieka galioti ir toliau po sutarties pasibaigimo.

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl Pardavėjo kaltės – jam nesilaikant sutarties sąlygų ir joje priimtų įsipareigojimų, Pardavėjas per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties nutraukimo turi sumokėti Pirkėjui baudą – 10 proc. nuo maksimalios sutarties vertės su PVM, kurios sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti tiesioginius Pirkėjo patirtus nuostolius, Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, tiek, kiek patirti nuostoliai viršija baudą.

9.4. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje

numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos apklausos sąlygose. Tais atvejais, kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant apklausos sąlygas ir sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas. Šalių valia turi būti įforminama protokolu arba papildomu susitarimu prie sutarties, pasirašomu abiejų Šalių, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.

9.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, įspėdamas Pardavėją raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo, jeigu Pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis negu buvo nurodyta sutartyje. Jeigu sutartį Pirkėjas nutraukia vienašališkai Pardavėjui netinkamai vykdant sutartį, iš mokėtinos sumos jis turi teisę išskaičiuoti netesybas ir Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius.

9.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, Pirkėjui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, prieš tai raštu įspėjus Pirkėją apie sutarties nutraukimą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo.

9.7. Sutartis gali būti nutraukiama:

9.7.1. abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu;

9.7.2. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

9.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina nei vienos iš Šalių teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

9.9. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos šios sutarties sąlygos, kurie darytų žalą Šalių interesams, geram vardui ir tarpusavio bendradarbiavimui.

9.10. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir / ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti sutartyje nurodytos (-ų) prekės (-ių) modelio (-ių), nes jis (-ie) nebegaminamas (-i) ir Pardavėjas pateikia tai įrodantį gamintojo patvirtinimą, Pardavėjas, Pirkėjui sutikus, ir sutarties Šalims raštu įforminus susitarimą prie sutarties, gali pateikti kito modelio, tačiau ne blogesnių charakteristikų nei buvo nustatyta viešojo pirkimo dokumentuose prekę (-es) už tą pačią kainą, nekeičiant kitų sutartyje nustatytų sąlygų.

9.11. Šalių statuso pasikeitimas nėra pagrindas sutarčiai nutraukti.

9.12. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.13. Sutarties priedas „Techninė specifikacija“ yra neatskiriama sutarties dalis.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

UAB „Ardeola“

Molėtų pl. 47F, LT-08409 Vilnius

Įmonės kodas 221731170

PVM kodas LT217311716

AB DNB bankas

Banko kodas 40100


A. s. LT484010051002021012

Tel. (8 5) 269 1129 faks. (8 5) 278 4201

El. p. ardeola@ardeola.lt

Vykdomasis direktorius

Rimgaudas Diršė



(parašas)

PIRKĖJAS

Viešoji įstaiga Centro poliklinika

Pylimo g. 3, LT-01117 Vilnius

Įstaigos kodas 125873515

PVM kodas LT258735113

AB DNB bankas

Banko kodas 40100


A. s. LT464010042403966753

Tel. (8 5) 251 4016, faks. (8 5) 261 0002

El. p. info@pylimas.lt

Direktorius

Kęstutis Štaras



(parašas)

2017 m. rugsejo 27 d.

prekių pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 01-25-416
priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33696000-5 „Reagentai ir kontrastiniai preparatai“.
Pirkimo (Nr. 188353) 13 dalis „Infekcinių ir autoimuninių ligų tyrimai automatiniais imunofermenčių analizatoriais“.

13.1. Reagentai, kontrolinės medžiagos, papildomos priemonės imunologiniams tyrimams automatiniais analizatoriais.

Eil. Nr.	Tyrimų/ diagnostinių reagentų/ papildomų tyrimo priemonių pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vidinei ir išorinei kontrolei)	Kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius (jei nenurodyta, įrašo tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją)	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams (rašyti konkrečias siūlomas reikšmes)	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Pakuočių kiekis bendram (pacientų, kontrolinių, kalibracinių) tyrimų skaičiui (36 mėn.)	Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM	Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM	Viso prašomo kiekio suma Eur su PVM 36 mėn	1 tyrimo kaina, Eur su PVM	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo numeris	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.1.1.	Mycoplasma pneumoniae pusiau IgG antikūnų kiekybinis nustatymas imunofermenčių reagentų pakuotė	ELISA	100	5											
13.1.2.	Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų trumpesnį laiką, negu imunofermenčių sunaudota laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.		400	20											

DIESE
Diagnostica
Senese S.p.A.,
CHORUS
MYCOPLASMA
PNEUMONIAE
IgG, 81034
DIESE
Diagnostica
Senese S.p.A.,
CHORUS
MYCOPLASMA
PNEUMONIAE
IgG, 81034

Plovimo buferis									DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606
Plovimo buferis									DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606
Valymo tirpalas									DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
Valymo tirpalas									DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
Dezinfekcinis tirpalas									DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
Dezinfekcinis tirpalas									DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
Terminis popierius									DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
Terminis popierius									DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
13.1.3. Mycoplasma pneumoniae kokybinis IgM antikūnų metodas. nustatymas Atidaryta imunofermentų reagentų tūnių metodų, pakuotė turi galioti			100	5	3				DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM, 81035

	Terminis popierius					
13.1.5.	Chlamydia pneumoniae pusiau IgM antikūnų kiekybinis nustatymas metodas. Imunofermen/Atidaryta tirnių metodų, reagentų pakuotė turi galioti	100	5	3		
13.1.6.	Chlamydia pneumoniae trumpesnį IgM antikūnų laiką, negu nustatymas būtų imunofermen sunaudota tirnių metodų, laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.	400	20	12		
	Plovimo buferis					
	Plovimo buferis					
	Valymo tirpalas					
	Valymo tirpalas					

DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS CHLAMYDOPHI LA PNEUMONIAE IgM, 81251
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS CHLAMYDOPHI LA PNEUMONIAE IgM, 81251
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609

	Dezinfekcinis tirpalas					
	Dezinfekcinis tirpalas					
	Terminis popierius					
	Terminis popierius					
13.1.7	Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų kiekybinis nustatymas imunofermenAtidaryta tinių metodų reagentų pakuotė turi galioti	ELISA pusiau kiekybinis metodas.	100	5	3	
13.1.8	Chlamydia pneumoniae trumpesnį IgG antikūnų laiką, negu nustatymas būnų imunofermen sunaudota tinių metodų laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.	ne trumpesnį laiką, negu nustatymas būnų imunofermen sunaudota tinių metodų laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.	400	20	12	
	Plovimo buferis					

DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS CHLAMYDOPHI LA PNEUMONIAE IgG, 81250
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS CHLAMYDOPHI LA PNEUMONIAE IgG, 81250
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606

	Plovimo buferis						
	Valymo tirpalas						
	Valymo tirpalas						
	Dezinfekcinis tirpalas						
	Dezinfekcinis tirpalas						
	Terminis popierius						
	Terminis popierius						
13.1.9.	Citomegaloviruso IgM nustatymas imunofermen- tiniu metodu	ELISA kokybinis metodas. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti	100	5	3		
13.1.10	Citomegaloviruso IgM nustatymas imunofermen- tiniu metodu	trumpesni laiką, negu būtų sunaudota laboratorij-	400	20	12		

DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS CYTOMEGALO VIRUS IgM, 81011
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS CYTOMEGALO VIRUS IgM,

		jos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.				81011
	Plovimo bufėris					DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 33606
	Plovimo bufėris					DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 33606
	Valymo tirpalas					DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 33609
	Valymo tirpalas					DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 33609
	Dezinfek cinis tirpalas					DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
	Dezinfek cinis tirpalas					DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
	Terminis popierius					DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 3610
	Terminis popierius					DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 3610

13.1.11	Citomegaloviruso IgG nustatymas kiekybiniais metodais. Atidaryta imunofermentų pakuotė turi galioti	ELISA	100	5	DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS CYTOMEGALO VIRUS IgG, 81010
13.1.12	Citomegaloviruso IgG nustatymas kiekybiniais metodais. Atidaryta imunofermentų pakuotė turi galioti	ELISA	400	20	DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS CYTOMEGALO VIRUS IgG, 81010
		trumpesni nustatymo laiką, negu būtų imunofermentų sunaudota laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.			DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606
	Plovimo buferis				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606
	Plovimo buferis				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606
	Valymo tirpalas				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	Valymo tirpalas				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	Dezinfekcinis tirpalas				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
	Dezinfekcinis tirpalas				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing

	Terminis popierius								
	Terminis popierius								
13.1.13	Herpes simplex (1+2) IgG nustatymas imunofermen reagentų tiriniu metodu	ELISA kokybinis metodas. Atidaryta imunofermen reagentų pakuotė turi galioti ne trumpesnę laiką, negu būtų sunaudota laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.	100	5	3				
	Plovimo buferis								
	Valymo tirpalas								
	Dezinfekcinis tirpalas								

solution, 83604

DIESE
Diagnostica
Senese S.p.A.
Thermal paper,
83610

DIESE
Diagnostica
Senese S.p.A.
Thermal paper,
83610

DIESE
Diagnostica
Senese S.p.A.,
CHORUS
HERPES
SIMPLEX 1+2
IgG, 81020

DIESE
Diagnostica
Senese S.p.A.
Washing buffer,
33606

DIESE
Diagnostica
Senese S.p.A.
Cleaning solution,
33609

DIESE
Diagnostica
Senese S.p.A.
Sanitizing
solution, 83604

13.1.14	Herpes simplex (1+2) nustatymas imunofermenų tirpalo metodu	ELISA kokybinis IgM metodas. Atidaryta imunofermenų pakuotė turi galioti ne trumpesnį laiką, negu būtų sunaudota laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.	100	5	
	Plovimo buferis				
	Valymo tirpalas				
	Dezinfekcinis tirpalas				
	Terminis popierius				

DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610	DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgM, 81021
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606	DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Clearing solution, 83609
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604	DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610

	Dezinfekcinis tirpalas						
	Terminis popierius						
	Terminis popierius						
13.1.17	H.pylori IgG antikūnų nustatymo imunofermentiniu metodu	ELISA pusiau kiekybinis nustatymo metodas. Atidaryta reagentų pakuotė	100	5	3		
13.1.18	H.pylori IgG antikūnų nustatymo imunofermentiniu metodu	H.pylori netrumpesni laiką, negu imunofermentiniu sunaudota laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.	400	20	12		
	Plovimo buferis						
	Plovimo buferis						

DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS HELICOBACTE R PYLORI IgG, 81060
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS HELICOBACTE R PYLORI IgG, 81060
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606

	Valymo tirpalas					
	Valymo tirpalas					
	Dezinfekcinis tirpalas					
	Dezinfekcinis tirpalas					
	Terminis popierius					
	Terminis popierius					
13.1.19	Atrankinis ANA-antikūnais prieš branduolio antigenus nustatymas	ELISA kiekybinis metodas. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti	100	5	3	
13.1.20	Atrankinis ANA-antikūnais prieš branduolio antigenus nustatymas	ne trumpesnį laiką, negu būtų sunaudota laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. CE	600	30	18	

DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS ANA- 8, 86010
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS ANA- 8, 86010

13.1.21	IgG antikūnų nustatymas prieš dvigrandę DNR (dsDNR) imunofermenais in situ metodu.	ELISA kiekybinis metodas. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti imunofermenais in situ metodu.	100	5	3
13.1.22	IgG antikūnų nustatymas prieš dvigrandę DNR (dsDNR) imunofermenais in situ metodu.	ELISA kiekybinis metodas. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti imunofermenais in situ metodu.	100	5	3
	Autoimuninis plovimo buferis				
	Autoimuninis plovimo buferis				
	Valymo tirpalas				
	Valymo tirpalas				
	Dezinfekcinis tirpalas				

DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS dsDNA-G, 86032
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS dsDNA-G, 86032
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604

	Dezinfekcinis tirpalas					
	Terminis popierius					
	Terminis popierius					
13.1.23	IgM antikūnų nustatymas prieš dvi grandę DNR (dsDNA) imunofermentiniu metodu.	ELISA pusiau kiekybinis metodas. Atidaryta reagentų pakuotė imunofermentiniu metodu.	100	5	3	
13.1.24	IgM antikūnų nustatymas prieš dvi grandę DNR (dsDNA) imunofermentiniu metodu.	trumpesnį laiką, negu būtų sunaudota laboratorijos atliekamam imunofermentiniu metodu. CE sertifikatas.	100	5	3	
	Autoimuninis plovimo buferis					
	Autoimuninis plovimo buferis					

DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS dsDNA-M, 86034
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS dsDNA-M, 86034
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004

	Valymo tirpalas								DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	Valymo tirpalas								DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	Dezinfekcinis tirpalas								DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
	Dezinfekcinis tirpalas								DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
	Terminis popierius								DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
	Terminis popierius								DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
13.1.25	1gG antikūnų nustatymas prieš kardiolipino-β2-glikoproteino kompleksą imunofermentiniu metodu	ELISA	100	5					DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS CARDIOLIPIN- G, 86046
13.1.26	1gG antikūnų nustatymas prieš kardiolipino-β2-glikoproteino kompleksą imunofermentiniu metodu	ELISA	100	5					DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS CARDIOLIPIN- G, 86046

13.1.27	IgM antikūnų nustatymas prieš kardioliipino-β2-glikoproteino kompleksą turi galioti imunofermentiniu metodu trumpesnį laiką, negu būtų sunaudota laboratorijos kardioliipino-β2-glikoproteino tyrimų kompleksą skaitiui. Imunofermentiniu metodu sertifikatas.	ELISA pusiau kiekybinis metodas. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti trumpesnį laiką, negu būtų sunaudota laboratorijos kardioliipino-β2-glikoproteino tyrimų kompleksą skaitiui. Imunofermentiniu metodu sertifikatas.	100	5	3	DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS CARDIOLIPIN-M, 86048
13.1.28	IgM antikūnų nustatymas prieš kardioliipino-β2-glikoproteino tyrimų kompleksą skaitiui. Imunofermentiniu metodu sertifikatas.	ELISA pusiau kiekybinis metodas. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti trumpesnį laiką, negu būtų sunaudota laboratorijos kardioliipino-β2-glikoproteino tyrimų kompleksą skaitiui. Imunofermentiniu metodu sertifikatas.	100	5	3	DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS CARDIOLIPIN-M, 86048
	Autoimunitinis plovimo buferis					DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004
	Autoimunitinis plovimo buferis					DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004
	Valymo tirpalas					DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	Valymo tirpalas					DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	Dezinfekcinis tirpalas					DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604

	Iiniu metodu. CE sertifikatas.				
	Autoimu ninis plovimo buferis				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004
	Autoimu ninis plovimo buferis				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004
	Valymo tirpalas				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	Valymo tirpalas				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	Dezinfek cinis tirpalas				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
	Dezinfek cinis tirpalas				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
	Terminis popierius				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
	Terminis popierius				DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610

	Dezinfekcinis tirpalas								DIESSSE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
	Terminis popierius								DIESSSE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
	Terminis popierius								DIESSSE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
13.1.29	IgA antikūnų nustatymas prieš alfa gliadiną imunofermentų reagentų in situ metodu	ELISA pusiau kiekybinis metodas. Atidaryta imunofermentų reagentų pakuotė	100	5	3				DIESSSE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS GLIADIN-A, 86054
13.1.30	IgA antikūnų nustatymas prieš alfa gliadiną imunofermentų reagentų in situ metodu	ELISA pusiau kiekybinis metodas. Atidaryta imunofermentų reagentų pakuotė	300	15	9				DIESSSE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS GLIADIN-A, 86054
	Autoimuninis plovimo buferis								DIESSSE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004
	Autoimuninis plovimo buferis								DIESSSE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004

13.1.33	1gA antikūnų prieš audinių pusiau transgliutami kiekybinis nazę metodas. Atidaryta imunofermen reagentų tinių metu du pakuotė	100	5	3	DIESESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS tlg-A, 86058
13.1.34	1gA antikūnų turi galioti prieš audinių ne transgliutami trumpesnį nazę laiką, negu nustatymas būtų imunofermen suaudota tinių metu du laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.	300	15	9	DIESESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS tlg-A, 86058
	Autoimunitinis plovimo buferis				DIESESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004
	Autoimunitinis plovimo buferis				DIESESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004
	Valymo tirpalas				DIESESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	Valymo tirpalas				DIESESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	Dezinfekcinis tirpalas				DIESESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604

	Dezinfekcinis tirpalas					
	Terminis popierius					
	Terminis popierius					
	13.1.35 IgG antikūnų prieš audinių transglutamazinazę nustatymas imunofermenų tirinimo metodu	ELISA pusiau kiekybinis metodas. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti	100	5	3	
	13.1.36 IgG antikūnų prieš audinių transglutamazinazę nustatymas imunofermenų tirinimo metodu	ne trumpesnį laiką, negu būtų sunaudota laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.	300	15	9	
	Autoimuninis plovimo buferis					
	Autoimuninis plovimo buferis					

DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604	DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610	DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610	DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS tIg-G, 86060	DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS tIg-G, 86060	DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004	DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004
--	--	--	--	--	--	--

13.1.39	Borreliozės (Laimos ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermen- tiniu metodu	ELISA kokybinis metodas. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti	100	5	3
13.1.40	Borreliozės (Laimos ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermen- tiniu metodu	ne trumpesnį laiką, negu būtų sunaudota laboratorij- jos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.	1000	50	30
	Plovimo buferis				
	Plovimo buferis				
	Valymo tirpalas				
	Valymo tirpalas				
	Dezinfek- cinis tirpalas				
	Dezinfek- cinis tirpalas				

DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS Borrelia IgG, 81046
DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS Borrelia IgG, 81046
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing

	Valymo tirpalas								DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	Dezinfekcinis tirpalas								DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
	Dezinfekcinis tirpalas								DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
	Terminis popierius								DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
	Terminis popierius								DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
13.1.43	Epstein-Barr viruso IgG antikūnų nustatymas imunofermentų tirpiu metodu	ELISA kokybinis metodas. Atidaryta imunofermentų pakuotė	100	5					DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS Epstein-Barr VCA IgG, 81055
13.1.44	Epstein-Barr viruso IgG antikūnų nustatymas imunofermentų tirpiu metodu	ELISA kvantitacinis metodas. Atidaryta imunofermentų pakuotė	300	15					DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS Epstein-Barr VCA IgG, 81055
	Plovimo buferis								DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer,

13.1.46	Epstein-Barr virus IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Trumpesni laiką, negu būtų sunaudota laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.	600	30	18	DIESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS Epstein-Barr VCA IgM II, 81054
	Plovimo buferis					DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606
	Plovimo buferis					DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer, 83606
	Valymo tirpalas					DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	Valymo tirpalas					DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	Dezinfekcinis tirpalas					DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
	Dezinfekcinis tirpalas					DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
	Terminis popierius					DIESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610

	Terminis popierius					
13.1.47	Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti- CCP)	ELISA kiekybinis metodas. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti ne trumpesnį laiką, negu būtų sunaudota laboratorijos atliekamam tyrimų skaičiui. CE sertifikatas.	100	5	3	
13.1.48	Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti- CCP)		600	30	18	
	Autoimuninis plovimo buferis					
	Autoimuninis plovimo buferis					
	Valymo tirpalas					
	Valymo tirpalas					

	DIESESE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
	DIESESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS ANTI-CCP, 86094
	DIESESE Diagnostica Senese S.p.A., CHORUS ANTI-CCP, 86094
	DIESESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004
	DIESESE Diagnostica Senese S.p.A. Washing buffer autoimmunity, 86004
	DIESESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
	DIESESE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609

Valymo tirpalas	DIESSSE Diagnostica Senese S.p.A. Cleaning solution, 83609
Dezinfekcinis tirpalas	DIESSSE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
Dezinfekcinis tirpalas	DIESSSE Diagnostica Senese S.p.A. Sanitizing solution, 83604
Terminis popierius	DIESSSE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610
Terminis popierius	DIESSSE Diagnostica Senese S.p.A. Thermal paper, 83610

Pagal panaudą siūlomas analizatoriai:

13.2	Infekcinių ir autoimuninių ligų automatinio imunofermentinio analizatoriaus techniniai reikalavimai (pristatymo ir instaliavimo vieta – Pylimo g. 3, Vilnius);		
eil. Nr	Techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas
1	Prietaiso sistema – 1 vnt.	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas	CHORUS TRIO, DIESSSE Diagnostica Senese S.p.A.
2	Prietaiso apibūdinimas	Automatinis imunofermentinis analizatorius skirtas serologinei diagnostikai	
3	1 paciento mėginiui analizuoti skirta 1 diagnostinė kasetė, kurioje yra visi reikalingi reagentai tyrimui atlikti.	Būtina.	
4	Analizatoriaus talpa - vienu metu galima atlikti ne mažiau nei 30 tyrimų.	Būtina	
5	Mėginių tipas -Serumas rankiniu būdu dispensuojamas į diagnostinės kasetės šulinėlį.	Būtina	
6	Reagentų sistema: rinkinyje turi būti diagnostinė kasetė iš kurių kiekviena turi reikalingus reagentus prietaiso kalibravimui ir tyrimams atlikti.	Būtina	
7	Analizatoriaus našumas -galimybė mėginių iširti per mažiau negu 30 min.	Būtina	
8	Rezultatų pateikimas. Kokybės: INDEXX santykis paciento OD (optinio tankio) ir cut-off reikšmės, kiekybės (tarpraštiniai vienetai/ mililitre), avidiškumas %.	Būtina	

9	Vidinė kokybės kontrolė -galimybė naudoti ne mažiau kaip 1 lygio vidinę kokybės kontrolę.	Būtina	
10	Duomenų perdavimas. Analizatorius turi turėti dvikryptę sąsają ir galimybę jungtis į įstaigos laboratorinę informacinę sistemą (mėginio identifikacijai ir rezultatų pateikimui). Tiekėjas privalo užtikrinti sujungimą su LIS visam panaudos laikotarpiui.	Būtina	
11	Prietaisas turi būti ne senesnis kaip 2016 metų, neeksploatuotas	Būtina	
12	Pristatymas: tiekėjas nuo sutarties išgaliojimo dienos pagal iš anksto su perkanciąja organizacija suderintą grafiką pristato analizatorių perkanciąjai organizacijai, surenka, sumontuoja, idiegia, paruošia darbui, suderina, išbando, apmoko personalą dirbti su analizatoriumi ir po visų šių veiksmų per atlieka analizatoriaus integraciją su įstaigos informacine sistema.	Būtina	
13	Analizatoriaus aptarnavimas (sertifikuoto inžinieriaus).	Garantinis aptarnavimas visą panaudos sutarties laikotarpį	

PARDAVĖJAS
UAB „Ardeola“

Vykdomasis direktorius
Rimgaudas Diršė



(parašas)

PIRKĖJAS
Viešojo įstaiga Centro poliklinika

Direktorius
Kęstutis Štaras



(parašas)

