

Techninė specifikacija
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės neurochirurgijai (Nr. 7918)

Bendrieji reikalavimai:

- 1 Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams CE ženklavimams
- 2 Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą
- 3 Visoms nurodytoms konkrečioms modifigacoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“
- 4 Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
- 5 Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsišpindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiskai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodykleimis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkandžiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parūšytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose) Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebūs laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti
- PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmeti
- *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą

Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki dešimt tūkstančių (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio)

Pirk. dalies Nr. / Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Techninė specifikacija	Mato vnt.	Prediminarus kiekis 24 mėn.	Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo Nr., priemonės kodas gamintojo kataloge* Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo kataloge psl. Nr., kuriame yra siūlomos techninio parametro patvirtinamų duomenys, Jr. 5 p.). BŪTINA NUBODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ	Vieneto įkainis EUR su PVM	PVM tarifas %	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM
-----------------------------	-----------------------	------------------------	-----------	-----------------------------	--	----------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--

41	Perforatoriai	Tinkantis prie turimo didelių apskų pneumografo su bonų rinkiniu Midas Rex MR7 Medtronic Inc. Kaukolės perforatorius 1 Skirtas vienkartiniam naudojimui; 2 Su metaline jungtimi, tinkancia perforatoriaus prijungimui prie neurochirurginėje operacijoje turimų gręžimo instrumentų su standartine Hudson tipo jungtimi; 3 Tinkantis pragręžti 3 mm ir didesnio storio kaului; 3 1 Tinkantis pragręžti 1,5 mm ir didesnio storio kaului 4 Dviejų skirtingo diametro gręžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (labiau atskiriamas į priekį centriniam mažesnio diametro gręžtui pragręžus kaulą ir šoninio gręžto atsiligiu pajudijus į priekį abu gręžtai nuotėja odinio); 5 Gręžtų diametrai 14/11 mm; 13/9mm; 11/7mm; 9/6mm; 6 Centrinis gręžtas su specialiu smūgu jo centre, užtikrinančiu, kad gręžimo pradžioje perforatorius neslystų į šoną 7 Pragręždamas kaukolės kaulą, centrinis gręžtas suformuoja nuo kaukolės atsiskiriamą ploną kaulinę plokštelę, saugančią smegenų dangalą nuo pačidimo 8 Gręžtų galima panaudoti kelių skylių išgryninti, galima sustabdyti ir vėl pradėti gręžti	vnt	800	EMD, Disposable cranial perforator, NLO-6/9-3 0; NLO-7/11-3 0; NLO-9/13-3 0; NLO-11/14-3 0; NLO-6/9-1 5; NLO-7/11-1 5; NLO-9/13-1 5; NLO-11/14-1 5; Prekių aprašai psl 16, 17	74,00	5	59200	62160	160000,00	168000,00	
Vnto 40 p. d.:											48000,00	50400,00