

1.1.1.4.	Latexso reagentas	Imunoturbid imetijos principu	55000	650
1.1.1.5.	Buferinis tirpalas	Imunoturbid imetijos principu	55000	650
1.1.1.6.	Kalibratorius	Imunoturbid imetijos principu	0	0
1.1.2.	Kontrolinės medžiagos	Žinomų vertčių, ne mažiau dviejų lygių	-	
1.1.2.1.	1 lygio kokybės kontrolė	Imunoturbid imetijos principu	0	650
1.1.2.2.	2 lygio kokybės kontrolė	Imunoturbid imetijos principu	0	650
1.1.3.	Kitos papildomos priemonės reikalingos tyrimui atlikti			

Eiken, OC-Auto 3 Latex Reagent, 28V-PH18
Eiken, OC-Auto 3 buffer, 28V-PH46
Eiken, OC-Calibrator 2 Kit, 28V-PH52
Eiken, OC-Control LV1, 2 x 5 mL, 28V-PH53
Eiken, OC-Control LV2, 2 x 5 mL, 28V-PH54

Pagal panaudą teikimas analizatorius:

1.2.	Slapto žarnyno kraujavimo tyrimo (iFOBT) analizatoriaus techninė specifikacija (pristatymo ir instaliavimo vieta - VšĮ Centro poliklinika, antrinės asmens sveikatos priežiūros centras, klinikinė laboratorija, Pylimo g. 3, Vilnius)		
Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Panaudai siūlomos prekės techninių parametų atitikimas
1.2.1.	Analizatorius slapto žarnyno kraujavimo tyrimui atlikti (iFOBT)	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas	OC-SENSOR, io, EIKEN CHEMICAL CO., LTD, I psl. "OC-SENSOR io analizatorius LT"
1.2.2.	Analizatoriaus paskirtis	Automatinis, skirtas slapto žarnyno kraujavimo tyrimui (iFOBT) atlikti	