

Perkamų medicininių priemonių urologijai sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikiną, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
9.	Hemostatinė plėvelė laparoskopinėms operacijoms	Hemostatinis lopas sudarytas iš oksiduotos celiuliozės, impregnuotos buferinėmis druskomis, triliziniu ir reaktyviu polietileno gliukoliu (PEG), pilnas rezorbcijos laikas – 28 dienos. Hemostatinį lopą galima karpyti pagal poreikį, galima naudoti tiek atvirojo, tiek ir endoskopinio tipo chirurginėms operacijoms. Hemostatinis lopas turi baktericidinį poveikį. Dydis 5 cm x 10 cm	Iki 3 vnt.		5%	273,00	819,00	
10.	Laparoskopinis maišelis	Permatomas, nepraleidžiantis skysčių, tinkantis visoms laparoskopinėms procedūroms. Nereikalaujantis papildomo trokaro. Maišelis suvyniotas įvedimo kaniulės (introduuserio) viduje. Automatiškai atsidaro įvedus pro trokarą. Su nitinolio viela, kuri išlaiko maišelį atsidariusį be jokios papildomos manipuliacijos. Galimas pakartotinis maišelio uždarymas ir atidarymas. Spalvinė koduotė skirtingiems dydžiams: 200±5ml, Ø50mm, naudojamas su 10mm trokaru, baltas.	Iki 100 vnt.		5%	32,55	3255,00	
11.	Laparoskopinis maišelis	Permatomas, nepraleidžiantis skysčių, tinkantis visoms laparoskopinėms procedūroms. Nereikalaujantis papildomo trokaro. Maišelis suvyniotas įvedimo kaniulės (introduuserio) viduje. Automatiškai atsidaro įvedus pro trokarą. Su nitinolio viela, kuri išlaiko maišelį atsidariusį be jokios papildomos manipuliacijos. Galimas pakartotinis maišelio uždarymas ir atidarymas. Spalvinė koduotė skirtingiems dydžiams:	Iki 40 vnt.		5%	117,60	4704,00	

		1200±5ml, Ø130mm, naudojamas su 10mm trokaru.				
--	--	---	--	--	--	--

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrąuktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrąukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.