



Metalistų g. 8, LT- 78136 Šiauliai, tel. 869889208, faks. 8(41)200590 el. p.info@mprekyba.lt, www.mprekyba.lt
Įmonės kodas 302575426, PVM mokėtojo kodas LT100005808814, A.s. LT637044060007672440

PASIŪLYMAS DĖL FUNKCINIŲ LOVŲ, MEDICININIŲ IR SLAUGOS PRIEMONIŲ

2019-02-12

Šiauliai

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	M Prekyba UAB
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Metalistų g. 8, 78136, Šiauliai
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	302575426, LT100005808814
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	Seb bankas LT637044060007672440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Marius Martinaitis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Marius Martinaitis
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Marius Martinaitis
Telefono numeris	869889208
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Info@mprekyba.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
Mažos vertės konkurso skelbime, *paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje*.
kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

PASIŪLYMO KAINA (nurodyti siūlomų dalių pavadinimus, kiekius ir kainas)

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Kiekis	Bendra kaina EUR be PVM	Bendra kaina EUR su PVM
1.	VEŽIMĖLIAI SKALBINIŲ PASKIRSTYMUI	2	1150.00	1391.50
4.	MEDICININĖS ŠIRMOS	5	850.00	1028.50
5.	FUNKCINĖS LOVOS SU ČIUŽINIU	10	11100.00	11655.00
6.	ANTČIUŽINIAI SU KOMPRESORIUMI PRAGULŲ PROFILAKTIKAI	4	168.00	176.40
7.	KINTAMOS SROVĖS ČIUŽINIAI PRAGULŲ PROFILAKTIKAI	2	760.00	798.00
11.	ELEKTRINIS 2-JŲ DALIŲ MASAŽO STALAS	1	710.00	859.10
12.	ELEKTRINIS 3-JŲ DALIŲ MASAŽO STALAS	1	1215.00	1470.15
14.	PULSOKSIMETRAS	6	138.00	166.98
15.	MULTIFUNKCINIS MEDICININIS VEŽIMĖLIS	2	520.00	629.20

Bendra pasiūlymo kaina EUR, neįskaitant PVM – 16611.00 (šešiolika tūkstančių šeši šimtai vienuolika eurų ir 00 ct).

PVM (5/21 proc.) EUR – 1563.83 (vienas tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt trys eurai ir 83 ct).

Bendra pasiūlymo kaina EUR, įskaitant PVM – 18174.83 (aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt keturi eurai ir 83 ct).

Mes siūlome šias prekes, kurios nurodytos [2 priede](#) ir kurios visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir sąvybes (**pridedamas užpildytas konkurso sąlygų 1 priedas**).

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	Pasiūlymas	6	
2	Kiti dokumentai	10	


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Marius Martinaitis

(Vardas ir pavardė)

FUNKCINIŲ LOVŲ, MEDICININIŲ IR SLAUGOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. VEŽIMĖLIO SKALBINIŲ PASKIRSTYMOI TECHNINIAI PARAMETRAI (2 VNT.):

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
1.	Vežimėlis pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertis, padengto epoksio sluoksniu arba lygiavertio atsparumui padidinti ir priežiūrai palengvinti	Būtina	Vežimėlis pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno, padengto epoksio sluoksniu atsparumui padidinti ir priežiūrai palengvinti
2.	Ne mažiau 2 maišų laikiklių nešvariems skalbiniams	Būtina	2 maišų laikikliai nešvariems skalbiniams
3.	Ne mažiau 3 lentynų švariems skalbiniams	Būtina	3 lentynos švariems skalbiniams
4.	Maišų tvirtinimo laikikliai keturkampio formos su guminiiais žiedais arba lygiavertis	Būtina	Maišų tvirtinimo laikikliai keturkampio formos su guminiiais žiedais
5.	Vežimėlis su 4 guminėmis kampų apsaugomis	Būtina	Vežimėlis su 4 guminėmis kampų apsaugomis
6.	Dangčiai pagaminti iš nesideformuojančio plastiko arba lygiavertio	Būtina	Dangčiai pagaminti iš nesideformuojančio plastiko
7.	Vežimėlio išmatavimai 106x65x102	±5 cm	Vežimėlio išmatavimai 106x65x102
8.	Ratukų diametras 12 cm	±10 mm	Ratukų diametras 12,5 cm

4. MEDICININĖS ŠIRMOS TECHNINIAI PARAMETRAI (5 VNT.):

Eil. Nr.	Privalomi parametrai	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
1.	Širma 4 dalių, kiekvienos dalies plotis 50 cm	± 10 cm	Širma 4 dalių, kiekvienos dalies plotis 50 cm
2.	Su ratukais, 4 poros	Būtina	Su ratukais, 4 poros
3.	Rėmas iš chromuoto plieninio vamzdžio arba lygiavertis	Būtina	Rėmas iš dažyto plieninio vamzdžio
4.	Užuolaida: baltos spalvos, lengvai valoma elastingos plastikinės medžiagos, plaunama, atspari dezinfekcinių medžiagų poveikiui	Būtina	Užuolaida: baltos spalvos, lengvai valoma elastingos plastikinės medžiagos, plaunama, atspari dezinfekcinių medžiagų poveikiui
5.	Širmos plotis 200 cm	± 10 cm	Širmos plotis 200 cm
6.	Širmos aukštis 170 cm	± 10 cm	Širmos aukštis 165 cm
7.	Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Būtina	Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams

5. FUNKCINĖS LOVOS SU ČIUŽINIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI (10 VNT.):

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
1.	Lova turi būti skirta suaugusiems pacientams	Būtina	Lova skirta suaugusiems pacientams
2.	Lovos išorinis ilgis 2000 mm	±100 mm	Lovos išorinis ilgis 2100 mm
3.	Lovos išorinis plotis 900 mm	±100 mm	Lovos išorinis plotis 990 mm
4.	Medicininio čiužinio plotis 850 mm	±100 mm	Medicininio čiužinio plotis 880 mm
5.	Medicininio čiužinio ilgis 2000 mm	±100 mm	Medicininio čiužinio ilgis 2000 mm
6.	Medicininis čiužinys su apsauginiu užvalkalu, kuris nepraleidžia vandens, bet praleidžia orą,	Būtina	Medicininis čiužinys su apsauginiu užvalkalu, kuris nepraleidžia vandens, bet praleidžia orą,

	dezinfekuojamas		dezinfekuojamas
7.	Medicininio čiužinio storis ne mažesnis nei 120 mm	Būtina	Medicininio čiužinio storis 120 mm
8.	Lova pagaminta iš saugių medžiagų, paviršiai atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms	Būtina	Lova pagaminta iš saugių medžiagų, paviršiai atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms
9.	Gulimos dalies rėmas ir pagrindas pagamintas iš metalo	Būtina	Gulimos dalies rėmas ir pagrindas pagamintas iš metalo
10.	Lovos aukščio reguliavimas mechaniniu būdu	Būtina	Lovos aukščio reguliavimas mechaniniu būdu
11.	Komplektuojama su atrama ir trikampe pasikėlimo rankena.	Būtina	Komplektuojama su atrama ir trikampe pasikėlimo rankena.
12.	Reguliuojamas galvos – nugaros dalies atlenkimo kampas	Būtina	Reguliuojamas galvos – nugaros dalies atlenkimo kampas
13.	Mechaniniu būdu reguliuojamas kojų dalies pakėlimo kampas	Būtina	Mechaniniu būdu reguliuojamas kojų dalies pakėlimo kampas
14.	Keturi ratukai, diametras ne mažesnis nei 100 mm, su individualiais stabdžiais	Būtina	Keturi ratukai, diametras 125 mm, su individualiais stabdžiais
15.	Šoninės apsaugos nuleidžiamos ir pakeliamos	Būtina	Šoninės apsaugos nuleidžiamos ir pakeliamos
16.	Galima apkrova ne mažesnė nei 170 kg	Būtina	Galima apkrova 220 kg
17.	Pažymėta CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Būtina	Pažymėta CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams
18.	Garantinis laikotarpis	≥ 12 mėn.	Garantinis laikotarpis 12 mėn

6. ANTČIUŽINIO SU KOMPRESORIUMI PRAGULŲ PROFILAKTIKAI TECHNINIAI PARAMETRAI (4 VNT.):

Eil. Nr.	Privalomi parametrai	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
1.	Celių skaičius – 130	± 5	Celių skaičius – 130
2.	Pagamintas iš tvirtos, vandeniui atsparios PVC medžiagos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas	Būtina	Pagamintas iš tvirtos, vandeniui atsparios PVC medžiagos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas
3.	Pripūsto antčiužinio išmatavimai: 200x88x7 cm	± 5 cm	Pripūsto antčiužinio išmatavimai: 200x88x7 cm
4.	Galuose yra nepripučiami kraštai, skirti saugiai fiksuoti prie kito čiužinio.	Būtina	Galuose yra nepripučiami kraštai, skirti saugiai fiksuoti prie kito čiužinio.
5.	Maksimali apkrova 100 kg	± 10 kg	Maksimali apkrova 100 kg
6.	Kompresorius su kabliukais, skirtais saugiai kabinti ant lovos krašto	Būtina	Kompresorius su kabliukais, skirtais saugiai kabinti ant lovos krašto
7.	Oro įpūtimo į čiužinį slėgis parenkamas pagal ligoonio svorį	Būtina	Oro įpūtimo į čiužinį slėgis parenkamas pagal ligoonio svorį
8.	Pažymėta CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Būtina	Pažymėta CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams

7. KINTAMOS SROVĖS ČIUŽINIO PRAGULŲ PROFILAKTIKAI TECHNINIAI PARAMETRAI (2 VNT.):

Eil. Nr.	Privalomi parametrai	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
1.	Čiužinys susideda iš ventiliuojamų celių	Būtina	Čiužinys susideda iš ventiliuojamų celių
2.	Pripūsto čiužinio išmatavimai: 200x90x12,7 cm	± 5 cm	Pripūsto čiužinio išmatavimai: 200x90x12,7 cm
3.	Antibakterinis, skysčiams nepralaidus užvalkalas su užtrauktuku per visą čiužinio perimetrą, skalbiamas	Būtina	Antibakterinis, skysčiams nepralaidus užvalkalas su užtrauktuku per visą čiužinio perimetrą, skalbiamas
4.	Maksimali apkrova 180 kg	± 10 kg	Maksimali apkrova 180 kg
5.	Čiužinio svoris 5,6 kg	± 1 kg	Čiužinio svoris 5,6 kg
6.	Kompresorius su kabliukais, skirtais saugiai kabinti ant lovos krašto	Būtina	Kompresorius su kabliukais, skirtais saugiai kabinti ant lovos krašto

7.	Oro įpūtimo į čiužinį slėgis parenkamas pagal ligoonio svorį	Būtina	Oro įpūtimo į čiužinį slėgis parenkamas pagal ligoonio svorį
8.	Kompresorius įjungiamas į elektros tinklą: AC 220-240 V; 50 Hz	Būtina	Kompresorius įjungiamas į elektros tinklą: AC 220-240 V; 50 Hz
9.	Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Būtina	Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams

11. ELEKTRINIO 2-JŲ DALIŲ MASAŽO STALO TECHNINIAI PARAMETRAI (1 VNT.):

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavi mai	Siūloma parametro reikšmė
1.	Dviejų dalių masažo stalas elektra reguliuojamu aukščiu, komplektuojamas su rankiniu pulteliu.	Būtina	Dviejų dalių masažo stalas elektra reguliuojamu aukščiu, komplektuojamas su rankiniu pulteliu.
2.	Stalo išorinis ilgis 2000 mm	±100 mm	Stalo išorinis ilgis 2000 mm
3.	Stalo išorinis plotis 700 mm	±100 mm	Stalo išorinis plotis 690 mm
4.	Stalo aukštis 470-970 mm	±100 mm	Stalo aukštis 500-1000 mm
5.	Galvos atramos kampas reg. +/- 30°	±5°	Galvos atramos kampas reg. +/- 30°
6.	Galvos dalies pasvirimo kampas reguliuojamas mechaniniu būdu.	Būtina	Galvos dalies pasvirimo kampas reguliuojamas mechaniniu būdu.
7.	Galvos dalis su ergonomiška anga veidui.	Būtina	Galvos dalis su ergonomiška anga veidui.
8.	Jungtys susitepa savaime, nereikalauja specialios priežiūros.	Būtina	Jungtys susitepa savaime, nereikalauja specialios priežiūros.
9.	Visos stalo dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos.	Būtina	Visos stalo dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos.
10.	Rėmas pagamintas iš plieno ir padengtas polimeriniais dažais, standartinė spalva balta.	Būtina	Rėmas pagamintas iš plieno ir padengtas polimeriniais dažais, standartinė spalva balta.
11.	Slankiojančios dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno.	Būtina	Slankiojančios dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno.
12.	Galima apkrova ne mažesnė nei 240 kg	±10 kg	Galima apkrova 250 kg
13.	Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Būtina	Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams
14.	Garantinis laikotarpis	≥ 12 mėn.	Garantinis laikotarpis 12 mėn

12. ELEKTRINIO 3-JŲ DALIŲ MASAŽO STALO TECHNINIAI PARAMETRAI (1 VNT.):

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavi mai	Siūloma parametro reikšmė
1.	Trijų dalių masažo stalas elektra reguliuojamu aukščiu, komplektuojamas su pado pedalu.	Būtina	Trijų dalių masažo stalas elektra reguliuojamu aukščiu, komplektuojamas su pado pedalu.
2.	Stalo išorinis ilgis 1900 mm	±100 mm	Stalo išorinis ilgis 2000 mm
3.	Stalo išorinis plotis 660 mm	±100 mm	Stalo išorinis plotis 690 mm
4.	Stalo aukštis 490-1050 mm	±100 mm	Stalo aukštis 490-1050 mm
5.	Galvos sekcijos atlenkimas -85°/+35°	±5°	Galvos sekcijos atlenkimas -80°/+35°
6.	Kojų sekcijos atlenkimas +70°	±5°	Kojų sekcijos atlenkimas +70°
7.	Vidurinė sekcija su iškilimo funkcija	Būtina	Vidurinė sekcija su iškilimo funkcija
8.	Galvos dalis su ergonomiška anga veidui.	Būtina	Galvos dalis su ergonomiška anga veidui.
9.	Komplektuojama su laikikliais fiksavimo diržams	Būtina	Komplektuojama su laikikliais fiksavimo diržams
10.	Visos stalo dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos.	Būtina	Visos stalo dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos.
11.	Slankiojančios dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno.	Būtina	Slankiojančios dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno.

12.	Galima apkrova ne mažesnė nei 150 kg	±10 kg	Galima apkrova 150 kg
13.	Pažymėta CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Būtina	Pažymėta CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams
14.	Garantinis laikotarpis	≥ 12 mėn.	12 mėn.

14. PULSOKSIMETRO ANT PIRŠTO TECHNINIAI PARAMETRAI (6 VNT.):

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavimai	Siūloma parametro reikšmė
1.	Ekrano tipas: LED	Būtina	Ekrano tipas: LED
2.	Hemoglobino saturacija SpO ₂ : 0 – 99%	Būtina	Hemoglobino saturacija SpO ₂ : 0 – 99%
3.	Pulsas: 30 – 254 BPM	Būtina	Pulsas: 30 – 254 BPM
4.	Pulso kitimas: stulpelinė diagrama	Būtina	Pulso kitimas: stulpelinė diagrama
5.	Mažos baterijos įtampos indikatorius	Būtina	Mažos baterijos įtampos indikatorius
6.	Maitinimo elementai: 2 AAA elementai, 1,5 V (įeina į komplektaciją)	Būtina	Maitinimo elementai: 2 AAA elementai, 1,5 V (įeina į komplektaciją)
7.	Suvartojama energija: mažiau už 40 mA	Būtina	Suvartojama energija: 30 mA
8.	Matmenys: ilgis 58 mm, plotis 30 mm, aukštis: 34 mm	±5mm	Matmenys: ilgis 57 mm, plotis 31 mm, aukštis: 32 mm
9.	Svoris: 50 g (įskaitant du AAA maitinimo elementus)	±10g	Svoris: 50 g (įskaitant du AAA maitinimo elementus)
10.	Pažymėta CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Būtina	Pažymėta CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams
11.	Garantinis laikotarpis	≥ 12 mėn.	Garantinis laikotarpis 12 mėn.

15. MULTIFUNKCINIO MEDICININIO VEŽIMĖLIO TECHNINIAI PARAMETRAI (2 VNT.):

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavimai	Siūloma parametro reikšmė
1.	Multifunkcinis medicininis vežimėlis su dviem lentynėlėmis paaukštiniais krašteliais ir 1 stalčiu.	Būtina	Multifunkcinis medicininis vežimėlis su dviem lentynėlėmis paaukštiniais krašteliais ir 1 stalčiu.
2.	Vežimėlio rėmas pagamintas iš dažyto plieno, lentynėlės ir stalčius iš MDP padengtos plastiku arba lygiavertis	Būtina	Vežimėlio rėmas pagamintas iš dažyto plieno, lentynėlės ir stalčius iš MDP padengtos plastiku
3.	Lengvai valomas ir dezinfekuojamas	Būtina	Lengvai valomas ir dezinfekuojamas
4.	Keturi ne mažiau, nei 75mm diametro ratukai, du ratukai su stabdžiais.	Būtina	Keturi 75mm diametro ratukai, du ratukai su stabdžiais.
5.	Vežimėlio išoriniai išmatavimai: 45x40x83 cm	±10cm	Vežimėlio išoriniai išmatavimai: 45x49x81 cm
6.	Šone stūmimo rankena	Būtina	Šone stūmimo rankena
7.	Pažymėta CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Būtina	Pažymėta CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams
8.	Garantinis laikotarpis	≥ 12 mėn.	12 mėn.