

UAB „Septeka“
UAB „Septeka“, Raudondvario pl. 208-16, LT-47154 Kaunas, tel.: 8 674 15335, faks.: 8 37
339185, Kauno m. savivaldybės registrų skyrius, įmonės kodas: 301501622, PVM kodas:
LT100003721318

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ UROLOGIJAI PIRKIMO

2019-01-04

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Septeka“
Tiekėjo adresas	Raudondvario pl. 208- 16, LT- 47154 Kaunas
Įmonės kodas	301501622
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorė Vestina Strakšytė
Telefono numeris	8 674 15335
Fakso numeris	8 37 339185
El. pašto adresas	info@septeka.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s LT397044060006263947, AB SEB bankas, banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pažymos.	2
2.	ESI ir įstatai.	6
3.	EBVPD.	12
4.	Sertifikatai.	10
5.	Katalogai.	10

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Konfidenciali informacija.	Prisegti dokumentai.
2.	Konfidencialu yra gamintojų pavadinimai, prekių kodai, kainų sudedamosios dalys.	

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Vestina Strakšytė
(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Perkamų medicininių priemonių urologijai sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Vnt kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
3.	Transobturatorinė šlaplės sistema moterims	Reikalavimai: 1. Transobturatorinė šlaplės sistema – polipropileno tinklelis, kurio galai baigiasi vamzdeliais. Išmatavimai 1x40 cm. Sistema turi tikti įvedimui prie ligoninės turimų transobturatorių įvedėjų. 2. Tinklelio svoris ne daugiau 28g/kv.m, akučių dydis 0,7x0,7 mm, siūlo storis 0,3 mm. 3. Mazgai užlydyti ar užfiksuoti, kad juosta negalėtų keisti savo formos. 4. Atsparumas tempimui 12daN (pateikti savybės įrodančius dokumentus).	iki 20 vnt.	1. Transobturatorinė šlaplės sistema – polipropileno tinklelis, kurio galai baigiasi vamzdeliais. Išmatavimai 1x40 cm. Sistema turi tikti įvedimui prie ligoninės turimų transobturatorių įvedėjų. 2. Tinklelio svoris 28g/kv.m, akučių dydis 0,7x0,7 mm, siūlo storis 0,3 mm. 3. Mazgai užlydyti ar užfiksuoti, kad juosta negalėtų keisti savo formos. 4. Atsparumas tempimui 12daN.	5	47,04	940,80	
10.	Laparoskopinis maišelis	Permatomas, nepraleidžiantis skysčių, tinkantis visoms laparoskopinėms procedūroms. Nereikalaujantis papildomo trokaro. Maišelis suvyniotas įvedimo kaniulės (introduserio) viduje. Automatiškai atsidaro įvedus pro trokarą. Su nitinolio viela, kuri išlaiko maišelį atsidiariusį be jokios papildomos manipuliacijos. Galimas pakartotinis maišelio uždarymas ir atidarymas. Spalvinė koduotė skirtingiems dydžiams: 200±5ml, Ø50mm, naudojamas su 10mm trokaru, baltas.	Iki 100 vnt.	Permatomas, nepraleidžiantis skysčių, tinkantis visoms laparoskopinėms procedūroms. Nereikalaujantis papildomo trokaro. Maišelis suvyniotas įvedimo kaniulės (introduserio) viduje. Automatiškai atsidaro įvedus pro trokarą. Su nitinolio viela, kuri išlaiko maišelį atsidiariusį be jokios papildomos manipuliacijos. Galimas pakartotinis maišelio uždarymas ir atidarymas. Spalvinė koduotė skirtingiems dydžiams: 200ml, Ø50mm, naudojamas su 10mm trokaru, baltas.	5	23,10	2310,00	
18.	Punkcinė 2-jų dalių adata	- Sterili, vienkartinio naudojimo punkcinė 2-jų dalių adata - Tinkama visoms perkutaninėms punkcijoms, su pravedėju - Graduota cm - Pagaminta iš nerūdijančio plieno - Aštrus ultragarsinis galiukas - Adatos diametras 18 G - Ilgis – 200 mm. - Pro adatą galima prastumti 0,038“ colių nukreipiančiąją stygą.	Iki 60 vnt.	- Sterili, vienkartinio naudojimo punkcinė 2-jų dalių adata - Tinkama visoms perkutaninėms punkcijoms, su pravedėju - Graduota cm - Pagaminta iš nerūdijančio plieno - Aštrus ultragarsinis galiukas - Adatos diametras 18 G - Ilgis – 200 mm. - Pro adatą galima prastumti 0,038“ colių nukreipiančiąją stygą.	5	7,14	428,40	

21.	Trumpalaikio naudojimo uretriniai stendai (1-3 mėnesio) 6F 26 cm	• Stentas dengtas paviršiumi, užtikrinančiu stento naudojimą iki 1-3 mėnesio; • skylutės per visą kateterio ilgį; • rentgeno kontrastiniai žymekliai; • variacijos: abu galai atviri/arba pūsles galas atviras; • Dydis - 6,0 Fr; • Ilgis - 26 cm; • Rinkinį sudaro stentas, viela-pravedėjas bei styga (40 cm)	Iki 30 vnt.	Stentas dengtas paviršiumi, užtikrinančiu stento naudojimą iki 1-3 mėnesio; skylutės per visą kateterio ilgį; rentgeno kontrastiniai žymekliai; variacijos: abu galai atviri/arba pūsles galas atviras; Dydis - 6,0 Fr; Ilgis - 26 cm; Rinkinį sudaro stentas, viela-pravedėjas bei styga (40 cm).	5	18,69	560,70
-----	--	---	-------------	--	---	-------	--------

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė kopija.