

**PASIŪLYMAS
SPECIALIZUOTŲ TERMOIZOLIACINIŲ KONTEINERIŲ KRAUJO PRODUKTAMS (ERITROCITAMS)
TRANSPORTUOTI (20-25 L TALPOS) PIRKIMAS**

Viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui
(Adresatas)

2019-02-28 Nr. 38/19
(Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas	UAB „DIAMEDICA“
Tiekėjo juridinio asmens kodas	111768155
Tiekėjo adresas	Gėlių g. 2, Avižienių k., Vilniaus raj. Sav., LT-14184 Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Viešųjų pirkimų specialistė Lina Baležentytė
Telefono numeris	8-5-2790080
El. pašto adresas	konkursai@diamedica.lt

2. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM*	Bendra kaina, EUR be PVM (3x4=5)*
	1	2	3	4	5
1.	Specializuoti termoizoliaciniai konteineriai kraujo produktams (eritrocitams) transportuoti	Vnt.	3	480,00	1440,00
	PVM suma **:				302,40
	*Pasiūlymo kaina, Eur su PVM				1742,40

Pasiūlymo kaina žodžiais:

Vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt du eurai ir keturiasdešimt centų.

* 4 stulpelyje „Vieneto kaina, EUR be PVM“, 5 stulpelyje „Kaina, EUR be PVM“ ir eilutėje „Pasiūlymo kaina, Eur su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

** Jei eilutė „PVM“ nepildoma, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Eil. Nr.	Reikalavimai	Reikalavimą atitinkanti informacija Atitinka / Neatitinka; Taip/Ne (pasirinkti tinkamą variantą)
1.	Paskirtis: specializuotas medicininis, skirtas kraujo komponentų (eritrocitų) transportavimui.	Atitinka
2.	Temperatūros kontrolė ir monitoravimas: temperatūros ribos nuo + 2° C iki + 8° C.	Atitinka
3.	Temperatūros kontrolė ir monitoravimas: galimybė transportuoti +2° C -+ 8° C temperatūroje ne mažiau 12 val.	Atitinka

Adresas:
Gėlių g. 2, Avižienių k., Vilniaus raj. sav.
LT-14184, Lietuva
Įmonės kodas: 111768155
PVM mok. kodas: LT117681515

Bankai:
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
A/s: LT492140030002131892
AB Swedbank. 73000
A/s: LT577300010071982536

Darbo laikas:
I-IV 8.00-17.00, V- 8.00-16.00
El. paštas: info@diamedica.lt
Tinklapis: www.diamedica.lt

4.	Temperatūros kontrolė ir monitoravimas: transportavimo priimtinumui kriterijai išlaikomi, kai aplinkos temperatūra iki +25 ° C.	Atitinka
5.	Komplektavimas: su elementais(12 vnt.), užtikrinančiais galimybę transportuoti +2° C -+ 8° C temperatūroje ne mažiau 12 val.	Atitinka
6.	Talpa: 20 - 25 litrai.	Atitinka
7.	Konstrukcija: tvirtas; ergonomiškas - transportuoti gali vienas asmuo; su transportavimo rankena ar diržu (6 vnt.).	Atitinka
8.	Išorės ir vidaus danga atspari valymo ir dezinfekavimo medžiagoms.	Atitinka
9.	Prekės turi būti ženklintos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato kopiją.	Atitinka
10.	Prekių gamintojas turi būti sertifikuotas pagal tarptautinį standartą ISO-9001 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas.	Atitinka
11.	Kartu su pasiūlymu pateikti vartotojo instrukciją anglų kalba, pažymint vietas atitinkančias specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Vartotojo instrukcijos vertimas į lietuvių kalbą pateikiamas kartu su įranga.	Taip
12.	Gamintojo, tiekėjo arba subtiektėjo atstovas kvalifikuoja prekes (IQ - installation qualification, OQ - operation qualification, PQ - performance qualification) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jų pristatymo.	Taip
13.	Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su transportavimo konteineriu ir jiems turi būti išduoti tai patvirtinantys dokumentai. Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas.	Taip
14.	Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.	Atitinka
15.	Konteineriai pristatomi adresu Žolyno g. 34, Vilnius.	Taip
16.	PAPILDOMOS SĄLYGOS: - Tiekėjas (laimėtojas), prieš sutarties pasirašymą, turi pateikti protokolus kvalifikavimo atlikimui, juos suderinti su perkančiąja organizacija ir patvirtinti iki prekių pristatymo datos. - Prekių kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. - Matavimų atlikimo įranga turi turėti galiojančius kalibravimo liudijimus (kalibravimo liudijimo ar patikros sertifikato kopija turi būti pateikta atliekant kvalifikavimą). - Vykdytojas privalo turėti praktinės patirties kvalifikuojant prekes, kurioms nurodyti temperatūros priimtinumui kriterijai (kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją). - Prekių kvalifikavimo (PQ - performance qualification) apimtis: 1) temperatūros pasiskirstymo minimaliai pakrautame konteineryje 12 val. (temperatūros registravimas 5 min. intervalais);	Atitinka Atitinka Atitinka

2) temperatūros pasiskirstymo pusiau pakrautame ir pilnai pakrautame konteineryje 12 val. blogiausio atvejo temperatūroje (temperatūros registravimas 5 min. intervalais); 3) temperatūros registravimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip 10 matavimo taškų; 4) papildomai registruojama aplinkos temperatūra.	Atitinka
---	----------

*nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos prekės techninių parametrų atitiktį nustatytiems pirkimo sąlygų reikalavimams.

3. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI


Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1
2.	CE sertifikatai	10
3.	Aprašymai	8
4.	Sutarčių sąrašas	1

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 2) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)


Lina Baležentytė
(Vardas ir pavardė)

[GALIOJIMAS 19-01-LB

2019 m. sausio 11 d.
Avižienių k.

Igalioju UAB „DIAMEDICA“ viešųjų pirkimų specialistę Liną Baležentytę pasirašyti bei teikti viešiesiems pirkimams skirtą dokumentaciją, tvirtinti dokumentų kopijas, pasirašyti pasiūlymo laidavimo draudimo raštus ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimus (polisus) bei sutarčių atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštus. Taip pat pasirašyti pasiūlymus saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus, ir teikti juos CVP IS priemonėmis.

Generalinis direktorius



Stasys Križanauskas