

INSULTA/

33100000-1

## VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. SR19-21/79

Tauragė,

2019 m. kovo 29 d.

**Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė**, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama direktoriaus Liutauro Indriuškos, veikiančio pagal Įstatus, ir **UAB „Graina“**, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama direktoriaus valdymui Šarūno Gildučio, veikiančio pagal 2019-01-02 įgaliojimą Nr. 19-3-1, laimėjusi 2018 m. vasario 11 d. skelbtą supaprastintą atvirą konkursą **Medicinos įrangos pirkimas, vykdamas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-0005** (pirkimo Nr. 420960), sudarė šią sutartį:

### 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra prekių - šlapimo liekamojo tūrio ištyrimo sistema **Mindray DC-30**, Mindray, Kinija, 1 vnt. (toliau – Prekės) pirkimas–pardavimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, personalo apmokymas ir/ar kt. *[pasirinkti, įrašyti pagal poreikį]*, kurių kaina nurodyta Sutarties 2.1 punkte bei asortimentas Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“.

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtiniais reikmenimis, lietuviškomis technine ir naudojimo instrukcijomis, serviso dokumentacija, CE sertifikatais (arba lygiaverčiais dokumentais), kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose;

1.1.4. į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui;

1.1.5. jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Tiekėjas negali pristatyti nurodyto Prekės modelio, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatytas už tą pačią kainą.

### 2. SUTARTIES SUMA

2.1. Bendra sutarties kaina be PVM 9.917,00 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniolika eurų 00 ct).  
PVM suma 2.082,57 Eur (du tūkstančiai aštuoniasdešimt du eurai 57 ct).

Bendra sutarties kaina su PVM 11.999,57 Eur (vienuolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 57 ct).

2.2. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.3. Į bendrą sutarties sumą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

### 3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jas sumontuoti, instaliuoti/įdiegti bei apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su prekėmis. Prekių pristatymo,



instaliavimo / įdiegimo bei Pirkėjo personalo apmokymo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekių priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akte data.

3.2. Tiekėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti.

3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas įspėti Pirkėją raštu [el. pašto adresas [e.kaulius@tauragesligonine.lt](mailto:e.kaulius@tauragesligonine.lt)] apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Tiekėjas su Pirkėju raštu suderina Prekių pristatymo grafiką.

3.4. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.

3.5. Paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo Evaldas Kaulius.

3.6. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo Regina Gudjonienė.

3.7. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties Prekių sąrašę ir techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

3.8. Esant nenumatytiems aplinkybėms, prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą vieno mėnesio laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

3.9. Prekių pristatymo vieta – Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė (V. Kudirkos g. 2, LT-72214, Tauragė).

3.10. Kartu su pristatomomis Prekėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui:

3.10.1. Prekių vartotojo instrukcijas (anglų ir lietuvių kalbomis);

3.10.2. Techninę dokumentaciją;

3.10.3. Serviso dokumentaciją.

3.11. Tiekėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti. Tiekėjas atlieka pristatytos įrangos techninių rodiklių atitikimo specifikacijai demonstraciją (demonstracija turi būti atliekama įrangos instaliavimo metu).

#### **4. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS**

4.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

4.2. Prekių garantinis aptarnavimo terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekių priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.3. Prekes garantiniu laikotarpiu remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Aptarnaujantis specialistas turi atvykti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo raštiško Pirkėjo pranešimo Pardavėjui apie gedimą. Garantiniu laikotarpiu pardavėjas savo lėšomis remontuoja tuos gedimus, kurie patenka į gamintojo nustatytą garantinio remonto apimtį. Nepavykus pašalinti gedimo, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pirminio pranešimo apie gedimą pakeisti sugedusias Prekes.

4.4. Detales, kurių pakeitimui reikalinga speciali įranga, įsipareigoja pakeisti Pardavėjas ar jo įgaliojimą turinti įmonė.

4.5. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.


#### **5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ**

5.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

#### **6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ**

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:



| Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai                                                                                                         | Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas                                                       | Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė                                                                            | Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas) kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais. | Tiekėjas pateikia Pirkėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. | 5 (penki) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM 599,98 Eur (penki šimtai devyniasdešimt devyni eurai 98 ct) | Įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto teikiamo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau kaip jo pateikimo Pirkėjui dieną ir galioja ne trumpiau nei per visą Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei 3 (trys) mėnesiai. |

6.2. Jeigu Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai, Pirkėjas įgyja teisę kreiptis į įstaigą, išdavusią Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumokėjimo pagal Pirkėjo pateiktą reikalavimą.

6.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo rašytiniu pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

6.4. Jei Tiekėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo), Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos. Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui iki prekės pristatymo arba Sutarties nutraukimo apskaičiuotus delspinigius.

6.5. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali:

6.5.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

6.5.2. vienašališkai nutraukti Sutartį;

6.5.3. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti Pirkėjui prekę pagal Sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį, Tiekėjas moka Pirkėjui 20 % (dvidešimt procentų) Sutarties vertės dydžio baudą, įskaitant delspinigius. Jei Tiekėjas prekių nepristato Sutartyje nurodytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti prekes iki 6.5.p. nurodyto delspinigių susidarymo termino, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pristatyti Pirkėjui prekę pagal Sutarties sąlygas.

## 7. FORCE MAJEURE

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

## 8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Tiekėjo pateikimo Pirkėjui tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais) bei galioja 5 (penkis) mėnesius, išskyrus Tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu, įskaitant atsiskaitymą.

8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

8.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;

8.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti prekes iki 6.5.p. nurodyto delspinigių susidarymo termino, prekių nepristatė.

8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

8.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

## 9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalis, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA:

1. Prekių sąrašas.
2. Techninė specifikacija.

## 10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

### Pardavėjas

**UAB „GRAINA“**

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys

Įmonės kodas 1477 36647

PVM mokėtojo kodas LT477366410

AB Luminor bankas, banko kodas 40100

A.s. LT50 4010 0412 0039 6404

Tel. (8 45) 57 06 05, Faks. (8 45) 43 35 40

<http://www.graina.lt>, El.p. [info@graina.lt](mailto:info@graina.lt)

### Pirkėjas

**VšĮ Tauragės ligoninė**

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė

Įmonės kodas 179761936

PVM mok. kodas nėra

AB bankas Luminor, b/k 40100

A.s. LT834010041600474638

Tel. (8 446) 62700, faks. (8 446) 62700


Direktorius valdymui Šarūnas Gildutis

A.V.



Liutauras Indriuška

A.V.



## PREKIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr.                   | Prekės pavadinimas                                                              | Ma-to vnt. | Kie-kis | Vnt. kaina, Eur |           | PVM     |          | Bendra kaina, Eur |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|-----------|---------|----------|-------------------|-----------|
|                            |                                                                                 |            |         | Be PVM          | Su PVM    | Dydis % | Suma Eur | Be PVM            | Su PVM    |
| 2                          | Šlapimo liekamojo tūrio ištyrimo sistema <b>Mindray DC-30</b> , Mindray, Kinija | Vnt.       | 1       | 9.917,00        | 11.999,57 | 21      | 2.082,57 | 9.917,00          | 11.999,57 |
| Bendra Sutarties kaina Eur |                                                                                 |            |         |                 |           |         |          | 9.917,00          | 11.999,57 |

**Pardavėjas****UAB „GRAINA“**

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys

Įmonės kodas 1477 36647

PVM mokėtojo kodas LT477366410

AB Luminor bankas, banko kodas 40100

A.s. LT50 4010 0412 0039 6404

Tel. (8 45) 57 06 05, Faks. (8 45) 43 35 40

<http://www.graina.lt>, El.p. [info@graina.lt](mailto:info@graina.lt)**Pirkėjas****VšĮ Tauragės ligoninė**

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė


Įmonės kodas 179761936

PVM mok. kodas nėra

AB bankas Luminor, b/k 40100

A.s. LT834010041600474638

Tel. (8 446) 62700, faks. (8 446) 62700


Direktorius valdymui Šarūnas Gildutis  
A.V.Lijutauras Indriuška  
A.V.

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## 2 pirkimo dalis. Šlapimo liekamojo tūrio ištyrimo sistema Mindray DC-30 – 1 vnt.

Gamintojas: Mindray, Kinija

| Eil. Nr. | Techninis parametras                                                                | Reikalaujam parametro reikšmė                                                                          | Siūloma parametro reikšmė                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Sistemos apibūdinimas ir gamintojas.                                                | Mobili, su ratukais                                                                                    | Mobili, su ratukais, ultragarsinė diagnostinė sistema Mindray DC-30                                                                                         |
| 2.       | Daviklių jungtys                                                                    | ≥ 3 aktyvios jungtys                                                                                   | 3 aktyvios daviklių jungtys                                                                                                                                 |
| 3.       | Monitorius                                                                          | a) ≥ 15 colių įstrižainės, LED tipo<br>b) Sukiojamas visomis kryptimis: aukštin-žemyn, į kairę-dešinę. | a) 15 colių įstrižainės, LED tipo<br>b) Sukiojamas visomis kryptimis: aukštin-žemyn, į kairę-dešinę.                                                        |
| 4.       | Vaizduojamo gylio diapazonas (cm)                                                   | ≥ 10 - 35 cm                                                                                           | Vaizduojamo gylio diapazonas 0.9-38.8cm                                                                                                                     |
| 5.       | Reguliuojamo aukščio valdymo panelė                                                 | Būtina                                                                                                 | Reguliuojamo aukščio valdymo panelė                                                                                                                         |
| 6.       | Maksimalus kadrų dažnis                                                             | ≥ 400 kadrų/s                                                                                          | Maksimalus kadrų dažnis 400 kadrų/s                                                                                                                         |
| 7.       | Maksimali cinematinė B režimo atmintis                                              | ≥ 12 000 kadrų                                                                                         | Maksimali cinematinė B režimo atmintis 12 394 kadrų                                                                                                         |
| 8.       | Sistemos užsikrovimo trukmė                                                         | a) Pilnai išjungtos ≤ 50 s<br>b) Esančios parengties būsenoje (angl. stand by) - ≤ 25 s                | a) Pilnai išjungtos 46 s<br>b) Esančios parengties būsenoje (angl. stand by) 23 s                                                                           |
| 9.       | Autonominis maitinimo šaltinis                                                      | a) Integruotas ličio-jonų akumulatorius<br>b) Darbo iš baterijos trukmė ≥ 90 min.                      | a) Integruotas ličio-jonų akumulatorius<br>b) Darbo iš baterijos trukmė ≥ 90 min.                                                                           |
| 10.      | Klinikiniai pritaikymo režimai                                                      | 1. Pilvo organų                                                                                        | 1. Pilvo organų                                                                                                                                             |
| 11.      | Skenavimo režimai:                                                                  | a) B, M,<br>b) 2B,<br>c) 4B<br>d) Spalvinis dopleris<br>e) Pulsinės bangos dopleris                    | a) B, M,<br>b) 2B,<br>c) 4B<br>d) Spalvinis dopleris<br>e) Pulsinės bangos dopleris                                                                         |
| 12.      | Dinaminis diapazonas B režime                                                       | ≥ 200 dB;                                                                                              | Dinaminis diapazonas B režime 30 -220 dB                                                                                                                    |
| 13.      | Pacientų duomenų ir vaizdų išsaugojimo galimybės                                    | a) 1Tb vidinis kietasis diskas,<br>b) ≥ 3 USB jungtys<br>c) DVD-RW integruotas įrenginys               | a) 1TB vidinis kietasis diskas,<br>b) 3 USB jungtys<br>c) DVD-RW integruotas įrenginys                                                                      |
| 14.      | Pacientų duomenų administravimo sistema, jos funkcijos:                             | a) Paciento duomenų įvedimas<br>b) Paciento paieška ir duomenų peržiūra<br>c) Tyrimo peržiūra          | Pacientų duomenų administravimo sistema <i>iStation™</i> :<br>a) Paciento duomenų įvedimas<br>b) Paciento paieška ir duomenų peržiūra<br>c) Tyrimo peržiūra |
| 15.      | DICOM modulis palaikantis:                                                          | a) Storage<br>b) Print<br>c) Storage commitment                                                        | a) Storage<br>b) Print<br>c) Storage commitment                                                                                                             |
| 16.      | Automatinis vaizdo parametrų optimizavimo funkcija vieno klavišo paspaudimo pagalba | Būtina                                                                                                 | iTouch mygtukas – automatinė vaizdo parametrų optimizavimo funkcija                                                                                         |
| 17.      | Skenuojamo (ultragarsinio) vaizdo didinimo per visą ekraną funkcija                 | Būtina                                                                                                 | iZoom – ultragarsinio vaizdo didinimo per visą ekraną funkcija                                                                                              |
| 18.      | Matavimai                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
| 18.1     | Klinikinės analizės                                                                 | 1. Pilvo organų                                                                                        | 1. Pilvo organų                                                                                                                                             |

| Eil. Nr. | Techninis parametras                                                                                                                                           | Reikalaujam parametro reikšmė                                                                                                                            | Siūloma parametro reikšmė                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | matavimų ir skaičiavimų paketai su rezultatų saugojimu į tyrimo ataskaitą „report“                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 18.2     | Automatinis PW kreivių matavimas realiame laike                                                                                                                | Būtina                                                                                                                                                   | Automatinis PW kreivių matavimas realiame laike                                                                                                                                           |
| 19.      | Galimybė tyrimo ataskaitą „report“ spausdinti lazeriniu A4 formato spausdintuvu                                                                                | Būtina                                                                                                                                                   | Galimybė tyrimo ataskaitą „report“ spausdinti lazeriniu A4 formato spausdintuvu                                                                                                           |
| 20.      | Galimybė ateityje integruoti 4D tyrimų modulį ir daviklį                                                                                                       | Būtina                                                                                                                                                   | Galimybė ateityje integruoti 4D tyrimų modulį ir daviklį                                                                                                                                  |
| 21.      | Galimybė ateityje praplėsti programinę įrangą elastografijos tyrimams                                                                                          | Būtina                                                                                                                                                   | Galimybė ateityje praplėsti programinę įrangą elastografijos tyrimams                                                                                                                     |
| 22.      | Komplektacija                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 22.1     | Daviklis pilvo organų tyrimams                                                                                                                                 | a) Dažnio diapazonas $\geq 1,9 - 6,0$ MHz,<br>b) Elementų skaičius $\geq 80$<br>c) Paviršiaus ilgis gali būti nuo 50 mm iki 60 mm. Galima 3 mm paklaida. | Pilvinis daviklis vidaus organų tyrimams 3C5P<br>a) Dažnio diapazonas 1,7-6,0 Mhz,<br>b) Elementų skaičius 128<br>c) Paviršiaus ilgis 50mm                                                |
| 23.      | Kiti reikalavimai                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 23.1     | Garantija                                                                                                                                                      | Ne mažiau 24 mėnesių                                                                                                                                     | Garantija 24 mėnesių                                                                                                                                                                      |
| 23.2     | CE atitikties deklaracija                                                                                                                                      | Būtina                                                                                                                                                   | Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikata                                                                                                                                              |
| 23.3     | Gamintojo įgaliojimas parduoti įrangą ir teikti serviso paslaugas garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu                                                      | Pateikti kopiją                                                                                                                                          | Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimą parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu               |
| 23.4     | Gamintojo išduotas apmokymų sertifikatas inžinieriui, suteikiantis teisę instaliuoti įrangą, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu | Pateikti kopiją                                                                                                                                          | Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo išduotą apmokymų sertifikatą inžinieriui, suteikiantį teisę instaliuoti įrangą, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu |

#### Pardavėjas

##### UAB „GRAINA“

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys  
Įmonės kodas 1477 36647  
PVM mokėtojo kodas LT477366410  
AB Luminor bankas, banko kodas 40100  
A.s. LT50 4010 0412 0039 6404  
Tel. (8 45) 57 06 05, Faks. (8 45) 43 35 40  
<http://www.graina.lt>, El.p. [info@graina.lt](mailto:info@graina.lt)

Direktorius valdymui Šarūnas Gildutis



#### Pirkėjas

##### VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė  
Įmonės kodas 179761936  
PVM mok. kodas nėra  
AB bankas Luminor, b/k 40100  
A.s. LT834010041600474638  
Tel. (8 446) 62700, faks. (8 446) 62700

Liutauras Indriūška  
A.V.

