



V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, tel. (8-5) 2649696, faks. (8-5) 2602055, el. paštas vilnius@limeta.lt
Kodas 221906050, PVM mokėtojo kodas LT219060515, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras.

VšĮ Centro poliklinika

PASIŪLYMAS

DĖL DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO

2018 m. gruodžio 6 d. Nr. 2-1554

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai!</i>	UAB „Limeta“
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jurgita Katkienė
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai!</i>	V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius
Telefono numeris	(8-5) 2649696
Fakso numeris	(8-5) 2602055
El. pašto adresas	vilnius@limeta.lt
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:	
Įmonės kodas	221906050
PVM kodas	LT219060515
Bankas ir sąskaitos numeris	A.s. LT257044060001645641
Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., faks., el. paštas)	
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti igaliojimą)	Vadybininkų asistentė Kristina Lieščiūnskaitė

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS, internete, adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;

2) atviro konkurso dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3)**vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Subteikėjo adresas, kontaktai	Subteikėjo prisimamų įsipareigojimų apibūdinimas (subteikėjams perduodamos sutarties dalis proc.)

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

***Šiame pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali **TAIP, NE (tiekęs pažymi vieną iš variantų; nepažymėjus nei vieno varianto laikoma, kad informacija nėra konfidenciali)**. Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. Dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai. *Tiekęs negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų puslapių skaičius	Dokumentas konfidencialus (Taip / Ne)
1.	Pasiūlymas.pdf	12	Taip (išskyrus kainą, gamintoją ir modelį)
2.	Konfidencialu.pdf	201	Taip

*** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekęs negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.

Bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos daugiau nei dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Svarbu! Sudarius sutartį, PVM sąskaita (-os) faktūra(-os) privales būti išrašoma pasiūlyme nurodytu firminių prekių pavadinimu arba pasiūlyme nurodytu jo sutrumpinimu, o kaina turės būti nurodoma tiek skaičių po kablelio, kiek buvo pateikta pasiūlyme.

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija Perkančiajai organizacijai turi atitikti galiojančius standartus. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą (-us). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias dokumentuose vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ar techninių aprašų originalus.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 pirkimo daues p_{as}

2 pirkimo dalis. Priemonės medicininės įrangos, instrumentų ir paviršių plovimui ir dezinfekcijai
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną 33631600-8 „Antiseptikai ir dezinfekuojančios medžiagos“

2.1.	Visų	2.1.1. Priemonės pavidalas – skystas	Quatrodes	pak.	260
------	------	--------------------------------------	-----------	------	-----

	<p>plaunamų paviršių, medicininės įrangos plovimui ir dezinfekcijai</p>	<p>skiedžiamas koncentratas, skirtas valymui ir dezinfekavimui.</p> <p>2.1.2. Pagrindinės veikliosios medžiagos: amonio junginiai, aminai, plovikliai.</p> <p>2.1.3. Priemonės sudėtyje neturi būti aldehidų, balinimo priemonių, aktyvių oksidantų (nesukelia metalų korozijos).</p> <p>2.1.4. Priemonė tinka valyti, dezinfekuoti įvairius paviršius: metalinius, nerūdijančio plieno, plastikinius-polikarbonatus, organinį stiklą, tinką sveikatos prižiūros įstaigų operacinių, sienų, grindų, medicininės įrangos ir neinvazinių medicinos prietaisų valymui ir dezinfekavimui. Nuvalius paviršius neturi palikti dėmių, nereikia nuplauti vandeniu po dezinfekcijos.</p> <p>2.1.5. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti plačiu veikimo spektru: baktericidiniu, tuberkulicidiniu, fungicidiniu, virusidiniu (HBV, ŽIV) aktyvumu.</p> <p>2.1.6. Naudojamo darbinio litro 0,25 % koncentracijos ekspozicijos laikas prieš mikobakterijas ne daugiau kaip 15 min.</p> <p>2.1.7. Darbinis tirpalas turi išlikti stabilus ir veiksmingas ne trumpiau kaip 7 paras.</p> <p>2.1.8. Pakuotė – 5 litrų talpa su pridėta dozavimo pompa.</p>	<p>forte 5L, Medi-Sept, Lenkija</p> <p>Specialiuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai Psl. nr. 19-30</p>							
2.2.	<p>Instrumentų plovimui ir dezinfekcijai</p>	<p>2.2.1. Priemonė – skystas koncentratas.</p> <p>2.2.2. Veikliosios medžiagos: dezinfekcinės (biguanidai, ketvirtiniai amonio junginiai), enzimai (proteazė, lipazė, amilazė), korozijos inhibitoriai.</p> <p>2.2.3. Antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virusidiniu (HBV, ŽIV) aktyvumu.</p> <p>2.2.4. Tinka rankiniam apnuošimui ir</p>	<p>Viruton Extra, Medi-Sept, Lenkija Psl. nr.</p> <p>Specialiuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai</p>	pak.	200					

2.3.	Greitajai paviršių dezinfekcijai	<p>ultragarsinėse vonelėse</p> <p>2.2.5. Pasižymi stipriomis plaunačiomis savybėmis, malonaus kvapo, identifikuojačios spalvos, negadina plastmasės, keramikos, organinio stiklo, nerūdijančio plieno.</p> <p>2.2.6. Tirpalo pH 6,0-7,0, koncentracija ne didesnė nei 0, 5 %.</p> <p>2.2.7. Sudėtyje nėra chloro; aldehidų, fenolių, peroksidų, rūgščių.</p> <p>2.2.8. Ekspozicijos laikas – iki 15 min.; greitai biologškai suyraanti.</p> <p>2.2.9. Atitinka medicinos prietaisų direktyvą.</p> <p>2.2.10. Pakuotė – 5 litrų talpa.</p>	Psl. nr. 31-43	pak.	600					
2.3.	Greitajai paviršių dezinfekcijai	<p>2.3.1. Biocidas. Tirpalas paruoštas naudojimui. Turi būti dermatologiškai patikrintas.</p> <p>2.3.2. Priemonės pH neutralus.</p> <p>2.3.3. Veikliosios medžiagos – etilo alkoholiai.</p> <p>2.3.4. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (isk. MRSA, TBC), fungicidiniu ir virusidiniu aktyvumu.</p> <p>2.3.4. Sudėtyje nėra fenolių, peroksidų, rūgščių, triklosano, aldehidų.</p> <p>2.3.5. Ekspozicijos laikas – ne daugiau 1 min.</p> <p>2.3.6. Atitinka medicinos prietaisų direktyvą.</p> <p>2.3.7. Pakuotė – 5 litrų talpa.</p>	Velox Top AF 5L, Medii-Sept, Lenkija Specialiuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai Psl. nr. 44-55	pak.	600					
2.4.	Dezinfekavimo medžiagos, skirtos maisto blokų paviršiams	<p>2.4.1. Biocidas 2 ir 4 tipo.</p> <p>2.4.2. Priemonė, skirta paviršių dezinfekcijai ir valymui ketvirtinių amonio junginių pagrindu.</p> <p>2.4.3. Veikliosios medžiagos – ketviriniai amonio junginiai aminių pagrindu.</p> <p>2.4.4. Sudėtyje nėra chloro, aldehidų,</p>	Quatroides forte 5L, Medii-Sept, Lenkija Specialiuosius	pak.	200					

		fenolių junginių, rūgščių. 2.4.5. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (isk. TB – 0,5 % – 1 val.), fungicidiniu, inaktyvuoja virusus (ŽIV, HBV, HCV, BVDV, Noro, Rota); taip pat inaktyvuoja Polyoma, Adeno, Vaccinia virusus. 2.4.6. Ekspozicijos laikas kasdienei dezinfekcijai 0,5 % - ne ilgiau kaip 60 min., 0,75 % - ne ilgiau kaip 15 min. 2.4.7. Panaudojus nereikia nuskalauti; pasižymi geromis plovimo savybėmis esant stipriam užterštumui biologiniais skysčiais, neputoja. 2.4.8. Tinka naudoti operacinėse, naujagimių skyriuose. 2.4.9. Pakuotė – 5 litrų talpa.	reikalavimus pagrindžiantys dokumentai Psl. nr. 20-30						
2.5.	Priemonė biologinių skysčių ir vienkartinų priemonių nukenksminimui	2.5.1. Biocidas. Pavidalas – visiškai vandenyje tirpstančios dezinfekuojančios tabletės. 2.5.2. Naudojama paviršių (užterštų krauju bei kitais kūno skysčiais), gaminių baigiamajai dezinfekcijai, infekuotų medicininių atliekų nukenksminimui. 2.5.3. Pagrindinės veikliosios medžiagos: natrio dichlorozocianūrtas ne mažiau 50 %, aktyvatorius (natrio bikarbonatas). 2.5.4. Darbinio tirpalo pH 5,0-6,0. 2.5.5. Aktyvaus chloro kiekis vienoje tableteje 1 g. 2.5.6. Antimikrobinė medžiaga, pasižymi baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virusidiniu (HBV, ŽIV). 2.5.7. Ekspozicija – nuo 5 min. iki 1 val. 2.5.8. Pakuotė – po 200 tablečių.	Chlorinex 60 , N300, Chem- Pharm, Estija Specialiuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai Psl. nr. 56-67	4000 tabl.					
2.6.	Stiklinių indų valymui ir dezinfekcijai	2.6.1. Priemonė koncentratas. 2.6.2. Platus veikimo spektras; su korozijos inhibitoriumi; be aldehidų ir	Viruton Forte 1L Medi-Sept,	80 pak.					

