

SUTARTIS Nr. 14-19-0041

Klaipėda,

2019 m.

04

mėn. 10 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Kavita“ atstovaujama direktoriaus A. Petrikaičio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarė šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (418706) laimėtą refraktometrą su tonometru TRK-2P, TopCon, Japonija, kurio vnt. kaina yra 25.334,00 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt keturi eurai 00 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Refraktometras su tonometru TRK-2P, TopCon, Japonija

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Prašomos charakteristikos
1.	Matavimo būdas	Bekontaktis
2.	Prietaisu atliekami matavimai	Refraktometrija, keratometrija, tonometrija, pachimetrija (viskas viename prietaise)
3.	Prietaiso valdymas	Pilnai automatinė valdymo sistema, aktyvuojama vienu mygtuko paspaudimu: surandanti bei ištirianti abejas akis ir atspausdinanti rezultatus.
4.	Galimybė tyrimus atlikti ir rankiniu režimu	Taip, yra
5.	Tonometrijos duomenų perskaiciavimas pagal pachimetrijos parodymus	Taip, yra
6.	Valdymo ir rezultatų peržiūros monitorius	8,5 colių įstrižinės spalvotas, lietimui jautrus LCD
7.	Monitoriaus padėties reguliavimas	Reguliuojamas monitoriaus pasvirimo ir pasukimo kampas apie vertikalią ir horizontalią ašis
8.	Prietaiso ergonomika	Prietaisas valdomas iš bet kurios pusės, įskaitant ir valdymą iš šono ar paciento pusės.
9.	Rezultatų atspausdinimas	Integruoto terminio spausdintuvo su popieriaus nukirpimo funkcija pagalba.
10.	Refrakcijos matavimai	Intervale nuo -30D iki +25D
11.	Astigmatizmas	Intervale nuo 0D iki ± 12D
12.	Astigmatizmo ašis	Intervale nuo 0° iki 180°
13.	Minimalus matuojamas vyzdžio diametras	Ø2.0mm
14.	Tonometrijos matavimo intervalas	Intervale nuo 0mmHg iki 60mmHg, 1mmHg žingsniu.
15.	Integruotas bekontaktis pachimetras	Taip, yra
16.	Pachimetrijos matavimo ribos	Intervale nuo 0,4mm iki 0,75mm; 0,001mm žingsniu
17.	PD Matavimo ribos	Intervale nuo 20mm iki 85mm; 0,5mm žingsniu
18.	Sumontuota pasmakrio atrama su elektriniu aukščio reguliavimu	Taip, yra
19.	Komplekte su oftalmologiniu staliuku	Staliukas elektros pavara reguliuojamo aukščio, su 4 ratukais ir stabdžiais
20.	Maitinimo šaltinis	Iš ~220V, 50 Hz elektros tinklo
21.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Taip, yra
22.	Garantija	36 mėn.

2. Sutarties vertė

Bendra sutarties (1 vnt.) vertė – 25.334,00 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt keturi eurai 00 cnt.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.

- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (36 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

- 3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.
- 3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.
- 3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

- 4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.
- 4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.
- 4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti „Pardavėjas“ įsipareigoja pakeisti visą aparatą.
- 4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

- 5.1. „Pardavėjas“ pristato „Pirkėjui“ nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
- 5.2. Pristatyta įranga skaitoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.
- 5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka „Pardavėjas“.
- 5.4. Jeigu „Pardavėjas“ per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, „Pirkėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

- 6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.
- 6.2. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.



7. Ginčai

7.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Kitos sąlygos

8.1. Ši sutartis negali būti pilnai arba dalinai pakeista kitaip negu raštu. Visi pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

8.2. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 12 (dvylika) mėnesių.

8.3. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

8.3. Ši sutartis sudaryta dviejuose egzemplioriuose, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

8.4. Šalims neįvykdžius numatytų sąlygų, sutartis yra nutraukiama.

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



gydytojo
pagalbinio
infrastruktūra
motužienė

[Handwritten signature]

“Pardavėjas”

UAB „Kavita“
Gamyklos g. 39,
LT-89110 Mažiečiai
A/S LT077044060000017238
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 166725580

ALGIMANTAS PIKIS
Serviso padalinio vadovas
Mob.: 8 685 61994



VŠĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei
PASIŪLYMAS
DĖL REFRAKTOMETRO SU TONOMETRU PIRKIMO

2019-03-05 Nr. 190305_01

Mažeikiai

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Kavita“
Tiekėjo adresas	Gamyklos g.48, LT-89104 Mažeikiai
Įmonės kodas	166725580
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Projektų vadovė Jurgita Kontenienė
Telefono numeris	8-443-65166
Fakso numeris	8-443-65866
El. pašto adresas	jurgita@kavita.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	LT077044060000017238 AB SEB, B.K 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:
- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
 - tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Techninė specifikacija.pdf	2
2	CE atitikties deklaracija.pdf	2
3	Bukletas.pdf	11
4	Kavita išplėstinis išrašas.pdf	3
5	Espd response (dviem formatais xlm ir pdf)	12
6	Vadovo įgaliojimas.pdf	1

7	Jungtinė pažyma.pdf	2
---	---------------------	---

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
1	Auto kerato-refrakto tonometras, modelis: TRK-2P, gamintojas: Topcon, Japonija.	25334,00

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	CE atitikties deklaracija_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
2	Bukletas_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
3	Kavita išplėstinis išrašas_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
4	Espd response_Konfidencialu (dviem formatais xlm ir pdf)	„Prisegti dokumentai“
5	Vadovo įgaliojimas_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
6	Jungtinė pažyma_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Projektų vadovė
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Jurgita Kontenienė
 (Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

SPECIALIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI REFRAKTOMETRUI SU TONOMETRU

Modelis: TRK-2P, gamintojas: Topcon, Japonija.

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Prašomos charakteristikos	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Matavimo būdas	Bekontaktis	Matavimo būdas- bekontaktis. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
2.	Prietaisu atliekami matavimai	Refraktometrija, keratometrija, tonometrija, pachimetrija (viskas viename prietaise)	Prietaisu atliekami matavimai: refraktometrija, keratometrija, tonometrija, pachimetrija (viskas viename prietaise). Žr. Bukletas.pdf 1 psl.
3.	Prietaiso valdymas	Pilnai automatinė valdymo sistema, aktyvuojama vienu mygtuko paspaudimu: surandanti bei ištirianti abejas akis ir atspausdinanti rezultatus.	Pilnai automatinė valdymo sistema, aktyvuojama vienu mygtuko paspaudimu: suranda bei ištiria abi akis ir atspausdina rezultatus. Žr. Bukletas.pdf 3, 5 psl.
4.	Galimybė tyrimus atlikti ir rankiniu režimu	Būtina	Yra galimybė tyrimus atlikti ir rankiniu režimu. Žr. Bukletas.pdf 6 psl.
5.	Tonometrijos duomenų perskaičiavimas pagal pachimetrijos parodymus	Būtinai	Tonometrijos duomenų perskaičiavimas pagal pachimetrijos parodymus. Žr. Bukletas.pdf 7 psl.
6.	Valdymo ir rezultatų peržiūros monitorius	$\geq 8,0$ colių įstrižainės spalvotas, lietimui jautrus LCD	Valdymo ir rezultatų peržiūros monitorius 8,5 colių įstrižainės spalvotas, lietimui jautrus LCD. Žr. Bukletas.pdf 6 psl.
7.	Monitoriaus padėties reguliavimas	Reguliuojamas monitoriaus pasvirimo ir pasukimo kampas apie vertikalią ir horizontalią ašis	Reguliuojamas monitoriaus pasvirimo ir pasukimo kampas apie vertikalią ir horizontalią ašis. Žr. Bukletas.pdf 6 psl.
8.	Prietaiso ergonomika	Prietaisas turi būti valdomas iš bet kurios pusės, įskaitant ir valdymą iš šono ar paciento pusės.	Prietaisas yra valdomas iš bet kurios pusės, įskaitant ir valdymą iš šono ar paciento pusės. Žr. Bukletas.pdf 6 psl.
9.	Rezultatų atspausdinimas	Integruoto terminio spausdintuvo su popieriaus nukirpimo funkcija pagalba.	Rezultatų atspausdinimas integruoto terminio spausdintuvo su popieriaus nukirpimo funkcija pagalba. Žr. Bukletas.pdf 8 psl.
10.	Refrakcijos matavimai	Ne mažesniame intervale kaip nuo $-30D$ iki $+25D$	Refrakcijos matavimai intervale nuo $-30D$ iki $+25D$. Žr. Bukletas.pdf 9 psl.
11.	Astigmatizmas	Ne mažesniame intervale kaip nuo $0D$ iki $\pm 12D$	Astigmatizmas intervale nuo $0D$ iki $\pm 12D$. Žr. Bukletas.pdf 9 psl.
12.	Astigmatizmo ašis	Ne mažesniame intervale kaip nuo 0° iki 180°	Astigmatizmo ašis intervale nuo 0° iki 180° . Žr. Bukletas.pdf 9 psl.
13.	Minimalus matuojamas vyzdžio diametras	$\leq \varnothing 2.0mm$	Minimalus matuojamas vyzdžio diametras $\varnothing 2.0mm$. Žr. Bukletas.pdf 9 psl.
14.	Tonometrijos matavimo intervalas	Ne mažesniame intervale kaip nuo $0mmHg$ iki $60mmHg$, $1mmHg$ žingsniu.	Tonometrijos matavimo intervalas nuo $0mmHg$ iki $60mmHg$, $1mmHg$ žingsniu. Žr. Bukletas.pdf 9 psl.
15.	Integruotas bekontaktis pachimetras	Būtina	Integruotas bekontaktis pachimetras. Žr. Bukletas.pdf 1, 2 psl.
16.	Pachimetrijos matavimo ribos	Ne mažesniame intervale kaip nuo $0,4mm$ iki $0,75mm$; $0,001mm$ žingsniu	Pachimetrijos matavimo ribos nuo $0,4mm$ iki $0,75mm$; $0,001mm$ žingsniu. Žr. Bukletas.pdf 9 psl.
17.	PD Matavimo ribos	Ne mažesniame intervale kaip nuo $30mm$ iki $85mm$; $0,5mm$ žingsniu	PD Matavimo ribos nuo $20mm$ iki $85mm$; $0,5mm$ žingsniu. Žr. Bukletas.pdf 9 psl.
18.	Sumontuota pasmakrio atrama su elektriniu aukščio reguliavimu	Būtina	Sumontuota pasmakrio atrama su elektriniu aukščio reguliavimu. Žr. Bukletas.pdf 6, 9 psl.
19.	Komplekte su oftalmologiniu staliuku	Staliukas elektros pavarą reguliuojamo aukščio, su 4 ratukais ir stabdžiais	Komplekte su oftalmologiniu staliuku, elektros pavarą reguliuojamo aukščio, su 4 ratukais ir stabdžiais. Žr. Bukletas.pdf 10 psl.

20.	Maitinimo šaltinis	Iš ~220V, 50 Hz elektros tinklo	Maitinimo šaltinis iš ~220V, 50 Hz elektros tinklo. Žr. Bukletas.pdf 9 psl.
21.	Įrangos žymėjimas CE ženklų	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio dokumento kopiją)	Įranga žymima CE ženklų. Žr. CE atitikties deklaracija.pdf
22.	Garantija	≥36 mėn.	Garantija 36 mėn.
23.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.	Būtina	Žr. Bukletas.pdf 1-11 psl.
24.	Perkamas kiekis	1 vnt.	
25.	PVM tarifas procentais		21 proc
26.	Viso kaina Eur su PVM		25334,00
27.	Firminis pavadinimas, gamintojas		Auto kerato-refrakto tonometras, modelis: TRK-2P, gamintojas: Topcon, Japonija.