



UAB „Multilabo“
(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Registracijos adresas: A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius;
Korespondencijos adresas: Teatro g. 11-1 LT-03107 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291, El. p.
info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ AUTOMATIZUOTIEMS SKYSTOSIOS CITOLOGIJOS TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU AUTOMATINE SKYSTOSIOS CITOLOGIJOS PARUOŠIMO IR DAŽYMO SISTEMA PANAUDAI PIRKIMO

2019 m. kovo 18 d. Nr. 1
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Multilabo“
Tiekėjo adresas	A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius
Įmonės kodas	302325611
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkė Rūta Dranginytė
Telefono numeris	(8~5) 250 0291
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@multilab.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s LT16 7044 0600 0665 3913, AB SEB bankas, banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Interlux“
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	Remonto bei techninės priežiūros darbai

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB „Multilabo“ įgaliojimas (konfidencialu)	1
2	UAB „Interlux“ įgaliojimas (konfidencialu)	1
3	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	458
4	Multilabo Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13
5	Interlux Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13
6	Multilabo Registrų centro jungtinė pažyma (konfidencialu)	2
7	Interlux Registrų centro jungtinė pažyma (konfidencialu)	2
8	Multilabo LR juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (konfidencialu)	5
9	Interlux LR juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (konfidencialu)	2
10	Ketinių protokolai (konfidencialu)	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	UAB „Multilabo“ įgaliojimas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
2	UAB „Interlux“ įgaliojimas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
3	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
4	Multilabo Registrų centro jungtinė pažyma (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
5	Interlux Registrų centro jungtinė pažyma (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
6	Multilabo LR juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
7	Interlux LR juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
8	Ketinių protokolai (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
9	Pirkimo dalies atskirų pozicijų kainos, prekių gamintojai, modeliai, kodai ir techninė specifikacija (informacija)	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Viešųjų pirkimų ir kokybės skyriaus vadovė

Renata Radzevičienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTIEMS SKYSTOSIOS CITOLOGIJOS TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU
AUTOMATINE SKYSTOSIOS CITOLOGIJOS PARUOŠIMO IR DAŽYMO SISTEMA PANAUDAI:

I. REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINEI SKYSTOSIOS
CITOLOGIJOS PARUOŠIMO IR DAŽYMO SISTEMAI

(siūlomos panaudai sistemos pavadinimas)

Modelis _____

Gaminiojas _____

Kilmės šalis _____

Eil. Nr.	Tyrimų, diagnostinių reagentų ir priemonių pavadinimai	Preliminarus maksimalus tyrimų skaičius per 24 mėn.	Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) maksimaliam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn.	Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM	Suma, EUR su PVM 24 mėn. (paskaičiuoti pagal orientacinį poreikį 24 mėn.)	Siūloma pakuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos pakuotės)	Pakuotės kaina EUR su PVM	Gaminiojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Reagentai ir priemonės skystosios citologijos ginekologiniams tyrimams atlikti su siūloma automatizuota skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema (tikėjimas įrašo siūlomas priemonės ir reagentus).	2000 vnt.	-	-	-	-	-	-
1.1.	Skystosios citologijos ginekologinių mėginių surinkimo rinkinys. Rinkinį turi sudaryti: transportavimo indelis su skysta citologine terpe, kuri yra etanolio pagrindu ir šepetėlis šluotelė; šepetėlio galvutė turi būti lengvai nuimama ir įmontuama į skystą terpę; šepetėlio galvutė turi būti surinkimo indelyje viso proceso metu. Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Skystosios citologijos ginekologinių mėginių paruošimo rinkinys. Rinkinį turi sudaryti tankio gradientas ir kt. visos darbai reikalingos priemonės. Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema.	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Skystosios citologijos ginekologinių mėginių dažymo rinkinys. Skystosios citologijos ginekologiniams mėginiams skirtas dažų rinkinys sudarytas iš hematoksilino ir EA-OG dažų. Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema.	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Konservuojantis tirpalas. Konservuojantis tirpalas ilgalaikiam centrifugato laikymui etanolio pagrindu. Reagentas turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema.	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Alkoholio mišinys skirtas stiklų ruošimui bei sistemos plovimui. Alkoholių mišinys skirtas automatinei skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistemai (mišinys etanolio pagrindu). Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema.	-	-	-	-	-	-	-
2.	Reagentai ardančiai ir išsugantys eritrocitus ir priemonės skystosios citologijos neginekologiniams tyrimams, atlikti su siūloma automatizuota skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema (tikėjimas įrašo siūlomas priemonės ir reagentus).	2000 vnt.	-	-	-	-	-	-
2.1.	Skystosios citologijos neginekologinių mėginių surinkimo rinkinys. ardantis eritrocitus. Rinkinį turi sudaryti eritrocitus ardančios konservuojantis tirpalas, skirti bronchų aspiracijoms, biopsijoms, nuoplovoms, seroziniam skysčiui, šepetėliui biopsijai bei plonos adatos aspiracijoms biopsijoms tirti ir kt. darbai reikalingos priemonės). Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema.	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Skystosios citologijos neginekologinių mėginių surinkimo rinkinys. Rinkinį turi sudaryti konservuojantis tirpalas, skirti lūpimo. lūpimo pūslės nuoplovoms, skystis bei skystis ir kt. tirti. Darbai reikalingos priemonės. Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema.	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Skystosios citologijos neginekologinių mėginių paruošimo rinkinys. Rinkinį turi sudaryti visos darbai reikalingos priemonės. Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Skystosios citologijos neginekologinių mėginių dažymo rinkinys. Skystosios citologijos neginekologinių mėginių dažymui skirtas dažų rinkinys, sudarytas iš: Eozino ir Hematoksilino.	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Alkoholio mišinys. Alkoholių mišinys skirtas automatinei skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistemai (mišinys turi būti etanolio pagrindu). Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema	-	-	-	-	-	-	-
	BENDRA PASTŲLYMO KAINA:	-	-	-	46 649,60	-	-	-

II. TECHININIAI REIKALAVIMAI AUTOMATIZUOTAI SKYSTOSIOS CITOLOGIJOS PARUOŠIMO IR DAŽYMO SISTEMAI PANAUDAI (IVNT.)

Modelis _____
Gamintojas _____
Kilmės šalis _____

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Sitomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitiktimo patvirtinimas (pvl. pastilyne, puslapyje pabrėžiant klevienos pozicijos klevienų atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Automatizuota skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema - 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas).			
1.	Sistemos paskirtis	Automatinė skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema, skirta atlikti ginekologinių ir neginekologinių skystosios citologijos mėginių paruošimą ir dažymą. Sistema kliniškai validuota. Paruošai pateikta sistema turi būti techniškai pajėgi atlikti konkurso sąlygų I priede išvardintus tyrimus.	
2.	Taikomi metodai	Sistema privalo koncentruoti mėginyje esančias ląsteles ir pašalinti įvairias priemaišas tankio gradientu.	
3.	Procedūros	Sistema turi būti atliekamos šios procedūros: -mėginių maišymas, kad ląstelės pasiskirstytų homogeniškai. Maišykle vienu metu galima maišyti daugiau nei 15 mėginių. -mėginių centrifugavimas, koncentruotų ląstelių paruošimas Centrifuga tinkama ne didesnio nei 1,2 kg/dm ³ tankio medžiagų arba mišinių atskyrimui. Su kintamo lauko rotoriumi ir talpyklomis, tinkamomis 12 ir 50 ml mėgintuvėliams. Centrifugavimo greitis siektų iki 15.000 aps./min. -mėginių išpildymas Automatinė mėginių išpildymo stotelė skirta išpildyti mėginių iš surinkimo buteliuko į centrifugos mėgintuvėlį. -mėginių ruošimas ir dažymas Automatinė mėginių ruošimo ir dažymo stotelė privalo pecheiti ląstelių mėginius iš centrifugos mėgintuvėlio ant objekcinio stiklėlio, fiksuoti juos ir automatiškai nuvalyti bei skalauti kiekvieną stiklėlį.	
4.	Natūras	Natūras ne mažiau, kaip 20 mėginių per valandą.	
5.	Naudojimo instrukcija ir/ar vartotojo vadovas	Būtina. Pateikti kartu su įranga originalo ir lietuvių kalbomis.	
6.	CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC	Būtina. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.	
7.	Paslaugos	Prietaiso pristatymas, išpakavimas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, nuo panaudos sutarties pasirašymo. Sumontavimas ir instaliavimas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas atvežus prekes pirkėjui. Instaliavimo ir funkcionavimo patikrinimas turi būti atliktas gamintojo įgaloto serviso inžinieriaus, turinčio ne mažiau nei 3 metų patirtį. Mokymus turi atlikti techninio aptarnavimo inžinieriaus, turintis ne mažiau nei 3 metų patirtį.	

8.	Aptarnavimas	Metodų taikymo sutikimų šalinimas turi būti pradėdamas ne vėliau, kaip per 12 val. po pranešimo gavimo apie įsikilusias nesklaidumus. Technologinio taikymo problemų neišsprendus nuotoliniu būdu, technologinio taikymo specialistas per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo privalo atlikti šalinimo veiksmus darbo vietoje. Remonto darbai turi būti organizuojami per 48 valandas po oficialaus gavimo pranešimo. Sistema turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.	
9.	Garantiniai įsipareigojimai	Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas turi būti periodiškai vertinamas ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. dėl atnaujinimo poreikio, kad būtų technškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus.	
10.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekių atitiktį konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrėžtas ir pažymėtas atitiktis reikalaujamiems parametrams t. y. pabrėžti kiekvienos pozicijos kiekvienų atitiktį, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba.	Plūtinis Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.	