

SIA „Flebomedika“

Īmones kods: 40003570396, PVM LV40003570396, Kokneses prospekts 18a-7, Rīga, LV-1014,

Duomenys apie įmonę kaupiami Valstybinėje įmonėje Komercregistrs,

Tel.: +371-67-315 316, faksas: +371-67-315 317, el. paštas: girts.maurins@flebomedika.lv

VšĮ Vilniau miesto klinikinė ligoninė
Antakalnio g. 57, LT-102070 Vilnius
Tel. +370 5 234 4267, Faks. +370 5 234 6966
El. paštas: info@vmkl.lt


SIŪLOMO GAMINIO TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ APRAŠYMAS

Rinkinio pavadinimas:	LHP Procedure Kit
Rinkinio katalogo numeris:	501 100 220
Gamintojo pavadinimas:	CeramOptec GmbH
Kilmės šalis, gamintojo adresas:	Siemesstrasse 44, Bonn 53121, Germany.
Gaminio paskirtis:	Naudojamas lazerinei terapijai, pacientams su hemoroidalinių venų nepakankamu gydyti.
Rinkinio sudėtis:	Sterilioje pakuotėje: Lazerinis šviesolaidis HeLP LHP-Fiber, Conical glass tip, Adj. Luer, ID, LHP biopsinė adata, LHP proktoskopas.
Lazerinio šviesolaidžio charakteristikos:	Ilgis – 2,3 metro, išorinis diametras: 1,8mm, aktyviosios dalies ilgis 18 mm.
Suderinamumas:	Suderinamas su 980nm ir 1470 nm lazerinėmis sistemomis kartu su SMA 905 jungtimi.
Jungtis su lazeriu:	ID technologija.
Aktyviosios dalies forma:	Suaštrintas šviesolaidžio galas.
Jungtis su šviesolaidžio laikikliu:	Yra integruota.
Biopsinė adata:	14 G dydis, ilgis 6 cm. Vienkartinė, sterili, kartu su jungtimi šviesolaidžio laikikliui.
Sterilumas:	Visos rinkinio dalys ir komponentai pateikiami sterilioje pakuotėje.
Kokybės standartai:	Pagaminta pagal ISO 9001 kokybės valdymo standartą, CE-IVD ženklinimas.

Priedama: LHP Procedure Kit, Kat. Nr. 501 100 220, naudojimo instrukcijos kopija prie konkurso pasiūlymo dokumentacijos.

Direktorius

(parašas)



Girts Mauriņš