

## PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. RTL-24

2019 m. gegužės mėn. 8 d.  
Telšiai

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė, juridinio asmens kodas 180390741, esanti adresu Kalno g. 40, 87134 Telšiai, atstovaujama laikinai einanti direktoriaus pavaduotojos medicinai pareigas, pavaduojanti direktorę Simona Simaitytė veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas) ir

UAB „Dameda“, juridinio asmens kodas 123322285, esanti adresu A. Goštauto g. 12-316, LT-01108, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Vyganto Kazlausko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Pardavėjas), toliau sutartyje kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimis, sudarė šia pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

### 1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui perduoti prekes (toliau – Prekės):

1.1.1. Dializatoriai, 6000 vnt.

1.1.2. Priemonės hemodializės prieigai, 2-jų metų kiekis

1.1.3. Dializės koncentratai, dezinfektantai, pirogeniniai filtrai, 2-jų metų kiekis

1.1.4. Paciento sauso svorio matuoklio BCM elektrodai, 160 vnt.

(Prekių išsamesnė nomenklatūra, komplektacija, aprašymai (techninės charakteristikos, specifikacijos) bei kainos nurodytos šios Sutarties Priede Nr. 1) ir kurios Pardavėjui priklauso nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti technines charakteristikas atitinkančias Prekes ir sumokėti už jas sumą nustatytą šios Sutarties 2.1. punkte.

1.2. Pagal šią Sutartį perkamos Prekės turi būti visiškai naujos (nenaudotos, neatnaujintos), be defektų, sertifikuotos, tinkamos naudoti pagal jų paskirtį bei atitikti gamintojų išduotuose kokybės sertifikatuose nurodytus parametrus, turėti gamintojo garantijas. Prekių komplektiškumas, specifikacijos ir techninės charakteristikos turi atitikti nurodytas šios Sutarties Priede Nr. 1 (Konkurso sąlygose), kuris yra neatskiriamas šios Sutarties dalis.

### 2. Sutarties kaina

2.1 Sutarties kaina yra **204381,77 Eur** (du šimtai keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt vienas eur 77 ct), tame tarpe (PVM – 9732,47 Eur).

2.2. Prekių kaina yra fiksuota ir nesiskiria nuo kainos, Pardavėjo pateiktos jo pasiūlyme ir kuri nebus keičiama, išskyrus atvejį, kai Sutarties vykdymo laikotarpiu padidėjus ar sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio tarifui (PVM) Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

$S_N$  - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

$S_S$  - bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$A$  – įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (pristatytų Prekių / suteiktų Paslaugų) kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$T_S$  - senas PVM tarifas (procentais)

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais)

Numatytas kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

### **3. Prekių pristatymo terminai ir priėmimas – perdavimas**

3.1 Šios sutarties 1.1. nurodytas Prekes Tiekėjas savo transportu ir išlaidomis pristato Pirkėjui, per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos adresu Kalno g.40, LT-87134, Telšiai. Pristatytas prekes Tiekėjas savo jėgomis iškrauna iš transporto ir sunėša į pirkėjo nurodytas patalpas.

3.2 Sutarties 1.1. punkte nurodytas Prekes Tiekėjas perduoda Pirkėjui arba jo įgaliotam atstovui, kurie patvirtina tinkamu Prekių gavimo faktą savo parašu Prekių perdavimo-priėmimo akte.

3.3. Pardavėjui Sutarties 3.1 punkte numatytu terminu nepristačius Sutarties sąlygas atitinkančių Prekių, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,02% (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius skaičiuojamus nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Pardavėjui vėluojant pristatyti Prekes ilgiau nei šešiasdešimt dienų, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti Pardavėją atlyginti atsiradusius nuostolius bei sumokėti baudą, sudarančią 5% (penkis) procentus nuo Sutarties kainos, kurios Pirkėjui įrodinėti nebereikia.

3.4. Prekes Pardavėjas perduoda, o Pirkėjas priima atitinkančias šios Sutarties 1.1.p. ir šios Sutarties Priedo Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3.5. Pretenzijas dėl Prekių komplektiškumo, techninių charakteristikų neatitikimo ar pakuotės Pirkėjas gali pareikšti iškart, arba per protingą terminą.

### **4. Atsiskaitymai ir mokėjimai**

4.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes pagal „E. sąskaita“ priemonėmis gautą PVM sąskaitą-faktūrą. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr.1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Pirkėjas privalo mokėti Pardavėjui sumą, patvirtintą pardavėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. Pardavėjo išlaidų, patirtų už PVM sąskaitos – faktūros pateikimą, Pirkėjas neapmoka.

4.2. Pirkėjui Sutarties 4.1. punkte numatytu terminu neatsiskaičius su Pardavėju, Pirkėjas moka Pardavėjui 0,02% (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo pristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

### **5. Garantijos ir pareiškimai**

5.1. Pardavėjas pareiškia ir garantuoja, kad:

5.1.1. Prekių naujumas, kokybė, komplektiškumas ir specifikacijos visiškai atitinka šios Sutarties Priede Nr. 1 nurodytas technines ir kitas sąlygas ir paprastai tokiems gaminiams keliamas sąlygas, gamintojo nustatytus standartus bei ES ir LR teisės aktų keliamus tokiems gaminiams reikalavimus;

5.1.2. Prekės neįkeistos, trečiųjų asmenų pretenzijų dėl šių Prekių nėra, taip pat nėra atimta ir/ar apribota Pardavėjo teisė disponuoti Prekėmis;

5.1.3. Pardavėjo atstovui, pasirašančiam šią Sutartį, yra suteikti visi reikalingi Pardavėjo įgaliojimai, visi reikalingo Pardavėjo valdymo organų sprendimai yra priimti ir neprieštarauja imperatyviosioms LR įstatymų normoms, Pardavėjo steigimo dokumentams, protingumo ar sąžiningumo principams, priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, reikalingi šios Sutarties pasirašymui yra teisėti, tinkamai įforminti ir galiojantys. Pardavėjo atstovas patvirtina, kad ši Sutartis neprieštarauja Pardavėjo teisėms bei teisėtiems interesams.

5.1.4. Pirkėjui bus atlyginti visi nuostoliai tiesiogiai kylantys dėl šioje Sutartyje Pardavėjo pateiktų pareiškimų ir (ar) garantijų neatitikimo faktinėms aplinkybėms.

Aukščiau išvardintos garantijos ir pareiškimai turės išlikti teisingais visu šios Sutarties galiojimo metu.

5.2. Jeigu Pardavėjas perduoda Pirkėjui kitokio asortimento ar neatitinkančias kokybės ar techninių specifikacijų reikalavimų Prekes, negu nurodyta Sutartyje ir jos prieduose, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti LR Civilinio kodekso 6.330, 6.332, 6.333, 6.334, 6.341 ir kituose straipsniuose nurodytomis teisėmis, išskyrus jei kitaip aptarta šioje Sutartyje.

## **6. Pardavėjo teisė pasitelkti trečiuosius asmenis (subtiekimas)**

6.1. Susitarimas, pagal kurį Tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subtiekimu sutartimi. Toks susitarimas turi būti rašytinis.

6.2. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų ar / ir atsiranda poreikis pasitelkti naujus subtiekėjus, Pardavėjas gali pakeisti arba pasitelkti naujus subtiekėjus. Apie tai Pardavėjas iš anksto raštu turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėju pakeitimo ar naujų subtiekėju pasitelkimo priežastis ir būsimus subtiekėjus. Tuo atveju, jei Pardavėjas nori pasitelkti naują subtiekėją ir konkurso sąlygose buvo keliama kvalifikacija subtiekėjams, Pardavėjas iš anksto informuodamas apie naujo subtiekėjo pasitelkimą taip pat turi pateikti ir kvalifikacijos atitikti įrodančius dokumentus. Tuo atveju, jei subtiekėjams konkurso sąlygose buvo keliama kvalifikacija, tai Pirkėjas turi įvertinti keičiamų ar / ir naujai pasitelkiamų subtiekėjų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams bei, ar nėra subtiekėjų pašalinimo pagrindų ir subtiekėju keitimui ir / naujų subtiekėju pasitelkimui pritarti tik tokiu atveju, jei subtiekėjai atitinka kvalifikacijos reikalavimus bei nėra subtiekėjų pašalinimo pagrindų. Jei subtiekėjas kurio pajėgumais remiamasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ar jo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, Pirkėjas turi teisę pareikalauti per Pirkėjo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu. Subtiekėjų keitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Ši sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Pardavėjas nurodo subtiekėjus, kuriuos ketina pasitelkti.

## **7. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas**

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo 2019-05-22 ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.

7.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai:

7.2.1. dėl Sutarties 3.1 punkte numatyto Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimo;

7.2.2. Sutarties 2.1 punkte numatyta kaina yra perskaičiuojama pagal Sutarties 2.2 punktą dėl pasikeitusio PVM tarifo;

7.2.3. yra keičiamas subtiekėjas pagal Sutarties 6.2 punktą;

7.3. Sutarties nutraukimui tiesiogiai taikomas (-i) Sutarties 3.5, 8.4 punktai, Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio ir Civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios sutarčių teisę;

7.4. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir įsipareigojimus (įskaitant garantinį terminą (laikotarpį)).

## **8. Force Majeure**

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (ypatingų ir neišvengiamų force majeure aplinkybių), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr.840, nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu nėra laiku pranešta - nuo pranešimo momento ir, kai Šalis yra asmuo, besiverčiantis komercine-ūkiine veikla, pateikė tai patvirtinančią pažymą, išduotą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 patvirtinta tvarka, arba, kai Šalis yra asmuo, nesiverčiantis komercine-ūkiine veikla, pateikė kompetentingų tarnybų išduotus dokumentus, įrodančius nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą.

8.2. Atsiradus force majeure aplinkybėms, Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas force majeure aplinkybių galiojimo laikotarpiui.

8.3. Šalys privalo viena kitą nedelsiant informuoti apie force majeure sąlygų atsiradimą, taip pat išnykus pagrindui nevykdyti įsipareigojimų. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdanti Šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

8.4. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį, jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau nei vieną mėnesį nuo pranešimo apie jų atsiradimą gavimo dienos.

## 9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Pirkėjo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą hemodializės skyriaus vedėja Alina Šarkevičienė, tel. 8 444 77028, atstovas, atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą vyresn. specialistė Irena Žilevičienė, tel. 8 444 77010, el. p. [irena.zileviciene@telsiuligonine.lt](mailto:irena.zileviciene@telsiuligonine.lt).

9.2. Pardavėjo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą direktoriaus pavaduotojas Darius Stankevičius, tel. 8 5 2313956, [info@dameda.lt](mailto:info@dameda.lt).

9.3. Visi ginčai susiję su šia Sutartimi sprendžiami šalių tarpusavio derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atitinkamame teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

9.4. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais, lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną Sutarties Šalims. Šalys pasirašo ant kiekvieno Sutarties lapo.

Sutarties priedai:

1. Prekių specifikacija ir kaina.

## 10. Šalių rekvizitai


### Pirkėjas

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė  
Kalno g. 40, LT – 87134 Telšiai  
Įmonės kodas 180380741  
a/s LT144010042800091564  
Tel. 8 444 77000  
El. p. [info@telsiuligonine.lt](mailto:info@telsiuligonine.lt)


### Pardavėjas

UAB „Dameda“  
A. Goštauto g. 12-316, LT-01108, Vilnius  
Tel. 8 5 2621547, Tel./faks. 8 5 2313956  
Įm. k. 123322285  
PVM m. k. LT233222811  
A.s. LT667300010000040384  
AB bankas „Swedbank“, 73000

Laikinais einanti direktoriaus pavaduotojos  
medicinai pareigas, pavaduojanti direktorę  
Simona Simaitytė



Direktorius  
Vygantas Kazlauskas



Vienkartinės priemonės hemodializės procedūroms atlikti ligininės turima hemodializės įranga

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                                                                                                                                                                        | Mato vnt. | Poreikis 2 metams | Reikalaujami parametrai |                        |                                                                                                                                                               |          | Sterilizacija | Gamintojas | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Poreikio suma Eur su PVM |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                    |           |                   | Plotas (kv.m)           | UF koef. (ml/h x mmHg) | Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekamė 300 ml/min., Qd=500ml/min., Qf=0 ml/min., transmembrinis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%, | šlapalas | fosfatai      | Vit.B12    |                          |                          |                          |
| 1.       | Dializatoriai                                                                                                                                                                                      |           | 6000              |                         |                        |                                                                                                                                                               |          |               |            |                          |                          |                          |
| 1.1.     | Dializatorius kardioprotekinei dializei su sintetine heliksono membrana. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,9, mioglobino sijojimo koeficientas-0,5, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001 | vnt.      | 500               | 1.75-1,85               | 60-65                  |                                                                                                                                                               | 280      | 248           | 190        | 13,30                    | 13,97                    | 6982,50                  |
|          | <b>Fx80Cordiax</b>                                                                                                                                                                                 |           |                   | 1,8                     | 64                     |                                                                                                                                                               | 280      | 248           | 190        |                          |                          |                          |
| 1.2.     | Dializatorius kardioprotekinei dializei su sintetine heliksono membrana. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,9, mioglobino sijojimo koeficientas-0,5, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001 | vnt.      | 1500              | 2.15-2,25               | 70-75                  |                                                                                                                                                               | 283      | 258           | 207        | 13,30                    | 13,97                    | 20947,50                 |
|          | <b>Fx100Cordiax</b>                                                                                                                                                                                |           |                   | 2,2                     | 74                     |                                                                                                                                                               | 283      | 258           | 207        |                          |                          |                          |
| 1.3.     | Dializatorius su sintetine heliksono membrana                                                                                                                                                      | vnt.      | 2000              | 1.35-1,45               | 11.5-12.5              |                                                                                                                                                               | 254      | 194           | 120        | 10,15                    | 10,66                    | 21315,00                 |

|                      | <b>Fx8</b>                                                                                                                         |           |                   | <b>1,4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12</b>              | <b>254</b>        | <b>194</b>        | <b>129</b>        | garais<br>Tiesioginė vandens garais | Medical Care           |                          |                          |                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.4.                 | Dializatorius su sintetine heliksono membrana<br><b>Fx10</b>                                                                       | vnt.      | 2000              | 1.75-1,85<br><b>1,8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.5-14.5<br><b>14</b> | 261<br><b>261</b> | 210<br><b>210</b> | 138<br><b>138</b> | Tiesioginė vandens garais           | Fresenius Medical Care | 10,45                    | 10,97                    | 21945,00                 |
|                      |                                                                                                                                    |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                   |                   |                   | Tiesioginė vandens garais           |                        |                          |                          | 71190,00                 |
| Viso 1 dalies kaina: |                                                                                                                                    |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                   |                   |                   |                                     |                        |                          |                          |                          |
| 2.                   | Priemonės hemodializės prieigai                                                                                                    | Mato vnt. | Poreikis 2 metams | Reikalaujami parametrai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                   |                   |                   | Sterilizacija                       | Gamintojas             | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Poreikio suma Eur su PVM |
| 2.1.                 | Arterinės/veninės magistralės tiesioginei hemodiafiltracijai. Aparatams Fresenius 5008S<br><b>AV-SetONLINEplus5008-R F00000384</b> | kompl.    | 2000              | - veninės su oro gaudiklio diametro 22 mm; arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; arterinės su heparinizacijos atšakomis; pritaikytos "autopriming" funkcijai ir darbui su 5008 aparatu; su skysčio surinkimo maišu (tūris 2 litrai); jungtis recirkuliacijai; su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free); pateiksime originalų gamintojo katalogą                                                                                                                         |                        |                   |                   |                   | β (elektronų srautu)<br><b>Beta</b> | Fresenius Medical Care | 8,98                     | 9,43                     | 18858,00                 |
| 2.2.                 | Arterinės/veninės magistralės hemodializei. Su nuoroda dializės aparatams Fresenius 4008S<br><b>AV-SetSRB-R F00000257</b>          | kompl.    | 4000              | - veninės su oro gaudiklio diametro 22 mm; arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; variklio segmento diametro 8,0 mm; arterinės su heparinizacijos atšakomis;; užpildymo tūris 161 ml; su skysčio surinkimo maišu (tūris 2 litrai); jungtis recirkuliacijai; arterinė ir veninė ampulės su turbulentinu srovės nukreipėju, statmenai į ampulės sienelę. Variklio segmento ilgis 32-33 cm. su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free); pateikti originalų gamintojo katalogą |                        |                   |                   |                   | β (elektronų srautu)<br><b>Beta</b> | Fresenius Medical Care | 3,90                     | 4,10                     | 16380,00                 |
| 2.3.                 | Arterinės/veninės fistulinės adatos, 14-17G                                                                                        | kompl.    | 1500              | Adatos ilgis 25 mm, pasukamais sparneliais, arterinė su ovaline skykle; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm (±10mm); skirtingų spalvų spaustukai (arterinė – raudonas, veninė –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                   |                   |                   | Etileno dioksidu, Gama              | Fresenius Medical Care | 0,87                     | 0,91                     | 1370,25                  |

|      |                                                                                                                            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |       |       |          |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------|-------|----------|--|
|      | Arterinė adata/Veninė adata<br>5082441<br>5082571<br>5088621<br>5088631<br>5088641<br>5088651<br>5088661<br>5088671        |        |      | mėlynas);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           |       |       |          |  |
| 2.4. | Arterinės/veninės fistulinės saugios adatos, 14-17G<br><br>Arterinė adata/Veninė adata<br>S-14G<br>S-15G<br>S-16G<br>S-17G | kompl. | 4500 | pasukamais sparneliais, arterinė su ovaline skylė; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm (±10mm); adatos dengtos silikonu; kieto plastiko, be jokių įpjovų, kartu su sparneliais užtraukiamas apsauginis gaubtas; skirtingų spalvų spausťukai (arterinė – raudonas, veninė – mėlynas);                                                                                                                                                                                                                    | Gama<br><br>Gama    | Fresenius<br>Medical Care | 2,64  | 2,77  | 12474,00 |  |
| 2.5. | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys<br><br>ARD1215S                                                                    | vnt.   | 10   | Skirtas trumpalaikiai hemodializei.<br>Rinkinį sudaro:<br>dvikanalis kateteris*,<br>dilatatorius,<br>J formos pravedėjas,<br>punkcinė adata,<br>Luer Lock tipo kamšteliai (2 vnt.)<br>*Kateteris - graduotas, su šoninėmis skylutėmis, pagamintas iš poliuretano, galai tiesūs. Kateterio diametras 12F, ilgis 15 cm.                                                                                                                                                                                | γ, β<br>spinduliais | Jet medical<br>SA         | 34,78 | 36,52 | 365,19   |  |
| 2.6. | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys<br><br>FHC-1115J<br>FHC-1120J<br>FHC-1315J<br>FHC-1320J                            | vnt.   | 10   | Skirtas trumpalaikiai hemodializei.<br>Rinkinį sudaro:<br>dvikanalis kateteris*,<br>dilatatorius,<br>J formos pravedėjas,<br>punkcinė adata,<br>Luer Lock tipo kamšteliai (2 vnt.)<br>*Didelės tėkmės kateteris - graduotas, su „Shot gun“ galu, be šoninių skylių, arterinis spindis (inksto formos) didesnis už veninį (ovalo formos), pagamintas iš poliuretano, galai lenkti. Galima 400 ml/min kraujo tėkmė, -200 - +200 mmHg spaudimo ribose. Kateterio diametras 11,5 ir 13F ilgis 15, 20 cm. | γ, β<br>spinduliais | Fresenius<br>Medical Care | 75,00 | 78,75 | 787,50   |  |


|      |                                                                                                                                                  |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                |                        |                          |                          |                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.7. | Dvikanalių kateterių užpildymo skystis<br><b>Intralock</b>                                                                                       | ampulė              | 200               | Skirtas centrinės venos kateteriams užpildyti tarp procedūrų. natrio citrato koncentracija 4 % 5 ml. ampulės su Luer Lock jungtimis                                                                                            | Fresenius Medical Care | 2,10                     | 2,21                     | 441,00                   |
| 2.8. | Dvikanalių kateterių užpildymo skystis<br><b>Duralock-C</b>                                                                                      | 2-švirkščių pakuotė | 300               | Skirtas centrinės venos kateteriams užpildyti tarp procedūrų natrio citrato koncentracija 46,7 % ph nuo 5,0 iki 8,0; 2,5 ml. švirkštai, 2 vnt. viename steriliame įpakavime; Luer'io tipo jungtis supakuota po 30 vnt. dėžėje  | MedicalCom ponents     | 3,10                     | 3,26                     | 976,50                   |
|      |                                                                                                                                                  |                     |                   | Viso 2 dalies kaina:                                                                                                                                                                                                           |                        |                          |                          | 51652,44                 |
| 3.   | Dializės koncentratai, dezinfektantai, pirogeniniai filtrai.                                                                                     | Mato vnt.           | Poreikis 2 metams | Reikalaujami parametrai                                                                                                                                                                                                        | Sterilizacija          | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Poreikio suma Eur su PVM |
| 3.1. | Rūgštus bikarbonatinis koncentratas (skiedimo santykis 1:44)<br><b>AC-F 219/1</b><br><b>AC-F 213/4</b><br><b>AC-F 313/1</b><br><b>AC-F 313/2</b> | vnt.                | 3000              | 7,8 litro bakelyje. Kalis 2.0 mmol/l; kalcis 1.5 mmol/l; gliukozės 1.0 g/; pritaikyta AC-F programai.                                                                                                                          | Fresenius Medical Care | 10,26                    | 10,77                    | 32319,00                 |
| 3.2. | Citratinis koncentratas (skiedimo santykis 1:44)<br><b>smartbag</b>                                                                              | Vnt.                | 200               | 4,2 litrų minkšto plastiko talpa. Kalis 2.0 mmol/l.; kalcis 1,5-1.75 mmol/l; gliukozės 1.0 g/l, citrato 1mmol/l, acetato- 0 mmol/l.                                                                                            | Fresenius Medical Care | 8,90                     | 9,35                     | 1869,00                  |
| 3.3. | Sauso bikarbonato maišeliai<br><b>Bibag5008</b><br><b>5060781</b>                                                                                | vnt.                | 6000              | Elastiški, svoris 650 g, 5008 tipo hermetinė jungtis.                                                                                                                                                                          | Fresenius Medical Care | 4,35                     | 4,57                     | 27405,00                 |
| 3.4. | Dekalcinuojantys ir dezinfekuojantys šaltai dezinfekcijai<br><b>Puristeril plus</b>                                                              | litras              | 25                | Acto rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 8 %; Paracetinės rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %; Vandenilio peroksido koncentracija - ne didesnė nei 8 %. Su oficialaus filtro ir aparatų gamintojo rekomendacijomis | Fresenius Medical Care | 6,58                     | 6,91                     | 172,73                   |



|      |                                                                                                       |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                          |                          |                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.5. | Dekalcinuojantys ir dezinfekuojantys karštai dezinfekcijai<br><b>Citrosteril</b>                      | litras    | 200               | Citrinos rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 20 %;<br>2 - hidroksipropioninės rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %; 2 - hidroksigintaro rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %.<br>Su oficialaus filtro ir aparatų gamintojo rekomendacijomis | Fresenius Medical Care | 8,40                     | 8,82                     | 1764,00                  |
| 3.6. | Antibakterinis filtras dializatui<br><b>Diasafe plus</b><br><b>5008201</b>                            | vnt.      | 60                | Aparatams 4008, 5008 polisulfoninė membrana, plotas-2.2 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                        | Fresenius Medical Care | 282,00                   | 296,10                   | 17766,00                 |
|      |                                                                                                       |           |                   | Viso 3 dalies kaina:                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                          |                          | 81295,73                 |
| 4.   | Paciento sauso svorio matuoklio BCM elektrodai                                                        | Mato vnt. | Poreikis 2 metams | Reikalaujami parametrai                                                                                                                                                                                                                                       | Sterilizacija          | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Poreikio suma Eur su PVM |
| 4.   | Paciento sauso svorio matuoklio BCM elektrodai<br><b>Paciento elektrodai BCM monitoriui (40 vnt.)</b> | vnt.      | 160               | Elektrodai, skirti sauso svorio matavimams atlikti;<br>Tinkantys BCM aparatui;<br>Elektrodo kontaktinės su oda dalies išmatavimai:<br>Ilgis – 8 cm.<br>Plotis – 1,9 cm.                                                                                       | Fresenius Medical Care | 1,45                     | 1,52                     | 243,60                   |

Pirkėjas

Viešoji įstaiga Regioninė Telsių ligoninė  
Kalno g. 40, LT – 87134 Telsiai  
Įmonės kodas 180380741  
a/s LT144010042800091564  
Tel. 8 444 77000  
El. p. [info@telsiuligonine.lt](mailto:info@telsiuligonine.lt)



Pardavėjas

UAB „Dameda“  
A. Goštauto g. 12-316, LT-01108, Vilnius  
Tel. 8 5 2621547, Tel./faks. 8 5 2313956

