



Sprendimai medicinai

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,
A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

VšĮ Alytaus poliklinikai

PASIŪLYMAS INSTRUMENTŲ PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINOS PIRKIMAS 2019-05-24 Nr. KD19-180

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Graina“
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Edita Štuopienė
Telefono numeris	8 5 2338258
Fakso numeris	8 5 2135558
El. pašto adresas	info@graina.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) mažos vertės pirkimo skelbime, išspausdintame CVP IS;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur be PVM	PVM Eur	Kaina Eur su PVM
1.	Instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina	1	vnt.	10.740,00	2.255,40	12.995,40
Iš viso:				10.740,00	2.255,40	12.995,40

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: Dvylika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 40 centų

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai ir PVM, kuris sudaro du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt penki eurai, 40 centų.

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali informacija**, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams, arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapių skaičius
1	RC Elektroninis sertifikuotas išrasas 18-11-07 3 lapai REGISTRACIJA KONF	3
2	Igaliojimas pasirašyti dokumentus KONF	1
3	Data AWD655 KONF	5

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai (šią dalį pildo tiekėjas pagal šio Mažos vertės skelbiamo pirkimo sąlygų 3 priedą)	Siūlomi techniniai parametrai ir konkreti nuoroda į pridedamą katalogą (aprašymą) Nr. ir psl.
1	2	3
1.	Instrumentų plovimo/dezinfekcijos mašina Prekės pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas ir gamykliniai kodai	Instrumentų plovimo/dezinfekcijos mašina AWD655-8, gamintojas: AT-OS srl., Italija („AWD655.pdf“, psl.6)
1.1	Mašinos paskirtis Įvairių medicinos instrumentų automatiniam plovimui ir terminei dezinfekcijai	Skirta įvairių medicinos instrumentų automatiniam plovimui ir terminei dezinfekcijai, („AWD655.pdf“, psl.6)
1.2	Konstruktinis išpildymas Vienpusis modelis (vienų durų)	Vienų durų modelis („AWD655.pdf“, psl.6)
1.3	Mašinos plovimo kameros talpa 170 ± 10 litrų	Kameros talpa – 165 litrai („Data AWD655.pdf“, psl.5)
1.4	Maksimali plovimo įkrova Ne mažiau kaip 8 DIN standarto instrumentų krepšiai	Maksimali įkrova 8 DIN standarto krepšiai („AWD655.pdf“, psl.6)
1.5	Mašinos išoriniai matmenys Plotis 600 ± 10 mm Gylis 650 ± 10 mm Aukštis 1450 ± 10 mm	Plotis 600 mm Gylis 645 mm Aukštis 1460 mm, („AWD655.pdf“, psl.6)
1.6	Kameros medžiaga AISI 316L nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga	Kamera iš AISI 316L („AWD655.pdf“, psl.7)
1.7	Plovimo kameros durys Stiklinės	Kameros durys stiklinės („AWD655.pdf“, psl.6)
1.8	Durų atidarymas Atidaromos rankiniu būdu, atverčiamos	Durys atidaromos rankiniu būdu („AWD655.pdf“, psl.7)
1.9	Mašinos valdymas Mašina valdoma mikroprocesoriumi	Mikroprocesorinis valdymas („AWD655.pdf“, psl.2)
1.10	Mašinos ekranas Spalvotas, skystųjų kristalų ekranas arba lygiavertis, skirtas plovimo ciklo fazėms, parametrų stebėti	Spalvotas, skystųjų kristalų ekranas, skirtas plovimo ciklo fazėms, parametrų stebėti, („AWD655.pdf“, psl.2)
1.11	Plovimų programų skaičius Ne mažiau kaip 20 gamyklinių plovimo programų	20 gamyklinių plovimo programų („AWD655.pdf“, psl.2)
1.12	Greito pasirinkimo plovimo programų skaičius Ne mažiau kaip 3	3 greito pasirinkimo programos („Data AWD655.pdf“, psl.1, 3)
1.13	Galimybė vartotojui programose keisti skirtingus parametrus Būtina	Galimybė vartotojui programose keisti skirtingus parametrus („Data AWD655.pdf“, psl.3)
1.14	Terminė dezinfekcijos temperatūra Ne mažiau kaip 93 ^o C	Terminė dezinfekcijos temperatūra iki 95 ^o C („AWD655.pdf“, psl.3)
1.15	Dezinfekcijos proceso kontrolė Būtina, monitoruojama A0 reikšmė	Monitoruojama A0 reikšmė („Data AWD655.pdf“, psl.5)
1.16	Temperatūros kontrolė plovimo kameroje Ne mažiau kaip 2 nepriklausomi temperatūros davikliai	2 nepriklausomi temperatūros davikliai („Data AWD655.pdf“, psl.2)
1.17	Integruotos plovimo priemonių dozavimo pompos Būtina, ne mažiau kaip 2 pompos	Integruotos 2 dozavimo pompos („AWD655.pdf“, psl.7)

1.18	Papildomų plovimo priemonių naudojimas Būtina, papildomai galima įmontuoti ne mažiau kaip 2 dozavimo pumpas	Papildomai galima įmontuoti 2 dozavimo pumpas („AWD655.pdf“, psl.7)
1.19	Plovimo priemonių lygio kontrolė Būtina	Kontroliuojamas plovimo priemonių lygis („Data AWD655.pdf“, psl.2)
1.20	Integruotas vandens minkštinimo įtaisas Būtina	Integruotas vandens minkštinimo įtaisas („Data AWD655.pdf“, psl.2)
1.21	Vandens slėgio kontrolė plaunant Būtina	Kontroliuojamas vandens slėgis plaunant („AWD655.pdf“, psl.2)
1.22	Cirkuliacinės vandens pumpos našumas Ne mažiau kaip 400 L/min	400 L/min („AWD655.pdf“, psl.7)
1.23	Vandens švarumo kontrolė baigiamojo skalavimo metu Būtina, matuojamas naudojamo vandens laidumas arba naudojamos kitos lygiavertės vandens šv1.32arumo kontrolės priemonės	Vandens švarumo kontrolė atliekama matuojant vandens laidumą („AWD655.pdf“, psl.7)
1.24	Įmontuotas garų kondensorius Būtina	Įmontuotas garų kondensorius („AWD655.pdf“, psl.3)
1.25	Aktyvus džiovinimas Būtina, karštu oru	Aktyvus džiovinimas karštu oru, („AWD655.pdf“, psl.3)
1.26	Džiovinimo temperatūros reguliavimas Būtina	Reguliuojama džiovinimo temperatūra („AWD655.pdf“, psl.3)
1.27	Džiovinimui naudojamo oro srauto kiekis Ne mažiau 150 m³/val	Džiovinimo srauto kiekis – 150 m³/val („AWD655.pdf“, psl.7)
1.28	Džiovinimui naudojamo oro išvalymas Būtinas, oro valymo sistemoje naudojamas ne blogesnis kaip HEPA H14 filtras	Oro valymo sistemoje naudojamas HEPA H14 filtras („AWD655.pdf“, psl.3)
1.29	Plovimo rėmo atpažinimo funkcija Būtina	Plovimo rėmo atpažinimas („AWD655.pdf“, psl.2)
1.30	Plovimo proceso dokumentacija Būtina, dokumentacija atliekama prijungiant prie kompiuterio ir/ar išorinio spausdinimo įrenginio	Dokumentacija atliekama prijungiant prie kompiuterio ir/ar išorinio spausdinimo įrenginio, („AWD655.pdf“, psl.7)
1.31	Spintelė ploviklio ir neutralizatoriaus bakelių laikymui Po mašinos kamera įmontuota spintelė ploviklio ir neutralizatoriaus 5 litrų bakeliams laikyti	Po kamera įmontuota spintelė 5 litrų bakeliams laikyti („AWD655.pdf“, psl.6)
1.32	Standartiniai vandens pajungimai: šaltas minkštas vanduo; karštas minkštas vanduo; demineralizuotas vanduo	šaltas minkštas vanduo; karštas minkštas vanduo; demineralizuotas vanduo („Data AWD655.pdf“, psl.4)
1.33	Elektros maitinimas Trifazis, AC 400 V, 50 Hz	Trifazis, AC 400 V, 50 Hz („Data AWD655.pdf“, psl.5)
1.34	Naudojamas elektrinis galingumas Ne daugiau kaip 10 kW	Naudojamas elektrinis galingumas – 9,55kW („Data AWD655.pdf“, psl.5)
	Privalomi priedai ir instaliavimas:	
1.35	Instrumentų plovimo rėmas: Ne mažiau 4 plovimo lygių rėmas, pagamintais iš nerūdijančio plieno 1 vnt.	Instrumentų plovimo rėmas, 1 vnt.: 4 plovimo lygių rėmas, pagamintais iš nerūdijančio plieno
1.36	DIN nerūdijančio plieno vielos krepšelis 480 x 250 x 50 mm ± 5 mm 8 vnt.	DIN nerūdijančio plieno vielos krepšelis 480 x 250 x 50 mm, 8 vnt.
1.37	Mašinos transportavimas iki instaliacijos vietos, instaliacija, personalo ir technikų apmokymas Būtina	Mašinos transportavimas iki instaliacijos vietos, instaliacija, personalo ir technikų apmokymas
	Privalomi standartai ir garantijos:	
1.38	Mašinos atitikimas medicinos gaminių direktyvos 93/42 EEC reikalavimams (CE ženklas) Būtina	Mašina atitinka medicinos gaminių direktyvai 93/42 EEC reikalavimams (CE ženklas) – pateikiama deklaracijos kopija
1.39	Mašinos atitikimas EN ISO 15883 standarto 1 ir 2 dalių reikalavimams Būtina	Mašina atitinka EN ISO 15883 standarto 1 ir 2 dalių reikalavimams – pateikiama deklaracijos kopija
1.40	Visos naudojimo instrukcijos ir dokumentacija turi būti pateikta lietuvių ir originalo (gali būti anglų) kalbomis (kartu su įranga)	Visos naudojimo instrukcijos ir dokumentacija pateikiami lietuvių ir originalo kalbomis kartu su įranga.

	Būtina	
1.41	Tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos atstovas, pateikiamas gamintojo įgaliojimas dėl atstovavimo Būtina	Pateikiamas gamintojo įgaliojimas dėl atstovavimo
1.42	Suteikiama ne mažiau 12 mėnesių garantija nuo įrangos instaliacijos datos Būtina	Suteikiama 12 mėnesių garantija nuo įrangos instaliacijos datos

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus ar subteikėjus:

Eil. Nr.	Subtiekejo ar subteikėjo pavadinimas	Adresas

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai ar subteikėjai.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	6
2	RC Elektroninis sertifikuotas israsas 18-11-07 3 lapai REGISTRACIJA KONF	3
3	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF	1
4	Įgaliojimas AT-OS gal. iki 19-12-31 2 lapai	2
5	EC Declaration of conformity AWD655	1
6	Plovimo masinos CE_LT	1
7	AWD655	5
8	Data AWD655 KONF	5

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Administratore-viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Edita Štuopienė
(Vardas ir pavardė)

Instrumentų plovimo/dezinfekcijos mašinos techniniai reikalavimai (1 vnt.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techninių parametų reikalavimai	Atitikimas techniniams reikalavimams
1.	Instrumentų plovimo/dezinfekcijos mašina	Prekės pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas ir gamykliniai kodai	Instrumentų plovimo/dezinfekcijos mašina AWD655-8, gamintojas: AT-OS srl., Italija
1.1	Mašinos paskirtis	Įvairių medicinos instrumentų automatiniam plovimui ir termininei dezinfekcijai	Skirta įvairių medicinos instrumentų automatiniam plovimui ir termininei dezinfekcijai
1.2	Konstruktinis išpildymas	Vienpusis modelis (vienų durų)	Vienų durų modelis
1.3	Mašinos plovimo kameros talpa	170 ± 10 litrų	Kameros talpa – 165 litrai
1.4	Maksimali plovimo įkrova	Ne mažiau kaip 8 DIN standarto instrumentų krepšiai	Maksimali įkrova 8 DIN standarto krepšiai
1.5	Mašinos išoriniai matmenys	Plotis 600 ± 10 mm Gylis 650 ± 10 mm Aukštis 1450 ± 10 mm	Plotis 600 mm Gylis 645 mm Aukštis 1460 mm
1.6	Kameros medžiaga	AISI 316L nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga	Kamera iš AISI 316L
1.7	Plovimo kameros durys	Stiklinės	Kameros durys stiklinės
1.8	Durų atidarymas	Atidaromos rankiniu būdu, atverčiamos	Durys atidaromos rankiniu būdu, atverčiamos
1.9	Mašinos valdymas	Mašina valdoma mikroprocesoriumi	Mikroprocesorinis valdymas
1.10	Mašinos ekranas	Spalvotas, skystųjų kristalų ekranas arba lygiavertis, skirtas plovimo ciklo fazėms, parametrams stebėti	Spalvotas, skystųjų kristalų ekranas, skirtas plovimo ciklo fazėms, parametrams stebėti
1.11	Plovimo programų skaičius	Ne mažiau kaip 20 gamyklinių plovimo programų	20 gamyklinių plovimo programų
1.12	Greito pasirinkimo plovimo programų skaičius	Ne mažiau kaip 3	3 greito pasirinkimo programos
1.13	Galimybė vartotojui programose keisti skirtingus parametrus	Būtina	Galimybė vartotojui programose keisti skirtingus parametrus
1.14	Terminė dezinfekcijos temperatūra	Ne mažiau kaip 93 ⁰ C	Terminė dezinfekcijos temperatūra iki 95 ⁰ C
1.15	Dezinfekcijos proceso kontrolė	Būtina, monitoruojama A0 reikšmė	Monitoruojama A0 reikšmė
1.16	Temperatūros kontrolė plovimo kameroje	Ne mažiau kaip 2 nepriklausomi temperatūros davikliai	2 nepriklausomi temperatūros davikliai
1.17	Integruotos plovimo priemonių	Būtina, ne mažiau kaip 2 pompos	Integruotos 2 dozavimo pompos

	dozavimo pompas		
1.18	Papildomų plovimo priemonių naudojimas	Būtina, papildomai galima įmontuoti ne mažiau kaip 2 dozavimo pompas	Papildomai galima įmontuoti 2 dozavimo pompas
1.19	Plovimo priemonių lygio kontrolė	Būtina	Kontroliuojamas plovimo priemonių lygis
1.20	Integruotas vandens minkštinimo įtaisas	Būtina	Integruotas vandens minkštinimo įtaisas
1.21	Vandens slėgio kontrolė plaunant	Būtina	Kontroliuojamas vandens slėgis plaunant
1.22	Cirkuliacinės vandens pompos našumas	Ne mažiau kaip 400 L/min	400 L/min
1.23	Vandens švarumo kontrolė baigiamojo skalavimo metu	Būtina, matuojamas naudojamo vandens laidumas arba naudojamos kitos lygiavertės vandens šv1.32arumo kontrolės priemonės	Vandens švarumo kontrolė atliekama matuojant vandens laidumą
1.24	Įmontuotas garų kondensorius	Būtina	Įmontuotas garų kondensorius
1.25	Aktyvus džiovinimas	Būtina, karštu oru	Aktyvus džiovinimas karštu oru
1.26	Džiovinimo temperatūros reguliavimas	Būtina	Reguliuojama džiovinimo temperatūra
1.27	Džiovinimui naudojamo oro srauto kiekis	Ne mažiau 150 m ³ /val	Džiovinimo srauto kiekis – 150 m ³ /val
1.28	Džiovinimui naudojamo oro išvalymas	Būtinai, oro valymo sistemoje naudojamas ne blogesnis kaip HEPA H14 filtras	Oro valymo sistemoje naudojamas HEPA H14 filtras
1.29	Plovimo rėmo atpažinimo funkcija	Būtina	Plovimo rėmo atpažinimas
1.30	Plovimo proceso dokumentacija	Būtina, dokumentacija atliekama prijungiant prie kompiuterio ir/ar išorinio spausdinimo įrenginio	Dokumentacija atliekama prijungiant prie kompiuterio ir/ar išorinio spausdinimo įrenginio
1.31	Spintelė ploviklio ir neutralizatoriaus bakelių laikymui	Po mašinos kamera įmontuota spintelė ploviklio ir neutralizatoriaus 5 litrų bakeliams laikyti	Po kamera įmontuota spintelė 5 litrų bakeliams laikyti
1.32	Standartiniai vandens pajungimai:	šaltas minkštas vanduo; karštas minkštas vanduo; demineralizuotas vanduo	šaltas minkštas vanduo; karštas minkštas vanduo; demineralizuotas vanduo
1.33	Elektros maitinimas	Trifazis, AC 400 V, 50 Hz	Trifazis, AC 400 V, 50 Hz
1.34	Naudojamas elektrinis galingumas	Ne daugiau kaip 10 kW	Naudojamas elektrinis galingumas – 9,5kW
	Privalomi priedai ir instaliavimas:		
1.35	Instrumentų plovimo rėmas: Ne mažiau 4 plovimo lygių rėmas, pagamintais iš nerūdijančio plieno	1 vnt.	Instrumentų plovimo rėmas, 1 vnt.: 4 plovimo lygių rėmas, pagamintais iš nerūdijančio plieno

1.36	DIN nerūdijančio plieno vielos krepšelis 480 x 250 x 50 mm ± 5 mm	8 vnt.	DIN nerūdijančio plieno vielos krepšelis 480 x 250 x 50 mm, 8 vnt.
1.37	Mašinos transportavimas iki instaliacijos vietos, instaliacija, personalo ir technikų apmokymas	Būtina	Mašinos transportavimas iki instaliacijos vietos, instaliacija, personalo ir technikų apmokymas
	Privalomi standartai ir garantijos:		
1.38	Mašinos atitikimas medicinos gaminių direktyvos 93/42 EEC reikalavimams (CE ženklas)	Būtina	Mašina atitinka medicinos gaminių direktyvai 93/42 EEC reikalavimams (CE ženklas) – pateikiama deklaracijos kopija
1.39	Mašinos atitikimas EN ISO 15883 standarto 1 ir 2 dalių reikalavimams	Būtina	Mašina atitinka EN ISO 15883 standarto 1 ir 2 dalių reikalavimams – pateikiama deklaracijos kopija
1.40	Visos naudojimo instrukcijos ir dokumentacija turi būti pateikta lietuvių ir originalo (gali būti anglų) kalbomis (kartu su įranga)	Būtina	Visos naudojimo instrukcijos ir dokumentacija pateikiami lietuvių ir originalo kalbomis kartu su įranga.
1.41	Tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos atstovas, pateikiamas gamintojo įgaliojimas dėl atstovavimo	Būtina	Pateikiamas gamintojo įgaliojimas dėl atstovavimo
1.42	Suteikiama ne mažiau 12 mėnesių garantija nuo įrangos instaliacijos datos	Būtina	Suteikiama 12 mėnesių garantija nuo įrangos instaliacijos datos

