

Herbas arba prekių ženklas

UAB „PARAMEDICA LIETUVA“

Uždaroji Akcinė Bendrovė, I.Šimulionio g. 5 LT-04330 Vilnius, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre įmonės kodas 300878549, PVM mokėtojo kodas LT100003283610

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO**

2019 m. balandžio 4 d. Nr. 20190404/1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB "Paramedica Lietuva"
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Dubingių g. 44, LT-08216 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorė, Eva Koženevska
Telefono numeris	+370 5 2653720
Fakso numeris	+370 5 2653983
El. pašto adresas	paramedica@paramedica.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorė
Eva Koženevska

Penktoje pirkimo dalyje mes siūlome šias prekes:


Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Elektrokardiografas pagal Priedo Nr. 2 specifikaciją Nr. 5	10	Vnt.	1300,00	1573,00	13000,00	15730,00
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)						13000,00	15730,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 15730,00 Eurų.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2730,00 Eurų.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai (minimalūs reikalavimai)	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės (reikalavimų atitikimas)	Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas
1	2	3	4
1.	Maitinimas:		
	Iš tinklo 230V/50Hz	Iš tinklo 100-240 V, 47-63 Hz.	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 2
	Iš ličio jonų baterijos, kuri su krovimo sistema yra integruota į aparatą	Ličio jonų akumuliatorius su krovimo sistema integruota į aparatą.	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 2
2.	Baterijos energijos lygio informacija - Baterijos energijos lygio indikatorius, nuolat rodomas ekrane	Baterijos energijos lygio indikatorius, nuolat rodomas ekrane	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 4
3.	Aparato matmenys - Maks. 260x200x50 mm	258x199x50 mm	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 2
4.	Aparato svoris - maks. 1,5 kg	1,3 kg	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 2
5.	Apsauga nuo defibriliacijos impulso - būtina	Yra	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 1
6.	Ekranas - Spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas, įstrižainė min. 7 coliai	Spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas, įstrižainė 7 coliai	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 2
7.	Raidinė-skaitinė klaviatūra - būtina	Yra	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 1

Direktoriaus
 J. K. Čerėvskas


			2
8.	Valdymas- Raidinės-skaitinės klaviatūros mygtukais arba mygtukais, esančiais jautriajame ekrane	Yra	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 1-2
9.	Galimybė įrašyti paciento EKG į duomenų bazę-būtina	Yra	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 3
10.	Atmintis- Vidinė atmintis, talpinanti min. 900 EKG tyrimų	Vidinė atmintis, talpinanti 1000 EKG tyrimų	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 2
11.	Režimai-3/6/12 kanalų rankinis ir automatinis režimai	3/6/12 kanalų rankinis, automatinis, pusiautomatinis, ritmo, ilgas režimai	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 1
12.	Skaitmeniniai tinklo ir raumenų tremoro filtrai-būtina	Yra	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 2
13.	Blogo elektrodo kontakto signalas, rodomas ekrane-būtina	Yra	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 1
14.	EKG analizė ir interpretacija-būtina	Yra	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 1
15.	Implantuoto širdies stimulatoriaus aptikimo funkcija -būtina	Yra	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 1
16.	Keičiamas jautrumas: 2,5/5/10/20 mm/mV -būtina	Keičiamas jautrumas 2,5/5/10/20 mm/mV	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 2
17.	Greitis - Keičiamas greitis: 5,10, 25 ir 50 mm/s	Keičiamas greitis: 5, 6.25, 10, 12.5, 25 ir 50 mm/s	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 2
18.	Popierius- Termopopierius ritinio tipo, min. 112 x 25mm	Termopopierius ritinio tipo, 112 x 25mm	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 2
19.	Spausdinimo galimybės- Galimybė iš elektrokardiografo tiesiogiai spausdinti EKG duomenis per lazerinį spausdintuvą ir atspausdinti duomenis iš aparato atminties	Galimybė iš elektrokardiografo tiesiogiai spausdinti EKG duomenis per lazerinį spausdintuvą ir atspausdinti duomenis iš aparato atminties	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 2
20.	USB jungtis- Būtina – galimybė jungtis prie kompiuterio bei įrašyti duomenis į USB raktą	USB Jungties galimybė jungtis prie kompiuterio bei įrašyti duomenis į USB raktą	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 2

Direktorė
Eva Koženevskė

Eva Koženevskė

21.	Komplektacija-a) kriaušės tipo elektrodų suaugusiems kompleksas; b) galūnių elektrodų suaugusiems kompleksas; c) paciento EKG kabelis ir ne mažiau 4 atsarginių; d) elektros maitinimo laidas; e) EKG gelis; f) EKG popierius; g) transportinis krepšys	a) kriaušės tipo elektrodų suaugusiems kompleksas; b) galūnių elektrodų suaugusiems kompleksas; c) paciento EKG kabelis ir ne mažiau 4 atsarginiai; d) elektros maitinimo laidas; e) EKG gelis; f) EKG popierius; g) transportinis krepšys	Techninės specifikacijos atitikimo pagrindimas, psl. 5
22.	Naudotojo instrukcija- Naudotojo instrukcija lietuvių kalba (pateikiama kartu su įranga)	Yra	
23.	Žymėjimas CE ženklui- Būtinai (kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją)	Yra	
24.	Servisas- Įgaliojimas atstovauti elektrokardiografo gamintoją ir teikti serviso paslaugas Lietuvoje	Yra	
25.	Garantija- ne mažiau 24 mėn.	24 mėnesiai	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	CE atitikties deklaracija	2
2.	Gamintojo įgaliojimas	2
3.	Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas	6
4.	EBVPD dokumentas	12
5.	Techninė specifikacija	5

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, bet ne trumpiau iki 2019 m. rugpjūčio 5 d.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	CE atitikties deklaracija	„Prisegti dokumentai“
2.	Gamintojo įgaliojimas	„Prisegti dokumentai“
3.	Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas	„Prisegti dokumentai“

Direktorė
Eva Koženevskė



4.	Techninė specifikacija	„Prisegti dokumentai“
----	------------------------	-----------------------

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė
Eva Koženevskė



