

PREKĖS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. birželio 19 d. Nr. S6- 109 /03- 61- 19
Klaipėda

Viešojo įstaiga Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, atstovaujamas Lolitos Rapolienės, I šeimos gydytojo skyriaus vedėjos, pavaduojančios vyriausiąjį gydytoją, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Vilimekso servisas“, atstovaujamas generalinio direktoriaus Žydrūno Gavėnio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią Dantų rentgeno diagnostikos prietaisų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – Dantų rentgeno diagnostikos prietaisų (Panoraminio odontologinio rentgeno aparato CS 81003D ir Dentalinio rentgeno su viziografu PHOT-X II2s + RVG 142) (toliau – Prekės), kurios techniniai parametrai nurodyti Sutarties 1 priede, pirkimas – pardavimas.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise priklausančią Prekę Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šią Prekę ir sumokėti už ją Sutartyje nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. Tiekėjas garantuoja, kad Prekė yra nauja, nenaudota, kokybiška, neturi paslėptų trūkumų ir defektų (dizaino, medžiagų, gamybos ir/ar kt.), tinkama naudoti pagal jos paskirtį, atitinka Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymą bei kitus Sutarties reikalavimus, taip pat atitinka visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

2. PREKĖS PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

2.1. Prekė turi būti pristatyta iš anksto Šalių suderintu laiku per 1 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos. Per šį laikotarpį Prekė turi būti pristatyta, instaliuota/įdiegta, sumontuota taip, kad pilnai funkcionuotų, personalas turi būti apmokytas naudotis įranga. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui.

2.2. Prekių pristatymo vieta – Taikos pr. 46, Klaipėda.

2.3. Iki Prekės priėmimo visa atsakomybė dėl Prekės atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

2.4. Tiekėjas turi pasirūpinti, kad Prekė būtų pristatyta į priėmimo vietą suderinus su Pirkėju, kad pastarasis galėtų Prekę patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekės priėmimą.

2.5. Prekė turi būti pateikta gamyklinėje pakuotėje. Su Preke turi būti pateikti visi Sutarties 1 priede reikalaujami dokumentai (darbo, eksploatavimo, priežiūros instrukcijos ir pan.).

2.6. Prekės priėmimas įforminamas pasirašant priėmimo-perdavimo aktą ar kitą priėmimą-perdavimą patvirtinantį dokumentą ir sąskaitą-faktūrą, po to, kai Tiekėjas pristato, sumontuoja, įdiegia Prekę ir apmoko Pirkėjo darbuotojus naudotis Preke. Nuo šio dokumento pasirašymo momento Prekė tampa Pirkėjo nuosavybe.

2.7. Jei Tiekėjas pristato Sutarties reikalavimų neatitinkančią Prekę ar atsisako įvykdyti kitus savo sutartinius įsipareigojimus (*sumontuoti, įdiegti Prekę, apmokyti Pirkėjo darbuotojus naudotis Preke ir pan.*) Pirkėjas turi teisę nepasirašyti priėmimo-perdavimo akto ar kito priėmimo-perdavimo patvirtinančio dokumento (pvz. sąskaitos-faktūros), reikalauti pristatyti tinkamą Prekę ir įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.8. Prekės pristatymo ar garantinio laikotarpio metu, nustačius Prekės kokybės trūkumus ar gedimus ir negalint atkurti Prekės techninių galimybių, Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pakeisti nebetinkamą naudoti Prekę analogiška nauja Preke.

3. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Tiekėjas suteikia Prekei 36 mėnesių termino garantiją, kuri pradeda skaičiuoti nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos.

3.2. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą įrangos remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

3.3. Garantinis terminas stabdomas nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie gedimą iki kol Tiekėjas pašalina gedimą ir atitinkamai pratesiamas tokiam laikotarpiui, per kurį Pirkėjas negalėjo naudotis Preke.

3.4. Jei Tiekėjas pakeičia Prekę ar Prekių dalis naujomis, tai naujai Prekei ar jos dalims taikomas toks pats Sutarties 1 priede nurodytas garantinis terminas.

4. KAINODAROS TAISYKLĖS, ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Sutarties kaina yra:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Panoraminis odontologinis rentgeno aparatas CS 81003D	41 320,00	8 677,20	49 997,20
2.	Dentalinis rentgenas su viziografu PHOT-X II2s + RVG 142	4 789,92	1 005,88	5 795,80
Bendra Sutarties kaina, Eur (skaičiais)		46 109,92	9 683,08	55 793,00
Bendra Sutarties kaina su PVM, Eur (žodžiais): penkiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys Eur ir 00 ct.				

4.2. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, būtinos Sutarties įvykdymui.

4.3. Sutartyje nustatyta Prekės kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiama (nei pasikeitus kainų lygiui, nei mokesčiams, išskyrus PVM. Pasikeitus Prekėms taikomam PVM tarifui (įsigaliojus tą patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams), Sutartyje nustatyta Prekės kaina perskaičiuojami tokia tvarka: kaina Eur be PVM nekeičiama, o prie jos pridedamas naujas PVM tarifas. Kainos perskaičiavimas įforminamas Šalims pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties.

4.4. Vykdant sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai bus teikiami naudojant informacinę sistemą „E. sąskaita“.

4.5. Pirkėjas apmoka Tiekėjui už laiku pristatytą kokybišką, Sutartyje ir pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančią prekę pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra išrašoma pasirašius Prekės priėmimo-perdavimo aktą.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekę bei įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje numatytą terminą, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Prekės kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.3. Be pateisinamų priežasčių Pirkėjui laiku nesumokėjus už priimtą tinkamą, atitinkančią Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekę per Sutartyje nustatytą terminą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.4. Netesybos gali būti išskaičiuojamos iš Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų.

5.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas.

7. NENUGALIMA JĖGA

7.1. Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusia šią Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Sutartis aiškinama, visi joje neaptarti klausimai ir visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

8.2. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami derybų būdu. Jei Šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybų būdu, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu bendru Sutarties Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, jei:

9.1.1. kita Šalis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

9.1.2. keičiasi kitos Šalies organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:

9.2.1. jei Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;

9.2.2. jei tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų ar pristato Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

9.3. Šalys žino ir supranta, kad jei Sutartis bus nutraukta dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo, Pirkėjas, vadovaudamasis VPĮ 91 straipsnio 1 dalimi, privalės viešai paskelbti apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Tiekėjo sutartinių prievolių įvykdymo terminų nesilaikymas, Sutarties reikalavimų neatitinkančios Prekės pristatymas.

9.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties nutraukimo.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

10.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

10.3. Už Sutarties vykdymo koordinavimą atsakingi asmenys:

	Pirkėjo atstovas	Tiekėjo atstovas
Vardas, pavardė	Jūratė Beinorienė	Darius Avizėnis
Telefonas	(8 46) 38 32 59	8 5 279 6709
El. paštas	j.beinoriene@jspc.lt	info@vilimeksoservisas.lt

10.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10.2. Sutarties priedas Nr. 1 "Techninė specifikacija" yra neatskiriama Sutarties dalis.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pirkėjas

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

Įmonės kodas 241976120

Taikos pr. 46, 91213 Klaipėda

Tel. (8 46) 34 07 09, faksas (8 46) 38 34 25

El. p.: info@jspc.lt

A. s. LT89 7300 0100 0230 7054

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

I šeimos gydytojo skyriaus vedėja
pavarduojanti vyriausiąjį gydytoją

Lolita Rapolienė

Tiekėjas

UAB „Vilimekso servisas“

Įmonės kodas 123055213

PVM mokėtojo kodas LT230552113

Visorių g. 8, 08300 Vilnius

Tel.: (8 5) 279 6709

El. p.: info@vilimeksoservisas.lt

A/s LT267044060001109310

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Generalinis direktorius

Zydrūnas Gavėnis

Prie 2019-06-19 d. sutarties Nr. S6-109/03-61-19

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dantų rentgeno diagnostikos prietaisų pirkimas

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūros/ aprašo puslapio Nr.)*
1.	Panoraminis odontologinis rentgeno aparatas – 1 vnt.		CS8100 3D (Carestream Dental)
1.1.	Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo	100-240 V $\pm$ 10%, 50/60Hz vienos fazės	100-240 V $\pm$ 10%, 50/60Hz vienos fazės, Carestream_CS81003d.pdf 16psl.
1.2.	Panoraminis modalumas	Būtina	Panoraminis modalumas yra Carestream_CS81003d.pdf 16psl.
1.3.	3D modalumas	Būtina	3D modalumas yra Carestream_CS81003d.pdf 16psl.
1.4.	3D sistema pritaikyta žandikaulio silikoninių atspaudų ir gipso modelių skenavimui, skirtų eksportuoti į CAD/CAM sistemą	Būtina	3D sistema pritaikyta žandikaulio silikoninių atspaudų ir gipso modelių skenavimui, skirtų eksportuoti į CAD/CAM sistemą Carestream_CS81003d.pdf 7psl.
1.5.	3D sistema pritaikyta chirurginio gido skenavimui	Būtina	3D sistema pritaikyta chirurginio gido skenavimui Carestream_CS81003d.pdf 7psl. sc8100-3d-family-user-en, 2psl.
1.6.	Aparatas turi būti pritaikytas atlikti procedūras ir neįgaliesiems sėdintiems vežimėlyje	Būtina	CS8100 3D aparatas pritaikytas atlikti procedūras ir neįgaliesiems sėdintiems vežimėlyje Carestream_CS81003d.pdf 11psl.
1.7.	Rentgeno spindulių generatorius	1. Vamzdžio įtampa 60-90kV ribose; 2. Vamzdžio srovė 2-15mA ribose; 3. Dažnis ne mažiau 120 kHz; Vamzdžio židinio taškas ne daugiau 0,7mm	1. Vamzdžio įtampa 60-90kV ribose; 2. Vamzdžio srovė 2-15mA ribose; 3. Dažnis 140 kHz; 4. Vamzdžio židinio taškas 0,7mm Carestream_CS81003d.pdf 16psl.
1.8.	Skaitmeninio jutiklių technologija	CMOS arba lygiavertė	CMOS, DVR Carestream_CS81003d.pdf 16psl.
1.9.	Panoraminio jutiklio pilkumo tonų skalė	Ne mažiau 14 bitų	14 bitų Carestream_CS81003d.pdf 16psl.
1.10.	Panoraminio jutiklio vaizdo laukas (suaugusiesiems)	Ne mažiau 6 x 140 mm	6,4 x 140 mm Carestream_CS81003d.pdf 16psl.
1.11.	Maksimali panoraminė ekspozicijos trukmė	Ne daugiau nei 15 sek.	14 sek. Carestream_CS81003d.pdf 16psl.
1.12.	Panoraminiai radiologiniai tyrimai	1. Pilnas panoraminis; 2. Segmentuotas panoraminis; 3. Sinusų; Šąnarių x2, x4 elementų	1. Pilnas panoraminis; 2. Segmentuotas panoraminis; 3. Sinusų; 4. Šąnarių x2, x4 elementų Carestream_CS81003d.pdf 16psl.
1.13.	3D jutiklio pilkumo tonų skalė	Ne mažiau 14 bitų	14 bitų Carestream_CS81003d.pdf 16psl.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinės charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslūs siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūrą/ aprašymo puslapio Nr.)*
1.14.	Tūrio regos lauko (FOV) skersmuo x aukštis (cm)	Maksimalus ne mažiau nei 8 x 9 cm	8 x 9 cm Carestream_CS81003d.pdf 16psl.
1.15.	Tūrio regos lauko (FOV) galimybė keisti dydžius	Galimybė pasirinkti segmentinius dydžius būtina	Pasirenkami segmentiniai dydžiai: 1. Pilnas FOV (8x9cm) 2. Viršutinio žandikaulio 8x5 cm 3. Apatinio žandikaulio 8x5 cm 4. Segmentinio dydžio 4x4 cm, 5x5 cm (FOV) bet kurioje žandikaulių vietoje Carestream_CS81003d.pdf 9psl.
1.16.	3D tūrinio vaizdo elemento dydis	Minimalus ne daugiau nei 76 µm	Minimalus 75 µm Carestream_CS81003d.pdf 16psl.
1.17.	Maksimali 3D ekspozicijos trukmė	Ne daugiau nei 15 sek.	15 sek. Carestream_CS81003d.pdf 16psl.
1.18.	Aparato morfologiniai nustatymai turi būti valdomi tiesiogiai iš kompiuterio	Būtina	Aparato morfologiniai nustatymai yra valdomi tiesiogiai iš kompiuterio Carestream_CS81003d.pdf 10psl.
1.19.	Automatinis ekspozicijos režimas	Būtina. Ne mažiau 4 dydžių pagal kūno masę (koreguojamų pagal vartotoją);	4 dydžių pagal kūno masę (koreguojamų pagal vartotoją); Carestream_CS81003d.pdf 16psl.
1.20.	Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa	Būtina	CSI (Carestream Imaging Software) csi-1.19.0-en, 1,2,4psl.
1.21.	Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa turi gebėti dirbti su Win 7 64 bit, Win 8, Win 8.1, Win10 operacinėmis sistemomis	Būtina	Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa CSI geba dirbti su Win 7 64 bit, Win 8, Win 8.1, Win10 operacinėmis sistemomis csi-1.19.0-en, 4psl.
1.22.	3D programa	Būtina, skirta gautų trimačių vaizdų peržiūrai ir vertinimui, planavimui	CSI 3D modulis, skirtas gautų trimačių vaizdų peržiūrai ir vertinimui, planavimui SMA22_en, 2psl.
1.23.	3D programos darbo vietų skaičius tinkle neribojamas (papildomai neapmokestinamos licencijos kiekvienai darbo vietai)	Būtina	3D programos darbo vietų skaičius tinkle neribojamas (papildomai neapmokestinamos licencijos kiekvienai darbo vietai) Gali naudotis programa neribotas skaičius vartotojų, neapmokestinamaos licencijos.
1.24.	3D programoje ne mažiau 10 implantų sistemų biblioteka	Būtina	3D programoje daugiau nei 10 implantų sistemų biblioteka cs-3dimaging-release, 3psl.
1.25.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas.	Garantinis laikotarpis 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinės charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslūs siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūros/ aprašo puslapio Nr. *)
		Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.	neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
1.26.	Apsauginė prijuostė panoraminė	Švino ekvivalentas ne mažiau 0,3mm; Užsegama priekyje arba nugaroje (ne ant peties)	Flow Dental (JAV) 1. Švino ekvivalentas 0,35mm; 2. Užsegama nugaroje Prijuostes_konfidencialu.pdf 1-3psl.
1.27.	Kompiuteris, pagal gamintojo rekomendacijas, pritaikytas valdyti aparatą ir apdoroti gaunamas rentgenogramas	Būtinai	Lenovo ThinkStation P330 30C5 Lenovo_30C5004LMT_lt, 1psl.
1.28.	Galimybė išsaugoti DICOM standarto vaizdus	Būtina	Yra galimybė išsaugoti DICOM standarto vaizdus su spec. programa TROPHY DICOM trophy-dicom, 2psl.
1.29.	Rentgenogramų persiuntimas į medicininių vaizdų archyvą DICOM formatu	Būtina	Rentgenogramų persiuntimas į medicininių vaizdų archyvą DICOM formatu su spec. programa TROPHY DICOM trophy-dicom, 2psl.
1.30.	Galimybė įrašyti pacientų duomenis į CD su peržiūros programa pagal DICOM standarto reikalavimus	Būtina	Yra galimybė įrašyti pacientų duomenis į CD su peržiūros programa pagal DICOM standarto reikalavimus SMA22_en, 3psl.
1.31.	Operacinė sistema	Windows 10 Pro arba lygiavertė	Windows 10 Pro, 64 bit Lenovo_30C5004LMT_lt, 1psl.
1.32.	Procesorius	Procesoriaus išleidimo į rinką data ne anksčiau kaip 2017-01-01. Procesoriaus našumas ne mažiau 7550 pagal Passmark procesorių įvertinimo rezultatus	Procesoriaus našumas 8700 pagal Passmark procesorių įvertinimo rezultatus Lenovo_30C5004LMT_lt, 1psl.
1.33.	Duomenų talpa	≥ 1 TB	1 TB Samsung_MZ_76E1T0B_EU_lt, 1psl.
1.34.	Atmintis RAM	≥ 8 GB	8 GB Lenovo_30C5004LMT_lt, 1psl.
1.35.	CD/DVD įrenginys	Su įrašymo funkcija	Su įrašymo funkcija Lenovo_30C5004LMT_lt, 2psl.
1.36.	Vaizduoklis	Ekranas matinis. Įstrižainė ne mažiau 24" Tipas: LED IPS. Apžvalgos kampas ne mažiau 178°/178°	DELL SE 2419H Ekranas matinis. Įstrižainė 24" Tipas: LED IPS. Apžvalgos kampas 178°/178° Dell_210_AQOK_lt, 1psl.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslūs siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūros/ aprašo puslapio Nr.)*
1.37.	Kietasis diskas	SSD disko sąsaja ne lėtesnė nei SATA 3.0, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s. SSD disko talpa ne mažiau nei 1 TB, duomenų skaitymo greitis ne mažiau 500/500 MB/s	Samsung 860EVO MZ-76E1T0B SSD disko sąsaja SATA 3.0, duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s. SSD disko talpa 1 TB, duomenų skaitymo greitis 550/520 MB/s Samsung_MZ_76E1T0B_EU_It, 1psl.
Dentalinis rentgenas su viziografu			
2.1.	Dentalinis rentgeno aparatas, skirtas odontologinei rentgenodiagnostikai –1 vnt.		PHOT-XIIs (Takara Belmont Corporation, Japonija) PHOT-X2S Catalog,1psl.
2.1.1.	Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo	230 V (±10%), 50/60Hz	230 V (±10%), 50/60Hz PHOT-X2S Catalog,3psl.
2.1.2.	Turi būti rentgeno filmučių, skaitmeninės rentgenografijos automatinio įjungimo režimai bei rankinio nustatymo galimybė	Būtina	Yra rentgeno filmučių, skaitmeninės rentgenografijos automatinio įjungimo režimai bei rankinio nustatymo galimybė PHOT-XIIs OpeManual(EU), 2psl
2.1.3.	Anatominės programos	Ne mažiau 3	Anatominės programos 3 PHOT-X2S Catalog,2psl.
2.1.4.	Automatinis dantų pasirinkimas, sukandimo režimai	Būtina	Automatinis dantų pasirinkimas, sukandimo režimai yra PHOT-XIIs OpeManual(EU), 2, 3psl.
2.1.5.	Dozės matavimas mGy po kiekvienos ekspozicijos	Būtina	Galimas dozės matavimas mGy po kiekvienos ekspozicijos PHOT-XIIs OpeManual(EU), PHOT-X2S Catalog,3psl.
2.1.6.	Programavimas	Ne mažiau 16 programų filmučių režime; Ne mažiau 16 programų skaitmeninio jutiklio režime	16 programų filmučių režime; 16 programų skaitmeninio jutiklio režime PHOT-X2S_Catalog,3psl.
2.1.7.	Aukštos įtampos rentgeno spindulių generatorius turi būti aukšto dažnio	Būtina	Aukštos įtampos rentgeno spindulių generatorius yra aukšto dažnio PHOT-X2S Catalog,3psl.
2.1.8.	Galimi ekspozicijos laikai	Nuo 0,05 sek. iki 2 sek.	Nuo 0,01 sek.iki 2 sek. PHOT-X2S Catalog,3psl.
2.1.9.	Vamzdžio srovės stiprumas:	Nuo ne mažiau 3 mA iki ne daugiau 8 mA pasirinktinai	3mA / 6mA (pasirinktinai) PHOT-X2S_Catalog,3psl.
2.1.10.	Vamzdžio įtampa:	Nuo 60 kV iki 70 kV (pasirinktinai)	60 kV / 70 kV (pasirinktinai) PHOT-X2S Catalog,3psl.
2.1.11.	Židinio dėmė	Ne daugiau 0,4 mm	0,4 mm PHOT-X2S Catalog,3psl.
2.1.12.	Apsauginė prijuostė pacientui su skydliaukės apsauga-1 vnt.	Švino ekvivalentas ne mažiau 0,3 mm	Flow Dental (JAV), švino ekvivalentas 0,35 mm Prijuostes_konfidencialu.pdf 4-6psl.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinės charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslūs siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. *)
2.1.13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.	Garantinis laikotarpis 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
2.2.	Dantų radioviziografijos sistema, skirta odontologinei rentgenodiagnostikai – 1 vnt.		RVG 142 (Carestream Dental) RVG 142 Sell Sheet A4, 1psl.
2.2.1.	Skaitmeninės radioviziografijos sistemos komplektą sudaro: 1. Jutiklis; 2. Laikiklių jutikliui komplektas; 3. Programinė įranga; Vienkartiniai maišeliai.	Būtina	Skaitmeninės radioviziografijos sistemos komplektą sudaro: 1. Jutiklis RVG142, 1 dydis; 2. Laikiklių jutikliui komplektas XCP-ORA; 3. Programinė įranga CSI (Carestream Imaging Software); 4. Vienkartiniai maišeliai, 50 vnt.dėžutėje. Visą komplektą pateiksime kartu su įranga
2.2.2.	Jutiklio technologija	CMOS arba lygiavertė	CMOS RVG 142 Sell Sheet A4, 2psl.
2.2.3.	Jutiklio išoriniai matmenys	Ne daugiau 29,2 mm x ne daugiau 39,2 mm	27,6 x 37,7 mm RVG 142 Sell Sheet A4, 2psl.
2.2.4.	Aktyvusis jutiklio plotas	Ne mažiau 650 mm ²	22,2 x 29,6 = 657,12 mm ² RVG 142 Sell Sheet A4, 2psl.
2.2.5.	Pilkumo skalė	Ne mažiau 12 bit	12 bit RVG 142 Sell Sheet A4, 2psl.
2.2.6.	Jutiklio aktyvavimas	Aktyvus savaime, atvėrus programą	Aktyvus savaime, atvėrus programą RVG 142 Sell Sheet A4, 1psl.
2.2.7.	Jutiklio kabelio ilgis	Ne mažiau 3 metrai	3 metrai rvg-142-s-and-r-ed04-en, 3psl.
2.2.8.	Jungimas į kompiuterį	Tiesiogiai USB 2.0 jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių	Tiesiogiai USB 2.0 jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių RVG 142 Sell Sheet A4, 1,2 psl.
2.2.9.	Valdymo ir peržiūros programinė įranga	Pilnai suderinama su siūlomo panoraminio dantų rentgeno aparato modeliu. Funkcionalumas turi būti pasiekiamas iš vienos aplinkos neperjungiant programų	Valdymo ir peržiūros programinė įranga CSI (Carestream Imaging Software) pilnai suderinama su siūlomo panoraminio dantų rentgeno aparato modeliu. Funkcionalumas (panoraminis, 3D, modelių skenavimo, RVG) pasiekiamas iš vienos aplinkos neperjungiant programų (CS81003D ir RVG142 yra to paties gamintojo, todėl ir programinė įranga bendra)

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*)
2.2.10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.	csi-1.19.0-en, 4psl. Garantinis laikotarpis 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
3.	Įranga turi turėti CE ženklą su identifikavimo numeriu	Būtina. Pateikti kartu su pasiūlymu.	CE sertifikatai pateikti su pasiūlymu
4.	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Būtina. Pateikti kartu su pasiūlymu.	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba pateikta kartu su pasiūlymu

Pirkėjas**VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras**

Įmonės kodas 241976120

Taikos pr. 46, 91213 Klaipėda

Tel. (8 46) 34 07 09, faksas (8 46) 38 34 25

El. p.: info@jpspc.lt

A. s. LT89 7300 0100 0230 7054

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

I šeimos gydytojo skyriaus vedėja,
pavarduojanti vyriausiąjį gydytoją

Lolita Rapolienė

**Tiekėjas****UAB „Vilimekso servisas“**

Įmonės kodas 123055213

PVM mokėtojo kodas LT230552113

Visorių g. 8, 08300 Vilnius

Tel.: (8 5) 271 18 38

El. p.: info@vilimeksoservisas.lt

A/s LT267044060001109310

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Generalinis direktorius

Zydrūnas Gavėnis

