



UAB „Multilabo“
(tiekėjo pavadinimas)

**Uždaroji akcinė bendrovė, Registracijos adresas: A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius;
Korespondencijos adresas: Teatro g. 11-1 LT-03107 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291, El. p.
info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517**
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Priedų, išplečiančių esamos įrangos funkcionalumą pirkimo, Nr. VU12231

PASIŪLYMO FORMA

2019 m. gegužės 03 d. Nr. 1
Vilnius

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Multilabo“
Tiekėjo įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių įmonių kodus)	302325611
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	Registracijos adresas: Teatro g. 11-1 LT-03107 Vilnius Korespondencijos adresas: A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius
Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Audrius Markevičius
Kontaktinio asmens telefono numeris	(8~5) 250 0291
Kontaktinio asmens el. pašto adresas	info@multilab.lt

/Pastaba. Pildoma, jei ketinamas pasitelkti subtiekęjas (-ai)/kiti asmenys, kurių pajėgumais remiamasi

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjui (-ams) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. pirkimo sąlygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Jame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šias prekes patvirtindami, jog į nurodytas kainas įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi pardavėjo mokėtini mokesčiai:

2. Mes siūlome šias prekes patvirtindami, jog į nurodytas kainas įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi pardavėjo mokėtini mokesčiai:

/Dėl kiekvienos pirkimo dalies, kuriai teikimas pasiūlymas, lentelė pildoma atskirai./

2.3. lentelė. III pirkimo dalies – Turbomolekulinio siurblio modulio, siūloma kaina:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės kaina, Eur be PVM
1	Turbomolekulinis siurblio modulis³⁾, 1 vnt. [Pfeiffer PMP03628]	16.100,00
2	PVM ¹⁾ 21% (eurais)	3.381,00
3	IŠ VISO ²⁾ (bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM)	19.481,00

¹⁾ tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

²⁾ Lentelėje pateikta bendra pasiūlymo suma, pagal kurią bus nustatoma tiekėjo pasiūlymo lyginamoji kaina. Jei tiekėjas pateiks pasiūlymo kainas be PVM, o pristatys prekes/suteikus paslaugas/atlikus darbus, PVM turės būti mokamas perkančiosios organizacijos, prie tiekėjo pasiūlymo palyginamosios kainos bus pridedama mokėtina PVM suma.

³⁾ tuo atveju, kai tiekėjas siūlo pilną sistemą – Chromatomasių spektrometrijos sistemą su turbomolekuliniu siurblio moduliu – perkamos prekės pavadinimas pildant 2.3. lentelę atitinkamai nurodomas „Chromatomasių spektrometrijos sistema su turbomolekuliniu siurblio moduliu“.

2.3. Bendra III pirkimo dalies pasiūlymo kaina, su PVM yra 19481,00 Eur (devyniolika tūkstančių keturi

* Pažymime, kad prekių gamintojai, katalogo Nr., modeliai ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.

* Pažymime, kad prekių gamintojai, katalogo Nr., modeliai ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija

Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą „Inovatyvios chemijos centras (INOCHEM)“ Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-08-0001, numato pirkti analitinės įrangos priedus (BMR autosamplėris, SNOM spektrografo, turbomolekulinio siurblio modulis, QCMD sistema prie elipsometro).

2. Atitikimas techniniams reikalavimams

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertėmis.

III pirkimo dalis – Turbomolekulinis siurblio modulis, 1 vnt.

Lentelė Nr.5

Eil. Nr.	Rodiklis	Minimalūs techniniai reikalavimai	Siūlomos charakteristikos
	Paskirtis	Turbomolekulinio siurblio modulis skirtas Agilent 6230 TOF masių spektrometro vakuumo sistemos išplėtimui. Siūlomo siurblio modulio suderinamumas turi būti patvirtintas turimos Agilent 6230 sistemos gamintojo.	Turbomolekulinio siurblio modulis skirtas Agilent 6230 TOF masių spektrometro vakuumo sistemos išplėtimui. Siūlomo siurblio modulio suderinamas su turimu Agilent 6230 sistemos gamintojo.
1.1.	Siurblio tipas	Turbomolekulinis vakuumo siurblys, su srauto dalinimu	Turbomolekulinis vakuumo siurblys, su srauto dalinimu
1.2.	Sūčiai darbiname režime	Ne mažiau nei 60000 sūčių per minutę	60000 sūčių per minutę
1.3.	Sūčiai parengties (standby) režime	Ne mažiau nei 40000 sūčių per minutę	40000 sūčių per minutę
1.4.	Pasiruošimo darbui laikas	Ne ilgiau 4 min	4 min
1.5.	Prijungimo prie masių spektrometro angų matmenys	Privalomos jungtys: 1) Gilaus vakuumo sujungimas 137,7 x 99 mm 2) Tarpinis 1 sujungimas 63 x 99 mm 3) Tarpinis 2 sujungimas 63 x 99 mm 4) Tarpinis 3 sujungimas 18 x 99 mm	Jungtys: 1) Gilaus vakuumo sujungimas 137,7 x 99 mm 2) Tarpinis 1 sujungimas 63 x 99 mm 3) Tarpinis 2 sujungimas 63 x 99 mm 4) Tarpinis 3 sujungimas 18 x 99 mm
1.6.	Siurbimo greitis azotui	Aukšto vakuumo sujungimui ne mažiau nei 200 l/s Tarpiniam 1 sujungimui ne mažiau nei 155 l/s Tarpiniam 2 sujungimui ne mažiau nei 155 l/s Tarpiniam 3 sujungimui ne mažiau nei 30 l/s	Aukšto vakuumo sujungimui 200 l/s Tarpiniam 1 sujungimui 155 l/s Tarpiniam 2 sujungimui 155 l/s Tarpiniam 3 sujungimui 30 l/s
1.7.	Suspaudimo laipsnis (azotui) tarp tarpinio 1 ir aukšto vakuumo sujungimų	Ne mažiau 250	250
1.8.	Suspaudimo laipsnis (azotui) tarp tarpinio 2 ir tarpinio 1 sujungimų	Ne mažiau 250	250
1.9.	Suspaudimo laipsnis (azotui) tarp tarpinio 3 ir tarpinio 2 sujungimų	Ne mažiau 250	250

1.10.	Dujų pralaidumas (azotui) esant darbinio režimo sūkiams, aukšto vakuumo sujungimui, tarpiniam 1 ir tarpiniam 2 sujungimams	Ne mažiau nei 4 mbar l/s	4 mbar l/s
1.11.	Dujų pralaidumas (azotui) esant darbinio režimo sūkiams tarpiniam 3 sujungimui	Ne mažiau nei 10 mbar l/s	10 mbar l/s
1.12.	Pirminio vakuumo siurblio siurbimo greitis	Ne mažiau nei 30 m ³ /h	30 m ³ /h
1.13.	Kontroleris	Integruotas, pritaikytas prijungti prie Agilent 6230 TOF masių spektrometro	Integruotas, pritaikytas prijungti prie Agilent 6230 TOF masių spektrometro
1.14.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įranga turi būti pristatyta ir suinstaliuota ne vėliau kaip 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos	Įranga bus pristatyta ir suinstaliuota ne vėliau kaip 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos
1.15.	Instaliavimas	Privalomas siurblio instaliavimas į perkančiosios organizacijos turimą Agilent 6230 TOF masių spektrometrą.	Siurblys bus instaliuotas į perkančiosios organizacijos turimą Agilent 6230 TOF masių spektrometrą.
1.16.	Instrukcijos	Privaloma pateikti vartotojo instrukcijas anglų ar lietuvių kalbomis	Pateikiama vartotojo instrukcijas anglų ar lietuvių kalbomis
1.17.	Garantija	Ne trumpiau 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos	12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos

5. Tiekėjas turi teisę siūlyti ne tik aukščiau įvardintą turbomolekulinį siurblio modulį, suderinamą su turima chromatomasių spektrometrijos sistema, bet ir visą chromatomasių spektrometrijos sistemą su jo pasiūlytu turbomolekuliniu siurblio moduliu. Jeigu tiekėjas siūlo pilną* sistemą – chromatomasių spektrometrijos sistemą su turbomolekuliniu siurblio moduliu – siūlomos chromatomasių spektrometrijos sistemos parametrai neturi būti blogesni nei šios techninės specifikacijos lentelėje Nr.6 nurodyti parametrai, o turbomolekulinio siurblio modulio parametrai turi atitikti šios techninės specifikacijos 5 lentelėje nurodytus reikalavimus. Šiuo atveju tiekėjas turi užpildyti 6 lentelės 3 stulpelį.

3 lentelė. Kartu su pasiūlymu teikiama informacija

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Būtina (taip / ne)	Konfidencialumas (taip / ne)
1	2	3
Užpildyta pasiūlymo forma	Taip	Ne
EBVPD deklaracija (užpildyta dalyvio, kiekvieno jo jungtinės veiklos partnerio bei subtiekęjo, jei tokių yra)	Taip	Ne
Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	Taip (jei jį pasirašo ne dalyvio vadovas)	Taip
Užpildyta techninė specifikacija	Taip	Taip
Gamintojo prekių aprašymas ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis, kad siūlomos prekės atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus	Taip	Taip
Jungtinės veiklos sutarties kopija	Taip (jei taikoma)	-
Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai	Taip (jei taikoma)	-

Pastaba: Tiekėjo nurodomas konfidencialumas perkančiajai organizacijai nėra privalomas ir bus vertinamas kiekvienu atveju individualiai. Rekomendacinė informacija dėl konfidencialumo pateikiama <https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730625-Kaip-turi-b%C5%ABti-suprantamas-konfidencialumas-vie%C5%A1uosiuose-pirkimuose->.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų ir kokybės skyriaus vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Renata Radzevičienė

(Vardas ir pavardė)