

UAB DERAİMAS, Sausio 15-osios 7, Klaipėda, tel. (8 46) 401800, info@deraimas.lt

(Tiekėjo pavadinimas)

jim kodas 163225424, PVM mk LT632254219

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**VŠĮ KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
PASIŪLYMAS**

DĖL MEDICINOS ĮRANGOS

2019- 04 - 30 _____ Nr. _____
(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių ¹ pavadinimas (-ai)	DERAIMAS UAB
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)</i>	163225424
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Raimondas Dragašius tel 8 699 31742

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiamo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti, sumontuoti, pajungti, sureguliuoti, instaliuoti, apmokyti personalą. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

¹Subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede .

4. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

4.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas²:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Nurodyti, kuriai pirkimo objekto sąlygai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1.		
2.		

4.2. SubtiekJai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis³:

Eil. Nr.	SubtiekJo pavadinimas	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtieKėjui, aprašymas
1.		
2.		

Jeigu tiekėjas neužpildo 4 punkte pateiktų lentelių, bus laikoma, kad tiekėjas nesiremia kitų ūkio subjekto pajėgumais ir subtieKėjų nepasitelks.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktas dokumentas ir/ar informacija	Dokument o lapų skaičius	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Taip/Ne)
	CE sertifikatas anglų-lietuvių kalbomis	4	
	Vartotojo instrukcijos ištraukos	3	
	Kiti dok	2	

Pastabos:

1. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. reikalavimu „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarįją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje...“, todėl šis Pasiūlymas su visais priedais privalo būti pavišintas.

Pasiūlymas galioja iki Apklausos sąlygose nurodyto termino.

Direktorius

Raimondas Dragašius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

2Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami).

3Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtieKėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtieKėjų, jeigu jie nėra žinomi.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM)	PVM tarifas _____% ir suma	Kaina Eur (su PVM) *
1.	Mažasis garinis autoklavas	vnt.	1	6 695,00	21% 1 405,95	8 100,95
Bendra pirkimo objekto dalies kaina:						8 100,95

Bendra pirkimo objekto kaina su PVM 8 100,95 EUR (Aštuoni tūkstančiai vienas šimtas Eur 95 vnt), kur PVM sudaro 1 405,95 EUR (vienas tūkstantis keturi šimtai penki EUR 95 cnt).

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir yra:

1 pirkimo objekto dalis. Mažasis garinis autoklavas

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, <u>nurodant atitiktį</u> :
			Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas	1. modelis, gamintojas, kilmės šalis; 2. katalogo/ buketo/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; 3. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklininti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkretūs teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio

				parametro punktą jos atitinka pildo tiekėjas
1.	Išorės matmenys	1. Plotis $\geq$ 50 cm. 2. Aukštis 50-60 cm. 3. Gylis 60-70 cm.	Plotis – 46 cm Aukštis – 56 cm Gylis – 68 cm	žr. bukletą psl. 12
2.	Kameros matmenys	Matmenys turi būti tokie, kad tilptų 42x16x12 cm turimi 4 konteineriai arba siūlyti 4 vnt. gamintojo naudojamų konteinerių	Kameros Ø 25 cm Kameros gylis 45 cm Telpa : 4 MELAstore boxes 100, arba 2 MELAstore boxes 200	žr. bukletą psl. 12
3.	Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo	220 - 240 V /50 Hz	220 - 240 V /50 Hz	žr. bukletą psl. 12
4.	Galia	Ne mažiau 2500 W (16 A)	3400 W (16 A)	žr. bukletą psl. 12
5.	Sterilizuojamų gaminių leistinas svoris	≥ 7 kg	Max. 9 kg instrumentų	žr. bukletą psl. 12
6.	Sterilizuojamų gaminių sudėjimo priemonės	Rėmelis su 6-8 padėkliukais instrumentams	Rėmelis E Plus 6 "normal" ir 2 siauri padėkliukai	žr. bukletą psl. 10
7.	Sterilizacijos programos	1. Ne mažiau dviejų B tipo programų 134°C, tinkamų sterilizuoti instrumentus ilgais siaurais kanalais supakuotus į dvigubą pakuotę ir nepakuotus. 2. Viena 121°C akytiems gaminiams ir jautriems karščiui gaminiams.	2-i B programos: – Universali B 134°C / 5,5 min – Greita B 134°C / 3,5 min 1-a Greita S, nesupakuotiems instrumentams 1-a Švelni (Gentle) akytiems 121°C / 20,5 min 1-a PRION 134°C / 20,5 min	žr. bukletą psl. 12, lentelė psl viršuje t.p. Vartotojo instrukcija psl.11
8.	Testų programos	1. Oro įtekėjimo bandymo (vakuumo testas). 2. HELIX / Bowie Dick-o testas.	Vakuom Test-as HELIX / Bowie Dick-o testas Tiekiamo vandens konduktyvumo matavimas	Vartotojo instrukcijos 25 ir 26 psl (pridedami atskirai)

9.	Papildomi reikalavimai sterilizacijos programoms	1. 134°C standartinės (dažniausiai taikoma). 2. Sterilizacijos ekspozicijos trukmė ne mažiau 5 min (be išlyginimo fazės – equilibration angl.). 3. Bendra trukmė ne daugiau kaip 45 min. 4. Naują sterilizacijos ciklą galima pradėti be pertraukos aušinimui.	Standartinės programos “Universali” aprašymas: Ekspozicijos trukmė 5,5 min Universali progr. 7 kg sterilizuojama įkrova: trukmė – 17-27 min, +džiovinimas 12 min = 29 – 37 min	žr. bukletą psl. 12, lentelė psl viršuje, Universali programa suvestinė
10.	Dokumentavimas	1. Jungiamas į kompiuterių tinklą tiesiogiai naudojant Ethernet jungtį (nustatomas IP adresas). 2. Ataskaitų saugojimo laikmena integruota į autoklavą. 3. Sterilizacijos ciklo duomenis saugo tekstiniu ir grafiniu pavidalu. 4. Autorizuojamas kameros atidarymas po sterilizacijos ciklo ir sterilizacijos kontrolės rezultatų patvirtinimas.	2 – Ethernet jungtys, viena priekyje, kita gale Ataskaitos saugomos CF kortelėje (2 GB), failo dydis tekstinio iki 4 kB, grafinio apie 2 MB. Kameros atidarymas autorizuojamas įvedant PIN kodą, sterilizacijos rezultatai patvirtinami	Instrukcijos 14 psl žr. bukletą 8 psl. žr. bukletą 8 psl.
11.	Atitikimas ES standartams	LST-EN 13060:2014+A1 arba lygiavertis		
12.	CE ženklavimas	Būtina	CE 0197	Sertifikatas išduotas TUV Rheinland
13.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn	

14.	Vartotojo pasas, instrukcija lietuvių kalba.	Būtina	Yra.	Pristatomas su įranga (pridedamos ištraukos)
-----	---	--------	------	--

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas privalo pateikti dokumentus:

1. VASPVT licenciją mažųjų garinių autoklavų techninės būklės tikrinimui;
2. **Įrodančius, kad siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu** – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės **atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba**. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka;
3. pateikti **paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų**, patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, kopijas **originalo ir lietuvių kalba**

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.



Direktorius

Raimondas Dragašius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)