

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 24

2019 m. liepos 09 d., Joniškis

VŠĮ „Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras“, įstaigos kodas 157653395, buveinės adresas Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis, atstovaujama direktorės Linos Martinaitienės (toliau sutartyje - Pirkėjas) ir

Egidijaus Navicko įmonė „Medica“, juridinio asmens kodas 144301796, kurio registruota buveinė yra Architektų g. 1, LT-78366 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Navicko, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau sutartyje – Pardavėjas),

toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau - Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti jam nuosavybės teise priklausančias Sutarties priede Nr. 1 ir CVP IS pirkimo Nr.439848 „Odontologiniai įrenginiai“ tiekėjo pasiūlyme nurodytas prekes (toliau – Prekės) Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas pasiūlyme nurodytą pinigų sumą šios Sutarties numatytais sąlygomis ir tvarka.
- 1.2. Parduodamų Prekių pavadinimai, kiekis, kainos ir techninės charakteristikos nurodytos Sutarties priede Nr. 1.

2. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

- 2.1. Visų parduodamų prekių, nurodytų Sutarties priede Nr. 1, kaina su pridėtinės vertės mokesčiu yra 19026,04 Eur.
- 2.2. Į Prekių kainą įskaitomos pakavimo, pakrovimo, transportavimo išlaidos ir visi mokesčiai.
- 2.3. Prekių kainos negali būti keičiamos visą šios Sutarties galiojimo laiką.
- 2.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
- 2.5. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais per www.esaskaita.eu.
- 2.6. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Pardavėjo nurodytą sąskaitą.

3. PREKIŲ PRISTATYMAS

- 3.1. Prekes Pardavėjas pristato Pirkėjo nurodytu adresu Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis per 15 darbo dienų nuo prekių užsakymo dienos.
- 3.2. Tiekėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato odontologinę įrangą į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Pirkėjui naudoti.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

- 4.1. Pardavėjas garantuoja, kad Prekės atitinka galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminių aktų reikalavimus bei Prekių technines specifikacijas.
- 4.2. Perkančioji organizacija priima ir saugo užsąkytą prekių kiekį. Perkančioji organizacija turi teisę gražinti prekes, jei jos gautos pažeistose pakuotėse, prekė yra sugadinta ar neatitinka užsakyme numatytų pavadinimų. Tiekėjas privalo pakeisti netinkamas prekes kokybiškomis ne vėliau kaip per 3 dienas. Parduodamos prekės privalo būti tinkamai paženklintos ir kokybiškos.

5. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- 5.1. Sutarties Šalys privalo vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
- 5.2. Už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.
- 5.3. Pirkėjui laiku nesumokėjus PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytų sumų, Pirkėjas moka Pardavėjui 0,2% delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
- 5.4. Vėluojant įvykdyti Pardavėjo įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,2% delspinigius nuo Sutarties kainos per dieną.
- 5.5. Šalys, neįvykdžiusios savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, atleidžiamos nuo atsakomybės, jeigu tai įvyksta dėl *force majeure* aplinkybių, t.y. aplinkybių, kurių negalima numatyti arba išvengti arba kokiomis nors priemonėmis pašalinti. Šalis, susidūrusi su *force majeure* aplinkybėmis, privalo apie tai pranešti kitai Šaliai per 10 darbo dienų. Nustatant *force majeure* aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų ir teisės aktų nuostatomis.
- 5.6. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta, visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. KONFIDENCIALUMAS

- 6.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims konfidencialios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


7. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos Sutartį pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 7.2. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, nesikreipiant į teismą, iš anksto ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų informuojant kitą Šalį, kai ta Šalis pažeidžia savo įsipareigojimus ir neištaiso pažeidimo per šį įspėjimo terminą.
- 7.3. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.
- 7.4. Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 8.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
- 8.2. Sutartis vykdoma ir aiškinama remiantis Lietuvos Respublikos teise. Šalių tarpusavio santykiai, neaparti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 8.3. Jei kuri nors Sutarties ar bet kurios jos dalies nuostata yra ar tampa negaliojančia ar neįgyvendinama, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinimui.

Sutarties priedai:



1. Prekių pavadinimai, techninės specifikacijos ir kainos.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

PARDAVĖJAS

Egidijaus Navicko įmonė "MEDICA"
Architektų g. 1, Šiauliai
Įstaigos kodas: 144301796
LT13 7180 0000 0807 0063
AB ŠIAULIŲ BANKAS
Banko kodas: 71800
Tel. 8 676 41208
faks. +370 41 514 164
El. p. info@medica.lt

Direktorius
Egidijus Navickas



PIRKĖJAS

VšĮ Joniškio pirminės sveikatos
priežiūros centras
Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis
Tel. (8426) 61258
Faks. (8426) 61258
El. p. info@joniskiopspc.lt
Įstaigos kodas – 157653395

Direktorė
Jolita Martinaitienė



1 PRIEDAS PRIE SUTARTIES NR. 24

1 dalis Mes siūlome:

GL Woodpecker, LED B		Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Kaina eurais su PVM
Helio lempa		1	140,00	169,40
Reikalavimai			Atitikimas reikalavimams	
Spinduliuojamos šviesos bangos ilgis	Diapazone ne mažesniame 440 – 480 nm.		Diapazonas 420 – 480 nm.	
Šviesos intensyvumas	Ne mažiau 1 000 mW/cm ²		1 000 - 1 700 mW/cm ²	
Šviesolaidis	8 mm (±1 mm) storio, 30 ° (±10°) lenktas stiklo pluošto šviesolaidis su optine apsauga		8 mm storio, 30° lenktas stiklo pluošto šviesolaidis su optine apsauga	
Laiko režimai	Ne mažiau 4 laiko režimų.		4 laiko režimai.	
Įkraunamos baterijos talpa	Įkraunamos baterijos talpa ne mažiau 500 ciklų po 10 s.		Įkraunamos baterijos talpa ne mažiau 500 ciklų po 10 s.	
Svoris	Ne daugiau 150 gr.		145 gr.	
Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėnesių		12 mėnesių	

2 dalis Mes siūlome:

New Life Radiology, Digisens		Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Kaina eurais su PVM
Dantų rentgeno viziografinė sistema		1	1980,00	2395,80
Reikalavimai				Atitikimas reikalavimams
Komplekte turi būti pateikta:	1.1. Jutiklis; 1.2. Programinė įranga			1.3. Jutiklis; 1.4. Programinė įranga
Jutiklio technologija	CMOS arba lygiavertė			CMOS
Jutiklio dydis	Ne mažiau 24x36 mm			25x39 mm
Aktyvusis jutiklio plotas	Ne mažiau 600 mm ²			600 mm ²
Realio jutiklio raiška (rezoliucija)	Ne mažiau 20 lp/mm			20 lp/mm
Pilkumo skalė	Ne mažiau 16 bit (ne mažiau 65535 lygmenų)			16 bit (65535 lygmenų)
Jutiklio aktyvavimas	Aktyvus savaime, atvėrus programą			Aktyvus savaime, atvėrus programą
Jungimas į kompiuterį	Tiesiogiai USB 2.0 jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių			Tiesiogiai USB 2.0 jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių
Valdymo ir peržiūros programinė įranga	Pateikiama kartu su rentgeno viziografu			Pateikiama kartu su rentgeno viziografu
Valdymo ir apdorojimo programa privalo gebėti apdoroti intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus	Būtina			Valdymo ir apdorojimo programa geba apdoroti intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus
Programinės įrangos naudotojų skaičius (licencijos)	Ne mažiau 10			10
DICOM vaizdų siuntimas	Būtina			Būtina

Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 24 mėn.	24 mėn.
------------------------	------------------------	---------

3 dalis Mes siūlome:

<i>BMS Dental, Steril Maximum 23</i>		Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Kaina eurais su PVM
Autoklavas		1	2700,00	3267,00
Reikalavimai			Atitikimas reikalavimams	
Mažasis garų sterilizatorius	B klasės		B klasės	
Išoriniai matmenys (plotis/aukštis/gylis)	ne daugiau kaip 505x450x690 mm		505x400x690 mm	
Kameros talpa	ne mažiau 23 ltr.		23 ltr.	
Kameros dydis	ne mažiau Ø 236 mm		Ø 236 mm	
Kamera nerūdijančio plieno	Būtina		Kamera nerūdijančio plieno	
Padėklų kiekis	Ne mažiau 4 padėklų		4 padėklai	
Ciklų pasirinkimo skaičius	Ne mažiau 6 ciklų su frakcionuotu vakuumu, ne mažiau „S“ tipo 4 ciklai		6 ciklai su frakcionuotu vakuumu, „S“ tipo 4 ciklai	
Integruotas spausdintuvas	Būtinai		Integruotas spausdintuvas	
Grafinis LCD ekranas	Būtinai		Grafinis LCD ekranas	
Naktinis darbo režimas	Būtinai		Naktinis darbo režimas	
Vartotojo meniu lietuvių kalba	Būtinai		Vartotojo meniu lietuvių kalba	
Elektrinis durų uždarymo mechanizmas	Būtinai		Elektrinis durų uždarymo mechanizmas	
Automatinis vandens padavimas, išleidimas	Būtinai		Automatinis vandens padavimas, išleidimas	
Darbinis slėgis	Ne daugiau 2,3 bar		2,3 bar	
Darbinis vakuumas	Ne mažiau 0,9 bar		0,9 bar	
Darbinė temperatūra	Ne mažiau 140 laips. C		140 laips. C	
Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 1 metai		1 metai	
Turi atitikti	EN 13060 arba lygiavertį standartą		EN 13060	
Ce ženklavimas ir atitikties sertifikatas	Būtinai		Ce ženklavimas ir atitikties sertifikatas	

4 dalis Mes siūlome:

4 dalis Mes siūlome:		Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Kaina eurais su PVM
V2000, Siger		1	10904,00	13193,84
Odontologinės įrangos komplektas				
Reikalavimai				Atitikimas reikalavimams
Odontologinis įrenginys				
Paciento kėdė				
Kėdės valdymas	Elektrinis – mechaninis arba hidraulinis		Elektrinis – mechaninis	
Elektros maitinimas	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo		Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo	
Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris)	≥ 135 kg.		135 kg.	
Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos	Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 40 cm		Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - 40 cm	

	Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 80 cm	Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - 80 cm
Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir atlošu	Būtina.	Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir atlošu
Paciento kėdės apmušalo danga	Besiūlė, būtina galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą bent iš 10 variantų (pateikti siūlomų dangos spalvų paletę prieš pristatant prekes).	Besiūlė, galima pasirinkti apmušalo dangos spalvą iš 10 variantų (pateiksim siūlomų dangos spalvų paletę prieš pristatant prekes).
Kėdės padėčių programavimas	Ne mažiau kaip 5 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys.	5 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys.
Kėdės valdymas	Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento instrumentų dalies ir kojiniu pedalu.	Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento instrumentų dalies ir kojiniu pedalu.
Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis	Ne mažesnis kaip 1800 mm.	1800 mm.
Galvos atlošo padėties reguliavimas	Ne mažiau kaip 2 ašimis.	2 ašimis.
Porankiai	Būtinai abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu arba nulenkiamas.	Abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis nulenkiamas 90° kampu.
Kojūgalio apsauginė danga	Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę.	Kojūgalis turi skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę.
Kėdė ir įrenginys paruoštas šlapiai vakuumo sistemai ir nejungiamas prie kanalizacijos	Būtina.	Kėdė ir įrenginys paruoštas šlapiai vakuumo sistemai ir nejungiamas prie kanalizacijos
Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos	Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę paciento kėdės priekyje. Vakuumo magistralėje turi būti automatinis atjungimo vožtuvas.	Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę paciento kėdės priekyje. Vakuumo magistralėje yra automatinis atjungimo vožtuvas.
Vienas bendras jungiklis kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą.	Būtinai.	Vienas bendras jungiklis kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą.
Gydytojo instrumentų dalis		
Būtinai gydytojo instrumentai	Daugiafunkcinis švirkštas 6 funkcijų (oras, vanduo, oras + vanduo) su vandens/oro pašildymu ir galimybe šią funkciją išjungti; Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu;	Daugiafunkcinis švirkštas 6 funkcijų (oras, vanduo, oras + vanduo) su vandens/oro pašildymu ir galimybe šią funkciją išjungti; Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu;

	Polimerizacinė lempa ne mažiau 1000mW/cm ² ir trys laiko režimai	Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Polimerizacinė lempa ne mažiau 1000mW/cm ² ir trys laiko režimai
Instrumentų bloko tvirtinimas	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko ir kilnojasi kartu su kėde.	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko ir kilnojasi kartu su kėde.
Instrumentų stalo aukščio reguliavimo (pneumatinis) stabdis.	Turi būti.	Instrumentų stalo aukščio reguliavimo stabdis pneumatinis.
Vertikalus gydytojo stalo judėjimas	Ne mažiau kaip 480 mm	480 mm
Instrumentų valdymo pedalas	Spaudžiamas iš viršaus, su vandens tiekimo į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, įrankių prapūtimo funkcija, ne mažiau 4 suprogramuotų kėdės padėčių valdymas, turbininių antgalių ir mikrovariklių greičio reguliavimas.	Spaudžiamas iš viršaus, su vandens tiekimo į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, įrankių prapūtimo funkcija, 4 suprogramuotų kėdės padėčių valdymas, turbininių antgalių ir mikrovariklių greičio reguliavimas.
Instrumentų rankovių išvedimas	Iš instrumentų bloko viršaus.	Iš instrumentų bloko viršaus.
Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai	Būtina	Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai
Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei kitoms darbo priemonėms	Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio), su silikoniniu sterilizuojamu įdėklu arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnis 350 mm ilgio, 250 mm pločio.	Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio), su silikoniniu sterilizuojamu įdėklu, 350 mm ilgio, 250 mm pločio.
Įmontuotas skaitmeninis ekranas	Turi valdyti ir rodyti dviejų mikrovariklių apsisukimų skaičių, naudojamo antgalio perdavimo skaičių, sukimosi kryptį, šviesos įjungimas/išjungimas. Turi turėti atmintį visiems nustatytiems parametrams.	Valdo ir rodo dviejų mikrovariklių apsisukimų skaičių, naudojamo antgalio perdavimo skaičių, sukimosi kryptį, šviesos įjungimas/išjungimas. Turi atmintį visiems nustatytiems parametrams.
Instrumentų dalyje įmontuoti įrangos jutikliniai valdymo elementai nereaguojantys į drėgną paviršių:	Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. Programuojamų kėdės padėčių mygtukai; Šviestuvo, turbinos pašvietimo įjungimo / išjungimo mygtukai. Vandens pašildymo ir pripildymo į stiklinę mygtukai. Spjaudyklės apiplovimo įjungimo mygtukas. Negatoskopo įjungimo mygtukas. Įrangos darbingumo patikrinimo - testavimo funkcija	Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. Programuojamų kėdės padėčių mygtukai; Šviestuvo, turbinos pašvietimo įjungimo / išjungimo mygtukai. Vandens pašildymo ir pripildymo į stiklinę mygtukai. Spjaudyklės apiplovimo įjungimo mygtukas. Negatoskopo įjungimo mygtukas. Įrangos darbingumo patikrinimo - testavimo funkcija

Autonominė švaraus vandens sistema odontologiniams antgaliams su galimybe perjungti į osmosinę arba kitą švaraus vandens sistemą	Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 1 litro talpos indu.	Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 1 litro talpos indu.
Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis		
Būtinai asistento instrumentai:	Švirkštas: kampinis 3-jų funkcijų, lengvai nuimamas snapelis sterilizuojamas. Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurblių antgaliai).	Švirkštas: kampinis 3-jų funkcijų, lengvai nuimamas snapelis sterilizuojamas. Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurblių antgaliai).
Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės ir kilnojasi kartu su kėde	Būtina.	Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės ir kilnojasi kartu su kėde
Asistento instrumentų laikiklis	Ne mažiau kaip 4-ių lizdų.	4-ių lizdų.
Spjaudyklė	Keraminė arba nedūžtančio grūdinto stiklo arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 180°.	Keraminė, pasukama 180°.
Atskiri seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtrai	Būtina	Atskiri seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtrai
Kėdės valdymo, kėdės suprogramuotų padėčių, vandens pripildymo/pašildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo jutikliniai valdymo elementai, nereaguojantys į drėgną paviršių	Būtina	Kėdės valdymo, kėdės suprogramuotų padėčių, vandens pripildymo/pašildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo jutikliniai valdymo elementai, nereaguojantys į drėgną paviršių
Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas.	Būtina	Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas.
Spjaudyklės vožtuvas	Bloke turi būti įmontuotas spjaudyklės skysčio išmetimo automatinis vožtuvas	Bloke yra įmontuotas spjaudyklės skysčio išmetimo automatinis vožtuvas
Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės	Skersmuo atitinkamai ne mažiau 11 mm ir 15 mm	Skersmuo atitinkamai 11 mm ir 15 mm
Skysčių ir amalgamos separatorius	Įmontuotas į įrenginį centrifuginis skysčių ir amalgamos (>96%) separatorius	Įmontuotas į įrenginį centrifuginis skysčių ir amalgamos (>96%) separatorius
Apšvietimo sistema:		
Apšvietimo lempa	LED arba lygiavertis šviesos šaltinis su ne daugiau kaip 12 LED arba lygiavertėmis elementais.	LED šviesos šaltinis su 1 LED elementu.
Apšvietimo lempos montavimas	Prie spjaudyklės bloko	Prie spjaudyklės bloko
Apšvietimo lempos pozicionavimas	Valdoma trimis ašimis	Valdoma trimis ašimis
Šviesos spalvinė temperatūra	5000 +/- 500 K	5000 K
Šviesos intensyvumo reguliavimas	Ne mažiau kaip 4-jų lygių arba tolygus reguliavimas.	4-ių lygių reguliavimas.
Maksimalus šviesos intensyvumas	Ne mažiau 25000 liuksų.	25000 liuksų.

Specialus apšvietimo režimas panaikinantis mėlynos šviesos spektrą	Būtinai	Specialus apšvietimo režimas panaikinantis mėlynos šviesos spektrą
Pasukama, reguliuojamo aukščio lentynėlė prie šviestuovo stovo	Ne mažesnė 450x350 mm	450x350 mm
Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu (2 vnt.):	Nurodyti gamintoją ir modelį. Maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps./min.; Su vidiniu oro / vandens aušinimu; Su LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu; Ilgis ne daugiau kaip 95 mm; Svoris ne daugiau kaip 100 g. Valdymas ir veikimo režimas atvaizduojamas skaitmeniniame ekrane	Definitive LED, TKD. Maksimalus apsisukimų skaičius 40 000 aps./min.; Su vidiniu oro / vandens aušinimu; Su LED šviesos šaltiniu; Ilgis 77,3 mm; Svoris 90 g. Valdymas ir veikimo režimas atvaizduojamas skaitmeniniame ekrane
Kampinis antgalis mikrovarikliui:	Nurodyti gamintoją ir modelį. Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Mėlynas žiedas; Gražto fiksacija mygtuku; Sterilizuojamas.	NSK, Ti-Max X25L. Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Mėlynas žiedas; Gražto fiksacija mygtuku; Sterilizuojamas.
Tiesus antgalis mikrovarikliui:	Nurodyti gamintoją ir modelį. Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Sterilizuojamas.	NSK, Ti-Max X65L. Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Sterilizuojamas.
Turbininis antgalis su greita jungtimi:	Nurodyti gamintoją ir modelį. Su vandens – oro aušinimu iš atskirų taškų, kiekvienas iš ne mažiau kaip 4 skylių; LED arba lygiaverčio tipo pašvietimas; Maksimalūs sūkliai ne mažiau kaip 360 000 aps./min.; Galia ne mažiau kaip 22 W; Jungiamas per komplekte pateikiamą greito prijungimo jungtį; Sterilizuojamas. Reguluojamas gražto aušinimo vandens padavimas	Sirona, T2 Boost S su greita jungtimi. Su vandens – oro aušinimu iš atskirų taškų, kiekvienas iš 4 skylių; LED tipo pašvietimas; Maksimalūs sūkliai 370 000 aps./min.; Galia 23 W; Jungiamas per komplekte pateikiamą greito prijungimo jungtį; Sterilizuojamas. Reguluojamas gražto aušinimo vandens padavimas
Ultragarsinis skaleris	Nurodyti gamintoją ir modelį Su LED pašvietimu. Elipsinis darbinis judėjimas. Prijungiamas prie vandens šaltinio per spjaudyklės bloką. Komplekte ne mažiau 2 sterilizuojamų antgalių, ne mažiau 15 darbinių antgaliukų, ne mažiau dviejų skirtingo dydžio skysčio talpų.	GL Woodpecker, PT 5. Su LED pašvietimu. Elipsinis darbinis judėjimas. Prijungiamas prie vandens šaltinio per spjaudyklės bloką. Komplekte 2 sterilizuojami antgaliai, 15 darbinių antgaliukų, dvi skirtingo dydžio skysčio talpos.
Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėnesių	12 mėnesių
Sauso siurbimo vakuuminis siurblys	Nurodyti gamintoją ir modelį.	AirMatic, Luzzani
Galia	Ne mažiau kaip 0,4 kw	0,4 kw

Vakuumo gylis	Ne mažiau 130 mbar	130 mbar
Skirtas aptarnauti 1 odontologiniam įrenginiui	Būtina	Skirtas aptarnauti 1 odontologiniam įrenginiui
Kompresorius su džiovintuvu:	Nurodyti gamintoją ir modelį.	E.Navicko „Medica“, MEDICA 360D
Elektros maitinimas	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo.	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo.
Naudojama galia	Ne daugiau 1,1 kW	1,1 kW
Veikimo ribos	Žemutinė riba 6 bar, viršutinė riba 8 bar	Žemutinė riba 6 bar, viršutinė riba 8 bar
Membraninis oro sausintuvas	Nepertraukiamo veikimo režimo, ne mažiau 200 l/min, rasos taškas ne mažiau -20°C	Nepertraukiamo veikimo režimo, 200 l/min, rasos taškas -20°C
Talpa suspaustam orui	Ne mažiau 24 litrų	24 litrų
Automatinis kondensato išleidimas iš rezervuaro	Būtina	Automatinis kondensato išleidimas iš rezervuaro
Suspausto oro našumas prie 5 atm	109 l/min	109 l/min
Triukšmo lygis	Ne daugiau 56 dB	56 dB
Prieš membraninio oro filtro pralaidumas	Ne didesnis nei 0,3 µm	0,3 µm
Darbo laiko apskaita	Būtina	Darbo laiko apskaita
Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėnesių arba 1000 val.	12 mėnesių arba 1000 val.

PARDAVĖJAS

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“
Architektų g. 1, Šiauliai
Įstaigos kodas: 144301796
LT13 7180 0000 0807 0063
AB ŠIAULIŲ BANKAS
Banko kodas: 71800
Tel. 8 676 41208
faks. +370 41 514 164
El. p. info@medica.lt

PIRKĖJAS

VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras
Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis
Tel. (8426) 61258
Faks. (8426) 61258
El. p. info@joniskiopspc.lt
Įstaigos kodas – 157653395

Direktorius
Egidijus Navickas

