

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

 Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

**PASIŪLYMAS
 DĖL ODONTOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMO**

2019-06-21 Nr.SD-67

Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas	E. Navicko įmonė „Medica“
Tiekėjo adresas	Architektų g. 1, Šiauliai LT-78366, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Egidijus Navickas
Telefono numeris	867641208
Fakso numeris	841 514 164
El. pašto adresas	eduardas@medica.lt info@medica.lt
Įmonės kodas	144301796

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) apklausos sąlygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas,

1 dalis Mes siūlome:

GL Woodpecker, LED B		Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Kaina eurais su PVM
Helio lempa		1	140,00	169,40
Reikalavimai			Atitikimas reikalavimams	
Spinduliuojamos šviesos bangos ilgis	Diapazone ne mažesniame 440 – 480 nm.		Diapazonas 420 – 480 nm.	
Šviesos intensyvumas	Ne mažiau 1 000 mW/cm ²		1 000 - 1 700 mW/cm ²	
Šviesolaidis	8 mm (±1 mm) storio, 30 ° (±10°) lenktas stiklo pluošto šviesolaidis su optine apsauga		8 mm storio, 30° lenktas stiklo pluošto šviesolaidis su optine apsauga	
Laiko režimai	Ne mažiau 4 laiko režimų.		4 laiko režimai.	
Įkraunamos baterijos talpa	Įkraunamos baterijos talpa ne mažiau 500 ciklų po 10 s.		Įkraunamos baterijos talpa ne mažiau 500 ciklų po 10 s.	
Svoris	Ne daugiau 150 gr.		145 gr.	
Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėnesių		12 mėnesių	

2 dalis Mes siūlome:

New Life Radiology, Digisens		Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Kaina eurais su PVM
Dantų rentgeno viziografinė sistema		1	1980,00	2395,80
Reikalavimai				Atitikimas reikalavimams
Komplekte turi būti pateikta:	1.1. Jutiklis; 1.2. Programinė įranga			1.3. Jutiklis; 1.4. Programinė įranga
Jutiklio technologija	CMOS arba lygiavertė			CMOS
Jutiklio dydis	Ne mažiau 24x36 mm			25x39 mm
Aktyvusis jutiklio plotas	Ne mažiau 600 mm ²			600 mm ²

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

 Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

Realioji jutiklio raiška (rezoliucija)	Ne mažiau 20 lp/mm	20 lp/mm
Pilkumo skalė	Ne mažiau 16 bit (ne mažiau 65535 lygmenų)	16 bit (65535 lygmenų)
Jutiklio aktyvavimas	Aktyvus savaime, atvėrus programą	Aktyvus savaime, atvėrus programą
Jungimas į kompiuterį	Tiesiogiai USB 2.0 jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių	Tiesiogiai USB 2.0 jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių
Valdymo ir peržiūros programinė įranga	Pateikiama kartu su rentgeno viziografu	Pateikiama kartu su rentgeno viziografu
Valdymo ir apdorojimo programa privalo gebėti apdoroti intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus	Būtina	Valdymo ir apdorojimo programa geba apdoroti intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus
Programinės įrangos naudotojų skaičius (licencijos)	Ne mažiau 10	10
DICOM vaizdų siuntimas	Būtina	Būtina
Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 24 mėn.	24 mėn.

3 dalis Mes siūlome:

BMS Dental, Steril Maximum 23		Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Kaina eurais su PVM
Autoklavas		1	2700,00	3267,00
Reikalavimai		Atitikimas reikalavimams		
Mažasis garų sterilizatorius	B klasės	B klasės		
Išoriniai matmenys (plotis/aukštis/gylis)	ne daugiau kaip 505x450x690 mm	505x400x690 mm		
Kameros talpa	ne mažiau 23 ltr.	23 ltr.		
Kameros dydis	ne mažiau Ø 236 mm	Ø 236 mm		
Kamera nerūdijančio plieno	Būtina	Kamera nerūdijančio plieno		
Padėklų kiekis	Ne mažiau 4 padėklų	4 padėklai		
Ciklų pasirinkimo skaičius	Ne mažiau 6 ciklų su frakcionuotu vakuumu, ne mažiau „S“ tipo 4 ciklai	6 ciklai su frakcionuotu vakuumu, „S“ tipo 4 ciklai		
Integruotas spausdintuvas	Būtinas	Integruotas spausdintuvas		
Grafinis LCD ekranas	Būtinas	Grafinis LCD ekranas		
Naktinis darbo režimas	Būtinas	Naktinis darbo režimas		
Vartotojo meniu lietuvių kalba	Būtinas	Vartotojo meniu lietuvių kalba		
Elektrinis durų uždarymo mechanizmas	Būtinas	Elektrinis durų uždarymo mechanizmas		
Automatinis vandens padavimas, išleidimas	Būtinas	Automatinis vandens padavimas, išleidimas		
Darbinis slėgis	Ne daugiau 2,3 bar	2,3 bar		
Darbinis vakuumas	Ne mažiau 0,9 bar	0,9 bar		
Darbinė temperatūra	Ne mažiau 140 laips. C	140 laips. C		
Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 1 metai	1 metai		
Turi atitikti	EN 13060 arba lygiavertį standartą	EN 13060		
Ce ženklavimas ir atitikties sertifikatas	Būtinas	Ce ženklavimas ir atitikties sertifikatas		

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

4 dalis Mes siūlome:

V2000, Siger		Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Kaina eurais su PVM
Odontologinės įrangos komplektas		1	10904,00	13193,84
Reikalavimai			Atitikimas reikalavimams	
Odontologinis įrenginys				
Paciento kėdė				
Kėdės valdymas	Elektrinis – mechaninis arba hidraulinis		Elektrinis – mechaninis	
Elektros maitinimas	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo		Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo	
Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris)	≥ 135 kg.		135 kg.	
Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos	Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 40 cm Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 80 cm		Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - 40 cm Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - 80 cm	
Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir atlošu	Būtina.		Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir atlošu	
Paciento kėdės apmušalo danga	Besiūlė, būtina galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą bent iš 10 variantų (pateikti siūlomų dangos spalvų paletę prieš pristatant prekes).		Besiūlė, galima pasirinkti apmušalo dangos spalvą iš 10 variantų (pateiksim siūlomų dangos spalvų paletę prieš pristatant prekes).	
Kėdės padėčių programavimas	Ne mažiau kaip 5 individualiai programuojamos paciento kėdės padėties.		5 individualiai programuojamos paciento kėdės padėties.	
Kėdės valdymas	Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento instrumentų dalies ir kojiniu pedalu.		Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento instrumentų dalies ir kojiniu pedalu.	
Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis	Ne mažesnis kaip 1800 mm.		1800 mm.	
Galvos atlošo padėties reguliavimas	Ne mažiau kaip 2 ašimis.		2 ašimis.	
Porankiai	Būtinai abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu arba nulenkiamas.		Abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis nulenkiamas 90° kampu.	
Kojūgalio apsauginė danga	Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę.		Kojūgalis turi skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę.	
Kėdė ir įrenginys paruoštas šlapiai vakuumo sistemai ir nejungiamas prie kanalizacijos	Būtina.		Kėdė ir įrenginys paruoštas šlapiai vakuumo sistemai ir nejungiamas prie kanalizacijos	
Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos	Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į integruotą komunikaciją		Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda i	

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

	dėžutę paciento kėdės priekyje. Vakuomo magistralėje turi būti automatinis atjungimo vožtuvas.	integruotą komunikaciją dėžutę paciento kėdės priekyje. Vakuomo magistralėje yra automatinis atjungimo vožtuvas.
Vienas bendras jungiklis kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą.	Būtinai.	Vienas bendras jungiklis kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą.
Gydytojo instrumentų dalis		
Būtinai gydytojo instrumentai	Daugiafunkcinis švirkštas 6 funkcijų (oras, vanduo, oras + vanduo) su vandens/oro pašildymu ir galimybe šią funkciją išjungti; Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Polimerizacinė lempa ne mažiau 1000mW/cm ² ir trys laiko režimai	Daugiafunkcinis švirkštas 6 funkcijų (oras, vanduo, oras + vanduo) su vandens/oro pašildymu ir galimybe šią funkciją išjungti; Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Polimerizacinė lempa ne mažiau 1000mW/cm ² ir trys laiko režimai
Instrumentų bloko tvirtinimas	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko ir kilnojasi kartu su kėde.	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko ir kilnojasi kartu su kėde.
Instrumentų stalo aukščio reguliavimo (pneumatinis) stabdis.	Turi būti.	Instrumentų stalo aukščio reguliavimo stabdis pneumatinis.
Vertikalus gydytojo stalo judėjimas	Ne mažiau kaip 480 mm	480 mm
Instrumentų valdymo pedalas	Spaudžiamas iš viršaus, su vandens tiekimo į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, įrankių prapūtimo funkcija, ne mažiau 4 suprogramuotų kėdės padėčių valdymas, turbininių antgalių ir mikrovariklių greičio reguliavimas.	Spaudžiamas iš viršaus, su vandens tiekimo į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, įrankių prapūtimo funkcija, 4 suprogramuotų kėdės padėčių valdymas, turbininių antgalių ir mikrovariklių greičio reguliavimas.
Instrumentų rankovių išvedimas	Iš instrumentų bloko viršaus.	Iš instrumentų bloko viršaus.
Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai	Būtina	Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai
Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei kitoms darbo priemonėms	Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio), su silikoniniu sterilizuojamu įdėklu arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnis 350 mm ilgio, 250 mm pločio.	Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio), su silikoniniu sterilizuojamu įdėklu, 350 mm ilgio, 250 mm pločio.
Įmontuotas skaitmeninis ekranas	Turi valdyti ir rodyti dviejų mikrovariklių apsisukimų skaičių, naudojamo antgalio perdavimo skaičių,	Valdo ir rodo dviejų mikrovariklių apsisukimų skaičių, naudojamo antgalio

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

	sukimosi kryptį, šviesos įjungimas/išjungimas. Turi turėti atmintį visiems nustatytiems parametrams.	perdavimo skaičių, sukimosi kryptį, šviesos įjungimas/išjungimas. Turi atmintį visiems nustatytiems parametrams.
Instrumentų dalyje įmontuoti įrangos jutikliniai valdymo elementai nereaguojantys į drėgną paviršių:	Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. Programuojamų kėdės padėčių mygtukai; Šviestuvo, turbinos pašvietimo įjungimo / išjungimo mygtukai. Vandens pašildymo ir pripildymo į stiklinę mygtukai. Spjauyklės apiplovimo įjungimo mygtukas. Negatoskopo įjungimo mygtukas. Įrangos darbingumo patikrinimo - testavimo funkcija	Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. Programuojamų kėdės padėčių mygtukai; Šviestuvo, turbinos pašvietimo įjungimo / išjungimo mygtukai. Vandens pašildymo ir pripildymo į stiklinę mygtukai. Spjauyklės apiplovimo įjungimo mygtukas. Negatoskopo įjungimo mygtukas. Įrangos darbingumo patikrinimo - testavimo funkcija
Autonominė švaraus vandens sistema odontologiniams antgaliams su galimybe perjungti į osmosinę arba kitą švaraus vandens sistemą	Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 1 litro talpos indu.	Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 1 litro talpos indu.
Spjauyklės blokas / asistento instrumentų dalis		
Būtinai asistento instrumentai:	Švirkštas: kampinis 3-jų funkcijų, lengvai nuimamas snapelis sterilizuojamas. Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurblių antgaliai).	Švirkštas: kampinis 3-jų funkcijų, lengvai nuimamas snapelis sterilizuojamas. Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurblių antgaliai).
Spjauyklės blokas tvirtinamas prie kėdės ir kilnojasi kartu su kėde	Būtina.	Spjauyklės blokas tvirtinamas prie kėdės ir kilnojasi kartu su kėde
Asistento instrumentų laikiklis	Ne mažiau kaip 4-ių lizdų.	4-ių lizdų.
Spjauyklė	Keraminė arba nedūžtančio grūdinto stiklo arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 180°.	Keraminė, pasukama 180°.
Atskiri seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtrai	Būtina	Atskiri seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtrai
Kėdės valdymo, kėdės suprogramuotų padėčių, vandens pripildymo/pašildymo į stiklinę ir spjauyklės apiplovimo jutikliniai valdymo elementai, nereaguojantys į drėgną paviršių	Būtina	Kėdės valdymo, kėdės suprogramuotų padėčių, vandens pripildymo/pašildymo į stiklinę ir spjauyklės apiplovimo jutikliniai valdymo elementai, nereaguojantys į drėgną paviršių
Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjauyklės plovimo laikas.	Būtina	Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjauyklės plovimo laikas.
Spjauyklės vožtuvas	Bloke turi būti įmontuotas spjauyklės skysčio išmetimo automatinis vožtuvas	Bloke yra įmontuotas spjauyklės skysčio išmetimo automatinis vožtuvas

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės	Skersmuo atitinkamai ne mažiau 11 mm ir 15 mm	Skersmuo atitinkamai 11 mm ir 15 mm
Skysčių ir amalgamos separatorius	Įmontuotas į įrenginį centrifuginis skysčių ir amalgamos (>96%) separatorius	Įmontuotas į įrenginį centrifuginis skysčių ir amalgamos (>96%) separatorius
Apšvietimo sistema:		
Apšvietimo lempa	LED arba lygiavertis šviesos šaltinis su ne daugiau kaip 12 LED arba lygiavertiais elementais.	LED šviesos šaltinis su 1 LED elementu.
Apšvietimo lempos montavimas	Prie spjaudyklės bloko	Prie spjaudyklės bloko
Apšvietimo lempos pozicionavimas	Valdoma trimis ašimis	Valdoma trimis ašimis
Šviesos spalvinė temperatūra	5000 +/- 500 K	5000 K
Šviesos intensyvumo reguliavimas	Ne mažiau kaip 4-jų lygių arba tolygus reguliavimas.	4-ių lygių reguliavimas.
Maksimalus šviesos intensyvumas	Ne mažiau 25000 liuksų.	25000 liuksų.
Specialus apšvietimo režimas panaikinantis mėlynos šviesos spektrą	Būtinai	Specialus apšvietimo režimas panaikinantis mėlynos šviesos spektrą
Pasukama, reguliuojamo aukščio lentynėlė prie šviestuovo stovo	Ne mažesnė 450x350 mm	450x350 mm
Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu (2 vnt.):	Nurodyti gamintoją ir modelį. Maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps./min.; Su vidiniu oro / vandens aušinimu; Su LED arba lygiavertiu šviesos šaltiniu; Ilgis ne daugiau kaip 95 mm; Svoris ne daugiau kaip 100 g. Valdymas ir veikimo režimas atvaizduojamas skaitmeniniame ekrane	Definitive LED, TKD. Maksimalus apsisukimų skaičius 40 000 aps./min.; Su vidiniu oro / vandens aušinimu; Su LED šviesos šaltiniu; Ilgis 77,3 mm; Svoris 90 g. Valdymas ir veikimo režimas atvaizduojamas skaitmeniniame ekrane
Kampinis antgalis mikrovarikliui:	Nurodyti gamintoją ir modelį. Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Mėlynas žiedas; Grąžto fiksacija mygtuku; Sterilizuojamas.	NSK, Ti-Max X25L. Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Mėlynas žiedas; Grąžto fiksacija mygtuku; Sterilizuojamas.
Tiesus antgalis mikrovarikliui:	Nurodyti gamintoją ir modelį. Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Sterilizuojamas.	NSK, Ti-Max X65L. Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Sterilizuojamas.
Turbininis antgalis su greita jungtimi:	Nurodyti gamintoją ir modelį. Su vandens – oro aušinimu iš atskirų taškų, kiekvienas iš ne mažiau kaip 4 skylių; LED arba lygiavertio tipo pašvietimas; Maksimalūs sūkliai ne mažiau kaip 360 000 aps./min.; Galia ne mažiau kaip 22	Sirona, T2 Boost S su greita jungtimi. Su vandens – oro aušinimu iš atskirų taškų, kiekvienas iš 4 skylių; LED tipo pašvietimas; Maksimalūs sūkliai 370 000 aps./min.; Galia

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

	W; Jungiamas per komplekte pateikiamą greito prijungimo jungtį; Sterilizuojamas. Reguluojamas grąžto aušinimo vandens padavimas	23 W; Jungiamas per komplekte pateikiamą greito prijungimo jungtį; Sterilizuojamas. Reguluojamas grąžto aušinimo vandens padavimas
Ultragarsinis skaleris	Nurodyti gamintoją ir modelį Su LED pašvietimu. Elipsinis darbinis judėjimas. Prijungiamas prie vandens šaltinio per spjaudyklės bloką. Komplekte ne mažiau 2 sterilizuojamų antgalių, ne mažiau 15 darbinių antgaliukų, ne mažiau dviejų skirtingo dydžio skysčio talpų.	GL Woodpecker, PT 5. Su LED pašvietimu. Elipsinis darbinis judėjimas. Prijungiamas prie vandens šaltinio per spjaudyklės bloką. Komplekte 2 sterilizuojami antgaliai, 15 darbinių antgaliukų, dvi skirtingo dydžio skysčio talpos.
Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėnesių	12 mėnesių
Sauso siurbimo vakuuminis siurblys	Nurodyti gamintoją ir modelį.	AirMatic, Luzzani
Galia	Ne mažiau kaip 0,4 kw	0,4 kw
Vakuomo gylis	Ne mažiau 130 mbar	130 mbar
Skirtas aptarnauti 1 odontologiniam įrenginiui	Būtina	Skirtas aptarnauti 1 odontologiniam įrenginiui
Kompresorius su džiovintuvu:	Nurodyti gamintoją ir modelį.	E.Navicko „Medica“, MEDICA 360D
Elektros maitinimas	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo.	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo.
Naudojama galia	Ne daugiau 1,1 kW	1,1 kW
Veikimo ribos	Žemutinė riba 6 bar, viršutinė riba 8 bar	Žemutinė riba 6 bar, viršutinė riba 8 bar
Membraninis oro sausintuvas	Nepertraukiamo veikimo režimo, ne mažiau 200 l/min, rasos taškas ne mažiau -20°C	Nepertraukiamo veikimo režimo, 200 l/min, rasos taškas -20°C
Talpa suspaustam orui	Ne mažiau 24 litrų	24 litrų
Automatinis kondensato išleidimas iš rezervuaro	Būtina	Automatinis kondensato išleidimas iš rezervuaro
Suspausto oro našumas prie 5 atm	109 l/min	109 l/min
Triukšmo lygis	Ne daugiau 56 dB	56 dB
Prieš membraninio oro filtro pralaidumas	Ne didesnis nei 0,3 µm	0,3 µm
Darbo laiko apskaita	Būtina	Darbo laiko apskaita
Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėnesių arba 1000 val.	12 mėnesių arba 1000 val.

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas su konfidencialia informacija yra pasiūlymo puslapyje

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Nuostatai	2

Direktorius



Egidijus Navickas