

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas **turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.**

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

4. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

1. INTRAOPERACINIS DAVIKLIS 3 MM DIAMETRO (2 VNT.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr. , kuriame aprašytas nurodytas parametras (Pildo tiekėjas)
1.	Intraoperaciniai TT (“transit time”) tipo davikliai kraujo tėkmės matavimui	Būtina	Intraoperaciniai TT (“transit time”) tipo davikliai kraujo tėkmės matavimui
2.	Davikliai naudojami su Medistim MiraQ intraoperaciniu floumetru	Būtina	Davikliai naudojami su Medistim MiraQ intraoperaciniu floumetru
3.	Santykinė matavimo paklaida	$\leq \pm 10\%$	$\pm 10\%$
4.	Daviklio diametras	3 mm $\pm 10\%$	3 mm
5.	Daviklio kabelio ilgis	≥ 3 m	3 m
6.	Sterilizavimas	Etileno oksidu arba garais gamintojo garantuojamas daviklio tarnavimo resursas - ne mažiau 50 sterilizavimo ciklų	Etileno oksidu arba garais gamintojo garantuojamas daviklio tarnavimo resursas - 50 sterilizavimo ciklų
7.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiams standartams	Siūlomos prekės turi CE sertifikatą. Kartu su pristatoma preke bus pateikta CE sertifikato kopija.

		bei reglamentams.	
--	--	-------------------	--

2. INTRAOPERACINIS DAVIKLIS 4 MM DIAMETRO (2 VNT.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametų reikšmės	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr. , kuriame aprašytas nurodytas parametras (Pildo tiekėjas)
1.	Intraoperaciniai TT (“transit time”) tipo davikliai kraujo tėkmės matavimui	Būtina	Intraoperaciniai TT (“transit time”) tipo davikliai kraujo tėkmės matavimui
2.	Davikliai naudojami su Medistim MiraQ intraoperaciniu floumetru	Būtina	Davikliai naudojami su Medistim MiraQ intraoperaciniu floumetru
3.	Santykinė matavimo paklaida	$\leq \pm 10\%$	$\pm 10\%$
4.	Daviklio diametras	4 mm $\pm 10\%$	4 mm
5.	Daviklio kabelio ilgis	≥ 3 m	3 m
6.	Sterilizavimas	Etileno oksidu arba garais gamintojo garantuojamas daviklio tarnavimo resursas - ne mažiau 50 sterilizavimo ciklų	Etileno oksidu arba garais gamintojo garantuojamas daviklio tarnavimo resursas - 50 sterilizavimo ciklų
7.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiams standartams bei reglamentams.	Siūlomos prekės turi CE sertifikatą. Kartu su pristatoma preke bus pateikta CE sertifikato kopija.