

Kretingos rajono savivaldybės
Viešojo įstaiga Kretingos ligoninė

PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININĖS PASKIRTIES PREKIŲ PIRKIMO

2019-05-14 Nr. _____

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Sorimpeksas“
Tiekėjo adresas	Šiaulių 15 a., Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas	135733248
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų vadybininkė Daiva Macijauskienė
Telefono numeris	8 37 361766
Fakso numeris	8 37 324447
El. pašto adresas	daiva@sorimpeksas.com

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka..
- 2) atviro konkurso sąlygomis, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiamo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.

2. Mes siūlome medicininės paskirties prekes (pateikiame užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą) ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus. Kiekvienos siūlomos pirkimo dalies kaina žodžiu ir raštu nurodyta pirkimo sąlygų 2 priede.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
-------------	--------------------------------

1.	Konfidencialu. Katalogas ir Brošiūros
2.	Konfidencialu. CE

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Direktoriaus įgaliojimas	1
2.	EBVPD pažyma	15
3.	Konfidencialu. Katalogas ir brošiūros	255
4.	Konfidencialu. CE	11

6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų vadybininkė Daiva Macijauskienė

Apklauso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos prekės parametru reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius Nurodyti siūlomos prekės gamintoją, kilmės šalį
1.	Stapleris (laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas)		Medtronic-Covidien, USA, ABSTACK15
1.1.	Diametras	5,4 mm	Diametras 5,4mm. Konfidencialu.Brošiūros 3psl. Medtronic-Covidien, USA, ABSTACK15
1.2.	Sraigčių (besirezorbuojančių pagamintų iš PGLA) skaičius	15 vnt.	15 sraigčių pagamintų iš PGLA. Konfidencialu.Brošiūros 1psl. Medtronic-Covidien, USA, ABSTACK15
1.3.	Sraigčių išmatavimai	1.3.1. Ilgis - 4,1 mm 1.3.2. Plotis - 3,28 mm	Sraigčių išmatavimai- ilgis- 4,1mm, plotis- 3,28mm. Konfidencialu.Brošiūros 3psl. Medtronic-Covidien, USA, ABSTACK15
1.4.	Sraigčių palaikančių sparnelių išmatavimai.	5,1 mm	Sraigčių sparnelių išmatavimai- 5,1mm. Konfidencialu.Brošiūros 3psl. Medtronic-Covidien, USA, ABSTACK15
1.5.	Sraigčių pilnos rezorbcijos laikas	ne ilgiau kaip 12 mėnesių.	Sraigčių pilnos rezorbcijos laikas- 12 mėnesių. Konfidencialu.Brošiūros 2psl. Medtronic-Covidien, USA, ABSTACK15
1.6.	Vienkartinis	Būtina.	Vienkartinis Konfidencialu.Brošiūros 1psl. Medtronic-Covidien, USA, ABSTACK15
1.7.	Sterilus	Būtina	Sterilus Konfidencialu.Brošiūros 1psl. Medtronic-Covidien, USA, ABSTACK15
1.8.	Sertifikatai	Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.	Pateikiame su pasiūlymu CE

1.9.	Galiojimo terminas	Ne mažiau kaip 12 mėnesių.	Galiojimo terminas 12 mėnesių.
------	--------------------	----------------------------	--------------------------------