

5 pirkimo dalis . Gimdos manipulatorius -1 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Privalomi techniniai parametrai	Siūlomi techniniai parametrai	Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras)
1.	Gimdos manipulatorius	Skirtas gimdos pakėlimui ir saugiam gimdos nupjovimui aplink keraminį žiedą	Skirtas gimdos pakėlimui ir saugiam gimdos nupjovimui aplink keraminį žiedą	Konfidencialu. Brosiura. Gimdos manipulatorius.pdf 1-3psl
2.	Komplektacija:			
2.1	Rotuojama instrumento valdymo rankena su fiksavimu	Būtina	Rotuojama instrumento valdymo rankena su fiksavimu	Konfidencialu. Brosiura. Gimdos manipulatorius.pdf 1-3psl
2.2	Išorinė apsauginė mova	Būtina	Išorinė apsauginė mova	Konfidencialu. Brosiura. Gimdos manipulatorius.pdf 1-3psl
2.3	Vidinė mova su fiksavimu	Būtina	Vidinė mova su fiksavimu	Konfidencialu. Brosiura. Gimdos manipulatorius.pdf 1-3psl
2.4	Apsauginių žiedų tvirtinimo mova su galimybe fiksuoti reikiamoje pozicijoje	Būtina	Apsauginių žiedų tvirtinimo mova su galimybe fiksuoti reikiamoje pozicijoje	Konfidencialu. Brosiura. Gimdos manipulatorius.pdf 1-3psl
2.5	Viendantės gimdos suėmimo žnyplės, tvirtinamos vidinėje movoje	1 vnt.	Viendantės gimdos suėmimo žnyplės, tvirtinamos vidinėje movoje	Konfidencialu. Brosiura. Gimdos manipulatorius.pdf 1-3psl
2.6	Ne mažiau kaip trys skirtingo dydžio apsauginiai žiedai su izoliaciniu sluoksniu, pagamintu iš keramikos-35, 40 ir 45 mm diametro	Būtina	Trys skirtingo dydžio apsauginiai žiedai su izoliaciniu sluoksniu, pagamintu iš keramikos-35, 40 ir 45 mm diametro	Konfidencialu. Brosiura. Gimdos manipulatorius.pdf 1-3psl
2.7	Ne mažiau kaip septyni skirtingo dydžio obturatoriai- 4x40 mm, 5x50 mm, 6x60 mm, 7x70 mm, 8x80 mm, 8x120 mm, 8x150 mm.	Būtina	Septyni skirtingo dydžio obturatoriai- 4x40 mm, 5x50 mm, 6x60 mm, 7x70 mm, 8x80 mm, 8x120 mm, 8x150 mm.	Konfidencialu. Brosiura. Gimdos manipulatorius.pdf 1-3psl

3.	Visos manipulatoriaus dalys turi būti daugkartinio naudojimo	Būtina	Visos manipulatoriaus dalys turi būti daugkartinio naudojimo	Konfidencialu. Brosiura. Gimdos manipulatorius.pdf 1-3psl
4.	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.	Būtina		Pateikiame su pasiūlymu
5.	Kartu su įranga pateikiama instrukcija	Lietuvių ir anglų kalbomis		Bus pateikta
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.		Garantija 24 mėnesiai