

VAKUUMINIŲ MĖGINTUVĖLIŲ IR PAPILDOMŲ DARBO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Priedas Nr. 3

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PATEIKIAMA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA						TIEKĖJO PILDOMA DALIS						
Pir-kimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Pageidaujama pakuotė	Orienta-cinis poreikis sutarties laikotarpiui 36 mėn.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai, privaloma pridėti dokumentaciją	Siūlomos prekės komercinis pavadinimas ir gamintojas	Atitikimas kokybiniais ir techniniams reikalavimams	Siūloma pakuotė	Mato vnt. kaina, be PVM	PVM %	Mato vnt. kaina, su PVM	Pasiūlymo suma eurais, su PVM (10 x 5 + PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	Saugi veninio kraujo surinkimo sistema				1. Visa pirkimo dalis turi būti vieno gamintojo arba jei kraujo surinkimo sistema siūloma skirtingų gamintojų, jos priedai turi būti tarpusavyje suderinami. Jeigu veninio kraujo paėmimo sistema siūloma iš skirtingų gamintojų kraujo paėmimo priemonių, reikalaujama pateikti kiekvienos priemonės gamintojo (visų trijų gamintojų) oficialų patvirtinimą, kad jo pagaminta priemonė suderinta ir tinka saugiam panaudojimui su kitų konkrečių gamintojų, kurių prekės siūlomos, priemonėmis. T.y., jeigu siūlomi mėgintuvėliai, adatos ir laikikliai yra skirtingų gamintojų, turi būti pateiktas kiekvienos iš siūlomų prekių gamintojo oficialus patvirtinimas, kad jo pagaminta prekė suderinta saugiai ir tinkamai naudoti su kitų (dviejų priemonių) siūlomų priemonių gamintojų priemonėmis (turi būti nurodytas kitų prekių gamintojas ir konkreti priemonė). Gamintojo patvirtinimas pateikiamas dokumento originalo kalba ir jo tinkamas vertimas į lietuvių kalbą. Veninio kraujo paėmimo sistema – ją sudarančios kraujo paėmimo priemonės turi būti tinkamos saugiai ir patogiai atlikti kraujo paėmimo procedūrą. 2. Mėgintuvėlių kamštelio spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6710 „Vienkartinė tara veninio kraujo surinkimui“ reikalavimus. 3. Turi būti sterilūs: atitiktį ISO 11137 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą arba lygiavertę ir pažymėti CE ženklu pagal 98/79/EEC direktyvą (pateikti sertifikatus). 4. Turi būti hermetiški, su saugiu personalui, kraują atstumiančiu hemorepelentiniu kamšteliu (pateikti gamintojo patvirtinimą). 5. Gamintojas akredituotas pagal ISO 9001 medicinos gaminių kokybės sistemos standartą. 6. Būtina pateikti po 10 vnt. pavyzdžių kiekvienai pozicijai. 7. Galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamšteliu. 8. Tiekėjas privalo pateikti galiojantį gamintojo įgaliojimą prekiauti siūlomais produktais.		Bendra 1 dalies pasiūlymo kaina:					62.965,35
1.1.	Vakuuminiai serumo mėgintuvėliai (su krešėjimo aktyvatoriumi) nuo 4,0 ml iki 4,5ml	vnt.	iki 100 vnt.	63000		Greiner Bio-One, Vak. Mėgintuvėlis 4 ml Serum R Premium, 454092	Atitinka	vnt.	0,0740	5%	0,0777	4.895,10
1.2.	Vakuuminiai serumo mėgintuvėliai (su krešėjimo aktyvatoriumi) ne ≥ 2 ml	vnt.	iki 100 vnt.	2000	Kamštelis turi specialų spalvinį žymėjimą nurodantį mažo tūrio arba pediatrinį panaudojimą bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą.	Greiner Bio-One, Vak. Mėgintuvėlis 2 ml Serum R Premium, 454096	Atitinka	vnt.	0,0760	5%	0,0798	159,60
1.3.	Vakuuminiai serumo mėgintuvėliai su geliu (+ su krešėjimo aktyvatoriumi) nuo 5 ml iki 6 ml	vnt.	iki 100 vnt.	115000		Greiner Bio-One, Vak. Mėgintuvėlis 5 ml Serum Sep R Premium, 456071	Atitinka	vnt.	0,1040	5%	0,1092	12.558,00
1.4.	Vakuuminiai serumo mėgintuvėliai su geliu (+ su krešėjimo aktyvatoriumi) nuo 3,0 ml iki 3,5 ml	vnt.	iki 100 vnt.	3000		Greiner Bio-One, Vak. Mėgintuvėlis 3,5 ml Serum Sep R Premium, 454225; Vak. Mėgintuvėlis 3,5 ml 17	Atitinka	vnt.	0,1040	5%	0,1092	327,60
1.5.	Vakuuminiai mėgintuvėliai su K ₃ EDTA nuo 3ml iki 4 ml	vnt.	iki 100 vnt.	140000		Greiner Bio-One, Vak. Mėgintuvėlis 4 ml EDTA K3 R Premium, 454036; Vak. Mėgintuvėlis 3 ml EDTA K3 R Premium, 454086;	Atitinka	vnt.	0,0760	5%	0,0798	11.172,00
1.6.	Vakuuminiai mėgintuvėliai su K ₃ EDTA ne ≥ 2 ml	vnt.	iki 100 vnt.	3000	Kamštelis turi specialų spalvinį žymėjimą nurodantį mažo tūrio arba pediatrinį panaudojimą bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą.	Greiner Bio-One, Vak. Mėgintuvėlis 2 ml EDTA K3 R Premium, 454087	Atitinka	vnt.	0,0760	5%	0,0798	239,40

1.7.	Vakuuminiai mėgintuvėliai gliukozės tyrimams nuo 3 ml iki 4 ml	vnt.	iki 100 vnt.	85000	su Na fluoridu + Kalio oksalatu (sausas miltelinė forma)	Greiner Bio-One, Vak. Mėgintuvėlis 4 ml Glucose Premium, 454062	Atitinka	vnt.	0,0760	5%	0,0798	6.783,00
1.8.	Vakuuminiai mėgintuvėliai gliukozės tyrimams $ne \geq 2$ ml	vnt.	iki 100 vnt.	3000	1.su Na fluoridu + Kalio oksalatu (sausas miltelinė forma) 2. Kamštelis turi specialų spalvinį žymėjimą nurodantį mažo tūrio arba pediatriinį panaudojimą bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą.	Greiner Bio-One, Vak. Mėgintuvėlis 2 ml Glucose Premium, 454061	Atitinka	vnt.	0,0760	5%	0,0798	239,40
1.9.	Vakuuminiai mėgintuvėliai krešėjimo sistemos tyrimams nuo 2,7 iki 3,5ml	vnt.	iki 100 vnt.	36500	1. Su 3,8 proc. arba 3,2 natrio citratu. 2. Mėgintuvėlio sienelė dviejų, skirtingo plastiko sluoksnių (pateikti įrodančius dokumentus). 3. Ant mėgintuvėlio etiketės žyma, nurodanti minimalią ir maksimalią arba minimalią leistiną užpildymo ribą. 4. Individualaus mėgintuvėlio (ne pakuotėje) galiojimas ne mažiau 9 mėn. 5. Pristatyti ne trumpesnio kaip 2/3 galiojimo laiko	Greiner Bio-One, Vak. Mėgintuvėlis 3,5 ml Coag. 3,2%NR, 454327; Vak. Mėgintuvėlis 3,5 ml SNC Coag. 3,8 % Premium, 454387	Atitinka	vnt.	0,0820	5%	0,0861	3.142,65
1.10.	Vakuuminiai mėgintuvėliai krešėjimo sistemos tyrimams $ne \geq 2$ ml	vnt.	iki 100 vnt.	2000	1. Su 3,8 proc. arba 3,2 natrio citratu. 2. Mėgintuvėlio sienelė dviejų, skirtingo plastiko sluoksnių (pateikti įrodančius dokumentus). 3. Ant mėgintuvėlio etiketės žyma, nurodanti minimalią ir maksimalią arba minimalią leistiną užpildymo ribą. 4. Individualaus mėgintuvėlio (ne pakuotėje) galiojimas ne mažiau 9 mėn. 5. Pristatyti ne trumpesnio kaip 2/3 galiojimo laiko 6.Kamštelis turi specialų spalvinį žymėjimą, nurodantį mažo tūrio arba pediatriinį panaudojimą, bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą	Greiner Bio-One, Vak. Mėgintuvėlis 2 ml Coag. 3,2% Premium, 454321; Vak. Mėgintuvėlis 2 ml Coag. 3,8 % Premium, 454381	Atitinka	vnt.	0,0820	5%	0,0861	172,20
1.11.	Adatos bandinių paėmimui 0,7x38 mm (22G); 0,8x38mm (21G)	vnt.	iki 100 vnt.	200000	1. Multibandinės, nerūdijančio plieno, silikonizuotos (pateikti įrodančius dokumentus). 2. Adatų sterilumas pagal ISO 11135 direktyvą arba lygiavertę, CE ženklas pagal 93/42 EEC direktyvą invaziniams medicinos gaminiams (pateikti sertifikatus) 3. Spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6009:1998 "Vienkartinių adatų spalvinis kodavimas" reikalavimus. 4. Tiekėjas privalo pateikti galiojantį gamintojo įgaliojimą prekiauti siūlomais produktais. 5. Būtina pateikti po 10 vnt. pavyzdžių kiekvienai pirkimo pozicijai.	Greiner Bio-One, Adata 21 G (0,8x38mm), 450076; Adata 22 G (0,7x38mm), 450075	Atitinka	vnt.	0,0660	5%	0,0693	13.860,00
1.12.	Adatos bandinių paėmimui su venos vizualizacijos funkcija 22G ir 21 G	vnt.	iki 100 vnt.	2500		Greiner Bio-One, Adata Visio Plus 21 G, 450040; Adata Visio Plus 22 G, 450041	Atitinka	vnt.	0,0800	5%	0,0840	210,00
1.13.	„Peteliškės“ rinkinys 21G ir 23G su Luer adapteriu, žarnelės ilgis 170-190 mm	vnt.	iki 100 vnt.	8000		Greiner Bio-One, Peteliškė+Luer 21G 18 cm (žalia), 450066; Peteliškė+Luer 23G 19 cm (žydra), 450089	Atitinka	vnt.	0,2800	5%	0,2940	2.352,00
1.14.	Saugus „peteliškės“ rinkinys su adatos užraktu (adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį, ištraukimo iš venos metu), smulkių venų performavimui, 23 G su Luer adapteriu, žarnelės ilgis 178-200 mm	vnt.	iki 100 vnt.	2500		Greiner Bio-One, Peteliškė Safety+Luer 21G 19 cm, 450081; Peteliškė Safety+Luer 23G 19 cm, 450082	Atitinka	vnt.	0,3800	5%	0,3990	997,50
1.15.	Saugus kraujo rinkimo adatos ir laikiklio su adatos užraktu rinkinys 21G	vnt.	iki 100 vnt.	2500		Greiner Bio-One, Rinkinys Quickshield 21 G (30), 450237	Atitinka	vnt.	0,2200	5%	0,2310	577,50
1.16.	Luer adapteris	vnt.	iki 100 vnt.	3000		Greiner Bio-One, Luer adapter, 20G, 450070	Atitinka	vnt.	0,0760	5%	0,0798	239,40
1.17.	Mėgintuvėlio laikiklis	vnt.	iki 300 vnt.	200000	Mėgintuvėlio laikiklis įsukamas	Greiner Bio-One, Adatos laikiklis, 450201	Atitinka	vnt.	0,0240	5%	0,0252	5.040,00

PASTABOS.

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti;
- 2. Tiekėjas pasiūlyme privalo pateikti skaičiuotę pagal kurią apskaičiuavo reagentų ir priemonių, reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kainą;**
3. Siūlomi reagentai ir priemonės turi būti paženklintos CE ženklu. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti tai įrodančius dokumentus.
4. Stovas perkančiajai organizacijai suteikiamas panaudos būdu 36 mėn. laikotarpiui (neatlygintinai, neįgyjant nuosavybės teisės).