

PASIŪLYMO FORMA
OSCILOGRAFO PIRKIMUI, NR. VU10589

2018-12-10

 (Data)

Kaunas

 (Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB ELINTOS MATAVIMO SISTEMOS
Tiekėjo įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių įmonių kodus)	135896117
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	Terminalo g. 3, Biruliškių km., LT-54469 Kauno r. (Kauno LEZ) Kęstučio g. 41A, LT-08123 Vilnius
Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Darius Skirmantas
Kontaktinio asmens telefono numeris	+370 687 10753
Kontaktinio asmens el. pašto adresas	darius@elintosms.lt

/Pastaba. Pildoma, jei ketinamas pasitelkti subtiekęjas (-ai)/kiti asmenys, kurių pajėgumais remiamasi

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiekęjo (-ų) (-ų) adresas (-ai)	-
Subtiekėjui (-ams) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. pirkimo sąlygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Jame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šias prekes, paslaugas ar darbus, o į nurodytas kainas (įkainius) įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi rangovo mokėtini mokesčiai:

2 lentelė. Siūloma kaina

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1.	Oscilografas TELEDYNE LECROY HDO6104A	vnt.	1	15840,00
2.	Suma:			15840,00
3.	PVM:			3326,4
4.	Suma su PVM:			19166,40

Pastabos:

1) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

2) Lentelėje pateikta bendra pasiūlymo suma, pagal kurią bus nustatoma tiekėjo pasiūlymo lyginamoji kaina. Jei tiekėjas pateiks pasiūlymo kainas be PVM, o pristatius prekes/suteikus paslaugas/atlikus darbus, PVM turės būti mokamas perkančiosios organizacijos, prie tiekėjo pasiūlymo palyginamosios kainos bus pridedama mokėtina PVM suma.

2.1. Bendra pasiūlymo kaina EUR, su PVM – 19166,40 Devyniolika tūkstančių šimtas šešiasdešimt šeši eurai ir 40 ct

3 lentelė. Kartu su pasiūlymu teikiama informacija

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Būtina (taip / ne)	Konfidencialumas (taip / ne)
Užpildyta pasiūlymo forma	Taip	Ne
EBVPD deklaracija (užpildyta dalyvio, kiekvieno jo jungtinės veiklos partnerio bei subtiekejo, jei tokių yra)	Taip	Ne
Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei jį pasirašo ne dalyvio vadovas)	Neteikiama	
Jungtinės veiklos sutarties kopija	Neteikiama	
Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai	Neteikiama	
Užpildyta techninė specifikacija	Taip	Ne
Siūlomos įrangos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai (pvz. gamintojo prekės aprašymas)	Taip	Ne

Pastaba: Tiekėjo nurodomas konfidencialumas perkančiajai organizacijai nėra privalomas ir bus vertinamas kiekvienu atveju individualiai. Rekomendacinė informacija dėl konfidencialumo pateikiama <https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730625-Kaip-turi-b%C5%ABti-suprantamas-konfidencialumas-vie%C5%A1uosiuose-pirkimuose->.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Direktorius Vytautas Narbutas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekei. Prekė turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Reikalavimai oscilografui

Eil. Nr.	Reikalaujamas parametras (<i>angliškas vertimas</i>)	Vertė/value	Siūloma vertė [<i>pildo tiekėjas</i>]
1.	Oscilografo analoginių signalų kanalų skaičius (<i>number of oscilloscope analogue channels</i>)	bent/at least 4	4 kanalai
2.	Oscilografo darbinės dažnių juostos plotis (<i>Oscilloscope bandwidth</i>)	bent/at least DC – 1 GHz	1 GHz
3.	Signalų pakilimo laikas tarp 10 - 90 %, 50 Ω įėjimo varžai (<i>rise time between 10 - 90 % for 50 Ω input resistance</i>)	mažiau/less than 500 ps	450ps
4.	Be programinės interpoliacijos pasiekama didžiausia realaus laiko nuskaitymo sparta vienkartiniais (nesikartojantiems) signalams (<i>max. real-time sampling rate without software interpolation for single-shot (non-repetitive) signals</i>)	bent/at least 2.5 GSa/s	10 GSa/s
5.	Su SinX/x interpoliacija pasiekama nuskaitymo sparta (<i>max. sampling rate with SinX/x interpolation</i>)	bent/at least 10 GSa/s	10 GSa/s
6.	Atminties talpa verčių įrašymui (<i>memory depth</i>)	bent/at least 50 Mpts	50 Mpts/ch
7.	Analogas – kodas keitiklio (ADC) bitų skaičius (<i>number of ADC bits</i>)	bent/at least 12	12
8.	Efektinis bitų skaičius ENOB DC – 1 GHz dažnių ruože (<i>Effective Number of Bits (ENOB) in DC – 1 GHz frequency range</i>)	bent/at least 8	8,4
9.	Galimos įėjimų varžos (<i>available input resistances</i>)	bent 50 Ω ir 1 M Ω / at least 50 Ω and 1 M Ω	50 Ω ir 1 M Ω
10.	Jautrio ribos 50 Ω įėjimo varžai (<i>sensitivity range for 50 Ω input resistance</i>)	bent/at least 1 mV/div - 1 V/div	1 mV/div - 1 V/div
11.	Jautrio ribos 1 M Ω įėjimo varžai (<i>sensitivity range for 1 MΩ input resistance</i>)	bent/at least 1 mV/div - 10 V/div	1 mV/div - 10 V/div
12.	Laiko skleistinių intervalas (<i>time/division range</i>)	bent/at least 40 ps/div – 1000 s/div	20 ps/div – 5000 s/div
13.	Paleidimo signalo ir interpoliacijos laikinė sklaida (<i>Trigger and Interpolation Jitter</i>)	5 ps arba mažiau /5 ps or less	≤ 3.5 ps
14.	Oscilografo operacinė sistema (<i>Operating system of the oscilloscope</i>)	Suderinama su Microsoft Windows	Microsoft Windows 7 Pro 64 bit

		programomis / <i>Compatible with Microsoft Windows programs</i>	
15.	Statistinės informacijos apdorojimas ir histogramų atvaizdavimas tiesiogiai oscilografe bent šiems matuojamiems dydžiams (<i>Collection of pulse statistical information and display of histograms directly within the oscilloscope screen at least for these quantities</i>):	Impulsų įtampos amplitudės, impulsų priekinių frontų vėlinimai paleidžiančiojo signalo atžvilgiu/ <i>Pulse amplitudes and pulse delays with respect to the trigger signal.</i>	Impulsų įtampos amplitudės, impulsų priekinių frontų vėlinimai paleidžiančiojo signalo atžvilgiu
16.	Tiesiogiai oscilografe atvaizduojami impulsų įtampos amplitudžių ir impulsų vėlinimų statistiniai parametrai (<i>Statistical parameters of pulse amplitudes and pulse delays displayed directly within the oscilloscope screen</i>)	Bent vidurkis ir standartinis nuokrypis / <i>At least mean value and standard deviation.</i>	vidurkis ir standartinis nuokrypis
17.	Jungtys kompiuterinio tinklo prijungimui (<i>network connections</i>)	bent 1 vnt. 10/100/1000BaseT standarto, RJ45 jungtimis / <i>at least 1, 10/100/1000BaseT standard RJ45 connectors.</i>	10/100/1000BaseT standarto, RJ45
18.	Jungtys išorinio monitoriaus prijungimui (<i>external monitor ports</i>)	bent viena HDMI arba DisplayPort jungtis, bent viena DVI jungtis, ir bent viena 15-os kontaktų VGA jungtis. / <i>at least one HDMI or DisplayPort connector, at least one DVI connector and at least one 15 pin VGA connector.</i>	HDMI, DVI, 15 pin VGA
19.	Maitinimo įtampa (<i>supply voltage</i>)	220 - 240 V, AC, 50 Hz	220 - 240 V, AC, 50 Hz
20.	Garantija (<i>warranty</i>)	bent 3 metai / <i>at least 3 years</i>	3 metai