

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,
A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

PASIŪLYMAS
DĖL KVĖPAVIMO FILTRŲ IR ĮTAISŲ PIRKIMO

2019-07-16 Nr. KD19-249

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Graina“
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Tiekėjo (įmonės) kodas	147736647
PVM mokėtojo kodas	LT477366410
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Arūnas Padvariškis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Administratorė VP specialistė Edita Štuopienė
Telefono numeris	8 5 2338258
Fakso numeris	8 5 2135558
El. pašto adresas	info@graina.lt

Numatomi subtiekejai:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome paslaugas nurodytas 2 priede

* Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina/vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.


Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama**.

Šiame pasiūlyme pateikti dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Pasiūlymas	1
2	Kvėpavimo filtrų ir įtaisų sąrašas ir kiekiai	2
3	espd-response	3
4	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF	4
5	rvtm3-Filtrai	5

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Administratorė VP specialistė



Edita Štuopienė

SUDERINTA:

Dujų terapijos ir kvėpavimo prietaisų techninė specifikacija, 2019 m. konkursui

Pirk.d. Nr.	Pavadinimas	Techninė specifikacija	Pastaba (nurodomi siūlomi parametrai, jei neatitinka reikalavimų)
2.1	Dantų šepetėlis su atsiurbimo funkcija	su tiesioginiu pajungimu prie atsiurbimo sistemos; Intersurgical Ref. 3016 arba lygiavertis.	
2.2	Burnos higienos gelis	supakuotas individualiai; pakuotė 3±1 g.	
3	Kvėpavimo kontūras aparatui Pulmonetic LTV 1200	sistemos diametras 22 mm; ilgis ne trumpesnis nei 180 cm; sistemos vamzdeliai gofruoti; turi tikti Pulmonetic LTV 1200 DPV aparatui; Carefusion Ref. 10822 arba lygiavertis.	
4	Šilumos ir drėgmės regulatorius pacientams su tracheostoma	vienkartinė; be latekso; jungtis 15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio); šarnyrinė jungtis vamzdeliui pajungti; supakuoti po 1 vnt.; veikimo laikas ne trumpesnis nei 24 val.; priemonės tūris 19 ml, pasipriešinimas ne daugiau kaip 0,7 cm H ₂ O (esant 60l/min pasipriešinimui), drėgmės grąžinimas ne mažiau 26mg H ₂ O/l), svoris 8±1 g; Intersurgical Ref. 1873 arba lygiavertis;	
6	T tipo jungtis	jungtys 22M-22M-22M/15F; Intersurgical Ref. 1980 arba lygiavertis.	
7	Kvėpavimo sistema kūdikiams tinkama Neopuff aparatui	vienkartinė; ilgis 120 ± 10 cm; be latekso; gofruota, diametras 10 mm; reguliuojamas PEEP dangtelis paciento pusėje; sistemos jungtis paciento pusėje 22M/15F, aparato pusėje 10F; papildomos jungtys 15M-10M, 22F-10M, 10M jungtis Neopuff aparatui; Intersurgical Ref. 6433000 arba lygiavertis.	
8	Antibakteriniai filtrai prie RVTM3 įrenginio	vienkartiniai, nesterilūs; skirti vakuumo regulatoriaus RVTM3 ir centralizuotos vakuumo sistemos apsaugai nuo bakterijų, gleivių, skysčių patekimo; prie vakuumo regulatoriaus RVTM3 jungiasi be papildomų konstrukcinių elementų; filtro diametras 50 ± 10 mm; filtro membrana iš borosilikato arba analogiškos medžiagos.	Originalūs antibakteriniai filtrai RVTM3 įrenginiui
9	Aukštos koncentracijos deguonies kaukė, vaikiška	vienkartinė; be latekso; kaukės kraštai minkšti, neaštrūs; kaukė yra su tvirtinimo juostele tvirtinimui apie paciento galvą; su nosies spausutuku;	

		su deguonies vamzdeliu, kurio ilgis ne trumpesnis nei 180 cm, vamzdelio vidinis diametras ne lygiasienis; su ne mažiau 1 litro permatomu rezervuaru; Intersurgical Ref. 1192 arba lygiavertis.	
10	Rezerviniai maišai 0,5 l su 15 F jungtimi	vienkartiniai; be latekso; individualiai supakuoti; tūris 0,5 l, jungtis 15 F; Intersurgical Ref. 2805 arba lygiavertis.	
11	Laringinės vienkartinės kaukės 2 dydžio	sterili; vienkartinė; be latekso; nugarinė distalinė dalis lygi, tvirta; kvėpavimo vamzdelis permatomas; balionėlis, skirtas distalinei daliai išpūsti integruotas į kvėpavimo vamzdelio sienelę; užrašai esantys ant vamzdelio ryškūs, neišsitrinantys; paciento svoris <10-20 kg; Intersurgical Ref. 8002000 arba lygiavertis.	
12	Anesteziologinės kaukės vaikams	vienkartiniai; skaidraus korpuso, su neslidžiais žiedais, užtikrinančiais patogesnę kaukės naudojimą; kaukės kraštai minkšti, neaštrūs, skirtingos spalvos nei kaukės korpusas; be ftalatų ir PVC, be latekso; anatomicinės formos; su hook'o žiedu; jungtis 22 F; supakuota po 1 vieneta; Intersurgical Ref. 7092 Intersurgical arba lygiavertis.	
13	Anesteziologinės kaukės minkštu priegalviu	pagaminta iš PVC; skaidraus lankstaus korpuso ir priegalvio; minkštas priegalvis užtikrinantis hermetiškumą; su hook'o žiedu, kuris spalviškai koduotas pagal dydį; jungtis 22 F. Intersurgical Ref 1516, 1517 arba lygiavertės.	
14	Sukandimo blokatorius	pagamintas iš termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos; be latekso; sterilus, vienkartinis; atrauminis; fiksatoriaus laikiklis priglundą prie veido, netrukdo anesteziologinės kaukės naudojimui; nėra galimybės fiksatorių praryti ar įkvėpti; naudojamas operacijų metu, kad pacientas nesukastų intubacinio vamzdelio; supakuotas po vieną vieneta; sukandimo fiksatoriaus pasipriešinimas sukandimui ≥ 1240 N; įvairių dydžių, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; BreatheSafe Ref. BB01 arba lygiavertis.	-