

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

**PASIŪLYMAS PIRKIMO DALIES Nr. 5
KRAUJO PAĖMIMO KĖDĖ**

2019-08-21

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiektėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB Rehalinija
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiektėjai, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Šiaurės pr. 38-25, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorė Nadežda Šautkulienė
Telefono numeris	862611553
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@rehastar.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2) pirkimo sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	PVM	Pasiūlymo suma Eur su PVM
1	Kraujo paėmimo kėdė	Vnt.	2	727,27	305,45	1760,00
2	Kraujo paėmimo kėdė	Vnt.	6	1909,09	2405,45	13860,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 15620,00 Eur (penkiolika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt eurų ir 00 ct).

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Siūlomų prekių techninės charakteristikos turi atitikti techninius reikalavimus. Pateikti išsamius prekių techninius aprašymus lietuvių kalba, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje (originalai ar tinkamai patvirtintos kopijos), pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

2. Garantinis aptarnavimas ne mažiau 24 mėn.

Pastaba*. Nurodoma tiekėjo siūlomų prekių parametrai/ charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su

pasiūlymu, reiškia, kad Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių gamintojo tą informaciją teikiamuose dokumentuose ar interneto nuorodoje, kuri įrodytų jo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos kiekvienoje eilutėje nustatytiems reikalavimams, jei tiekėjas nepateikia kartu su pasiūlymu gamintojo dokumentų, įrodančių, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

DVI KRAUJO PAĖMIMO KĖDĖS

	Techniniai reikalavimai	Siūlomi parametrai
1.	Kraujo paėmimo kėdė turi būti sudaryta iš:	Kraujo paėmimo kėdė sudaryta iš:
1.1.	sėdimosios dalies,	sėdimosios dalies,
1.1.1.	plotis 550*mm, gylis 500* mm.	plotis 550*mm, gylis 500* mm.
1.2.	atlošo	atlošo
1.2.1.	plotis 550* mm, aukštis 700* mm;	plotis 550* mm, aukštis 700* mm;
1.2.2.	atlošas atlenkiamas rankiniu būdu dujinės spyruoklės arba lygiaverčių mechanizmų	atlošas atlenkiamas rankiniu būdu dujinės spyruoklės
1.2.3.	atlošo atlenkimo kampas ne mažiau 75° ,	atlošo atlenkimo kampas iki 75° ,
1.3.	iš plieninio vamzdžio ar iš kitų plieno profilių pagaminto tvirtos konstrukcijos rėmo,	iš plieninio vamzdžio plieno profilių pagaminto tvirtos konstrukcijos rėmo,
1.3.1.	rėmas turi turėti keturias, reguliuojamo aukščio,	rėmas turi keturias, reguliuojamo aukščio,
1.3.2.	kojeles;	kojeles;
	rėmo konstrukcijos danga turi būti atspari	rėmo konstrukcijos danga atspari
1.4.	dezinfekcinėms valymo priemonėms ir UV	dezinfekcinėms valymo priemonėms ir UV
1.4.1.	spinduliams.	spinduliams.
1.5.	dviejų reguliuojamų porankių.;	dviejų reguliuojamų porankių.;
	porankiai reguliuojami visomis kryptimis	porankiai reguliuojami visomis kryptimis
1.5.1.	rankiniu būdu	rankiniu būdu
1.6.	papildomo plastikinio staliuko 240* mm x 340* mm medicinos priemonėms;	papildomo plastikinio staliuko 248* mm x 348* mm medicinos priemonėms;
2.	staliuko apkrova ne mažiau 10 kg. Nerūdijančio plieno reguliuojamo aukščio stovo infuzijoms	staliuko apkrova 10 kg. Nerūdijančio plieno reguliuojamo aukščio stovo infuzijoms
	Kėdės gabaritiniai matmenys:	Kėdės gabaritiniai matmenys:
3.	- plotis su porankiais 880* mm;	- plotis su porankiais 880* mm;
4.	- sėdimos dalies aukštis 500* mm nuo rėmo apatinės dalies, nereguliuojamas	- sėdimos dalies aukštis 500* mm nuo rėmo apatinės dalies, nereguliuojamas
	Maksimali leistina kėdės apkrova ne mažiau 150	Maksimali leistina kėdės apkrova 150 kg.,
4.1.	kg.,	Sėdimoji dalis, nugaros atlošas ir porankiai,
5.	Sėdimoji dalis, nugaros atlošas ir porankiai, padengti besiūliais apmušalais, atspariais	padengti besiūliais apmušalais, atspariais
6.	dezinfekavimo priemonėms ir UV spinduliams.	dezinfekavimo priemonėms ir UV
	turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau kaip iš 8	spinduliams.
7.	spalvų.	galimybė pasirinkti ne mažiau kaip iš 8 spalvų.
8.	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. Kėdžių pristatymo pirkėjui ir sumontavimo išlaidos turi būti įskačiuotos į pasiūlymo kainą. Perkama 2 (du) vienetai kėdžių kraujo paėmimui.	Kartu su pasiūlymu pateikiama EB atitikties deklaracijos kopija. Kėdžių pristatymo pirkėjui ir sumontavimo išlaidos įskačiuotos į pasiūlymo kainą. Perkama 2 (du) vienetai kėdžių kraujo paėmimui.
		Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėnesiai.

	Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai. * - galimi matmenų nukrypimai ± 30 mm	
--	---	--

ŠEŠIOS PASUKAMOMS KRAUJO PAĖMIMO KĖDĖMS

	Techniniai reikalavimai	Siūlomi parametrai
1.	Kraujo paėmimo kėdės konstrukcija turi būti sudaryta iš:	Kraujo paėmimo kėdės konstrukcija sudaryta iš:
1.1.	ne mažiau kaip iš trijų (sėdimos dalies, atlošo ir kojų dalies), tarpusavyje sujungtų į vientisą ergonomiškai suformuotą sėdimą/gulimą dalį.	iš trijų (sėdimos dalies, atlošo ir kojų dalies), tarpusavyje sujungtų į vientisą ergonomiškai suformuotą sėdimą/gulimą dalį.
1.1.1.	sėdimos dalies plotis 470* mm, gylis 430* mm.	sėdimos dalies plotis 470* mm, gylis 430* mm.
1.1.2.	atlošo plotis 470* mm, aukštis 840* mm	atlošo plotis 475* mm, aukštis 844* mm
1.2.	kojų dalies plotis 470* mm, ilgis 440* mm	kojų dalies plotis 475* mm, ilgis 442* mm
1.2.1.	dviejų reguliuojamų porankių.	dviejų reguliuojamų porankių.
1.3.	porankiai reguliuojami visomis kryptimis rankiniu būdu	porankiai reguliuojami visomis kryptimis rankiniu būdu
1.3.1.	papildomo plastikinio staliuko 240* mm x 340* mm medicinos priemonėms;	papildomo plastikinio staliuko 240* mm x 340* mm medicinos priemonėms;
1.4.	staliuko apkrova ne mažiau 10 kg.	staliuko apkrova 10 kg.
1.5.	nerūdijančio, plieno reguliuojamo aukščio stovo infuzijoms	nerūdijančio, plieno reguliuojamo aukščio stovo infuzijoms
1.5.1.	vieno, kolonos tipo stovo (kojos) su plačiu pagrindu apačioje, kurio skersmuo ne mažesnis nei 600 mm.	vieno, kolonos tipo stovo (kojos) su plačiu pagrindu apačioje, kurio skersmuo 600 mm.
1.6.	Kojos (stovo) apatinė dalis turi būti neslidi	Kojos (stovo) apatinė dalis neslidi
1.7.	kojos (stovo) danga atspari dezinfekcinėms valymo priemonėms ir UV.	kojos (stovo) danga atspari dezinfekcinėms valymo priemonėms ir UV.
1.7.1.	Įsikibimo rankenos pacientams;	Įsikibimo rankenos pacientams;
1.7.2.	Kėdės funkcionalumas: kėdė turi būti lengvai transformuojama iš sėdimosios į gulimąją padėtį vienos rankenėlės paspaudimu.	Kėdės funkcionalumas: kėdė lengvai transformuojama iš sėdimosios į gulimąją padėtį vienos rankenėlės paspaudimu.
1.7.3.	atlošimo valdymas rankiniu būdu mechaniškai	atlošimo valdymas rankiniu būdu mechaniškai
2.	arba dujinės spyruoklės pagalba	dujinės spyruoklės pagalba
2.1.	kėdė turi būti sukiojama apie vertikalią ašį ne mažiau kaip 360 laipsnių kampu.	kėdė sukiojama apie vertikalią ašį 360 laipsnių kampu.
	pasukimas turi būti fiksuojamas.	pasukimas fiksuojamas.
2.2.	Kėdės gabaritiniai matmenys:	Kėdės gabaritiniai matmenys:
3.	- plotis su porankiais 570* mm;	- plotis su porankiais 575* mm;
4.	- sėdimos dalies aukštis 480* mm nuo kojos (stovo) apatinės dalies;	- sėdimos dalies aukštis 484* mm nuo kojos (stovo) apatinės dalies;
	sėdimos dalies aukštis nereguliuojamas	sėdimos dalies aukštis nereguliuojamas
5.		Maksimali leistina kėdės apkrova 200 kg.,

6.	Maksimali leistina kėdės apkrova ne mažiau 200 kg.,	Sėdimoji dalis, nugaros atlošas ir porankiai, padengti besiūliais apmušalais, atspariais dezinfekavimo priemonėms ir UV spinduliams.
7.	padengti besiūliais apmušalais, atspariais dezinfekavimo priemonėms ir UV spinduliams.	Kartu su pasiūlymu pateikiama EB atitikties deklaracijos kopija.
8.	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.	Kėdžių pristatymo pirkėjui ir sumontavimo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
9.	Kėdžių pristatymo pirkėjui ir sumontavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau kaip iš 8 spalvų.	galimybė pasirinkti iš 8 spalvų.
	Perkama 6 (šeši) vienetai pasukamų kėdžių kraujo paėmimui.	Perkama 6 (šeši) vienetai pasukamų kėdžių kraujo paėmimui.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėnesiai.
	* galimi matmenų nukrypimai ± 30 mm	

Vykdamas sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekęjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai*

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	5
2.	Kiti dokumentai	15

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)


(Parašas*)

Nadežda Šautkuliene
(Vardas ir pavardė*)