

## VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. rugsėjo 17 d. Nr. B2-47/19(12.28)

Radviliškis

*Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė*, juridinio asmens kodas **171443841**, kurios registruota buveinė yra **Gedimino g. 9, LT-82174 Radviliškis**, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama **direktoriaus Vaido Smalinsko**, veikiančio pagal įstatus (toliau – **Pirkėjas**) ir UAB „Apex Medicus“, juridinio asmens kodas **225471510**, kurios registruota buveinė yra **Baltupio 165c, 08432 Vilniuje**, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama **direktoriaus Stasio Baltagalvio**, veikiančio pagal įstatus (toliau – **Tiekėjas**), toliau kartu šioje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, gavę ir aptarę informaciją, susijusią su teikiamų prekių prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, prekių kaina, prekių teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos Pirkėjo apsisprendimui sudaryti sutartį, vadovaudamiesi Pirkėjo įgyvendinamo viešojo pirkimo (toliau – Pirkimas) rezultatais (pirkimo pavadinimas: Skaitmeninė rentgeno diagnostinė sistema, sprendimo sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį data: 2019 m. rugsėjo 04 d., Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, atsižvelgdami į Pirkėjo įgyvendinamo Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas, sudarė šią viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

### I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas – **skaitmeninė rentgeno diagnostinė sistema** (toliau – Prekės).

2. Įsigijimas apima: transportavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, tikrinimo, kitas su tinkamu prekės pristatymu susijusias išlaidas, patalpų paruošimas/suremontavimas prekės eksploatavimui, pristatytos prekės surinkimas, sumontavimas, instaliavimas ir įdiegimas perkančiosios organizacijos patalpose, paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su preke, prekės garantinė priežiūra. Pristatomų prekių techninė specifikacija pateikiama Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.

3. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties 1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. Sutarties 1 punkte nurodytos Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtiniais reikmenimis, technine ir naudojimo instrukcijomis, serviso dokumentacija, CE sertifikatais (arba lygiaverčiais dokumentais), ne vienkartinėms prekėms – rekomendacijos prekės dezinfekcijai, prekių ženklinimo išaiškinimai ir pan., kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose. Palydimieji dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas lietuvių kalba. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi) arba Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi).

4. Atsiradus nenumatytoms, nuo šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį, Tiekėjas negali pristatyti Sutarties 1 punkte nurodyto modelio Prekės, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnių nei pasiūlyme nurodytoji techninių charakteristikų prekę.

## II SKYRIUS

### PREKIŲ PRISTATYMO VIETA IR TERMINAS

5. Prekės turi būti pristatytos – *VšĮ Radviliškio ligoninė, Gedimino g. 9, LT-82174 Radviliškis.*

6. Sutartis įsigalioja nuo **2019-09-18** ir galioja 6 mėnesius. *Prekės turi būti pristatytos, paruoštos eksploatacijai – per 3 (tris) mėnesius, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo.*

7. Atsiradus nenumatytomis, nuo šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį, Sutarties 6 punkte numatytas bendras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas dėl prekės paruošimo eksploatacijai, šalių rašytiniu sutikimu, gali būti pratęstas ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų.

## III SKYRIUS

### SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

8. Bendra sutarties kaina už Sutarties 1 punkte nurodytas prekes:

8.1. Bendra Sutarties kaina (įskaitant PVM) yra **154 945,34 (Vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki Eurai 34 ct);**

8.2. PVM yra 26 891,34 (Dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas Eurais 34 ct);

8.3. Bendra Sutarties kaina (be PVM) yra 128 054,00 (Vienas šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai penkiasdešimt keturi eurai ).

9. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui prekių kaina perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM);

$S_S$  – bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

$A$  – įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (pristatytų prekių/suteiktų paslaugų) kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

$T_S$  – senas PVM tarifas (procentais);

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais);

Numatytas kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama.

11. Sutarties kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (pvz., transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, tikrinimo, draudimo, pristatytų surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas; įdiegimą; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėse specifikacijose, pateikimo išlaidas; Prekių garantinės ir techninės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; Pirkėjo darbuotojų mokymo išlaidas).

12. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Pirkėjas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą ar sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

13. Su Tiekėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos, kai pinigai bus

pervesti iš SAM, mokėjimo pavedimu į Tiekėjo sąskaitą, nurodytą Sutartyje. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą.

#### **IV SKYRIUS PREKIŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS**

14. Pristatytų Prekių rezultatus Tiekėjas įsipareigoja nurodyti paruoštuose prekių priėmimo-perdavimo aktuose ar lygiaverčiame dokumente.

15. Tiekėjas prekes kartu su visais jos priedais ir dokumentais perduoda Pirkėjo įgaliotam asmeniui. Tiekėjas pasirūpina, kad prekės būtų pristatytos į Pirkėjo nurodytą vietą, suderina su Pirkėju, kad perduodant prekes būtų įformintas prekių perdavimas-priėmimas. Prekių priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

16. Prekė nebus priimama, kol nebus atlikti reikiami patikrinimai ir bandymai, kurie atliekami Pardavėjo sąskaita ją sumontavus.

17. Prieš priimdamas prekę, Pirkėjas (jo įgaliotas asmuo) įsipareigoja patikrinti jos kokybę, o jeigu neįmanoma patikrinti priėmimo metu – po jos priėmimo. Pirkėjas pastebėjęs prekės kokybės trūkumus per 20 (dvidešimt) dienų turi teisę reikalauti: iki nurodyto termino iš prekės pristatymo vietos išgabenti prekę, pakeisti ją į tinkančią ir konkurso sąlygas atitinkančią prekę; Tiekėjo sąskaita ištaisyti Pirkėjo nurodytus defektus.

#### **V SKYRIUS PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJA**

18. Tiekėjas garantuoja, kad pristatyta prekė yra nauja, nenaudota ir atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tiekėjas taip pat garantuoja, kad Sutarties sudarymo metu nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių prekės nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas ją ketino naudoti.

19. Tiekėjas šiai prekei suteikia ne trumpesnę nei 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją, taikomą nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Garantija galioja prekei ir visoms jos sudėtinėms dalims. Taip pat atlieka techninę priežiūrą garantinio laikotarpio metu.

20. Jei prekės defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu apie tai informuoja Tiekėją. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu Pirkėjo pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado Pirkėjui tinkamai eksploatuojant prekę. Tiekėjo atstovo atvykimo laikas - 12 val. nuo pranešimo apie gedimą pateikimo.

21. Jei Tiekėjas nepašalina defekto ar gedimo per Pirkėjo pranešime apie gedimą nurodytą laikotarpį, taip pat ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima susisiekti arba kai susisiekti pavyksta, bet jis negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą Tiekėjo sąskaita. Tokiais atvejais Pirkėjas informuoja Tiekėją ir jam Pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktus darbus, kurią Tiekėjas privalo apmokėti.

#### **VI SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS**

22. Tiekėjas įsipareigoja:

22.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

22.2. nustatytu terminu pristatyti Prekes, atitinkančias Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus techninius reikalavimus, į vietą, numatytą Sutartyje;

22.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo

metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

22.4. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 10 dienos. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

22.5. pasirūpinti įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

22.6. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Perkančiajai organizacijai ir (ar) tretiesiems asmenims tiesioginių nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai ir (ar) atstovai nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Perkančiajai organizacijai ir (ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

22.7. nenaudoti Pirkėjo Prekių ir (ar) Paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

22.8. prisiimti prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento;

22.9. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, bei konsultuoti Pirkėją kitais su Tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais klausimais;

22.10. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminui, Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

22.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

22.12. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

22.13. jei pirkimo dokumentuose buvo numatytas reikalavimas, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, prisiimtų solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui užtikrinti, kad už Sutarties vykdymą solidariai yra atsakingi ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi.

23. Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais.

24. Pirkėjas įsipareigoja:

24.1. sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį;

24.2. paruošti patalpas prekių pristatymui ir sumontavimui (elektros įvado įsirengimas ir kt.). Tiekėjas pristato prekes tik gavęs išankstinį Pirkėjo sutikimą. Jei Pirkėjas nespėja tinkamai paruošti patalpų iki prekių pristatymo, prekių pristatymo terminas stabdomas tiek dienų, kiek Pirkėjas delsia paruošti patalpas prekių pristatymui.

24.3. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus techninius reikalavimus;

24.4. Tiekėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus ir pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ar debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas tiekėjui pateikus naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu;

24.5. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 21.3. punkte nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoti subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui per 5 dienas;

24.6. suteikti Tiekėjui informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

24.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

25. Perkančioji organizacija turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais. Tokio atsiskaitymo

tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Perkančioji organizacija, Tiekėjas ir jo subtiektėjas (-ai).

## **VII SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

26. Tiekėjas, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti Perkančiajai organizacijai Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiama kartu su laidavimo draudimo polisu ir apmokėjimą įrodančiu dokumentu). Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo Bendros Sutarties kainos (įskaitant PVM). Banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.

27. Pratęsus tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Tiekėjo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas.

28. Jei sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Perkančioji organizacija raštu pareikalauja Tiekėjo per 14 (keturiolika) dienų nuo Perkančiosios organizacijos rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti sutartį.

29. Perkančioji organizacija Sutarties įvykdymo užtikrinimą grąžina Tiekėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo šios sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą.

## **VIII SKYRIUS TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS)**

30. Susitarimas, pagal kurį Tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subtiekimu sutartimi. Toks susitarimas turi būti rašytinis. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti, turi pasitelkti tik tuos subtiektėjus, kurie numatyti Tiekėjo pasiūlyme. Jeigu subtiektėjai nėra žinomi, jie gali būti nenurodyti Tiekėjo pasiūlyme. Tokie subtiektėjai gali būti pasitelkiami sutarties vykdymo metu, jei atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir nėra pašalinimo pagrindų. Tais atvejais, kai tiekėjas nesiremia subtiektėjo pajėgumais, pasitelkiant naujus subtiektėjus, pateikiami ir jų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. Pirkėjas tokiu atveju patikrina pašalinimo pagrindų nebuvimą ir, jeigu subtiektėjo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, reikalauja per Pirkėjo nurodytą terminą pakeisti tokį subtiektėją reikalavimus atitinkančiu subtiektėju.

31. Sutarties vykdymo metu, kai subtiektėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiektėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų ar (ir) atsiranda poreikis pasitelkti naujus subtiektėjus, Tiekėjas gali pakeisti arba pasitelkti naujus subtiektėjus. Apie tai Tiekėjas iš anksto raštu turi informuoti Perkančiąją organizaciją, nurodydamas subtiektėjų pakeitimo ar naujų subtiektėjų pasitelkimo priežastis ir būsimus subtiektėjus. Tuo atveju, jei Tiekėjas nori pasitelkti naują subtiektėją ir konkurso sąlygose buvo keliama kvalifikacija subtiektėjams, Tiekėjas iš anksto informuodamas apie naujo subtiektėjo pasitelkimą taip pat turi pateikti ir kvalifikacijos atitikties įrodančius dokumentus. Tuo atveju, jei subtiektėjams konkurso sąlygose buvo keliama kvalifikacija, tai Perkančioji organizacija turi įvertinti keičiamų ar (ir) naujai pasitelkiamų subtiektėjų atitikimą

kvalifikacijos reikalavimams bei, ar nėra subtiekejų pašalinimo pagrindų ir subtiekejų keitimui ir (ar) naujų subtiekejų pasitelkimui pritarti tik tokiu atveju, jei subtiekejai atitinka kvalifikacijos reikalavimus bei nėra subtiekejų pašalinimo pagrindų. Jei subtiekėjas, kurio pajėgumais remiamasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ar jo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu. Subtiekejų keitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Ši sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Tiekėjas nurodo subtiekejus, kuriuos ketina pasitelkti.

## **IX SKYRIUS SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS**

32. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose, t. y. Sutartis gali būti keičiama šiais atvejais: dėl Sutartyje numatyto Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino (-ų) pratęsimo (-ų), Sutartyje numatyto prekės modelio keitimo (jeigu yra numatyta), Sutartyje numatyto kainos perskaičiavimo dėl pasikeitusio PVM tarifo bei Sutartyje numatyto subtiekejų keitimo.

33. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

34. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Perkančiajai organizacijai. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

## **X SKYRIUS SUTARTINIŲ TERMINŲ NESILAIKYMAS**

35. Jeigu Sutarties vykdymo metu Tiekėjas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir (ar) nustatyta tvarka įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, jis nedelsdamas raštu praneša Perkančiajai organizacijai apie minėtas aplinkybes bei numatomą vėlavimo trukmę. Gavusi nurodytą pranešimą, Perkančioji organizacija gali nustatyti protingą papildomą terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, bet ne ilgiau nei iki datos, nurodytos Sutarties II skyriuje, ir apie tai raštu pranešti Tiekėjui. Nustačiusi protingą papildomą terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, Perkančioji organizacija gali šiam terminui sustabdyti savo prievolių vykdymą ir pareikalauti atlyginti nuostolius.

36. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nustatytą terminą, Perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdama teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties su PVM kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

37. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Perkančioji organizacija vėluoja sumokėti Tiekėjui, Tiekėjas nuo Sutarties II skyriuje nurodyto termino pabaigos turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

38. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

## **XI SKYRIUS**

### **SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS**

39. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį arba atsiradus svarbioms priežastims, Perkančioji organizacija gali sustabdyti visą ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tol, kol Tiekėjas pašalins Sutarties vykdymo trūkumus arba kol išnyks šiame punkte nurodytos atsiradusios svarbios priežastys per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą. Jei Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti Sutartį.

40. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Perkančiajai organizacijai reikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos. Jei Perkančioji organizacija per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnaujina, Tiekėjas turi teisę Sutartį nutraukti Sutarties XII skyriuje numatyta tvarka.

## **XII SKYRIUS**

### **SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

41. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

42. Perkančioji organizacija, įspėjusi Tiekėją prieš 14 (keturiolika) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:

42.1. kai Tiekėjas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų, nustatytų Sutarties 5 punkte;

42.2. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų;

42.3. kai Tiekėjas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai Tiekėjui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

42.4. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

43. Perkančioji organizacija turi teisę, netaikydamas Sutarties 42 punkte numatyto 14 (keturiolikos) dienų įspėjimo termino, nutraukti sutartį tuo atveju, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs ūkio subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Tiekėjas, Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, kaip numatyta Sutarties 25 punkte, nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

44. Perkančioji organizacija, įspėjusi Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Perkančioji organizacija turi sumokėti Tiekėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus bei atlyginti Tiekėjo faktiškai patirtas ir pagrįstas Sutarties vykdymo išlaidas.

45. Perkančioji organizacija, įspėjusi Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

45.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Sutarties 31 ir/ar 32 ir/ar 33 punkto nuostatas;

45.2. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas;

45.3. paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

45.4. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino,

kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

46. Nutraukiant Sutartį Sutarties 45 punkte nurodytais pagrindais, laikomasi šių reikalavimų:

46.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Perkančiąją organizaciją ir Tiekėją nuo Sutarties vykdymo;

46.2. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

46.3. kai Sutartis nutraukta, Tiekėjas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Perkančiajai organizacijai vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Perkančiajai organizacijai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštaruja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

47. Tiekėjas, įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, gali nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms nuo Pirkėjo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjo faktiškai patirtas ir pagrįstas Sutarties vykdymo išlaidas.

48. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti sumokėti numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties nutraukimo.

### **XIII SKYRIUS**

#### **NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS**

49. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

50. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

51. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

52. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

## **XVI SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMO TVARKA**

53. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu.

54. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Perkančiosios organizacijos buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

55. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

## **XVII SKYRIUS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA**

56. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įsigaliojimo data – Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo data.

57. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

## **XVIII SKYRIUS BAUDOS TIEKĖJUI**

58. Jei šią sutartį sudaręs Tiekėjas pristatys netinkamų techninių charakteristikų skaitmeninę rentgeno sistemą, kuri neatitiks Tiekėjo pasiūlyme deklaruotų rodiklių ir/ar techninių parametrų, Pirkėjas įgis teisę nutraukti šią sutartį dėl esminio jos pažeidimo, įtraukti Tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrašą bei reikalauti **20.000 Eur** baudos, kurią Tiekėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Pirkėjo rašytinio pareikalavimo gavimo dienos.

## **XIX SKYRIUS KITOS SĄLYGOS**

59. Pirkėjo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – specialistas medicinos prietaisų priežiūrai Genadij Aleksejenko, vyriausioji buhalterė Sigita Lukšienė.

60. Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų specialistė Dalia Norkienė.

61. Tiekėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Direktorius Stasys Baltagalvis, 852790462, info@apex.lt.

62. Sutartis pasirašoma lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

63. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), nurodytais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė kita Šalis.

64. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

65. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės

į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## XX SKYRIUS PRIEDAI

66. 1 priedas „Techninė specifikacija“ ir kiti susiję dokumentai.


67. Perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai, Tiekėjo pasiūlymas, Tiekėjo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu, pirkimo dokumentai.

## XXI SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

### PIRKĖJAS

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė  
Įmonės kodas 171448341  
Gedimino g. 9, LT-82174 Radviliškis  
A.s. LT157181400000130701  
AB Šiaulių bankas, b. k. 71814  
Tel.: 8 422 52435  
Faks.: 8 422 60210  
El. paštas: info@radviliskioligonine.lt

Direktorius Vaidas Smalinskas






Vyriausiojo buhalterio  
pavadootoja  
Kornelija Balinskienė



### PARDAVĖJAS

UAB „Apex Medicus“  
Kodas 225471510  
Baltupio 165c, 08432 Vilnius  
A.s. LT167300010000196872  
Swedbank AB, b.k. 73000  
PVM kodas LT254715113  
Tel. 852790462, info@apex.lt

Direktorius Stasys Baltagalvis



(parašas)

A.V.



**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**  
**SKAITMENINĖ RENTGENO DIAGNOSTINĖ SISTEMA**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Reikalaujamas parametras</b>                                                                              | <b>Reikalaujama parametro reikšmė</b> | <b>Siūlomos įrangos parametru reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo dokumentų (techninių aprašų, katalogo) puslapius</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Aukšto dažnio generatorius</b>                                                                            | Nurodyti tipą                         | GXR-82, psl.2                                                                                                                                            |
| 1.1             | Maksimali galia                                                                                              | $\geq 80$ kW                          | 82 kW, psl.2                                                                                                                                             |
| 1.2             | Įtampos diapazonas                                                                                           | $\geq (40-150)$ kV                    | 40-150 kV, psl.2                                                                                                                                         |
| 1.3             | Srovės diapazonas                                                                                            | $\geq (10-800)$ mA                    | 10-1000 mA, psl.2                                                                                                                                        |
| 1.4             | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas                                                                         | $\geq (0.1-800)$ mAs                  | 0.1-1000 mAs, psl.2                                                                                                                                      |
| 1.5             | Židinio dėmės dydis ir anodo sukimosi greitis automatiškai parenkami priklausomai nuo ekspozicijos parametru | Būtina                                | Židinio dėmės dydis ir anodo sukimosi greitis automatiškai parenkami priklausomai nuo ekspozicijos parametru, psl.140                                    |
| 1.6             | Automatinis ekspozicijos valdymas (AEV)                                                                      | Būtina                                | Automatinis ekspozicijos valdymas (AEV), psl.2                                                                                                           |
| 1.7             | AEV sistemos laukų pasirinkimas                                                                              | Būtina                                | AEV sistemos laukų pasirinkimas, psl.10                                                                                                                  |
| 1.8             | Anatominės programos                                                                                         | Būtina                                | Anatominės programos, psl.2                                                                                                                              |
| 1.9             | Galimybė vartotojui įrašyti savo programas                                                                   | Būtina                                | Galimybė vartotojui įrašyti savo programas, psl.2                                                                                                        |
| 1.10            | Generatoriaus valdymas integruotas rentgeno technologo darbo vietos programinėje įrangoje                    | Būtina                                | Generatoriaus valdymas integruotas rentgeno technologo darbo vietos programinėje įrangoje, psl. 121                                                      |
| <b>2.</b>       | <b>Rentgeno vamzdis</b>                                                                                      | Nurodyti tipą                         | E7254X / Toshiba, psl.10                                                                                                                                 |
| 2.1             | Besisukantis anodas                                                                                          | Būtina                                | Besisukantis anodas, psl.130                                                                                                                             |
| 2.2             | Maksimalus sistemoje naudojamas anodo sukimosi greitis                                                       | $\geq 9500$ aps./min.                 | 9700 aps./min., psl. 131                                                                                                                                 |
| 2.3             | Židinio dėmių skaičius                                                                                       | $\geq 2$                              | 2, psl.10                                                                                                                                                |
| 2.4             | Židinio dėmių dydis                                                                                          | $\leq 0.6$ mm ir $\leq 1.2$ mm        | 0.6 mm ir 1.2 mm, psl.10                                                                                                                                 |
| 2.5             | Mažojo židinio dėmės nominali galia                                                                          | $\geq 40$ kW                          | 40 kW, psl.10                                                                                                                                            |
| 2.6             | Didžiojo židinio dėmės nominali galia                                                                        | $\geq 80$ kW                          | 102 kW, psl.10                                                                                                                                           |
| 2.7             | Rentgeno vamzdžio nominali                                                                                   | $\geq 150$ kV                         | $\geq 150$ kV, psl.10                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | įtampa                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.8   | Anodo šiluminė talpa                                                                                                                                                                                    | $\geq 400$ kHU       | 400 kHU, psl.10                                                                                                                                                                                                  |
| 2.9   | Maksimalus anodo aušinimas                                                                                                                                                                              | $\geq 1100$ W        | 1180 W, psl.132                                                                                                                                                                                                  |
| 3.    | <b>Rentgeno vamzdžio kolona</b>                                                                                                                                                                         | Nurodyti tipą        | TS-CSA-A, psl.8                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1   | Konstrukcijos tipas                                                                                                                                                                                     | Montuojama prie lubų | Montuojama prie lubų, psl.8                                                                                                                                                                                      |
| 3.2   | Kolonos išilginis judėjimas                                                                                                                                                                             | $\geq 320$ cm        | 328 cm, psl.8                                                                                                                                                                                                    |
| 3.3   | Kolonos skersinis judėjimas                                                                                                                                                                             | $\geq 220$ cm        | 220 cm, psl.8                                                                                                                                                                                                    |
| 3.4   | Rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas                                                                                                                                                                  | $\geq 160$ cm        | 160 cm, psl.8                                                                                                                                                                                                    |
| 3.5   | Rentgeno vamzdžio pasukimas apie vertikalią ašį                                                                                                                                                         | $\geq 360^\circ$     | $360^\circ$ , psl.8                                                                                                                                                                                              |
| 3.6   | Rentgeno vamzdžio pasukimas apie horizontalią ašį                                                                                                                                                       | $\geq 240^\circ$     | $360^\circ$ , psl.8                                                                                                                                                                                              |
| 3.7   | Elektromagnetiniais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas                                                                                                                                              | Būtina               | Elektromagnetiniais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas, psl.8                                                                                                                                                |
| 3.8   | Elektromagnetiniais stabdžiais stabdomas rentgeno vamzdžio pasukimas apie vertikalią ir horizontalią ašis                                                                                               | Būtina               | Elektromagnetiniais stabdžiais stabdomas rentgeno vamzdžio pasukimas apie vertikalią ir horizontalią ašis, psl.8                                                                                                 |
| 3.9   | Lietimui jautrios valdymo konsolės funkcionalumas:                                                                                                                                                      |                      | Lietimui jautrios valdymo konsolės funkcionalumas:                                                                                                                                                               |
| 3.9.1 | Ekspozicijos parametrų keitimas                                                                                                                                                                         | Būtina               | Ekspozicijos parametrų keitimas, psl.127                                                                                                                                                                         |
| 3.9.2 | Darbo vietos keitimas (stalas/stovas)                                                                                                                                                                   | Būtina               | Darbo vietos keitimas (stalas/stovas), psl.127                                                                                                                                                                   |
| 3.9.3 | Vamzdžio pasukimo kampo atvaizdavimas                                                                                                                                                                   | Būtina               | Vamzdžio pasukimo kampo atvaizdavimas, psl.125                                                                                                                                                                   |
| 3.9.4 | Atstumo nuo židinio iki imtuvo paviršiaus (SID) atvaizdavimas                                                                                                                                           | Būtina               | Atstumo nuo židinio iki imtuvo paviršiaus (SID) atvaizdavimas, psl.125                                                                                                                                           |
| 3.10  | Automatinis rentgeno vamzdžio sekimas (padėties keitimas) keičiant rentgenografijos stalo ir rentgenografijos stovo aukštį                                                                              | Būtina               | Automatinis rentgeno vamzdžio sekimas (padėties keitimas) keičiant rentgenografijos stalo ir rentgenografijos stovo aukštį psl. 135                                                                              |
| 3.11  | Programinė, aparatinė įranga ir visi reikalingi priedai automatinei ilgų anatominių struktūrų rentgenografijai, atliekamai sudėtinių ekspozicijų metodu, keičiant vamzdžio kampą ir detektoriaus padėtį | Būtina               | Programinė, aparatinė įranga ir visi reikalingi priedai automatinei ilgų anatominių struktūrų rentgenografijai, atliekamai sudėtinių ekspozicijų metodu, keičiant vamzdžio kampą ir detektoriaus padėtį, psl.138 |
| 4.    | <b>Kolimatorius</b>                                                                                                                                                                                     | Nurodyti tipą        | R 302 MFMLP/A, psl.11                                                                                                                                                                                            |
| 4.1   | Indikacinis rentgeno spindulių                                                                                                                                                                          | Būtina               | Indikacinis rentgeno spindulių                                                                                                                                                                                   |

|           |                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | šviesos laukas su LED tipo technologija                                                                                                   |                              | šviesos laukas su LED tipo technologija, psl.134                                                                                                 |
| 4.2       | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas                                                                     | Būtina                       | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas, psl.11                                                                    |
| 4.3       | Kolimatoriaus valdymas                                                                                                                    | Rankinis ir automatinis      | Rankinis ir automatinis, psl.11                                                                                                                  |
| 4.4       | Automatinis kolimavimas pagal pasirinktą anatomicinę programą                                                                             | Būtina                       | Automatinis kolimavimas pagal pasirinktą anatomicinę programą, psl.126,                                                                          |
| 4.5       | Papildomų filtrų kombinacijų skaičius                                                                                                     | $\geq 3$                     | 3, psl.126                                                                                                                                       |
| 4.6       | Automatinis papildomų filtrų kombinacijų parinkimas pagal pasirinktą anatomicinę programą                                                 | Būtina                       | Automatinis papildomų filtrų kombinacijų parinkimas pagal pasirinktą anatomicinę programą, psl.11                                                |
| 4.7       | Bendrojo filtro storis                                                                                                                    | $\geq 3$ mm Al ekvivalento   | 3,8 mm Al ekvivalento (0.8 + 1.0 +2.0 ), psl. 10, 134                                                                                            |
| <b>5.</b> | <b>Rentgenografijos stalas</b>                                                                                                            | Nurodyti tipą                | PBT-6, psl.5                                                                                                                                     |
| 5.1       | Stalviršio ilgis                                                                                                                          | $\geq 220$ cm                | 220cm, psl.5                                                                                                                                     |
| 5.2       | Stalviršio plotis                                                                                                                         | $\geq 80$ cm                 | 81 cm, psl.5                                                                                                                                     |
| 5.3       | Stalviršio išilginis judėjimas                                                                                                            | $\geq 95$ cm                 | 100 cm, psl.5                                                                                                                                    |
| 5.4       | Stalviršio skersinis judėjimas                                                                                                            | $\geq 25$ cm                 | 25 cm, psl.5                                                                                                                                     |
| 5.5       | Stalviršio pralaidumas rentgeno spinduliams                                                                                               | $\leq 0.5$ mm Al ekvivalento | 0.5mm Al, psl.129                                                                                                                                |
| 5.6       | Motorizuotas rentgenografijos stalo aukščio keitimas                                                                                      | Būtina                       | Motorizuotas rentgenografijos stalo aukščio keitimas, psl.5                                                                                      |
| 5.7       | Stalviršio minimalus aukštis                                                                                                              | $\leq 60$ cm                 | 56,5 cm, psl.5                                                                                                                                   |
| 5.8       | Stalviršio aukščio keitimas                                                                                                               | $\geq 25$ cm                 | 28,5 cm, psl.5                                                                                                                                   |
| 5.9       | Maksimalus stalo keliamas svoris                                                                                                          | $\geq 250$ kg                | 300kg, psl.5                                                                                                                                     |
| 5.10      | Automatinis rentgenografijos stalo detektoriaus laikiklio sekimas (padėties keitimas) keičiant rentgeno vamzdžio padėtį išilgine kryptimi | Būtina                       | Automatinis rentgenografijos stalo detektoriaus laikiklio sekimas (padėties keitimas) keičiant rentgeno vamzdžio padėtį išilgine kryptimi, psl.5 |
| 5.11      | Automatinis vamzdžio ir detektoriaus laikiklio centravimas atliekant įstrižines projekcijas                                               | Būtina                       | Automatinis vamzdžio ir detektoriaus laikiklio centravimas atliekant įstrižines projekcijas, psl.135                                             |
| 5.12      | Išimamas rentgenografijos tinklelis                                                                                                       | Būtina                       | Išimamas rentgenografijos tinklelis, psl.5                                                                                                       |
| 5.13      | Detektoriaus laikiklis šoninėms projekcijoms atlikti                                                                                      | Būtina                       | Detektoriaus laikiklis šoninėms projekcijoms atlikti, psl.11                                                                                     |
| <b>6.</b> | <b>Rentgenografijos stovas</b>                                                                                                            | Nurodyti tipą                | WBS-TA, psl.7                                                                                                                                    |
| 6.1       | Detektoriaus laikiklio motorizuotas aukščio keitimas                                                                                      | $\geq 130$ cm                | 145 cm, psl.7                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2   | Detektoriaus laikiklio motorizuoto pavertimo kampo keitimo diapazonas                                                                      | $\geq (-20^{\circ} - +90^{\circ})$ | $-30^{\circ} - +90^{\circ}$ , psl.7                                                                  |
| 6.3   | Ant stovo įrengto valdymo skydelio funkcionalumas:                                                                                         |                                    | Ant stovo įrengto valdymo skydelio funkcionalumas:                                                   |
| 6.3.1 | Judesių valdymas                                                                                                                           | Būtina                             | Judesių valdymas, psl. 135                                                                           |
| 6.3.2 | Automatizuoto detektoriaus laikiklio aukščio ir pavertimo kampo nustatymas                                                                 | Būtina                             | Automatizuoto detektoriaus laikiklio aukščio ir pavertimo kampo nustatymas, psl. 135                 |
| 6.3.3 | Sinchronizacijos su rentgeno vamzdžio kolona valdymas                                                                                      | Būtina                             | Sinchronizacijos su rentgeno vamzdžio kolona valdymas, psl. 135                                      |
| 6.3.4 | Kolimatoriaus valdymas                                                                                                                     | Būtina                             | Kolimatoriaus valdymas, psl. 135                                                                     |
| 6.4   | Automatinis vamzdžio ir detektoriaus laikiklio centravimas atliekant įstrižines projekcijas                                                | Būtina                             | Automatinis vamzdžio ir detektoriaus laikiklio centravimas atliekant įstrižines projekcijas, psl.140 |
| 6.5   | Išimamas rentgenografijos tinklelis                                                                                                        | Būtina                             | Išimamas rentgenografijos tinklelis, psl.140                                                         |
| 6.6   | Viršutinė rankena                                                                                                                          | Būtina                             | Viršutinė rankena, psl. 1                                                                            |
| 6.7   | Šoninės rankenos                                                                                                                           | Būtina                             | Šoninės rankenos, psl.1                                                                              |
| 7.    | <b>Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu)</b> | Būtina                             | Iba KermaX-plus, psl.10                                                                              |
| 8.    | <b>Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stalui</b>                                                                 | Nurodyti tipą                      | PaxScan® 4336W v4 CsI, psl.137                                                                       |
| 8.1   | Ryšys su technologo darbo vieta                                                                                                            | Bevielis                           | Bevielis, psl.137                                                                                    |
| 8.2   | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (su integruota rankena arba atskiras dėklas su rankena)                                           | Būtina                             | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (su atskiru dėklu saugiam pernešimui ), psl. 139            |
| 8.3   | Scinciliatoriaus tipas                                                                                                                     | Cezio jodidas (CsI)                | Cezio jodidas (CsI), psl.137                                                                         |
| 8.4   | Detektoriaus aktyvios zonos dydis                                                                                                          | $\geq 1400 \text{ cm}^2$           | $1436 \text{ cm}^2$ (42.4 x 33.9) psl.137                                                            |
| 8.5   | Atstumas tarp taškų                                                                                                                        | $\leq 140 \mu\text{m}$             | $139 \mu\text{m}$ , psl.137                                                                          |
| 8.6   | Pilkumo skalė                                                                                                                              | $\geq 16$ bitų                     | 16 bit, psl.137                                                                                      |
| 8.7   | Skiriamoji geba                                                                                                                            | $\geq 3.6 \text{ lp/mm}$           | $3.6 \text{ lp/mm}$ , psl.137                                                                        |
| 8.8   | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE)                                                                                             | $\geq 65 \%$                       | 78%, psl.137                                                                                         |
| 8.9   | Detektoriaus svoris (su baterija)                                                                                                          | $\leq 3.8 \text{ kg}$              | $\leq 3.6 \text{ kg}$ , psl.137                                                                      |
| 8.10  | Automatinė rentgeno spindulių detekcija                                                                                                    | Būtina                             | Automatinė rentgeno spindulių detekcija, psl.137                                                     |
| 8.11  | Komplektuojamas baterijų                                                                                                                   | $\geq 3$                           | Į komplektaciją įtrauktos 3                                                                          |

|            |                                                                                             |                          |                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | skaičius                                                                                    |                          | baterijos                                                                                             |
| <b>9.</b>  | <b>Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stovui</b>                  | Nurodyti tipą            | PaxScan® 4343R v3, psl.136                                                                            |
| 9.1        | Ryšys su technologo darbo vieta                                                             | Laidinis                 | Laidinis, psl.136                                                                                     |
| 9.2        | Scinciliatoriaus tipas                                                                      | Cezio jodidas (CsI)      | Cezio jodidas (CsI), psl.136                                                                          |
| 9.3        | Detektoriaus aktyvios zonos dydis                                                           | $\geq 1750 \text{ cm}^2$ | 1797 cm <sup>2</sup> (42,4 x 42x4), psl.136                                                           |
| 9.4        | Atstumas tarp taškų                                                                         | $\leq 140 \mu\text{m}$   | 139 $\mu\text{m}$ , psl.136                                                                           |
| 9.5        | Pilkumo skalė                                                                               | $\geq 16$ bitų           | 16 bit, psl.136                                                                                       |
| 9.6        | Skiriamoji geba                                                                             | $\geq 3.6 \text{ lp/mm}$ | 3.6 lp/mm, psl.136                                                                                    |
| 9.7        | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE)                                              | $\geq 65 \%$             | 78%, psl.136                                                                                          |
| <b>10.</b> | <b>Radiologijos technologo darbo vieta</b>                                                  | Nurodyti tipą            | Radmax                                                                                                |
| 10.1       | Informacijos iš detektorių nuskaitymas                                                      | Būtina                   | Informacijos iš detektorių nuskaitymas, psl.121                                                       |
| 10.2       | Ekspozicijos parametrų valdymas                                                             | Būtina                   | Ekspozicijos parametrų valdymas, psl. 121                                                             |
| 10.3       | Gautų vaizdų peržiūra                                                                       | Būtina                   | Gautų vaizdų peržiūra, psl. 121                                                                       |
| 10.4       | Skaitmeninio vaizdo apdorojimas 16 bitų režimu                                              | Būtina                   | Skaitmeninio vaizdo apdorojimas 16 bitų režimu, psl.128                                               |
| 10.5       | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina                   | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist), psl. 121 |
| 10.6       | Vaizdų parsisiuntimas iš archyvo (DICOM Query/Retrieve)                                     | Būtina                   | Vaizdų parsisiuntimas iš archyvo (DICOM Query/Retrieve), psl.140                                      |
| 10.7       | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage)                              | Būtina                   | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage), psl. 121                              |
| 10.8       | Vaizdų išsaugojimas CD/DVD ir USB laikmenose (DICOM Media Storage)                          |                          | Vaizdų išsaugojimas CD/DVD ir USB laikmenose (DICOM Media Storage), psl.124                           |
| 10.9       | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print)                                                           | Būtina                   | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print), psl. 122                                                           |
| 10.10      | Dozimetrijos sistemos užfiksuota informacija apie apšvitą išsaugoma DICOM parametruose      | Būtina                   | Dozimetrijos sistemos užfiksuota informacija apie apšvitą išsaugoma DICOM parametruose, psl.140       |
| 10.11      | Monitoriaus įstrižainė                                                                      | $\geq 19"$               | 23", psl. 123                                                                                         |
| 10.12      | Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis (UPS)                                              | Būtina                   | Nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinis (UPS)                                                        |
| <b>11.</b> | <b>Radiologo darbo vieta skaitmeninių vaizdų peržiūrai ir įvertinimui</b>                   |                          | Radiologo darbo vieta skaitmeninių vaizdų peržiūrai ir įvertinimui                                    |

|            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1       | Komplekte pateikiami monitoriai                                                                                                           | 1. Spalvoti, $\geq 3$ megapikselių raiškos medicininiai monitoriai – 2vnt.<br>2. Spalvotas, $\geq 21''$ ekrano įstrižainės monitorius – 1 vnt. | 1. Spalvoti, 3 megapikselių raiškos medicininiai monitoriai – 2vnt. Psl. 142, 143<br>2. Spalvotas, 23,8" ekrano įstrižainės monitorius – 1 vnt; psl. 144 |
| 11.2       | Programinė įranga skaitmeninių rentgeno vaizdų peržiūrai ir diagnostikai                                                                  | Būtina                                                                                                                                         | Programinė įranga skaitmeninių rentgeno vaizdų peržiūrai ir diagnostikai, psl.145                                                                        |
| 11.3       | Programinė įranga kompiuterinės tomografijos ir branduolių magnetinio rezonanso vaizdų peržiūrai ir diagnostikai                          | 1.Erdvinės tūrio rekonstrukcijos;<br>2.Daugiaplokštuminės, maksimalaus/minimalaus intensyvumo rekonstrukcijos                                  | 1.Erdvinės tūrio rekonstrukcijos; psl.146<br>2.Daugiaplokštuminės, maksimalaus/minimalaus intensyvumo rekonstrukcijos, psl. 146                          |
| 11.4       | Paciento informacijos užklauskimas/gavimas DICOM protokolais (DICOM Query/Retrieve)                                                       | Būtina                                                                                                                                         | Paciento informacijos užklauskimas/gavimas DICOM protokolais (DICOM Query/Retrieve), psl.147                                                             |
| <b>12.</b> | <b>Kiti reikalavimai</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
| 12.1       | Kartu su įranga pateikiama vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis                                                               | Būtina                                                                                                                                         | Kartu su įranga pateikiama vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis                                                                              |
| 12.2       | Senos įrangos išmontavimo darbai                                                                                                          | Būtina                                                                                                                                         | Senos įrangos išmontavimo darbai                                                                                                                         |
| 12.3       | Įrangos instaliavimo ir rangos darbai                                                                                                     | Būtina                                                                                                                                         | Įrangos instaliavimo ir rangos darbai                                                                                                                    |
| 12.4       | Patalpų paruošimas pagal radiacinės saugos projektą (lubų ir langų padengimas švino folija tinkamam apsaugos švino ekvivalentui pasiekti) | Būtina                                                                                                                                         | Patalpų paruošimas pagal radiacinės saugos projektą (lubų ir langų padengimas švino folija tinkamam apsaugos švino ekvivalentui pasiekti)                |
| 12.5       | Personalo apmokymas                                                                                                                       | Būtina                                                                                                                                         | Personalo apmokymas                                                                                                                                      |
| 12.6       | Garantinio aptarnavimo ir periodinės techninės priežiūros laikotarpis                                                                     | 36 mėn.                                                                                                                                        | 36 mėn                                                                                                                                                   |
| 12.7       | CE ženklavimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams                                                  | Būtina                                                                                                                                         | Pateikiama                                                                                                                                               |
| 12.8       | Rentgeno apsauginės prijuostės su skydliaukės apsaugomis (Pb ekvivalentas $\geq 0.5$ mm Pb, (prijuostės nugarinė dalis $\geq 0.25$ mm Pb) | 1 kompl.                                                                                                                                       | Rentgeno apsauginės prijuostės su skydliaukės apsaugomis (Pb ekvivalentas $\geq 0.5$ mm Pb, (prijuostės nugarinė dalis $\geq 0.25$ mm Pb) psl.148, 149   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.9  | Švinuotos apsauginės akių priemonės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 kompl.                      | Švinuotos apsauginės akių priemonės, psl.150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.10 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje" nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (34, 36 ir 43 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (47 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Būtinai tiekėjo patvirtinimas | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje" nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (34, 36 ir 43 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (47 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12.11 | Siūlomos rentgenografijos sistemos, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje" radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nustatyta tvarka. | Būtinai                       | Siūlomos rentgenografijos sistemos, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje" radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nustatyta tvarka. |
| 12.12 | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nustatyta tvarka ir                                                                                                 | Būtinai                       | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nustatyta tvarka ir pateikti bandymų                                                                                         |

|  |                                                                      |  |                                                     |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
|  | pateikti bandymų protokolus, bei darbo vietų radiologiniu matavimus. |  | protokolus, bei darbo vietų radiologiniu matavimus. |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|

## PIRKĖJAS

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė  
 Įmonės kodas 171448341  
 Gedimino g. 9, LT-82174 Radviliškis  
 A.s.LT157181400000130701  
 AB Šiaulių bankas, b. k. 71814  
 Tel.: 8 422 52435  
 Faks.: 8 422 60210  
 El. paštas: [info@radviliskioligonine.lt](mailto:info@radviliskioligonine.lt)

Direktorius Vaidas Smalinskas



## PARDAVĖJAS

UAB „Apex Medicus“  
 Kodas 225471510  
 Baltupio 165c, 08432 Vilnius  
 A.s. LT167300010000196872  
 Swedbank AB, b.k. 73000  
 PVM kodas LT254715113  
 Tel. 852790462, [info@apex.lt](mailto:info@apex.lt)

Direktorius Stasys Baltagalvis

