

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2019- 09 - 23 Nr. LS- 633

Alytus

Viešojo įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, juridinio asmens kodas 190272175, kurios registruota buveinė yra Ligoninės g.12, LT- 62114, Alytus, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Vasiliausko, veikiančio pagal įstaigos įstatus iš vienos pusės (toliau - Pirkėjas) ir UAB „Limeta“, juridinio asmens kodas 221906050 kurio registruota buveinė yra V.A. Graičiūno g.4, LT-02241 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Virginijaus Domarko, veikiančio pagal įstatus iš kitos pusės (toliau - Tiekėjas), toliau kartu šioje viešojo prekių pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į įvykusio viešosios įstaigos Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės organizuoto sterilizatoriaus viešojo atviro konkurso pirkimo (toliau – Pirkimas) rezultatus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei aukščiau nurodyto pirkimo sąlygomis sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas, laimėjęs atvirą konkursą sterilizatoriui pirkti (pirkimo Nr. 448056), įsipareigoja sterilizatorių pristatyti instaliuoti/įdiegti ir paleisti, bei apmokyti personalą, o Pirkėjas priimti užsakytas prekes, nurodytas Sutarties Priede Nr.1 (toliau – Prekės) ir sumokėti už jas nustatytą kainą šioje Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka.

1.2. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka kokybės ir techninius reikalavimus, kurie pateikiami sutarties priede Nr. 2 ir kurių Pirkėjas reikalavo konkurso metu.

1.3. Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio prekės, Sutarties Šalims raštu susitarus, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks jam keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

II. KAINODAROS TAISYKLĖS IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

2.1. Sutarties kaina su (21%) PVM yra **119 600,00** Eur (šimtas devyniolika tūkstančių šeši šimtai Eur), tame skaičiuje PVM 20 757,02 Eur. Sutarties kaina be PVM yra 98 842,98 Eur (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt du Eur 98 ct).

2.2. Perkamų prekių sąrašas ir kainos pateikiamos sutarties Priede. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant pristatymo, pakrovimo kt. išlaidas. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už prekes pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT257044060001645641, AB SEB bankas. Pirkėjas apmoka Tiekėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas.

2.4. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

2.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).

2.4.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui nepatiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui.

2.5. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.6. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai atlikti savo įsipareigojimus pagal šią sutartį.

3.2. Tiekėjas įsipareigoja:

3.2.1. pristatyti prekes į Pirkėjo nurodytą vietą per sutarties 4.1. punkte nurodytą laikotarpį šios sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

3.2.2. per 10 dienų savo sąskaita pakeisti nekokybiškas prekes kokybiškomis;

3.2.3. užtikrinti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas turi teisę pasitelkti subtiekejus (**tu atveju, jeigu jie buvo nurodyti pasiūlyme**). Pasiūlyme yra nurodyti šie subtiekejai:- Pasiūlyme nurodyto subtiekejo keitimas įmanomas tik suderinus su Pirkėju. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pirkėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pirkėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Tiekėjas gali pakeisti subtiekejus. Sutarties vykdymo metu apie tai jis turi informuoti Pirkėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki jo pakeitimo, nurodydamas subtiekejo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Tiekėju įformina protokolu susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo, kuris pasirašomas Pirkėjo ir Tiekėjo. Šie dokumentai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Tiekėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subtieką. Jei Tiekėjas nenurodė savo pasiūlyme, kad pasitelks subtieklus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekų Sutarties vykdymo metu. Tiekėjas yra atsakingas už subtiekejo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja:

3.4.1. sumokėti per sutarties 2.2. punkte nurodytą terminą už kokybiškas ir laiku pristatytas prekes;

3.4.2. priimti savo nuosavybės kokybiškas, atitinkančias sutartyje nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pateiktas, prekes.

3.5. Pirkėjas turi teisę:

3.5.1. reikalauti, kad būtų perduotos jam perkamos prekės;

3.5.2. reikalauti iš Tiekėjo atlyginti nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu ar atsiradusius pateikus nekokybišką prekę.

IV. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR GARANTIJOS

4.1. Tiekėjas prekes adresu: Ligoninės g. 12 LT-62114, Alytus, pristato savo transportu ir savo lėšomis, per 90 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymas pateikiamas telefonu arba el. paštu, nurodytu 4.8 punkte.

4.2. Prekių priėmimo faktą patvirtina pasirašytas Prekių perdavimo – priėmimo aktas. Prekių priėmimą perdavimo – priėmimo akte Pirkėjo įgaliotas asmuo patvirtina parašu, nurodydamas vardą, pavardę, pareigas, Prekių priėmimo datą.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo ir/ar nekokybiškas Prekes.

4.4. Prekei suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo pristatymo Pirkėjui dienos.

4.5. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad Prekė neatitinka kokybės reikalavimų ar atsiradus Prekių defektams, Pardavėjas turi juos neatlygintinai pašalinti arba Prekes pakeisti naujomis savo lėšomis.

4.6. Tiekėjas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu.

4.7. Už Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas vadybininkas Ričardas Dunderis, tel. 8 5 264 9699, faks. 8 5 260 2055 el. paštas ricardas.dunderis@limeta.lt.

4.8. Už Pirkėjo įsipareigojimų vykdymo, prekių, pristatymo terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių, atitikties pirkimo sutartyje numatytiems kokybiniais ir kitiems reikalavimams stebėseną atsakingas – Inžinierius medicinos technikos priežiūrai ir remontui Giedrius Maskoliūnas, tel. +370 315 56371, faks. +370 315 75530, el. paštas: maskoliunas@ligonine.lt.

4.9. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viešųjų pirkimų organizatorė Janina Šileikienė.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei produkcija bus nekokybiška dėl gamintojo arba Tiekėjo kaltės, Pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad produkcija būtų pakeista į tinkamos kokybės produkciją. Šiuo atveju terminas Pirkėjui atsiskaityti pradedamas skaičiuoti nuo tinkamos produkcijos pateikimo dienos. Tiekėjas garantuoja netinkamos produkcijos pakeitimą kokybiška per 10 darbo dienas nuo nusiskundimo formos gavimo.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – bauda. Tiekėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Tiekėjas moka Pirkėjui 5 % dydžio sumą nuo Sutarties sumos – 5980,00 EUR (penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt Eur). Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo tolimesnio Sutarties vykdymo.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Visi ginčai tarp šalių dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu.

6.2. Šalis nesutarus, ginčas nagrinėjamas teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

VII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

7.1. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodeksu ir „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis“ ir atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybių buvimo laikotarpiu.

7.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai šaliai. Išnykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytą aplinkybių išnykimą.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi sutarties šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo momento. Sutarties trukmė ne ilgesnė kaip 13 mėnesių, įskaitant ir atsiskaitymą už prekes. Tiekėjo įsipareigojimai, susiję su Prekių garantiniu aptarnavimu, į šį terminą neįskaitomi.

8.2. Numatoma Prekių tiekimo trukmė: Prekės turi būti pristatytos per 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos.

8.3. Sutarties nutraukimo tvarka. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienašališkai dėl esminių sutarties pažeidimų prieš 10 dienų pranešus apie tai kitai šaliai.

8.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8.5. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

8.6. Vykdamas Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

8.7. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Tiekėjui ir Pirkėjui.

8.8. Sutarties dokumentais yra pati sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis. Ant visų priedų turi būti Tiekėjo ir Pirkėjo parašai.

8.9. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

8.10. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

- 8.11. Sutarties priedai: parduodamų prekių sąrašas, Priedas Nr. 1;
Techninė specifikacija, Priedas Nr.2.
Prekių priėmimo–perdavimo aktų formos, Priedas Nr. 3

IX. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:

Pirkėjas

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus
Įmonės kodas 190272175
a/s LT737300010091752982
AB Swedbank, b/k 73000

Tiekėjas

UAB „Limeta“
V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius
Įmonės kodas 221906050
a/s LT257044060001645641
AB SEB bankas, b/k 70440

Direktorius
Artūras Vasišauskas

A. V.



Generalinis direktorius
Virginijus Domarkas

A.V.



Priedas Nr.1
prie 2019-09- 23 Viešojo prekių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. LS- 133

Parduodamų prekių sąrašas ir kiekiai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimai	Kiekis vnt.	Gamintojas, modelis	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM	Bendra suma, Eur be PVM	Bendra suma, Eur su PVM
1.	Sterilizatorius	1	Modelis Selectomat SL 6618 V 2. MMM Group	98842,98	119600,00	98842,98	119600,00

PIRKĖJAS

Direktorius
Artūras Vasiliauskas

A. V.



TIEKĖJAS

Generalinis direktorius
Virginijus Domarkas

A.V.



Priedas Nr.2
prie 2019- 09-23 Viešojo prekių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. LS- 133

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Selectomat SL 6618 V 2 , MMM Group

Eil. Nr.	Privalomi techniniai parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametą)
1.	KONSTRUKCINIAI REKALAVIMAI		
2.	Sterilizatoriaus sterilizavimo kameros tūris litrais	Ne daugiau 900 litrų	885 litrai <i>Selectomat SL brošiūros 4 psl.</i>
3.	Sterilizacijos kameros talpa STV	Ne mažiau 12 STV	12 STV <i>Selectomat SL brošiūros 4 psl.</i>
4.	Sterilizatorius privalo būti arba modulinės konstrukcijos, (išskaidomas į dvi arba daugiau dalių transportavimo ar montavimo palengvinimui) arba bent vienas iš išorinių matmenų, ne daugiau 1000 mm	Būtina	Sterilizatorius modulinės konstrukcijos, išskaidomas į dvi dalis, išskaidžius, vienas iš matmenų ne daugiau 1000 mm <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 1 psl.</i>
5.	Sumontuoto sterilizatoriaus išoriniai matmenys privalo būti ne daugiau	a) Aukštis 2000 mm b) Plotis 1300 mm c) Gylis 2300 mm	a)Aukštis 1918 mm b)Plotis 1300 mm c)Gylis 2240 mm <i>Selectomat SL brošiūros 4 psl.</i>
6.	Sterilizatoriaus aptarnavimas privalo būti atliekamas iš sterilizatoriaus šono ir iš priekio.	Būtina	Sterilizatoriaus aptarnavimas atliekamas iš sterilizatoriaus šono ir iš priekio <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 1 psl.</i> <i>Selectomat SL monta= o schema 1 psl.</i>
7.	Sterilizatoriaus sterilizavimo kameros matmenys privalo būti	a) Aukštis 700 mm ±20 mm b) Plotis 650 mm ±20 mm c) Gylis 1950 mm ±50 mm	a)Aukštis 700 mm b)Plotis 650 mm c)Gylis 1940 mm <i>Selectomat SL brošiūros 4 psl.</i>
8.	Sterilizatoriaus elektros maitinimas trifazis 3 x 400V, 50Hz	Būtina	Sterilizatoriaus elektros maitinimas trifazis 3 x

			400V, 50Hz <i>Selectomat SL brošiūros 4 psl.</i>
9.	Elektrinės įrangos apsaugos lygis ne blogiau IP21	Būtina	Elektrinės įrangos apsaugos lygis IP21 <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 3 psl.</i>
10	Nerūdijančio plieno (ne blogesnio nei AISI 316 L plieno markės) kamera su rėmu pakrovimo vežimėliams	Būtina	Nerūdijančio plieno (AISI 316 Ti ir AISI 316 L plieno markės) kamera su rėmu pakrovimo vežimėliams <i>Selectomat SL brošiūros 3 psl. Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 1 psl.</i>
11	Nerūdijančio plieno (ne blogesnio nei AISI 316L plieno markės) kameros apvalkalas, dvigubos arba lygiavertės konstrukcijos: atskiras kameros šildymui ir atskiras garų sudarymui sterilizacijai	Būtina	Nerūdijančio plieno (AISI 316Ti plieno markės) kameros apvalkalas, dvigubos konstrukcijos: atskiras kameros šildymui ir atskiras garų sudarymui sterilizacijai <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 1 psl.</i>
12	Vamzdynai, jungtys, kontaktuojančios su garais privalo būti pagaminti iš nerūdijančio plieno	Būtina	Vamzdynai, jungtys, kontaktuojančios su garais pagaminti iš nerūdijančio plieno <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 1 psl.</i>
13	Įmontuotas degazavimo įrenginys nesikondensuojančių dujų pašalinimui ir vandens, paduodamo į garų generatorių kokybės gerinimui	Būtina	Įmontuotas degazavimo įrenginys nesikondensuojančių dujų pašalinimui ir vandens, paduodamo į garų generatorių kokybės gerinimui <i>Selectomat SL brošiūros 3 psl.</i>
14	Rėmas, išoriniai skydai privalo būti pagaminti iš nerūdijančio plieno	Būtina	Rėmas, išoriniai skydai pagaminti iš nerūdijančio plieno <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2</i>

			<i>technical specification 1 psl.</i>
15	Dvejos, pagamintos iš nerūdijančio plieno plokštės (ne blogesnio nei AISI 316 L plieno markės), elektros varikliais valdomos, automatiškai vertikaliai uždaromos - atidaromos durys. Durų tarpinė privalo būti sandarinama suspaustu oru	Būtina	Dvejos, pagamintos iš nerūdijančio plieno plokštės (AISI 316 L plieno markės), elektros varikliais valdomos, automatiškai vertikaliai uždaromos - atidaromos durys. Durų tarpinė sandarinama suspaustu oru <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 1 psl.</i>
16	Įmontuotas tylus, ne mažiau 2 pakopų vakuuminis siurblys su vandens taupymo sistema	Būtina	Įmontuotas tylus, 2 pakopų vakuuminis siurblys su vandens taupymo sistema <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 1 psl. Selectomat SL brošiūros 5 psl.</i>
17	Privalo būti įmontuotas elektrinis garo generatorius	Būtina	Įmontuotas elektrinis garo generatorius <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 1 psl. Selectomat SL brošiūros 5 psl.</i>
18	Garų generatorius pagamintas iš nerūdijančio plieno (ne blogesnio nei AISI 316 L plieno markės)	Būtina	Garų generatorius pagamintas iš nerūdijančio plieno (AISI 316 Ti plieno markės) <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 1 psl.</i>
19	Privalo būti automatinė garų generatoriaus praplovimo funkcija, nuosėdų iš garų generatoriaus šalinimui ir garų kokybės gerinimui	Būtina	Automatinė garų generatoriaus praplovimo funkcija, nuosėdų iš garų generatoriaus šalinimui ir garų kokybės gerinimui <i>Selectomat SL brošiūros 5 psl. Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 1 psl.</i>
20	Sterilizatoriaus darbą privalo	Būtina	Sterilizatoriaus darbą

	kontroliuoti du nepriklausomi procesoriai – valdymo ir kontrolės		kontroliuoja du nepriklausomi procesoriai – valdymo ir kontrolės <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 1 psl.</i>
21	Įmontuotas lustinių kortelių (arba lygiaverčių) nuskaitymo įrenginys, gamyklinių, validuotų programų įrašymui	Būtina	Įmontuotas lustinių kortelių nuskaitymo įrenginys, gamyklinių, validuotų programų įrašymui <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 2 psl. Selectomat SL brošiūros 5 psl.</i>
22	Sterilizatoriaus valdymas privalo būti spalvotame sensoriniame (“touchscreen” tipo) monitoriuje,	Būtina	Sterilizatoriaus valdymas spalvotame sensoriniame (“touchscreen” tipo) monitoriuje, <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 2 psl.</i>
23	Pakrovimo pusėje monitoriaus įstrižainė privalo būti ne mažiau 20 cm	Būtina	Pakrovimo pusėje monitoriaus įstrižainė 20 cm (8,2 colio) <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 2 psl.</i>
24	Valdymo pulto monitoriuje pakrovimo pusėje privalo atsispindėti ši informacija: a) slėgis, temperatūra sterilizavimo kameroje b) pasirinkta sterilizavimo programa ir jos parametrai c) laikas iki ciklo pabaigos d) pranešimai apie gedimus e) temperatūros ir slėgio kitimo grafikas	Būtina	Valdymo pulto monitoriuje pakrovimo pusėje atsispindi ši informacija: a)slėgis, temperatūra sterilizavimo kameroje b)pasirinkta sterilizavimo programa ir jos parametrai c)laikas iki ciklo pabaigos d)pranešimai apie gedimus e)temperatūros ir slėgio kitimo grafikas <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 2 psl.</i>
25	Galimybė pasirinkti ekraną su dideliais skaičiais likusio laiko iki programos pabaigos rodymu	Būtina	Galimybė pasirinkti ekraną su dideliais skaičiais likusio laiko iki programos pabaigos rodymu <i>Steam sterilizer</i>

			<i>SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 2 psl.</i> <i>Selectomat SL brošiūros 5 psl.</i>
26	Iškrovimo pusėje privalo būti displėjus slėgiui rodyti, bei signaliniai būsenos indikatoriai	Būtina	Iškrovimo displėjus slėgiui rodyti, bei signaliniai būsenos indikatoriai <i>Selectomat SL user manual 13 psl.</i>
27	Sterilizatoriaus pakrovimo pusės priekinėje panelėje privalo būti įmontuotas spausdintuvas, kuris spausdina šiuos duomenis: a) sterilizatoriaus numeris b) ciklo numeris c) programos pradžios laikas ir data d) pasirinkta programa ir jos parametrai e) ciklo etapai ir susijusi temperatūra ir slėgis f) programos pabaigos laikas g) temperatūros ir slėgio grafikas h) sterilizacijos rezultatas i) klaidos j) kodas asmens paleidusio ciklą k) kodas asmens patvirtinusio sterilizacijos rezultatus.	Būtina	Sterilizatoriaus pakrovimo pusės priekinėje panelėje įmontuotas spausdintuvas, kuris spausdina šiuos duomenis: a) sterilizatoriaus numeris b) ciklo numeris c) programos pradžios laikas ir data d) pasirinkta programa ir jos parametrai e) ciklo etapai ir susijusi temperatūra ir slėgis f) programos pabaigos laikas g) temperatūros ir slėgio grafikas h) sterilizacijos rezultatas i) klaidos j) kodas asmens paleidusio ciklą k) kodas asmens patvirtinusio sterilizacijos rezultatus. <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 2-3 psl.</i>
28	Spausdintuvo popieriaus plotis ne mažiau 50 mm	Būtina	Spausdintuvo popieriaus plotis 113 mm <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 2 psl.</i>
29	Visa informacija monitoriuje ir spausdintame protokole privalo būti lietuvių kalba	Būtina	Visa informacija monitoriuje ir spausdintame protokole lietuvių kalba <i>Steam sterilizer</i>

			<i>SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 2 psl.</i>
30	Galimybė prijungti personalinį kompiuterį ir spausdintuvą sterilizavimo proceso analizei ir dokumentavimui	Būtina	Galimybė prijungti personalinį kompiuterį ir spausdintuvą sterilizavimo proceso analizei ir dokumentavimui <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 3 psl.</i>
31	STERILIZACIJOS PROCESAS IR JO KONTROLĖ		
32	Sterilizatoriai privalo turėti mažiausiai šias sterilizacijos ir patikros programas: a) universali programa supakuotiems instrumentams ir tekstilei 134 ⁰ C b) universali programa supakuotiems instrumentams ir tekstilei, su intensyviu džioviniu 134 ⁰ C c) programa supakuotiems, temperatūrai jautriems gaminams 121 ⁰ C d) greita programa 134 ⁰ C e) Bowie Dick testas f) Vakuomo testas g) Kameros pakaitinimo programa	Būtina	Sterilizatoriai turi šias sterilizacijos ir patikros programas: a) universali programa supakuotiems instrumentams ir tekstilei 134 ⁰ C b) universali programa supakuotiems instrumentams ir tekstilei, su intensyviu džioviniu 134 ⁰ C c) programa supakuotiems, temperatūrai jautriems gaminams 121 ⁰ C d) greita programa 134 ⁰ C e) Bowie Dick testas f) Vakuomo testas g) Kameros pakaitinimo programa <i>Selectomat SL brošiūros 5 psl.</i>
33	Ne mažesnė nei 30 GB išorinė arba vidinė sterilizatoriaus atmintis	Būtina	32 GB sterilizatoriaus atmintis <i>Steam sterilizer SELECTOMAT SL 6618V2 technical specification 2 psl.</i>
34	Galimybė užprogramuoti automatinį sterilizatoriaus įsijungimą norimu laiku, vakuomo testo ir kameros pašildymo atlikimą, kad iš anksto paruošti sterilizatorių darbui	Būtina	Galimybė užprogramuoti automatinį sterilizatoriaus įsijungimą norimu laiku, vakuomo testo ir kameros pašildymo atlikimą, kad iš anksto paruošti

			sterilizatorių darbui <i>Steam sterilizer</i> <i>SELECTOMAT SL 6618V2</i> <i>technical specification 3</i> <i>psl.</i> <i>Selectomat SL brošiūros 5</i> <i>psl.</i>
35	Galimybė jungti sterilizatorių prie instrumentų apskaitos ir sekimo sistemos	Būtina	Galimybė jungti sterilizatorių prie instrumentų apskaitos ir sekimo sistemos <i>Selectomat SL brošiūros 3</i> <i>psl.</i>
36	Automatinis sterilizatoriaus perėjimas į budėjimo režimą, jeigu ilgai nenaudojamas	Būtina	Automatinis sterilizatoriaus perėjimas į budėjimo režimą, jeigu ilgai nenaudojamas <i>Selectomat SL brošiūros 3</i> <i>psl.</i>
37	SAUGUMO SISTEMA		
38	Ne mažiau dviejų sistemų apsauga, blokuojanti durų uždarymą esant kliūčiai	Būtina	Dviejų sistemų apsauga, blokuojanti durų uždarymą esant kliūčiai <i>Steam sterilizer</i> <i>SELECTOMAT SL 6618V2</i> <i>technical specification 1</i> <i>psl.</i>
39	Apsauginis slėgio mažinimo vožtuvas, neleidžiantis slėgiui kameroje pakilti aukščiau leidžiamo lygio	Būtina	Apsauginis slėgio mažinimo vožtuvas, neleidžiantis slėgiui kameroje pakilti aukščiau leidžiamo lygio <i>Steam sterilizer</i> <i>SELECTOMAT SL 6618V2</i> <i>technical specification 1</i> <i>psl.</i>
40	Apsauga nuo abiejų durų atidarymo vienu metu	Būtina	Apsauga nuo abiejų durų atidarymo vienu metu <i>Steam sterilizer</i> <i>SELECTOMAT SL 6618V2</i> <i>technical specification 1</i> <i>psl.</i>
41	Serviso režime privalo būti galimybė patikrinti visų sterilizatoriaus komponentų darbingumą, jų nekeičiant	Būtina	Serviso režime galimybė patikrinti visų sterilizatoriaus komponentų darbingumą, jų nekeičiant <i>Steam sterilizer</i> <i>SELECTOMAT SL 6618V2</i> <i>technical specification 2</i> <i>psl.</i>
42	PRIVALOMI PRIEDAI IR INSTALIAVIMAS		

43	Nerūdijančio plieno kameros pakrovimo vežimėlis	Būtina, 1 vnt.	Nerūdijančio plieno kameros pakrovimo vežimėlis 1 vnt.
44	Nerūdijančio plieno transportavimo vežimėliai	Būtina, 2 vnt.	Nerūdijančio plieno transportavimo vežimėliai 2 vnt
45	PRIVALOMI STANDARTAI IR GARANTIJOS		
46	Sterilizatoriaus atitikimas EN 285+A2, EN ISO 17665-1:06	Būtina	Sterilizatorius atitinka EN 285+A2, EN ISO 17665-1:06 <i>CE atitikties deklaracija</i>
47	Sterilizatoriaus gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal ISO 13485	Būtina	Sterilizatoriaus gamintojas sertifikuotas pagal ISO 13485
48	Sterilizatoriaus atitikimas medicinos gaminių direktyvos 93/42/EEC reikalavimams (CE ženklas)	Būtina	Sterilizatorius atitinka medicinos gaminių direktyvos 93/42/EEC reikalavimams (CE ženklas) <i>CE atitikties deklaracija</i>
49	Slėginių indų (sterilizavimo kameros, garų generatoriaus, vamzdynų) atitikimas standartui 2014/68/ EU	Būtina	Slėginių indų (sterilizavimo kameros, garų generatoriaus, vamzdynų) atitikimas standartui 2014/68/ EU <i>CE atitikties deklaracija</i>
50	Garantija	≥24 mėn.	24 mėn

Direktorius
Artūras Vasiliauskas

A. V.



Generalinis direktorius
Virginijus Domarkas

V.



PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA

GALUTINIS PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr. _____

(Data ir numeris)

(Sudarymo vieta)

Perkančioji organizacija VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė:
Tiekėjas teikėjas: UAB „Limeta“
Sutarties Nr. LS-133
Sutarties pavadinimas: „Sterilizatoriaus pirkimas“

Visos *Prekės*, nurodytos *Tiekiamų prekių sąraše*, buvo *pristatytos (įrašyti datą (datas))*.

Visi Sutarties 1.1 papunktyje numatyti *Tiekėjo* įsipareigojimai įvykdyti *(įrašyti datą)*.

Pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Pirkėjas pristatytas Prekes priėmė ir patvirtina, kad pristatytos Prekės atitinka Sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, visos Sutartyje numatytos sąlygos įvykdytos.

(Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai)) (nurodyti, jei tai numatyta Sutartyje).

Šiuo aktu Pirkėjas patvirtina, kad Prekės priimtose *(įrašyti datą)*, ir ši data yra laikoma *Prekių* garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė	Priėmė
Tiekėjas	Pirkėjas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)
(Antspaudas)	(Antspaudas)