

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. S1 - 238
2015 m. gegužės 12 d., Vilnius

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus dr. Narimanto Markevičiaus, veikiančio pagal ligoninės įstatus ir UAB „EVOMEDA“ (toliau - Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Egidijaus Šimulkaus veikiančio pagal įmonės įstatus, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1 Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja perduoti jam priklausančias šioje Sutartyje nurodytas Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias Prekes ir sumokėti už jas Pardavėjui šioje Sutartyje numatytą pinigų sumą atsižvelgiant į Sutartyje nustatytus terminus.

1.2. Sutarties dalykas yra: **medicininė įranga** (toliau – **Prekės**), kurių specifikacija nurodyta Sutarties Priede Nr.1.

2. Prekių kokybė

2.1. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

2.2. Prekės kokybės dokumentus saugo Pardavėjas, Pirkėjui pateikiamos įstatymiškai patvirtintas dokumentų kopijos.

2.3. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, kurioje turi būti detalai aprašyta kaip naudotis pateikta preke.

2.4. Pardavėjas pateikia Pirkėjui nustatyta tvarka patvirtintas prekių kokybę liudijančių dokumentų kopijas lietuvių kalba.

2.5. Prekės pateikiamos originaliame prekių gamintojo įpakavime, atitinkančiame prekių saugojimo ir transportavimo reikalavimus.

2.6. Nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis Pardavėjo sąskaita ir sąnaudomis per 6.2 punkte nurodytą terminą, skaičiuojant nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes Pardavėjui išsiuntimo dienos. Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjui išlaidas, nuostolius, kilusius dėl nekokybiškų Prekių panaudojimo. Jei Pardavėjas negali pakeisti nekokybiškų Prekių kokybiškomis, jis privalo grąžinti už nekokybiškas Prekes gautas lėšas.

3. Prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka

3.1. Šalys susitarė, kad **Sutarties Prekių suma yra 4400,00 Eur su PVM.**

3.2. Prekių kainos nustatomos ir atsiskaitymai vykdomi Euro.

3.3. Prekių kaina PVM sąskaitose-faktūrose nurodoma be PVM ir bendra suma su PVM.

3.4. Prekių kainos nurodytos pasiūlyme ir šios Sutarties Priede Nr.1 sutampa ir nekinta visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus esant 8.1. punkte nurodytai sąlygai.

3.5. Už kokybiškas prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui pagal gautas PVM sąskaitas - faktūras per 30 dienų po to, kai Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš Teritorinių ligonių kasų bus pervestos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.6. Į Prekių kainą įeina pagaminimo, transportavimo, krovimo, įpakavimo, sumontavimo, ženklavimo, PVM ir kitos pridėtinės išlaidos.

4. Prekių perdavimas

4.1. Pardavėjas perduoda Prekes per **45 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.**

4.2. **Prekes Pardavėjas savo transportu ir išlaidomis pristato Pirkėjui į Ligoninę Antakalnio g. 57, Vilnius.**

4.3. Sutarties 1.2. punkte nurodytas Prekes Pardavėjas perduoda Pirkėjui arba jo įgaliotam atstovui, kurie patvirtina tinkamu Prekių gavimo faktą savo parašu Prekių perdavimo-priėmimo akte. Prekių perdavimo-priėmimo aktą atitinka abiejų šalių pasirašyta PVM sąskaita-faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas.

4.4. Priimant pristatytas Prekes, jų kiekio, kokybės arba asortimento neatitikimą Pirkėjas įformina aktu ir nedelsiant praneša Pardavėjui telefonu, faksu ar el.paštu.

4.5. Pristačius prekes, dėl kurių nebuvo susitarta, trūkstant prekių arba pristačius ir sumontavus netinkamos kokybės Prekes, Pirkėjas per 7 kalendorines dienas nuo Prekių priėmimo turi teisę pareikšti pretenziją Pardavėjui.

4.6. Trūkstamos ir/ar nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis Pardavėjo sąskaita ir sąnaudomis 15 kalendorinių dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes Pardavėjui išsiuntimo dienos. Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjui išlaidas, nuostolius, kilusius dėl nekokybiškų Prekių panaudojimo. Jei Pardavėjas negali pakeisti nekokybiškų prekių kokybiškomis, jis privalo grąžinti už nekokybiškas Prekes gautas lėšas.

5. Garantinis laikotarpis

5.1. Pardavėjas Prekėms teikia gamintojo suteiktą garantiją, tačiau ne mažesnę nei 12 kalendorinių mėnesių.

5.2. Garantinio laikotarpio metu visas su garantiniu aptarnavimu susijusias išlaidas (transporto, remonto, detalių), prisiima Pardavėjas.

5.3. Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekės pristatymo dienos.

5.4. Pardavėjas gavęs raštišką Pirkėjo reikalavimą dėl defektų ar trūkumų, atsiradusių per garantinį eksploatacijos laiką, privalo per 3 (tris) kalendorines dienas aptiktus defektus ir trūkumus savo lėšomis pašalinti.

5.5. Pardavėjas per sutarties 5.4. punkte nustatytą laiką nepašalinęs defektų ir trūkumų, Pirkėjui atlygina patirtus nuostolius.

5.6. Garantinis laikotarpis yra pratęsimas tiek laiko, kiek laiko preke negalima buvo naudotis dėl jos gedimo.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

6.2. Pardavėjas, patiekęs kokybės reikalavimų ar užsakymo neatitinkančias Prekes arba nepatiekęs užsakytų Prekių laiku, privalo sumokėti Pirkėjui 10% (procentų) baudą nuo visos Sutarties sumos ir per 15 kalendorinių dienų pakeisti (pristatyti) Prekes tinkamomis.

6.3. Už prievolių, numatytų šioje sutartyje nevykdymą, Pardavėjas įsipareigoja mokėti po 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo nepatiktų ir/ar patiktų nekokybiškų Prekių sumos.

6.4. Pirkėjui laiku nesumokėjus bet kurio iš Sutartyje nustatytų mokėjimų, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui delspinigius po 0,02 proc. nuo neapmokėtos Prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7. Nenugalima jėga (Force majeure)

7.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840 (1996, Žin. 68-1652), kurios nepriklauso nuo sutarties šalių valios, šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas apie tai viena kita informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai šaliai.

8. Kitos sutarties sąlygos

8.1. Sutarties Prekių kaina ir (ar) atskirų Prekių kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų (kurie bus priimti šios Sutarties galiojimo metu) keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM ar kt.), kurie turės tiesioginės įtakos Pardavėjo tiekiamų Prekių kainos pasikeitimui. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokesčiai.

8.2. Kaina keičiasi nuo Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį įsigaliojimo datos.

8.3. Kitos pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

9. Sutarties galiojimas

- 9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
9.2. Šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo jų pasirašymo momento, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.
9.3. Šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.
9.4. Vienai iš sutarties šalių nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, kita šalis turi teisę bet kada, įspėjusi ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nutraukti sutartį.
9.5. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia šalių nuo civilinės atsakomybės už sutarties pažeidimą

10. Baigiamosios nuostatos

- 10.1. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pirkėjo buveinės vietą.
10.2. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.

PIRKĖJAS

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

A/sLT 867044060007990186

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Įmonės kodas 302692454

PVM kodas LT100006560213

Tel.: 85 2344267, faks.: 85 2346966

PARDAVĖJAS

UAB „Evomeda“

Smėlio g. 10, LT-10324 Vilnius

A/SLT737300010090971065

AB Swedbank

Banko kodas 73000

Įmonės kodas 300131853

PVM kodas LT 100001813415

Tel. 8 650 85087

Direktorius

dr. Narimantas Markevičius



Handwritten signature in blue ink, likely of the representative of UAB „Evomeda“.



VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės
Vyriausioji finansininkė
Renata Sriubienė

Handwritten signature in blue ink, likely of Renata Sriubienė.

Tėsininkė
Lina Voroneckienė

Handwritten signature in blue ink, likely of Lina Voroneckienė.

Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1 – 238
2015 m. gegužės 12 d.

UAB „Evomeda“
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (Antakalnio g. 57)

Pirki mo dalis	Pavadinimas	Kiekis vnt.	1 vnt. kaina Eur be PVM	1 vnt. kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur su PVM
3.	Pulsooksimetrai	2	826,45	1000,00	2000,00
4.	Priešpragulinis čiužinys	3	661,16	800,00	2400,00

Bendra suma: 4400,00 Eur su PVM

3 pirkimo dalis. Pulsooksimetrai-2 vnt..

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Privalomi techniniai parametrai	Siūlomi techniniai parametrai	Pastabos
1.	Paskirtis	Pacientų (naujagimių, vaikų ir suaugusiųjų) gyvybinių funkcijų monitoravimui	Paskirtis Pacientų (naujagimių, vaikų ir suaugusiųjų) gyvybinių funkcijų monitoravimui	
2.	Reikalavimai konstrukcijai	1. Kompaktiškas, pritaikytas nešiojimui, sveriantis iki 210g (±5%) 2. Galimybė pakrauti nuo pakrovėjo stovo	Konstrukcija 1. Kompaktiškas, pritaikytas nešiojimui, sveriantis 210g. 2. Galimybė pakrauti nuo pakrovėjo stovo	
3.	Ekrane rodoma informacija	1. Pulso bangos stiprumo indikatorius ne blogesnis negu 3 spalvų, LED 2. Skaitmeninis SpO2 IR ŠSD indikacijos ekranas ne mažiau 3 skaitmenų, ne mažiau 7 segmentų 3. Senkančios energijos indikatorius ne blogesnis negu LED, gintaro spalvos	Ekrane rodoma informacija 1. Pulso bangos stiprumo indikatorius 3 spalvų, LED 2. Skaitmeninis SpO2 IR ŠSD indikacijos ekranas 3 skaitmenų, 7 segmentų 3. Senkančios energijos indikatorius LED, gintaro spalvos	
4.	Matuojami parametrai	1. SpO2 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)	Matuojami parametrai 1. SpO2 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)	
5.	Reikalavimai SpO2 matavimo		SpO2 matavimo	

	kanalui: 1)SpO2 matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytą) 2) matavimo paklaida diapazone nuo 70% iki 100%, monitoruojant vaikus ir suaugusius	0-100% Ne daugiau kaip ± 2 matavimo vienetai(nejudant), ne blogiau ± 3 matavimo vienetai (judant)	kanalas: 1)SpO2 matavimo ribos 0-100% 2) matavimo paklaida diapazone nuo 70% iki 100%, monitoruojant vaikus ir suaugusius ± 2 matavimo vienetai (nejudant), ± 3 matavimo vienetai (judant)	
6.	ŠSD matavimas	Matavimo ribos 18-300 k/min., paklaida ne didesnė negu ± 3 kartai/min., naudojant SpO2	ŠSD matavimas Matavimo ribos 18-321 k/min., paklaida ± 3 kartai/min., naudojant SpO2	
7.	Integruota monitoravimo duomenų atmintis	Ne mažiau kaip 72 val. trukmės, galimybė perduoti į kompiuterį naudojant	Integruota monitoravimo duomenų atmintis 72 val. trukmės, galimybė perduoti į kompiuterį	
8.	Maitinimas	Ketrios 1,5V AA tipo baterijos arba per adapterį iš elektros tinklo 220V($\pm 5\%$), 50 Hz	Maitinimas Ketrios 1,5V AA tipo baterijos arba per adapterį iš elektros tinklo 220V($\pm 5\%$), 50 Hz	
9.	Akumuliatorius	Galimybė dirbti ne mažiau 80val. be išorinio maitinimo	Akumuliatorius Galimybė dirbti 80val. be išorinio maitinimo	
10.	Aplinkos darbo sąlygos	1.Temperatūros diapazonas ne blogesnis negu -20 iki +50°C($\pm 5\%$) 2.Drėgmės diapazonas ne blogesnis negu 10-90% 3.Atsparumas hiperbariniam spaudimui iki 4 atmosferų	Aplinkos darbo sąlygos 1.Temperatūros diapazonas -20 iki +50°C 2.Drėgmės diapazonas 10-90% 3.Atsparumas hiperbariniam spaudimui iki 4 atmosferų	
11.	Matmenys (PxAxG)	7 cm ($\pm 5\%$) x 13.8 ($\pm 5\%$) cm x 3.2 ($\pm 5\%$) cm	Matmenys (PxAxG) 7 cm x 13.8 cm x 3.2 cm	
12.	Komplektacija	1.Pulsooksimetras 2.Daugkartinio vartojimo SpO2	Komplektacija: 1.Pulsooksimetras	

		matuokliai su jungiamaisiais laidais-Y formos (tinka kūdikiams)-1 vnt. 3.Pakrovėjas pulsooksimetro aparatui –NIMH baterija, tinkama pulsooksimetrui, pakrovėjo blokas, maitinimo laidas, kištukų komplektas.	2.Daugkartinio vartojimo SpO2 matuokliai su jungiamaisiais laidais-Y formos (tinka kūdikiams)-1 vnt. 3.Pakrovėjas pulsooksimetro aparatui –NIMH baterija, tinkama pulsooksimetrui, pakrovėjo blokas, maitinimo laidas, kištukų komplektas.	
13.	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.	Būtina	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai	
14.	Naudojimo instrukcija	Lietuvių kalba. Pristatoma kartu su įranga	Naudojimo instrukcija Lietuvių kalba. Pristatoma kartu su įranga	
15.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	Garantinis laikotarpis 12 mėn.	

4 pirkimo dalis.Priešpragulinis čiužinys - 3 vnt..

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Privalomi techniniai parametrai	Siūlomi techniniai parametrai	Pastabos
1.	Aukštu dažniu suvirintos siūlės	Būtina	Aukštu dažniu suvirintos siūlės	
2.	Nepriklausoma celių konstrukcija, leidžianti pakeisti kiekvieną celę atskirai	Būtina	Nepriklausoma celių konstrukcija, leidžianti pakeisti kiekvieną celę atskirai	
3.	Greito oro išleidimo funkcija (CPR)	Būtina. Išleidžia orą iš visų celių ne ilgiau kaip per 10 sek.	Greito oro išleidimo funkcija (CPR)	
4.	Maksimaliai leistinas paciento svoris	Ne mažiau 100 kg.	Maksimaliai leistinas paciento svoris 101 kg.	
5.	Oro celių skaičius	Ne mažiau 18	Oro celių skaičius 18	

6.	Darbo ciklas	9,5 min. $\pm 5\%$	Darbo ciklas 9,5 min.	
7.	Slėgio reguliavimas	30-80 mmHg $\pm 5\%$	Slėgio reguliavimas 30-80 mmHg	
8.	Pripūsto čiužinio išmatavimai	191 x 88 x 10 cm $\pm 5\%$	Pripūsto čiužinio išmatavimai 191 x 88 x 10 cm	
9.	Čiužinio svoris	Ne daugiau 2 kg.	Čiužinio svoris 2 kg.	
10.	Valdymo bloko išmatavimai	12,5 x 8,5 x 25 cm $\pm 5\%$	Valdymo bloko išmatavimai 12,5 x 8,5 x 25 cm	
11.	Valdymo bloko svoris	Ne daugiau 2 kg.	Valdymo bloko svoris 2 kg.	
12.	Elektros maitinimas	230V, 50 Hz	Elektros maitinimas 230V, 50 Hz	
13.	Galingumas	7W $\pm 5\%$	Galingumas 7W	
14.	Triukšmo lygis	NC30 $\pm 5\%$	Triukšmo lygis NC30	
15.	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.	Būtina	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai	
16.	Naudojimo instrukcija	Lietuvių kalba. Pristatoma kartu su čiužiniais	Naudojimo instrukcija Lietuvių kalba. Pristatoma kartu su įranga	
17.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	Garantinis laikotarpis 24 mėn.	

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Direktorius

dr. Narimantas Markevičius



UAB „Evomeda“

