

SUTARTIS Nr. 14 - 19-0111

Klaipėda,

2019 m. spalio mėn. 24 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Kavita“ atstovaujama direktoriaus A. Petrikaičio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytomis sąlygomis, pristatyti atvirame konkurse (444873) laimėtą kompiuterinį perimetrą PTS-925W, Optopol, Lenkija, kurio vnt. kaina yra 8.394,00 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt keturi eurai 00 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Kompiuterinis perimetras PTS-925W, Optopol, Lenkija

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės
1.	Prietaiso paskirtis	Skirtas paciento regėjimo lauko lauko įvertinimui statiniu metodu
2.	Prietaiso konstrukciniai ypatumai	Stimulai projektuojami uždaro tipo pusrutulio formos ekrane, su ventiliacija (pacientui)
3.	Perimetro ekrano diametras (Ø)	30 cm
4.	Tiriamo akipločio ribos	Horizontaliai: 170° Vertikaliai: 95°
5.	Tiriamąjo lauko foninis apšvietimas	31,5 asb.
6.	Stimulo spalva	Balta
7.	Stimulo dydis	III pgl. Goldmann
8.	Maksimalus stimulo intensyvumas	10000 asb.
9.	Minimalus tiriamų regėjimo laukų pasirinkimas	1. "10-2" 2. "24-2" 3. "30-2" 4. Ortogonaliniai laukai
10.	Minimalus skriningo testų pasirinkimas	1. 2-jų zonų 2. 3-jų zonų 3. Kiekybinis defekto gylis
11.	Minimalus slenkstinių testų pasirinkimas	1. Slenksčio matavimas 2. Greitas slenkščio matavimas 3. Pažangus slenkščio matavimas
12.	Minimalus specialių testų pasirinkimas	1. Vairuotojų tyrimas pgl. Esterman 2. Binokulinis dvejinimosi tyrimas 3. Virpėjimo (angl. flicker) tyrimas
13.	Pakartotinai atliekamų tyrimų analizė	1. Rezultatų palyginimas 2. Defekto progresavimo įvertinimas
14.	Tyrimo rezultatų pateikimo forma	HFA stiliumi
15.	Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas	1. Heijl/Krakau metodas 2. Žvilgsnio sekimas 3. Mirksėjimo sekimas (tyrimas t.b. stabdomas pacientui užmerkus akį)
16.	Paciento galvos padėties (aukščio) pozicionavimas	Motorizuotos smakro atramos pagalba
17.	Laikiklis korekciniams lęšiams	Taip, tinkamas naudoti su standartiniais korekciniais lęšiais, reguliuojamos padėties prieš akį
18.	DICOM suderinamumas	1. Darbų sąrašo (angl. <i>worklist</i>) palaikymas 2. Rezultatų siuntimas
19.	Komplekte su kompiuteriu	Nešiojamas kompiuteris, pilnai užtikrinantis prietaiso funkcionavimą. Kompiuteryje instaliuotos programos, būtinos prietaiso valdymui bei numatytiems tyrimams atlikti, pacientų duomenų bei tyrimų išsaugojimui
20.	Komplekte su spausdintuvu	Nespalvotas lazerinis spausdintuvas, tyrimo rezultatų

		atspausdinimui
21.	Komplekte su staliuku perimetrui pastatyti	Reguliuojamo aukščio, elektrinis, su 4 ratukais ir stabdžiais
22.	Maitinimo šaltinis	Iš ~220V 50Hz elektros tinklo
23.	Garantija	12 mėn.
24.	CE žymėjimas	Taip, yra

2. Sutarties vertė

Sutarties vertė – 8.394,00 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt keturi eurai 00 cnt.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti „Pardavėjas“ įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. „Pardavėjas“ pristato „Pirkėjui“ nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka „Pardavėjas“.

5.4. Jeigu "Pardavėjas" per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, "Pirkėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

7.1.1. šalių susitarimu;

7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8. Ginčai

8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas



prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjas sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai


“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



“Pardavėjas”

UAB „Kavita“
Gamyklos g. 48,
LT-89104 Mažeikiai
A/S LT077044060000017238
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 166725580



Komercijos vadovas
Artūras Tamašauskas

Atviro konkurso
 1 priedas

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ
PASIŪLYMO FORMA
**DĖL „KOMPIUTERINIO PERIMETRO“ PIRKIMO
 2019-08-30 NR.190830-01
 Mažeikiai**

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Kavita“
Tiekėjo adresas	Gamyklos g.48, LT-89104 Mažeikiai
Įmonės kodas	166725580
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Pardavimų vadovė Jurgita Kontenienė
Telefono numeris	8-443-65166
Fakso numeris	8-443-65866
El. pašto adresas	info@kavita.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	LT077044060000017238 AB SEB, b.k 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija.pdf	3
2.	Bukletas Konfidencialu.pdf	6
3.	Ce atitikties deklaracija Konfidencialu.pdf	2
4.	Espd-response Konfidencialu (dviem formatais PDF ir XML)	13
5.	Jungtinė pažyma Konfidencialu 2019 08 19.pdf	2
6.	Vadovo įgaliojimas Konfidencialu.pdf	1

7.	Kavita išplėstinis išrašas 2018 09 05 Konfidencialu.pdf	3
----	---	---

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
1.	Kompiuterinis perimetras PTS-925W	8394,00

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Bukletas_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
2.	Ce atitikties deklaracija_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
3.	Espd-response_Konfidencialu (dviem formatais PDF ir XML)	„Prisegti dokumentai“
4.	Jungtinė pažyma_Konfidencialu 2019 08 19.pdf	„Prisegti dokumentai“
5.	Vadovo įgaliojimas_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
6.	Kavita išplėstinis išrašas 2018 09 05 Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Pardavimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)


(Parašas*)

Rūta Dulskytė
(Vardas ir pavardė*)

*Atkreiptas dėmesys, kad
reikalingi visi*


2019 Gyd. Jurgita
Juotkienė



UŽDAROJI AKCINE BENDROVE

Kavita

Įmonės kodas: 166725580, PVM mokėtojo kodas: LT667255811

Buveinės adresas: Gamyklos g. 48, LT-89104, Mazeikiai, Lietuva

AB SEB bankas, banko kodas: 70440, A.S.: LT07 7044 0600 0001 7238

SPECIALIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI KOMPIUTERINIAM PERIMETRUI

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Prietaiso paskirtis	Skirtas paciento regėjimo lauko įvertinimui statiniu metodu	Prietaiso paskirtis: skirtas paciento regėjimo lauko įvertinimui statiniu metodu. Žr. Bukletas.pdf 1, 3 psl.
2.	Prietaiso konstrukciniai ypatumai	Stimulai projektuojami uždaro tipo pusrutulio formos ekrane, su ventiliacija (pacientui)	Prietaiso konstrukciniai ypatumai: stimulai projektuojami uždaro tipo pusrutulio formos ekrane, su ventiliacija (pacientui). Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
3.	Perimetro ekrano diametras (Ø)	30±0,5 cm	Perimetro ekrano diametras 30 cm. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
4.	Tiriamo akipločio ribos	Horizontaliai: ≥160° Vertikalčiai: ≥90°	Tiriamo akipločio ribos: Horizontaliai: 170°; Vertikalčiai: 95°. Žr. Bukletas.pdf 1 psl.
5.	Tiriamąjo lauko foninis apšvietimas	31,5±5% asb.	Tiriamąjo lauko foninis apšvietimas 31,5 asb. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
6.	Stimulo spalva	Balta	Stimulo spalva: balta Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
7.	Stimulo dydis	III pgl.Goldmann	Stimulo dydis: III pgl.Goldmann. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
8.	Maksimalus stimulo intensyvumas	≥10000 asb.	Maksimalus stimulo intensyvumas: 10000 asb. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
9.	Minimalus tiriamų regėjimo laukų pasirinkimas	1.“10-2“ 2.“24-2“ 3.“30-2“ 4.Ortogonaliniai laukai	Minimalus tiriamų regėjimo laukų pasirinkimas: 1. “10-2“ 2. “24-2“ 3. “30-2“ 4. Ortogonaliniai laukai. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
10.	Minimalus skrinimo testų pasirinkimas	1.2-jų zonų 2.3-jų zonų 3.Kiekybinis defekto gylio	Minimalus skrinimo testų pasirinkimas: 1. 2-jų zonų 2. 3-jų zonų 3. Kiekybinis defekto gylio. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
11.	Minimalus slenkstinių testų pasirinkimas	1.Slenksčio matavimas 2.Greitas slenkščio matavimas 3.Pažangus slenkščio matavimas	Minimalus slenkstinių testų pasirinkimas: 1. Slenkščio matavimas 2. Greitas slenkščio matavimas 3. Pažangus slenkščio matavimas. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.

12.	Minimalus specialių testų pasirinkimas	1.Vairuotojų tyrimas pgl.Esterman 2.Binokulinis dvejinimosi tyrimas 3.Virpėjimo (ang. <i>flicker</i>) tyrimas	Minimalus specialių testų pasirinkimas: 1.Vairuotojų tyrimas pgl.Esterman 2. Binokulinis dvejinimosi tyrimas 3. Virpėjimo (ang. <i>flicker</i>) tyrimas. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
13.	Pakartotinai atliekamų tyrimų analizė	1.Rezultatų palyginimas 2.Defekto progresavimo įvertinimas	Pakartotinai atliekamų tyrimų analizė: 1. Rezultatų palyginimas 2. Defekto progresavimo įvertinimas. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
14.	Tyrimo rezultatų pateikimo forma	HFA stiliumi	Tyrimo rezultatų pateikimo forma - HFA stiliumi. Žr. Bukletas.pdf 1 psl.
15.	Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas	1.Heijl/Krakau metodas 2.Žvilgsnio sekimas 3.Mirksėjimo sekimas (tyrimas t.b. stabdomas pacientui užmerkus akį)	Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas: 1.Heijl/Krakau metodas 2.Žvilgsnio sekimas 3.Mirksėjimo sekimas (tyrimas stabdomas pacientui užmerkus akį). Žr. Bukletas.pdf 2-3 psl.
16.	Paciento galvos padėties (aukščio) pozicionavimas	Motorizuotos smakro atramos pagalba	Paciento galvos padėties (aukščio) pozicionavimas - motorizuotos smakro atramos pagalba. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
17.	Laikiklis korekciniais lęšiams	Būtinai, tinkamas naudoti su standartiniais korekciniais lęšiais, reguliuojamos padėties prieš akį	Laikiklis korekciniais lęšiams tinkamas naudoti su standartiniais korekciniais lęšiais, reguliuojamos padėties prieš akį. Žr. Bukletas 1 psl.
18.	DICOM suderinamumas	1. Darbų sąrašo (angl. <i>worklist</i>) palaikymas 2. Rezultatų siuntimas	DICOM suderinamumas: 1. Darbų sąrašo (angl. <i>worklist</i>) palaikymas 2. Rezultatų siuntimas. Žr. Bukletas.pdf 2-3psl.
19.	Komplekte su kompiuteriu	Stacionarus kompiuteris su monitoriumi, klaviatūra, pele arba nešiojamas kompiuteris, pilnai užtikrinantis prietaiso funkcionavimą. Kompiuteryje turi būti instaliuotos programos, būtinos prietaiso valdymui bei numatytiems tyrimams atlikti, pacientų duomenų bei tyrimų išsaugojimui.	Komplekte su kompiuteriu: nešiojamas kompiuteris, pilnai užtikrinantis prietaiso funkcionavimą. Kompiuteryje yra instaliuotos programos, būtinos prietaiso valdymui bei numatytiems tyrimams atlikti, pacientų duomenų bei tyrimų išsaugojimui. Žr. Bukletas.pdf 6 psl.
20.	Komplekte su spausdintuvu	Nespalvotas lazerinis arba rašalinis spausdintuvas, tyrimo rezultatų atspausdinimui	Komplekte su spausdintuvu: nespalvotas lazerinis, tyrimo rezultatų atspausdinimui. Žr. Bukletas.pdf 6 psl.
21.	Komplekte su staliuku perimetrai pastatyti	Reguliuojamo aukščio, elektrinis, su 4 ratukais ir stabdžiais	Komplekte su staliuku perimetrai pastatyti: reguliuojamo aukščio, elektrinis, su 4 ratukais ir stabdžiais. Žr. Bukletas.pdf 4 psl.

22.	Maitinimo šaltinis	Iš ~220V 50Hz elektros tinklo	Maitinimo šaltinis: 220V 50Hz elektros tinklo. Žr. Bukletas.pdf 2 psl
23.	Garantija	≥12 mėn.	Garantija 12 mėn. Žr. Bukletas.pdf 4 psl
24.	CE žymėjimas	Būtinai	Atitinka medicinos prietaisų 93/42/EEC direktyvos reikalavimus. Žr. Bukletas.pdf 6 psl
25.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	Žr. Bukletas.pdf 1-6 psl.
26.	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
27.	PVM tarifas procentais		21%
28.	Viso kaina Eur su PVM		8394,00
29.	Firminis pavadinimas, gamintojas		PTS-925W, Optopol, Lenkija.