



Rehastar.

UAB "Rehalinija". Į.k.304782142., PVM mokėtojo kodas: LT100011829012, Šiaurės pr. 38-25, LT-49224, Kaunas
Telefonas: +37062611553, el.p. info@rehastar.com, A/s LT40 4010 0510 0420 8312, Luminor Bank AB. Banko kodas: 40100


VšĮ Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

Širmos

2019-07-09

Kaunas



Prekės aprašymas

Širma, skirta sveikatos priežiūros įstaigoms, didesniai paciento privatumui užtikrinti. Teleskopinė širma skirta montavimui prie sienos. Teleskopinis širmos laikiklis pagamintas iš nerūdijančio plieno, sustumiamas, nulenkiamas horizontaliai.


Standartinis širmos audinys iš medvilnės ir poliesterio, papildomai galima rinktis didesnio atsparumo poliesterio audinį.

Ilgis (sustumta/išskleista): 70 - 200 cm

Audinio matmenys: 200 cm x 144 cm

Svoris: 5 kg

Galimos standartinės širmos audinio spalvos. Užsakant, prašome nurodyti spalvą.



Kaina (11 vnt): 223,00 Eur su PVM/ vnt (viso 2453,00 Eur)

Pateiktos kainos su PVM, pristatymu. Pristatymo terminas 2-3 sav.

Pasiūlymą parengė Darius Kavaliauskas

Teleskopinių širmų techninė specifikacija (orientacinis kiekis 11 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Reikalavimai konstrukcijai:	1. Užuolaidos laikiklis – tvirta ir lengva horizontali teleskopinė (sustumiama-ištraukiama) konstrukcija, vienu galu tvirtinama prie sienos. Širmos komplekte turi būti specialus prie sienos prisukamas užuolaidos teleskopinio laikiklio fiksatorius; 2. Konstrukciniai tvirtinimo elementai turi būti tokie, kad širmą būtų galima pasukti horizontalioje plokštumoje, užuolaidos teleskopinį laikiklį priglaudžiant lygiagrečiai sienai.	Užuolaidos laikiklis – tvirta ir lengva horizontali teleskopinė (sustumiama-ištraukiama) konstrukcija, vienu galu tvirtinama prie sienos. Širmos komplekte specialus prie sienos prisukamas užuolaidos teleskopinio laikiklio fiksatorius; Konstrukciniai tvirtinimo elementai turi būti tokie, kad širmą būtų galima pasukti horizontalioje plokštumoje, užuolaidos teleskopinį laikiklį priglaudžiant lygiagrečiai sienai.
2.	Teleskopinio laikiklio ilgis	Ištraukto – 200-230 cm; Sustumto – ne daugiau 85 cm	Ištraukto – 200 cm; Sustumto – 70 cm
3.	Užuolaida	1. Užuolaidos audeklas nedegus, pasižymintis antibakteriniu poveikiu, tinkamas plauti skalbimo mašinoje imtinai iki 60°C temperatūros vandenyje; 2. Turi būti galimybė užsakant pasirinkti užuolaidos audeklo spalvą (<i>nurodykite siūlomas spalvas</i>); 3. Ištiestos užuolaidos plotis ≥ 200-225 cm, ilgis (vertikaliai) 144 - 175 cm.	Užuolaidos audeklas nedegus, pasižymintis antibakteriniu poveikiu, tinkamas plauti skalbimo mašinoje imtinai iki 60°C temperatūros vandenyje; galimybė užsakant pasirinkti užuolaidos audeklo spalvą (<i>nurodykite siūlomas spalvas</i>); Ištiestos užuolaidos plotis 200 cm, ilgis (vertikaliai) 144 cm.
4.	Teleskopinės medicininės širmos montavimas prie sienos (įskaitant montavimui naudojamas detales ir medžiagas)	Įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	Įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
5.	Garantinis laikotarpis	≥ 12 mėn.	12 mėn.

Papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis bei aprašymais, patvirtinanti reikalaujamų techninių parametru atitikimą.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.