

**PREKIŲ (MEDICINOS ĮRANGOS) VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO  
SUTARTIS NR. SR19-118//DR-85/19**

2019 m. spalio 24 d.

Trakai

**Viešoji įstaiga Trakų ligoninė**, juridinio asmens kodas 181383493, kurios registruota buveinė yra Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Antano Česnulevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, **(toliau – Pirkėjas)** – viena šalis, ir

**UAB „Graina“**, juridinio asmens kodas 147736647, kurios registruota buveinė yra Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus valdymui Šarūno Gildučio, veikiančio pagal 2019-01-02 įgaliojimą Nr. 19-3-1 **(toliau – Tiekėjas)** – kita šalis,

toliau Tiekėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo dvylikos kanalų elektrokardiografo ir medicininių instrumentų pirkimo (pirkimo Nr. 453227) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

## **1. SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Sutarties objektas – dvylikos kanalų elektrokardiografas BeneHeart R12, Mindray, Kinija (toliau – Prekės), kurių techniniai parametrai nurodyti Sutarties 1 priede, pirkimas – pardavimas.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise priklausančias Prekes Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. Tiekėjas patvirtina, kad tretieji asmenys į perduodamas Prekes neturi jokių teisių ar pretenzijų, perduodamos Prekės nėra areštuotos ir nėra teismo ginčo objektas, taip pat Tiekėjo teisė disponuoti Prekėmis nėra atimta ar apribota.

1.4. Tiekėjas garantuoja, kad Prekės yra naujos, nenaudotos, kokybiškos, neturi paslėptų trūkumų ir defektų, tinkamos naudoti pagal jų paskirtį, atitinka Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymą bei kitus Sutarties reikalavimus, taip pat atitinka visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

## **2. PREKIŲ PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS**

2.1. Prekės turi būti pristatytos, iš anksto Šalių suderintu laiku: **per 60 (šešiasdešimt) kalendarinių dienų** nuo Sutarties įsigaliojimo (pasirašymo) dienos. Per šį laikotarpį Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos taip, kad pilnai funkcionuotų bei apmokytas Pirkėjo personalas kaip tinkamai naudotis prekėmis. Tiekėjas privalo pasirūpinti visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui.

2.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, Šalių raštišku susitarimu, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsimas dar 30 (trisdešimt) dienų.


2.3. Prekių pristatymo vieta – Mindaugo g. 13, Trakai.

2.4. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, gavęs Pirkėjo sutikimą, gali pristatyti kitas, nei Sutartyje nurodytas, Prekes, jei:

2.4.1. Prekių gamintojas nebegamina Sutartyje nurodytų Prekių. Tokiu atveju Sutartyje nurodytos Prekės turi būti pakeistos to paties ar kito gamintojo lygiavertėmis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų Prekėmis, nekeičiant Sutartyje nustatytos Prekių kainos.

2.4.2. Rinkoje pasirodo to paties gamintojo naujesnio modelio Prekės, kurių techniniai parametrai yra geresni už nurodytus Sutarties 1 priede, ir Tiekėjas sutinka pristatyti šias Prekes už tokią pačią Sutartyje numatytą Prekių kainą.

2.5. Tiekėjas, 2.4 punkte nurodytais atvejais, norėdamas pristatyti kitas, nei Sutartyje nurodytas, Prekes, turi pateikti Pirkėjui raštišką prašymą, pridėdamas prašyme dėstomas aplinkybes



pagrindžiančius dokumentus (pvz. gamintojo raštą ar pan.), taip pat pateikti naujai siūlomų Prekių atitikimą Sutarties 1 priede nustatytiems reikalavimams įrodančius dokumentus (pvz. Prekių brošiūras, katalogus ir pan.). Pirkėjui sutikus, Prekių pakeitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu.

2.6. Iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

2.7. Tiekėjas turi pasirūpinti, kad Prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą, suderinus su Pirkėju, kad pastarasis galėtų Prekes patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekių priėmimą.

2.8. Prekės turi būti pateiktos gamyklinėje pakuotėje. Su Prekėmis turi būti pateikti visi Sutarties 1 priede reikalaujami dokumentai (darbo, eksploatavimo, priežiūros instrukcijos ir pan.).

2.9. Prekių priėmimas įforminamas pasirašant priėmimo – perdavimo aktą ar kitą priėmimą – perdavimą patvirtinantį dokumentą ir sąskaitą – faktūrą, po to, kai Tiekėjas pristato, sumontuoja, įdiegia Prekes ir apmoko Pirkėjo darbuotojus naudotis Prekėmis. Nuo šio dokumento pasirašymo momento Prekės tampa Pirkėjo nuosavybe.

2.10. Jei Tiekėjas pristato Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes ar atsisako įvykdyti kitus savo sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjas turi teisę nepasirašyti priėmimo – perdavimo akto ar kito priėmimą – perdavimo patvirtinančio dokumento (pvz. sąskaitos – faktūros), reikalauti nedelsiant pristatyti tinkamas Prekes ir įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.11. Prekių pristatymo ar garantinio laikotarpio metu, nustačius Prekių kokybės trūkumus ar gedimus ir negalint atkurti Prekių techninių galimybių, Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pakeisti nebetinkamas naudoti Prekes analogiškomis naujomis Prekėmis ir atlikti techninės priežiūros ar remonto darbus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui pateikimo telefonu arba elektroniniu paštu dienos.

2.12. Jeigu Tiekėjas vengia vykdyti sutartinius įsipareigojimus, nepristato Prekių nustatytu terminu, nepašalina Prekių trūkumų ir/ar neatitikimų per nustatytą Pirkėjo nustatytą terminą, arba jei Tiekėjas antrą kartą pristato Prekes, kurios neatitinka jo pasiūlyme deklaruotų techninių parametrų, tuo atveju, Pirkėjas įgyja teisę be įspėjimo nutraukti šią sutartį dėl esminio jos pažeidimo ir nedelsiant įtraukia Tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrašą bei turi teisę pareikalauti papildomai sumokėti 10 (dešimties) procentų dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos (su PVM), kurią Tiekėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio pareikalavimo gavimo dienos.

2.13. Jei Prekių neatitikimas Sutarties reikalavimams paaiškėjo po Prekių priėmimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas iki Pirkėjo nustatyto protingo termino pakeistų Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes tinkamomis. Jei toks Pirkėjo reikalavimas yra pareikštas praėjus Sutartyje numatytam Prekių pristatymo terminui, Pirkėjas turi teisę taikyti sutarties įvykdymo užtikrinimą ir skaičiuoti delspinigius.

### **3. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

3.1. Prekėms suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.

3.2. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas garantuoja nemokamą techninę priežiūrą ir garantinį aptarnavimą.

3.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Prekių garantinio termino sąlygos lieka galioti ir pasibaigus sutarties galiojimui.

3.4. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą Prekių dalių, medžiagų nupirkimą ir pakeitimą naujomis, bei nustatytų techninių galimybių atkūrimą arba nemokamą Prekių pakeitimą naujomis analogiškomis Prekėmis.

3.5. Jei prekės defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu (el. paštu) apie tai informuoja Tiekėją. Tiekėjas privalo atvykti per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo gavimo momento ir savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu Pirkėjo pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado Pirkėjui tinkamai eksploatuojant Prekes. Nesant galimybės pašalinti gedimų ar defektų iš karto, Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Pirkėją apie numatomą gedimų ar defektų pašalinimo terminą, kuris visais atvejais negali būti didesnis, nei 1 (vienas) mėnuo nuo informavimo apie defektą ar gedimą dienos. Tiekėjas imasi visų įmanomų veiksmų kuo greičiau pašalinti gedimą ar defektą. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas pateikia informaciją ir dokumentus, kokių veiksmų imtasi šalinant gedimus ar defektus.

3.6. Tiekėjui nepagrįstai delsiant pašalinti gedimus ar defektus ar viršijus šiame punkte nustatytus terminus, Pirkėjas turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl nepagrįstai ilgo prekės funkcionalumo apribojimo, atlyginimą.

3.7. Tuo atveju, jeigu Tiekėjo specialistai nustatys, kad Prekių gedimų ar defektų neįmanoma pašalinti, Tiekėjas įsipareigoja pakeisti naujomis, analogiškėmis Prekėmis.

3.8. Garantinis terminas pakeistai ar sutaisytai Prekei, ar prekės dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistos ar sutaisytos Prekės, ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

3.9. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės techninė priežiūra, techninis aptarnavimas ir remontas būtų atliekamas tik kvalifikuoto (-ų) specialisto (-ų).

3.10. Visą prekių garantijos laikotarpį, Tiekėjas įsipareigoja neatlygintinai teikti Pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus.

#### **4. KAINODAROS TAISYKLĖS, ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA**

4.1. Sutarties kaina yra 3.710,00 EUR (Trys tūkstančiai septyni šimtai dešimt eurų 00 ct) be PVM, 4.489,10 EUR (Keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 10 ct) su PVM. PVM 21 % sudaro 779,10 EUR (Septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 10 ct).

4.2. Į sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, būtinos Sutarties įvykdymui.

4.3. Už laiku perduotas kokybiškas, Sutartyje ir pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes, Pirkėjas sumoka Tiekėjui bankiniu pavedimu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

4.4. Sutarties mokėjimų dokumentai teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka. Tiekėjas mokėjimo dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras) teikia Pirkėjui naudodamasis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis (svetainė pasiekiama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)). Nesant objektyvių galimybių mokėjimo dokumentus pateikti naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, Tiekėjas mokėjimo dokumentus teikia Pirkėjui elektroniniu paštu [info@trakuligonine.lt](mailto:info@trakuligonine.lt) ar kitu su Pirkėju suderintu būdu.

4.5. Už Prekes mokama eurai. PVM sąskaitoje - faktūroje Tiekėjas nurodo Sutarties numerį ir datą.

4.6. Sutartyje nustatyta Prekių kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiama (nei pasikeitus kainų lygiui, nei mokesčiams (išskyrus PVM). Pasikeitus Prekėms taikomam PVM tarifui (įsigaliojus tą patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams), Sutartyje nustatyti Prekių įkainiai perskaičiuojami tokia tvarka: įkainiai EUR be PVM nekeičiami, o prie jų pridedamas naujas PVM tarifas. Įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalims pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Naujas PVM tarifas taikomas po įkainių perskaičiavimo pristatomoms Prekėms.

#### **5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

5.1. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokia teise turintys asmenys;

5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar dalį Prekių bei įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje numatytą terminą, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.3. Be objektyvių priežasčių, Pirkėjui laiku nesumokėjus už priimtas tinkamas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekes, Sutartyje nustatytais terminais, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.4. Netesybos gali būti išskaičiuojamos iš Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų.

5.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

5.6. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjo ar trečiosios šalies patirtą žalą, atsiradusią dėl netinkamų Prekių ar Tiekėjui nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

## **6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

6.1. Sutarties įvykdymo garantija – netesybos. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl Tiekėjo kaltės – jam nesilaikant sutarties sąlygų ir joje prisiimtų įsipareigojimų, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti 10 (dešimties) procentų dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos (su PVM) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio pareikalavimo gavimo dienos.

6.2. Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, tiek, kiek patirti nuostoliai viršija baudą.

## **7. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)**

7.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

## **8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA**

8.1. Sutartis aiškinama, visi joje neaptarti klausimai ir visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

8.2. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami derybų būdu. Jei Šalis nepavyksta išspręsti ginčo derybų būdu, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės vietą.

## **9. SUTARTIES KEITIMAS**

9.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

9.1.1. kai pakeitimas iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose;

9.1.2. kai prireikia iš to paties Tiekėjo, pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurių nebuvo įtraukta į pirminį pirkimą;

9.1.3. kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Pirkėjas negalėjo numatyti;

9.1.4. kai pirkimo sutarties šalis, su kuria Pirkėjas sudarė sutartį, pakeičiama nauja sutarties šalimi, jeigu iš anksto, nedviprasmiškai tai buvo numatyta pirkimo dokumentuose, arba dėl pradinio Tiekėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros naujas Tiekėjas, atitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio Tiekėjo teises ir pareigas;

9.1.5. kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje.

9.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.

9.3. Jeigu pirkimo sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu nurodyta atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

## **10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

10.1. Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu bendru Sutarties Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, jei:

10.1.1. kita Šalis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

10.1.2. keičiasi kitos Šalies organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

10.1.3. kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

10.2. Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, ar sutartį, kuria keičiama pirkimo sutartis, jeigu:

10.2.1. paaiškėjo, kad pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant šios Sutarties 9 skyriaus nuostatas;

10.2.2. paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros kadangi yra nuteistas už šią nusikalstamą veiką: dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, nusikalstamą bankrotą, teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą, kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą;

10.2.3. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

10.2.4. kai padarytas pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, tai yra, pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų, dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeičia Tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje, dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties apimtis, kai Tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pakeičia naujas Tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu 9.1.4 papunktyje nurodytos priežastys arba kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties bendrasis pobūdis.

10.3. Sutartis gali būti nutraukta Pirkėjo iniciatyva ir dėl kitų, Sutarties 10.1 ir 10.2 punktuose nenurodytų priežasčių, prieš ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų raštu informavus Tiekėją. Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu informavęs Pirkėją tik dėl objektyvių priežasčių.

10.4. Šalys žino ir supranta, kad jei Sutartis bus nutraukta dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo, Pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 91 str. 1 d. nuostatomis, privalės viešai paskelbti apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

10.5. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Tiekėjo sutartinių prievolių įvykdymo terminų nesilaikymas, Sutarties reikalavimų neatitinkančių Prekių pristatymas bei kiti atvejai numatyti 10.2.4. punkte.

10.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties nutraukimo.

## **11. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA**

11.1. Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Tiekėjas subtiekėjo (-ų) nepasitelks.

## **12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

12.1. Sutartis įsigalioja nuo 2019 m. spalio 24 d. ir galioja ne ilgiau nei 24 (dvidešimt keturis) mėnesius išskyrus pagrįstus atvejus, kai atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes ir siekiant racionalaus lėšų panaudojimo būtina pailginti šį laikotarpį. Sutarčiai nustojus galioti, Šalys sutaria, kad iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su taikoma garantija ir garantiniu aptarnavimu, su atsiskaitymais, nuostolių, baudų, delspinigių mokėjimu ir ginčų sprendimo tvarka.



12.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Pirkėjo ir Tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

12.3. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

12.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys (tame tarpe ir banko sąskaitos numeris), tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

12.5. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros administratorė Anžela Labanova tel. (8 528) 55 814, mob. Tel.: 8 640 46 909 el. p. [administratore@trakuligonine.lt](mailto:administratore@trakuligonine.lt) Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – viešųjų pirkimų specialistė Renata Belevičienė.

12.6. Tiekėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra - produktų vadovas Juozas Baltrušaitis, tel. 8 645 52604, el.p. [juozas.baltrušaitis@graina.lt](mailto:juozas.baltrušaitis@graina.lt).

12.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.8. Sutarties priedai:

12.8.1 Prekių kaina ir techninė specifikacija (priedas Nr.1);

### 13. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

#### PIRKĖJAS

##### VšĮ Trakų ligoninė

Įstaigos kodas 181383493  
Mindaugo g. 17, 21114 Trakai  
AB DnB (LUMINOR) bankas, b.k. 40100  
A/S LT84 4010 0427 0004 0042  
Tel. (8~528) 55 814, Faks. (8~528) 55 785  
El. paštas [info@trakuligonine.lt](mailto:info@trakuligonine.lt)

Direktorius  
Antanas Česnulevičius  
A.V.




#### TIEKĖJAS

##### UAB „GRAINA“

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys  
Įmonės kodas 1477 36647  
A.s. LT63 7044 0600 0263 5618  
AB SEB bankas, banko kodas 70440  
PVM mokėtojo kodas LT477366410  
Tel. (8 45) 57 06 05, Faks. (8 45) 43 35 40  
<http://www.graina.lt>, El.p. [info@graina.lt](mailto:info@graina.lt)

Direktorius valdymui  
Šarūnas Gildutis  
A.V.



**PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINA**

**1 pirkimo dalis: dvylikos kanalų elektrokardiografas Mindray BeneHear R12:**

Pasiūlymo kaina € be PVM 3.710,00 (Trys tūkstančiai septyni šimtai dešimt eurų 00 ct).

PVM 21 % tarifas ir jo suma € 779,10 (Septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 10 ct)

Pasiūlymo kaina € su PVM 4.489,10 (Keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 10 ct).

**1 PIRKIMO DALIS:**

**DVYLIKOS KANALŲ ELEKTROKARDIOGRAFAS (1 vnt.)**

**Elektrokardiografas BeneHeart R12, Mindray, Kinija 2019**

**33123200-0 Elektrokardiografijos prietaisai**

| Eil. Nr. | Parametras                                                                  | Parametro reikšmė                                                                                                                 | Siūlomo parametro reikšmės |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                           | 3                                                                                                                                 | 4                          |
| 1.       | Ramybės EKG registravimas                                                   | Būtina                                                                                                                            |                            |
| 2.       | Pilna raidinė/skaitinė klaviatūra                                           | Integruota                                                                                                                        |                            |
| 3.       | Elektrokardiografo svoris                                                   | Ne daugiau 5 kg                                                                                                                   |                            |
| 4.       | Spalvotas lietimui jautrus ekranas                                          | Būtina.<br>Ekranų rezoliucija ne blogiau 800 x 480.<br>Įstrižainė ne mažiau 20 cm.<br>Vienalaikis dvylikos derivacijų vaizdavimas |                            |
| 5.       | Monitoriuje atvaizduojama filtrų būseną                                     | Būtina                                                                                                                            |                            |
| 6.       | Monitoriuje atvaizduojamas ŠSD                                              | Būtina                                                                                                                            |                            |
| 7.       | Galimybė įvesti duomenis brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba                 | Būtina                                                                                                                            |                            |
| 8.       | Automatinis matavimas pradedamas vieno mygtuko paspaudimu                   | Būtina                                                                                                                            |                            |
| 9.       | Visos elektrokardiogramos peržiūros prieš spausdinant funkcija              | Būtina                                                                                                                            |                            |
| 10.      | Ritmo analizė ir ataskaitos spausdinimas, jei aptinkamos kritinės aritmijos | Su datos ir laiko indikacija                                                                                                      |                            |
| 11.      | Raumenų sukeltų artefaktų filtras, ne blogiau                               | 20 Hz, 35 Hz                                                                                                                      |                            |
| 12.      | Aparato pasiruošimo darbui trukmė                                           | Išjungtos sistemos užsikrovimas ne ilgiau kaip per 7 sekundes                                                                     |                            |
| 13.      | Galimybė filtrą įjungti ir išjungti                                         | Būtina                                                                                                                            |                            |
| 14.      | Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas                | Diskretizavimo dažnis nemažiau 15 kHz                                                                                             |                            |

| Eil. Nr. | Parametras                                                                                     | Parametro reikšmė                                                                                                                                                                                       | Siūlomo parametro reikšmės |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                          |
| 15.      | Rašymo greitis                                                                                 | 5, 12.5, 25, 50 mm/s                                                                                                                                                                                    |                            |
| 16.      | Jautrumas                                                                                      | 2.5, 5, 10, 20 mm/mV                                                                                                                                                                                    |                            |
| 17.      | Bazinės linijos dreifo filtras                                                                 | Būtinai                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 18.      | 12 kanalų EKG užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu ant A4 formato popieriaus | Būtina                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 19.      | Apsauga nuo defibriliacijos impulso                                                            | Būtina                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 20.      | Diskretizacijos dažnis kanalui                                                                 | Ne mažiau 1000 Hz                                                                                                                                                                                       |                            |
| 21.      | Dažnių diapazonas                                                                              | ne siauresnis 0.05-150 Hz                                                                                                                                                                               |                            |
| 22.      | Iėjimo varža                                                                                   | Ne mažiau 50 MΩ                                                                                                                                                                                         |                            |
| 23.      | Laiko pastovioji                                                                               | Ne mažiau 3,2 s                                                                                                                                                                                         |                            |
| 24.      | Dinaminis diapazonas                                                                           | Ne mažiau +/- 10 mV                                                                                                                                                                                     |                            |
| 25.      | EKG charakteristikų (amplitudžių, intervalų, elektrinių ašių) matavimas                        | Ne mažiau 30 matavimų                                                                                                                                                                                   |                            |
| 26.      | Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas                                           | Ne mažiau (30 iki 300) k/min                                                                                                                                                                            |                            |
| 27.      | Paciento duomenų spausdinimas                                                                  | Būtina                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 28.      | Jungtis išoriniam spausdintuvui                                                                | Būtina                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 29.      | Darbo trukmė iš integruoto akumuliatoriaus                                                     | Ne mažiau 400 automatinių ataskaitų                                                                                                                                                                     |                            |
| 30.      | Suaugusių, vaikų ir naujagimių interpretacijos programa, diagnozės nustatymui                  | Atliekama pagal amžių, lytį ir rasę. STEMI analizė pagal Glasgow ar analogišką algoritmą                                                                                                                |                            |
| 31.      | QT ir QTc analizė                                                                              | QTc apskaičiavimai pasirinktinai pagal Hodges, Bazett, Fridericia ir Framingham formules                                                                                                                |                            |
| 32.      | Vidinė atmintis                                                                                | Ne mažiau 800 elektrokardiogramų. Saugojimo formatai RAW, XML, PDF                                                                                                                                      |                            |
| 33.      | Integruotos jungtys                                                                            | USB, LAN                                                                                                                                                                                                |                            |
| 34.      | Kompiuterinė programinė įranga EKG persiuntimui ir peržiūrai                                   | Būtina                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 35.      | Bevielio ryšio funkcija                                                                        | Galimybė instaliuoti                                                                                                                                                                                    |                            |
| 36.      | Galimybė prijungti barkodų skaitytuvą                                                          | Būtina                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 37.      | Komplektacija                                                                                  | EKG aparatas komplektuojamas paciento kabeliu 1 vnt.; krūtininiais ir galūniniais elektrodais 1 kompl.; transportavimo vežimėliu 1 vnt.; EKG kabelio laikikliu 1 vnt.; pakraunama ličio baterija 1 vnt. |                            |



| Eil. Nr. | Parametras                                                      | Parametro reikšmė                                   | Siūlomo parametro reikšmės                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                   | 4                                                                 |
| 38.      | Pristatant įrangą pateikti naudotojo instrukciją lietuvių kalba | Būtina                                              | Pristatant įrangą pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba |
| 39.      | Garantinis laikotarpis                                          | Ne mažiau 2 metų                                    | Garantinis laikotarpis 2 metai                                    |
| 40.      | Žymėjimas CE ženklu                                             | Pateikti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją | Pateikiamas CE sertifikatas                                       |

## PIRKĖJAS

### VšĮ Trakų ligoninė

Įstaigos kodas 181383493

Mindaugo g. 17, 21114 Trakai

AB DnB (LUMINOR) bankas, b.k. 40100

A/S LT84 4010 0427 0004 0042

Tel. (8~528) 55 814, Faks. (8~528) 55 785

El. paštas [info@trakuligonine.lt](mailto:info@trakuligonine.lt)

## TIEKĖJAS

### UAB „GRAINA“

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys

Įmonės kodas 1477 36647

A.s. LT63 7044 0600 0263 5618

AB SEB bankas, banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT477366410

Tel. (8 45) 57 06 05, Faks. (8 45) 43 35 40

<http://www.graina.lt>, El.p. [info@graina.lt](mailto:info@graina.lt)

Direktorius

Antanas Česnulevičius



Direktorius valdymui

Šarūnas Gildūtis

A.V.

