

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 28

2019 m. spalio 22 d.
Joniškis

VŠĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras, įstaigos kodas 157653395, buveinės adresas Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis, atstovaujama direktorės Linos Martinaitienės (toliau sutartyje - Pirkėjas) ir

UAB „Vitrolab“, juridinio asmens kodas 235279070, kurio registruota buveinė yra Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas, veikiančio pagal įmonės nuostatus (**toliau sutartyje – Pardavėjas**),

toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau - Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti jam nuosavybės teise priklausančias Sutarties priede Nr. 1 ir CVP IS pirkimo Nr. „Medicininė įranga“ tiekėjo pasiūlyme nurodytas prekes (toliau – Prekės) Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas pasiūlyme nurodytą pinigų sumą šios Sutarties numatytais sąlygomis ir tvarka.
- 1.2. Parduodamų Prekių pavadinimai, kiekis, kainos ir techninės charakteristikos nurodytos Sutarties priede Nr. 1.

2. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

- 2.1. Visų parduodamų prekių, nurodytų Sutarties priede Nr. 1, kaina su pridėtinės vertės mokesčiu yra 47.3280 Eur.
- 2.2. Į Prekių kainą įskaitomos pakrovimo, transportavimo išlaidos ir visi mokesčiai.
- 2.3. Prekių kainos negali būti keičiamos visą šios Sutarties galiojimo laiką.
- 2.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
- 2.5. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais per www.esaskaita.eu.
- 2.6. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Pardavėjo nurodytą sąskaitą.

3. PREKIŲ PRISTATYMAS

- 3.1. Prekes Pardavėjas pristato Pirkėjo nurodytu adresu Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.
- 3.2. Tiekėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato įrangą į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Pirkėjui naudoti.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

- 4.1. Pardavėjas garantuoja, kad siūloma įranga atitinkai ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams bei Prekių technines specifikacijas.
- 4.2. Perkančioji organizacija priima ir saugo užsąkytą prekių kiekį. Perkančioji organizacija turi teisę gražinti prekes, jei jos gautos pažeistose pakuotėse, prekė yra sugadinta ar neatitinka užsakyme numatytų pavadinimų. Tiekėjas privalo pakeisti netinkamas prekes kokybiškomis ne vėliau kaip per 14 dienų. Parduodamos prekės privalo būti tinkamai paženklintos ir kokybiškos. Pristatant prekes turi būti pateikimas CE sertifikatas.

5. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- 5.1. Sutarties Šalys privalo vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
- 5.2. Už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

- 5.3. Pirkėjui laiku nesumokėjus PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytų sumų, Pirkėjas moka Pardavėjui 0,2% delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
- 5.4. Vėluojant įvykdyti Pardavėjo įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,2% delspinigius nuo Sutarties kainos per dieną.
- 5.5. Šalys, neįvykdžiusios savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, atleidžiamos nuo atsakomybės, jeigu tai įvyksta dėl *force majeure* aplinkybių, t.y. aplinkybių, kurių negalima numatyti arba išvengti arba kokiomis nors priemonėmis pašalinti. Šalis, susidūrusi su *force majeure* aplinkybėmis, privalo apie tai pranešti kitai Šaliai per 10 darbo dienų. Nustatant *force majeure* aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų ir teisės aktų nuostatomis.
- 5.6. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta, visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. KONFIDENCIALUMAS

- 6.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims konfidencialios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos Sutartį pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 7.2. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, nesikreipiant į teismą, iš anksto ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų informuojant kitą Šalį, kai ta Šalis pažeidžia savo įsipareigojimus ir neištaiso pažeidimo per šį įspėjimo terminą.
- 7.3. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.
- 7.4. Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 8.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
- 8.2. Sutartis vykdoma ir aiškinama remiantis Lietuvos Respublikos teise. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 8.3. Jei kuri nors Sutarties ar bet kurios jos dalies nuostata yra ar tampa negaliojančia ar neįgyvendinama, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinimui.

Sutarties priedai:

1. Prekių pavadinimai, techninės specifikacijos ir kainos.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

PARDAVĖJAS

UAB „Vitrolab“

Įmonės kodas 235279070

PVM kodas LT352790716

Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas

Tel. (8 37) 333 317

Faks. (8 37) 333 329

El. paštas: biuras@vitrolab.lt

PIRKĖJAS

VšĮ Joniškio pirminės sveikatos
priežiūros centras

Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis

Tel. (8426) 61258

Faks. (8426) 61258

El. p. info@joniskiopspc.lt

Įstaigos kodas – 157653395

Direktorius

Vaidas Jankauskis



Direktorė

Lina Martinaitytė



1 PRIEDAS PRIE SUTARTIES NR.

2. Dalis Mes siūlome:

<i>iSED, gamintojas Alcor Scientific, JAV</i>		Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Kaina eurais su PVM
ENG analizatorius su 20000 (4x5000) tyrimų kortele		1	9500,00	9975,00
ENG analizatorius (1 vnt.), kuris atlieka tyrimus iš uždaro kraujo mėgintuvėlio su EDTA. Turi būti naudojamas tas pats, bendro kraujo mėgintuvėlis iš kurio galima atlikti dar ir hematologinį tyrimą.				
Eil. Nr.	Reikalavimai	Parametrų reikšmė	Atitikimas reikalavimams	
1.	Naujas pilnai automatinis analizatorius, pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn. – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)	Būtina	Naujas pilnai automatinis analizatorius, pagamintas 2019 m. – 1 vnt. Analizatorius iSED, gamintojas Alcor Scientific, JAV. Dokumentai: iSED_Naudotojo vadovas_LT 7 psl.	
2.	Analizatorius turi būti automatiškai sukalibruotas (nereikalaujantis papildomo kalibratoriaus), jame turi būti įmontuotas vidinis brūkšnių kodų skaitytuvas, maišyklė, atliekų talpa, spausdintuvas.	Būtina	Analizatorius yra automatiškai sukalibruotas (nereikalaujantis papildomo kalibratoriaus) Yra įmontuotas vidinis brūkšnių kodų skaitytuvas, maišyklė, atliekų talpa, spausdintuvas. Dokumentai: iSED_Naudotojo vadovas_LT 12, 18 22, 46 psl.	
3.	Maksimalus pralaidumas	Ne mažiau kaip 180 testų per valandą.	Maksimalus pralaidumas - ne mažiau kaip 180 testų per valandą. Dokumentai: iSED_Brošiūra_LT 2 psl.	
4.	Tyrimui sunaudojamas mėginio tūris	Ne daugiau kaip 200 µl	Tyrimui sunaudojamas mėginio tūris - 100 µl Dokumentai: iSED_Naudotojo vadovas_LT 46 psl.	
5.	Nuolatinis mėginių įdėjimas	Būtina	Nuolatinis mėginių įdėjimas	

			Dokumentai: iSED_Naudotojo vadovas LT 18 psl.
6.	Matavimo principas	Kiekybinė kapiliarinė fotometrija arba lygiavertė	Matavimo principas - kiekybinė kapiliarinė fotometrija Dokumentai: iSED_Naudotojo vadovas LT 46 psl.
7.	Tiriamas kraujas	Veninis ir kapiliarinis kraujas	Tiriamas kraujas - veninis ir kapiliarinis kraujas Dokumentai: iSED_Naudotojo vadovas LT 21 psl. ir iSED_Brošiūra LT 2 psl.
8.	Automatizuotas ESR analizatorius ir bandymo kortelė skirta 20 000 testų	Būtina	Automatizuotas ESR analizatorius ir bandymo kortelė skirta 20 000 testų Dokumentai: iSED_Naudotojo vadovas LT 12 psl.
9.	Automatinio prasiplovimo funkcija	Būtina	Automatinio prasiplovimo funkcija Dokumentai: iSED_Naudotojo vadovas LT 12 psl.
10.	Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis prietaiso pajungimui į LIS	Būtina	Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis prietaiso pajungimui į LIS Dokumentai: iSED_Naudotojo vadovas LT 46 psl.
11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėnesių	Suteiksime garantinį 12 mėn. laikotarpį.

3. Dalis Mes siūlome:

<i>Swelab alfa plus cap piercer, gamintojas Boule Medical AB, Švedija</i>		Kiekis, vnt.	Kaina eurais be PVM	Suma eurais su PVM
Kraujo analizatoriai (Hematologiniai)		2	3500,00	7350,00
Eil. Nr.	Reikalavimai	Parametrų reikšmė		Atitikimas reikalavimams
1.	Naujas pilnai automatinis analizatorius, pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn. – 2 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)	Būtina		Naujas pilnai automatinis analizatorius, pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn. – 2 vnt. Analizatorius Swelab alfa plus cap piercer,

			gamintojas Boule Medical AB, Švedija
2.	Tiriamų parametų skaičius	ne mažiau 18 ir 3 histogramos (?)	Tiriamų parametų skaičius – 22 parametrai ir 3 histogramos Dokumentai: Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas LT 10, 39 psl.
3.	Analizuojami parametrai:	WBC, LY%, LY, MON% arba MID%, MON≠ arba MID≠, GR%, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT, MPV, PDW. Pateikiamos histogramos: WBC (leukocitai), RBC (eritrocitai), PLT (trombocitai)	Analizuojami parametrai: WBC, LY%, LY, MID%, MID≠, GR%, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT, MPV, PDW. Pateikiamos histogramos: WBC (leukocitai), RBC (eritrocitai), PLT (trombocitai) Dokumentai: Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas LT 10 ir 39 psl.
4.	Mėginio tūris:	Atviras mėgintuvėlis ne daugiau 110 µl Dangtelių praduriklis ne daugiau 250 µl Mikrokapiliariniu režimu ne daugiau 20 µl	Mėginio tūris: Atviras mėgintuvėlis ne daugiau 110 µl Dangtelių praduriklis ne daugiau 250 µl Mikrokapiliariniu režimu ne daugiau 20 µl Dokumentai: Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas LT 10 psl.
5.	Mėginio tipas	kapiliarinis ir veninis kraujas	Mėginio tipas kapiliarinis ir veninis kraujas. Dokumentai: Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas LT 42 psl.
6.	Galimybė nustatyti tiriamą kraujo tipą (vyro, moters, vaiko...), kad rezultatai būtų spausdinami su to tipo normos ribomis.	Būtina	Galimybė nustatyti tiriamą kraujo tipą (vyro, moters, vaiko...) ir rezultatai spausdinami su to tipo normos ribomis. Dokumentai: Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas LT 73 ir 91-92 psl.
7.	Neįprastų parametų reikšmių įspėjamosios žymės	Būtina	Neįprastų parametų reikšmių įspėjamosios žymės Dokumentai:

			Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas LT 39 ir 91 psl.
8.	Automatinis adatos plovimas	Būtina	Automatinis adatos plovimas Dokumentai: Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas LT 6 ir 97 psl.
9.	Analizatoriaus našumas	Ne mažiau kaip 60 tyrimų per val.	Analizatoriaus našumas - ne mažiau kaip 60 tyrimų per val. Dokumentai: Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas LT 11 psl.
10.	Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija	Būtina	Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija Dokumentai: Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas LT 8 psl.
11.	Ekranas	analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus	Analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus ekranas Dokumentai: Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas LT 6 psl.
12.	Vidinė analizatoriaus atmintis	ne mažiau 300 paskutinių skaitmeninių paciento duomenų	Vidinė analizatoriaus atmintis - ne mažiau 300 paskutinių skaitmeninių paciento duomenų Dokumentai: Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas LT 11 psl.
13.	Integruota kokybės kontrolės programa	su galimybe vidiniame analizatoriaus LCD atvaizduoti bei spausdinti kreives visiems parametrams 3 lygiais (aukštas, normalus, žemas)	Integruota kokybės kontrolės programa su galimybe vidiniame analizatoriaus LCD atvaizduoti bei spausdinti kreives visiems parametrams 3 lygiais (aukštas, normalus, žemas) Dokumentai: Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas LT 51 psl.
14.	Klaidų pranešimas rodomas ekrane	Būtina	Klaidų pranešimas rodomas ekrane Dokumentai:

			Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 91 psl.
15.	Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis pajungimui į LIS	Būtina	Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis pajungimui į LIS Dokumentai: Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 7 psl.
16.	Brūkšninio kodo skaitytuvas	brūkšninių kodų skaitytuvas skirtas paciento ID nuskaityti	Brūkšninių kodų skaitytuvas skirtas paciento ID nuskaityti Dokumentai: Swelab alfa Plus_naudotojo vadovas_LT 8 psl.
17.	Spausdintuvas	Komplektacijoje	Komplektuojama su spausdintuvu.
18.	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba	Būtina	Kartu su pasiūlymu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
19.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėnesių	Garantinis laikotarpis 12 mėn.

PARDAVĖJAS**UAB „Vitrolab“**Direktorius
Vaidas Jankauskis

A.V.


PIRKĖJAS**VšĮ Joniškio pirminės sveikatos
priežiūros centras**Direktore
Lina Martinaitienė

A.V.

