

PASIŪLYMAS DĖL SUIRIMO APARATO KIETOMS VAISTO FORMOMS TIRTI

2019 m. _____ mėn. ____ d.

Tiekėjo pavadinimas	UAB „T OPTIMUS“
Tiekėjo adresas	Šv. Gertrūdos 22A-6, LT44260 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Alma Petruškevičienė
Telefono numeris	+37065630779
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@toptimus.lt

Pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojas, modelis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM	PVM	Kaina Eur su PVM
1	Suirimo aparatas kietoms vaisto formoms tirti	MRC LTD, DINT-02, Disintegration Tester	Vnt.	1	4375.00	918.75	5293.75
Viso:							5293.75

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. _____ d.

Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, kvietimo dalyvauti apklausoje ir jos sąlygų keliamų reikalavimų.

Jeigu šis pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigojame laikytis kvietime bei pasiūlyme pateiktų sąlygų bei nesiimti veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymui akceptuoti arba sutarčiai pasirašyti bei jai įsigalioti.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
-	-	-
-	-	-

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atsakingas asmuo _____ direktorė Alma Petruškevičienė _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

SUIRIMO APARATAS KIETOMS VAISTO FORMOMS TIRTI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri techniniai reikalavimai visoms pozicijoms

Eil. Nr.	Reikalavimai	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas)
1.	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“.	
2.	Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos, įranga testuota.	Bus pilnai paruošta darbui
3.	Į įrangos komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą.	Bus pilnai sukomplektuota
4.	Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50-60 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikt Lietuvoje naudojamoms rozetėms.	Įrangos elektros maitinimas bus pritaikytas Lietuvoje naudojamam elektros tinklui ir rozetėms https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/kadaryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.html
5.	Montavimo darbai ir tvirtinimo elementai, reikalingi laidai, jungtys ir priedai įtraukiami į bendrą pasiūlymo kainą.	Taip
6.	Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku.	Sutinkame

Techninės specifikacijos

Suirimo aparatas kietoms vaisto formoms tirti				Kiekis: 1 vnt.	
Gamintojas:				MRC LTD, www.mrclab.com	
Modelis:				DINT-02, Disintegration Tester	
Specifikacija:					
Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalaujama parametro reikšmė	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams. Nuoroda į pridamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) https://manualzz.com/doc/14431242/int-02-d-disintegration-tester-for		
			Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris
1.	Greičio diapazonas	Ne siauresnis nei 5-40 RPM	5-40 RPM	DINT-02_SPEC.pdf	179
2.	Krepšiai	Ne mažiau 2	2	DINT-02_SPEC.pdf	179
3.	Krepšių judėjimo amplitudė	Ne didesnė nei 55 mm	55 mm	DINT-02_SPEC.pdf	179
4.	Motora galingumas	Ne daugiau 8W	8 W	DINT-02_SPEC.pdf	179
5.	Kaitintuvo galingumas	Ne mažiau 600W	600 W	DINT-02_SPEC.pdf	179
6.	Temperatūra	Turi būti galimybė reguliuoti temperatūrą	yra	DINT-02_SPEC.pdf	179
7.	Komplektacija	Turi būti pateikiama su krepšiais, stiklinėmis, termometru	Pateiksime	-	-
8.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn	24 mėn	-	-