

**PASIŪLYMAS Nr. KP3840 DĖL
2 PIRKIMO OBJEKTO DALIES – Skystinės CHROMOTOGRAFIJOS SISTEMA HPLC
SU DVIEM DETEKTORIAIS IR MĖGINIŲ PARUOŠIMO SISTEMA**

2015 m. vasario 23 d.

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Arm Gate"
Tiekėjo adresas	J.Kubiliaus 6-21, LT08234, Vilnius
Asmens, pateikusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Marijus Svetikas, direktorius
Telefono numeris	+37052789573
Fakso numeris	+37052789572
El. pašto adresas	info@armgate.lt

(Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us))

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) (išvardinami subteikėjui (-ams) perduodami įsipareigojimai ir nurodoma jų pinigine išraiška nuo bendros teikiamo pasiūlymo kainos)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS;
- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina Eur be PVM
1.	Skystinės chromatografijos sistema HPLC su dviem detektoriais ir mėginių paruošimo sistema	1 kompl.	106923,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:			106923,00
PVM suma*:			22453,83
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:			129376,83

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, susijusių su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina (Eur be PVM): šimtas šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt trys eurai 0 ct

Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina Eur be PVM, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos Eur be PVM, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil.Nr	Techninis parametras	Reikalavimas techniniam parametrui	Siūlomų prekių techniniai rodikliai (Tiekėjas įrašo siūlomos įrangos pavadinimą/gamintoją ir prie pasiūlymo prideda patvirtinančius atitikimą dokumentus)
1	Sistema	Ypač didelio efektyvumo skysčių chromatografinė sistema su detektoriais.	Ypač didelio efektyvumo skysčių chromatografinė sistema su detektoriais Nexera X2 ("Method Scouting" konfigūracijoje), Shimadzu Corp., Japonija
2	Paskirtis	- skirta ir greitajai ir tradicinei analizei; - privalo nereikalausti jokių pakeitimų atskiruose moduluose ar sujungimuose darbiui abiejuose režimuose; - dedikuota automatinei optimalių metodų paieškai;	- skirta ir greitajai ir tradicinei analizei; - nereikalauja jokių pakeitimų atskiruose moduluose ar sujungimuose darbiui abiejuose režimuose; - dedikuota automatinei optimalių metodų paieškai;
3	Sistemos sudėtis	- Eliuentų tiekimo sistema; - Autoinjektorius; - Kolonėlių termostatas; - Fluorescencinis detektorius; - Diodų matricos detektorius; - Refraktometrinis detektorius; - Chromatografijos darbo stotis su dedikuota programine įranga; - Sistemos priedai;	- Eliuentų tiekimo sistema 2xLC-30AD; - Autoinjektorius SIL-30AC; - Kolonėlių termostatas CTO-20AC; - Fluorescencinis detektorius RF-20AXS; - Diodų matricos detektorius SPD-M30A; - Refraktometrinis detektorius RID-20A; - Chromatografijos darbo stotis su dedikuota programine įranga; - Sistemos priedai;
4	Eliuentų tiekimo sistema	Dviejų atskirų siurblių aukšto gradiento sistema.	Dviejų atskirų siurblių LC-30AD, Shimadzu Corp., Japonija , aukšto gradiento sistema.
5	Eliuento parinkimo vožtuvai	Kiekvienas iš siurblių privalo turėti pilnai į vidų integruotą vožtuvą (iš viso 2 vnt.), kuris leidžia automatiškai pasirinkti vieną iš keturių eliuento kanalų. Vožtuvai taip pat privalo veikti ir kaip žemo slėgio gradiento (Quaternary) moduliai. Valdomi pilnai programiškai.	Kiekvienas iš siurblių turės pilnai į vidų integruotą vožtuvą (iš viso 2 vnt.), kuris leidžia automatiškai pasirinkti vieną iš keturių eliuento kanalų. Vožtuvai taip pat veikia ir kaip žemo slėgio gradiento (Quaternary) moduliai. Valdomi pilnai programiškai.
6	Gradientų tipas	Galimybė dirbti ir Binary (aukšto slėgio) ir Quaternary (žemo slėgio) gradientais.	Yra galimybė dirbti ir Binary (aukšto slėgio) ir Quaternary (žemo slėgio) gradientais.
7	Srauto intervalas	Darbinio srauto intervalas kiekvienam siurbliui ne siauresnis nei nuo 0,0001 ml iki 10,0000 ml, su nustatymo žingsniu ne mažesniu nei 0,0001 ml/min.	Darbinio srauto intervalas kiekvienam siurbliui nuo 0,0001 ml iki 10,0000 ml, su nustatymo žingsniu 0,0001ml/min
8	Siurblių maksimalus darbinis slėgis	Slėgis srautui iki 3 ml/min ne mažesnis nei 1300 bar.	Slėgis srautui iki 3 ml/min ne mažesnis nei 1300 bar.
9	Srauto preciziškumas	Srauto santykinė standartinė paklaida (RSD) ne daugiau nei 0,06%.	Srauto santykinė standartinė paklaida (RSD) < 0,06%.
10	Nudujinimas	Nudujinami visi eliuento kanalai, bei injektoriaus praplovimo tirpalas, jei tai rekomenduojama gamintojo.	Nudujinami visi eliuento kanalai, bei injektoriaus praplovimo tirpalas.
11	Autoinjektorius	Automatinis injektorius, injekcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 µl iki 50 µl. Privalomas automatinis mėginio paruošimas	Automatinis injektorius SIL-30AC, Shimadzu Corp., Japonija , injekcijos tūrio intervalas nuo 0,1 µl iki 50 µl. Yra automatinis mėginio paruošimas
12	Injekcijos preciziškumas	Injekcijos tūrio santykinė standartinė paklaida (RSD) ne didesnė nei 0,25 %.	Injekcijos tūrio santykinė standartinė paklaida (RSD) 0,25 %.
13	Pernaša	Pernaša sekančiai injekcijai ne daugiau nei 0,0015 %	Pernaša sekančiai injekcijai <0,0015 %
14	Automatinis mėginio ruošimas	Privalo būti galimybė automatiškai apdoroti mėginius prieš inekciją. Turi būti - kintamo laipsnio skiedimas; - vidinio standarto pridėjimas; - mėginių derivatizavimas. Valdymas pilnai automatinis iš programinės įrangos.	Yra galimybė automatiškai apdoroti mėginius prieš inekciją. Yra - kintamo laipsnio skiedimas; - vidinio standarto pridėjimas; - mėginių derivatizavimas. Valdymas pilnai automatinis iš programinės įrangos.

15	Injekcijos greitis	Galimybė programuoti injekcijos paruošimą (įskaitant ir automatinį mėginio apdorojimą) sekančiam mėginiui, jau einančios analizės metu – „overlap“.	Yra galimybė programuoti injekcijos paruošimą (įskaitant ir automatinį mėginio apdorojimą) sekančiam mėginiui, jau einančios analizės metu – „overlap“.
16	Bandinių talpa	Privaloma ne mažiau nei 110 pozicijų 2 ml standartiniai buteliukai. Privalo būti galimybė naudoti ir kito formato talpas – 1 ml, 4 ml buteliukai, MTP ir DWP formato plokštelės	Yra ne mažiau nei 110 pozicijų 2 ml standartiniai buteliukai. Yra galimybė naudoti ir kito formato talpas – 1 ml, 4 ml buteliukai, MTP ir DWP formato plokštelės
17	Bandinio temperatūros palaikymas	Privalomas. Bandinio temperatūros palaikymas intervale ne siauresniame nei nuo 4 °C iki 40 °C.	Yra. Bandinio temperatūros palaikymas intervale nuo 4 °C iki 40 °C.
18	Kolonų termostatas	Kaitinimo tipas – priverstinė oro cirkuliacija. Galimybė talpinti ne mažiau nei šešias kolonėles iki 25 cm ilgio. Privalo integruoti ir gradiento maišyklę, kurios tūris ne daugiau nei 180 µl.	CTO-20AC, Shimadzu Corp., Japonija. Kaitinimo tipas – priverstinė oro cirkuliacija. Yra galimybė talpinti ne mažiau nei šešias kolonėles iki 25 cm ilgio. Bus integruota ir gradiento maišyklė, kurios tūris ne daugiau nei 180 µl.
19	Temperatūros intervalas	Termostato palaikomos temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 10°C žemiau aplinkos temperatūros iki 85 °C. Temperatūros stabilumas ne mažesnis nei ± 0,1 °C.	Termostato palaikomos temperatūros intervalas nuo 10°C žemiau aplinkos temperatūros iki 85 °C. Temperatūros stabilumas ± 0,1 °C.
20	Kolonėlių parinkimo vožuvus	Integruota į kolonėlių termostatą vožtuvų sistema leidžianti automatiškai valdyti ne mažiau nei 6 kolonėles. Vožtuvai privalo būti suderinami su slėgiu ne mažesniu nei 1300 bar.	Komplektuojama
21	Diodų matricos detektorius	Ultravioleto ir regimos šviesos sugerties detektorius su foto diodų gardele. 3D spektrinis sugerties registravimas laike, paieška ir sulyginimas su spektrais spektrų bibliotekoje. Fotogardelė iš ne mažiau nei 1024 elementų.	SPD-M30A, Shimadzu Corp., Japonija. Ultravioleto ir regimos šviesos sugerties detektorius su foto diodų gardele. 3D spektrinis sugerties registravimas laike, paieška ir sulyginimas su spektrais spektrų bibliotekoje. Fotogardelė iš 1024 elementų.
22	Registravimo intervalas	Registravimo intervalas ne siauresnis nei nuo 190 nm iki 700 nm. Bangos ilgio nustatymo tikslumas ne blogesnis kaip ± 1nm.	Registravimo intervalas nuo 190 nm iki 700 nm. Bangos ilgio nustatymo tikslumas ± 1nm.
23	Plyšio plotis	Pasirenkamas, mažiausia reikšmė ne daugiau nei 1 nm	Pasirenkamas, mažiausia reikšmė 1 nm
24	Realioji spektrinė skiriamoji geba	Ne blogiau kaip 1,4 nm	Ne blogiau kaip 1,4 nm
25	Detektoriaus jautrumas	Signalų triukšmo lygis ne didesnis nei 0.2x10 ⁻⁵ AU. Signalų stabilumas ne blogesnis nei - poslinkis ne didesnis nei 5x10 ⁻⁴ AU/h.	Signalų triukšmo 0.2x10 ⁻⁵ AU. Signalų stabilumas 5x10 ⁻⁴ AU/h.
26	Kiuvetė	Optinis kelias – ne mažiau nei 10 mm, tūris ne daugiau nei 1 µl. Atspari slėgiui iki ne mažiau nei 1160 psi.	Optinis kelias –10 mm, tūris 1 µl. Atspari slėgiui iki 1160,3 psi (8 Mpa)
27	Duomenų registravimo sparta	Duomenų registravimo sparta ne mažesnė nei 200 matavimo taškų per sekundę.	Duomenų registravimo sparta 200 matavimo taškų per sekundę.
28	Optinės sistemos termostatavimas	Siekiant išvengti aplinkos temperatūros įtakos rezultatams, visa optinė sistema privalo būti termostatuojama.	Siekiant išvengti aplinkos temperatūros įtakos rezultatams, visa optinė sistema yra termostatuojama.
29	Fluorescencinis detektorius 1 vnt.	Fluorescencijos registravimo detektorius, galintis dirbti ne mažiau nei dviem registravimo kanalais.	RF-20AXS, Shimadzu Corp., Japonija. Fluorescencijos registravimo detektorius, galintis dirbti dviem registravimo kanalais.
30	Šviesos šaltinis	Šviesos šaltinis - ksenono lempa. Lempos tarnavimo trukmė ne mažiau nei 2.000 val. Integruota gyvsidabrio lempa automatinei bangos ilgių patikrai ir korekcijai.	Šviesos šaltinis - ksenono lempa. Lempos tarnavimo trukmė ne mažiau nei 2.000 val. Integruota gyvsidabrio lempa automatinei bangos ilgių patikrai ir korekcijai.
31	Bangos ilgių intervalas	Fluorescencijos sužadinimo intervalas ne siauresnis nei nuo 200 nm iki 750 nm. Fluorescencijos registravimo intervalas ne siauresnis nei nuo 200 nm iki 750 nm.	Fluorescencijos sužadinimo intervalas nuo 200 nm iki 750 nm. Fluorescencijos registravimo intervalas nuo 200 nm iki 750 nm.
32	Optiniai parametrai	Bangos ilgio atkartojamumas ne blogesnis nei (ne daugiau nei) ± 0,2 nm. Bangos ilgio tikslumas ne blogesnis nei (ne daugiau nei) ± 2 nm.	Bangos ilgio atkartojamumas ne blogesnis nei (ne daugiau nei) ± 0,2 nm. Bangos ilgio tikslumas ne blogesnis nei (ne daugiau nei) ± 2 nm.
33	Jautris	Fluorescencijos registravimo jautris pagal vandens Raman spektro smailę, signalo ir triukšmo santykis ne mažesnis nei 2000:1.	Fluorescencijos registravimo jautris pagal vandens Raman spektro smailę, signalo ir triukšmo santykis > 2000:1.
34	Duomenų registravimo sparta	Duomenų registravimo sparta ne mažesnė nei 100 matavimo taškų per sekundę.	Duomenų registravimo sparta ne mažesnė nei 100 matavimo taškų per sekundę.
35	Kiuvėčių termostatavimas	Privalomas, automatinis ir programuojamos nustatytos temperatūros kiuvetėje palaikymas intervale ne mažesniame nei nuo 4°C iki 40°C	Privalomas, automatinis ir programuojamos nustatytos temperatūros kiuvetėje palaikymas intervale ne mažesniame nei nuo 4°C iki 40°C
36	Šviesos lūžio	Šviesos lūžio detektorius. RIU intervalas ne siauresnis nei	RID-20A, Shimadzu Corp., Japonija. Šviesos lūžio

	detektorius	1.00 – 1.75	detektorius. RIU intervalas ne siauresnis nei 1.00 – 1.75
37	Triukšmo lygis	Ne didesnis kaip (ne blogiau kaip) $\pm 2.5 \times 10^{-9}$ RIU	$\leq \pm 2.5 \times 10^{-9}$ RIU
38	Dreifas	Ne didesnis (ne blogiau kaip) $\pm 1 \times 10^{-7}$ RIU	$\leq \pm 1 \times 10^{-7}$ RIU
39	Detektoriaus termostatavimas	Turi būti reguliuojamas iki 60 °C	reguliuojamas iki 60 °C
40	Matavimo kiuvetė	Tūris ne didesnis nei 10 µl. Privalomas automatinis nuotėkio iš kiuvetės aptikimas.	9 µl. Yra automatinis nuotėkio iš kiuvetės aptikimas.
41	Paruošimas darbui	Automatinis detektoriaus pilnas paruošimas darbui vieno mygtuko paspaudimu (įtraukiant tokias funkcijas kaip oro pašalinimas, referentinės kiuvetės užpildymas, signalo subalansavimas).	Automatinis detektoriaus pilnas paruošimas darbui vieno mygtuko paspaudimu (įtraukiant tokias funkcijas kaip oro pašalinimas, referentinės kiuvetės užpildymas, signalo subalansavimas).
42	Sistemos saugumo funkcijos	Kiekvienas sistemos modulis turintis sąlyti su eliuентаis privalo turėti integruotus nuotėkio daviklius, su reguliuojamu jautriu. Galimybė nustatyti srauto slėgio viršutinę ir apatines ribas, kurias viršijus stabdomi siurbiai.	Kiekvienas sistemos modulis turintis sąlyti su eliuентаis turi integruotus nuotėkio daviklius, su reguliuojamu jautriu. Yra galimybė nustatyti srauto slėgio viršutinę ir apatines ribas, kurias viršijus stabdomi siurbiai.
43	Sistemos suderinamumas	Visi siūlomi moduliai privalo būti vieno gamintojo, pilnai integruojami ir pilnai valdomi naudojant vieną specializuotą taikomąją programą.	Visi siūlomi moduliai privalo būti vieno gamintojo, pilnai integruojami ir pilnai valdomi naudojant vieną specializuotą taikomąją programą.
44	Chromatografijos darbo stotis su dedikuota programine įranga		Chromatografijos darbo stotis su dedikuota programine įranga
45	Taikomoji programa	Taikomoji programa visų chromatografo funkcijų programinis valdymas, chromatografijos ir masių spektrometrijos duomenų kaupimas, analizė ir raportų generavimas.	Taikomoji programa LabSolutions visų chromatografo funkcijų programinis valdymas, chromatografijos ir masių spektrometrijos duomenų kaupimas, analizė ir raportų generavimas.
46	Optimalaus metodo paieškos (Method Development/Scouting) programinės įrangos priedas	Programinė įranga privalo turėti automatinės optimalaus metodo paieškos (Method Development/ Scouting) funkciją/poskiepį optimizuojantį analizių sekų sudarymą ir įrangos valdymą, bei analizuojantį gautus duomenis optimalaus metodo parinkimui. Privalomos funkcijos: - Valdoma ne mažiau nei 6 kolonėlės ir ne mažiau nei 8 tirpikliai. - Automtinis sekų sudarymas pagal nurodytus optimizavimo kriterijus. - Grafinis interaktyvus visos chromatografinės sistemos su kolonėlėmis ir eliuентаis konfigūracijos modulis. - Pilnai automatinė „purge“ funkcija keičiant eliuentus ar kolonėles, su srauto stabilizavimu. - Automtinis bazinės linijos kokybės įvertinimas keičiant kolonėlę/eliuentus pagal iš anksto nustatytus kriterijus. - Galimybė automatiniam skirstymo kokybės įvertinimui pagal vartotojo parinktus kriterijus. - Specialių ataskaitų ruošimas.	Programinė įranga LabSolutions turi automatinės optimalaus metodo paieškos (Method Development/ Scouting) funkciją/poskiepį Method Scouting Solution optimizuojantį analizių sekų sudarymą ir įrangos valdymą, bei analizuojantį gautus duomenis optimalaus metodo parinkimui. Esamos funkcijos: - Valdoma ne mažiau nei 6 kolonėlės ir ne mažiau nei 8 tirpikliai. - Automtinis sekų sudarymas pagal nurodytus optimizavimo kriterijus. - Grafinis interaktyvus visos chromatografinės sistemos su kolonėlėmis ir eliuентаis konfigūracijos modulis. - Pilnai automatinė „purge“ funkcija keičiant eliuentus ar kolonėles, su srauto stabilizavimu. - Automtinis bazinės linijos kokybės įvertinimas keičiant kolonėlę/eliuentus pagal iš anksto nustatytus kriterijus. - Galimybė automatiniam skirstymo kokybės įvertinimui pagal vartotojo parinktus kriterijus. - Specialių ataskaitų ruošimas.
47	Kompiuterinė darbo stotis	Visi parametrai privalo atitikti įrangos gamintojo rekomendacijas. Privalomos komplektuoti visos jungtys reikalingos prietaiso valdymui. Operacinė sistema pilnai suderinama su prietaiso programine įranga.	Komplektuojama kompiuterinė stotis, kurios visi parametrai atitinka siūlomos įrangos gamintojo rekomendacijas. Komplektuojamos visos jungtys reikalingos prietaiso valdymui. Operacinė sistema pilnai suderinama su prietaiso programine įranga.
48	Monitorius	Ne mažiau nei 24 colių įstrižainė.	Komplektuojama. 24 colių įstrižainė.
49	Sistemos priedai		
50	Chromatografinės kolonėlės	Ne mažiau nei 7 kolonėlių rinkinys pasirinkimui, ilgis ne mažiau nei 100 mm, dalelių dydis ne daugiau nei 3 µm (4 vnt.), ne daugiau nei 5 µm (3 vnt.) Atskira kolonėlė dydžio išskyrimo chromatografijai.	Taip. Komplektuojama
51	Kietafazės ekstrakcijos priedas	Kietafazės ekstrakcijos manifoldas. Ne mažiau nei Kietafazės ekstrakcijos manifoldas. Ne mažiau nei 12 pozicijų. Su atliekų talpa, bei stoveliais skirtingo tūrio mėgintuvėliams. Privalomai komplektuojama su elektriniu vakuumo siurbliuku.	Taip. Komplektuojama
52	Chromatografinių priedų rinkinys sistemos startui	Chromatografiniai 2 ml buteliukai. Rudo stiklo, su PTFE tarpine ir kamščiais. 5000 vnt. Vienkartiniai švirkštiniai filtrai, porų dydis ne didesnis nei 0.22 µm, ne mažiau nei 1000 vnt. Buteliai 1 L eliuentams su spec. chromatografiniais kamščiais.	Taip. Komplektuojama

53	Mobilios fazės filtravimovakuume rinkinys	Talpa ne mažiau nei 1 litras. Darbai su 47 mm diametro membraniniais filtrais. Pilnai sukomplektuota.	Taip. Komplektuojama
54	Garantija ir techninis aptarnavimas	Ne trumpiau nei 12 mėnesių garantija po sistemos įvedimo į eksploataciją. Techninis aptarnavimas organizuojamas ir atliekamas Lietuvoje, per 48 val. Nuo pranešimo gavimo.	12 mėnesių garantija po sistemos įvedimo į eksploataciją. Techninis aptarnavimas organizuojamas ir atliekamas Lietuvoje, per 48 val. nuo pranešimo gavimo.
55	Dėl gamintojo ir įrangos sertifikacinių atitikimų	Gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartus arba lygiavertčius. Gamintojo įranga turi atitikti ES ar tarptautinių standartų reikalavimus, atitinkančius Europos Komisijos elektromagnetinio suderinamumo bei darbo saugos Direktyvas.	Gamintojas Shimadzu Corp., yra sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartus arba lygiavertčius. Gamintojo įranga atitinka ES ar tarptautinių standartų reikalavimus, atitinkančius Europos Komisijos elektromagnetinio suderinamumo bei darbo saugos Direktyvas.
56	Reikalavimai	Prekes pristatyti į nurodytą vietą, sumontuoti, instaliuoti apmokėti specialistus naudoti Prekėmis	Prekes bus pristatytos į nurodytą vietą, sumontuotos, instaliuotos, bus apmokėti specialistus naudoti Prekėmis

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
	Jungtinė Registrų centro pažyma	3
	Tiekėjo deklaracija	1
	Tiekėjo registravimo pažymėjimas	1
	Įmonės įstatai	15
	Gamintojo atstovavimo dokumentai	3
	Techninė informacija apie siūlomas prekes	

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Marijus Svetikas
(Vardas ir pavardė)