

UAB "Linea libera"

(Uždaroji akcinė bendrovė, Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius, tel.: +370 5 2638748, faks.: +370 5 2638749, el. paštas: info@linealibera.lt, juridinio asmens kodas: 122145775, PVM kodas: LT221457716. Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinės įmonės Registrų centras registre)

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras**INVERTUOTO ŠVIESINIO MIKROSKOPO PIRKIMO PASIŪLYMAS**

2019-12-17 Nr. 1-73157648

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Linea libera"
Tiekėjo adresas	Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
Juridinio asmens kodas	122145775
PVM mokėtojo kodas	LT221457716
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Administratorė Agnė Raslanė
Telefono numeris	+370 5 2638748
Fakso numeris	+370 5 2638749
El. pašto adresas	info@linealibera.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pateikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Vykdydami pirkimo sutartį, pasitelksime šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas
1.	
2.	

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai). Jeigu tiekėjas nurodo subteikėjus (subteikėjus), tuomet privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis subteikėjų (subteikėjų) pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subteikėjo / subteikėjo deklaracija ar pan). Jeigu tiekėjas nenurodo subteikėjų (subteikėjų), laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Įgaliojimas Agnei Raslanei (konfidencialus)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios Tiekėjo pasiūlyme nėra.

5. Mes siūlome Prekes, nurodytas Apklausos sąlygose, ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekės atitinka visus Apklausos sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus.

6. Siūlomų Prekių kaina:

Prekių pavadinimas	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis (pildo tiekėjas)	Gamintojas (pildo tiekėjas)	Prekių kaina, Eur be PVM (pildo tiekėjas)	Prekių kaina, Eur su PVM*** (pildo tiekėjas)
Invertuotas šviesinis mikroskopas	EVOS XL Core Imaging System	Thermo Fisher	10900,00	13189,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – trylika tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt devyni Eur (suma žodžiais**). Iš jų PVM*** sudaro – du tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur (2289,00 eur).

Bendra vertinama pasiūlymo kaina be PVM – dešimt tūkstančių devyni šimtai Eur (suma žodžiais**).

PASTABOS:

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos, susijusios su prekėmis. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai, įskaitant PVM. *Prekių kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.*

** Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

*** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas šios skilties ir eilutės nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka apklausos dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

(Pildo tiekėjas)

Rodikliai/ parametrai	Reikalavimai rodikliams / parametrams	Tiekėjo siūloma charakteristika
Komplektacija	Invertuotas mikroskopas sudarytas iš stovo, mechaninio objektinio stalielio, kameros, objektyvų karuselės, integruoto ant stovo monitoriaus, belaidės pelės jo valdymui, mikroskopo gaubto, kondensoriaus skydo.	Invertuotas mikroskopas sudarytas iš stovo, mechaninio objektinio stalielio, kameros, objektyvų karuselės, integruoto ant stovo monitoriaus, belaidės pelės jo valdymui, mikroskopo gaubto, kondensoriaus skydo.
Apšvietimas	Reguliuojamo intensyvumo LED arba analogiškas ne prastesnis. Apšvietimo šaltinio darbinis laikas ne mažiau kaip 50000 valandų. Apšvietimo intensyvumas reguliuojamas ant stovo esančiu reguliatoriumi arba valdymui skirta pele.	Reguliuojamo intensyvumo LED. Apšvietimo šaltinio darbinis laikas 50000 valandų. Apšvietimo intensyvumas reguliuojamas ant stovo esančiu reguliatoriumi ir valdymui skirta pele.
Optinė sistema	Turi būti begalybės-koreguota optinė sistema	Yra begalybės-koreguota optinė sistema
Objektyvai	Turi būti RMS sriegio. Mikroskopo objektyvų komplektą turi sudaryti: 4x fazių kontrasto, plan achromatinis, skaitinė apertūra ne mažesnė nei 0,10,	Yra RMS sriegio. Mikroskopo objektyvų komplektą sudaro: 4x fazių kontrasto, plan achromatinis, skaitinė apertūra 0,13, darbinis atstumas 16,9 mm;

	darbinis atstumas ne mažesnis nei 16,5 mm; 10x fazių kontrasto, plan achromatinis, skaitinė apertūra ne mažesnė nei 0,25, darbinis atstumas ne mažesnis nei 6,9 mm; 20x fazių kontrasto plan achromatinis, skaitinė apertūra ne mažesnė nei 0,4, darbinis atstumas ne mažesnis nei 6,5 mm; 40x fazių kontrasto, plan achromatinis, skaitinė apertūra ne mažesnė nei 0,65, darbinis atstumas ne mažesnis nei 3 mm; 60x plan apochromatinis, skaitinė apertūra ne mažesnė nei 1,4, darbinis atstumas ne mažesnis nei 0,15 mm, su imersija, skirtas darbui su dengiamuoju stikliuku; 100 x super-apochromatinis, skaitinė apertūra ne mažesnė nei 1,4, darbinis atstumas ne mažesnis nei 0,13 mm, su imersija, skirtas darbui su dengiamuoju stikliuku.	10x fazių kontrasto, plan achromatinis, skaitinė apertūra 0,25, darbinis 6,9 mm; 20x fazių kontrasto plan achromatinis, skaitinė apertūra 0,4, darbinis atstumas 6,8 mm; 40x fazių kontrasto, plan achromatinis, skaitinė apertūra 0,65, darbinis atstumas 3,1 mm; 60x plan apochromatinis, skaitinė apertūra 1,42, darbinis atstumas 0,15 mm, su imersija, skirtas darbui su dengiamuoju stikliuku; 100 x super-apochromatinis, skaitinė apertūra 1,4, darbinis atstumas 0,13 mm, su imersija, skirtas darbui su dengiamuoju stikliuku.
Objektyvų karuselė	Ne mažiau kaip 4 objektyvams	4 objektyvams
Kondensorius	Darbinis atstumas ne mažesnis nei 50 mm. Ne mažiau kaip 3 pozicijos, skirtos darbui šviesaus lauko ir fazių kontrasto vaizdinimui.	Darbinis atstumas 60 mm. 3 pozicijos, skirtos darbui šviesaus lauko ir fazių kontrasto vaizdinimui.
Monitorius	Ant mikroskopo rėmo turi būti sumontuotas monitorius reguliuojamu pakreipimu, spalvotas, įstrižainė ne mažesnė kaip 12 colių, rezoliucija ne prastesnė nei 1024x768 pikseliai. Turi būti galimybė monitorių pakreipti ne mažiau nei 90 laipsnių kampą nenumontuojant, tam, kad būtų lengvai perkeliama į ląstelių kultūrų laminarą.	Ant mikroskopo rėmo yra sumontuotas monitorius reguliuojamu pakreipimu, spalvotas, įstrižainė 12,1 colių, rezoliucija 1024x768 pikseliai. Yra galimybė monitorių pakreipti 90 laipsnių kampą nenumontuojant, tam, kad būtų lengvai perkeliama į ląstelių kultūrų laminarą.
Kamera	Turi būti spalvota, ne mažiau kaip 3,1 megapiksiliai.	Spalvota, 3,1 megapiksiliai.
Fokusavimas	Turi būti atliekamas bendraašėmis fokusavimo rankenėlėmis. Grubaus fokusavimo judesio žingsnis ne daugiau kaip 40mm pasukimo metu; tikslaus - ne daugiau kaip 0,2 mm/ pasukimo metu. Fokusavimo tikslumas ne mažesnis kaip 0,002 mm	Yra atliekamas bendraašėmis fokusavimo rankenėlėmis. Grubaus fokusavimo judesio žingsnis 38mm pasukimo metu; tikslaus 0,2 mm/ pasukimo metu. Fokusavimo tikslumas 0,002 mm
Mechaninis objektinis stalielis	Judesio intervalas ne mažiau kaip 120 mm X ašimi ir ne mažiau kaip 70 mm Y ašimi. Turi būti galimybė uždėti bet kokių ląstelių kultūrų indų ar objektinių mikroskopavimui.	Judesio intervalas 120 mm X ašimi ir 78 mm Y ašimi. Yra galimybė uždėti bet kokių ląstelių kultūrų indų ar objektinių stiklėlių laikiklius, stabiliam mėginio mikroskopavimui.

	stiklelių laikiklius, stabiliam mėginio mikroskopavimui.	
Vaizdų kokybė	Ne mažiau kaip 24 bitų, pilno spalvų spektro. Turi būti galimybė užsaugoti vaizdus USB TIFF, JPG, BMP formatais.	24 bitų, pilno spalvų spektro. Yra galimybė užsaugoti vaizdus USB TIFF, JPG, BMP, PNG formatais.
Programinė įranga	Turi būti integruota, skirta fotografuoti ir išsaugoti vaizdus USB laikmenoje. Programinės įrangos paketą turi sudaryti: - Kontrasto ir sodrumo reguliatoriai. - Apšvietimo reguliatorius. - Vaizdų stabilizavimas prieš vaizdo išsaugojimą ir aktyvavimas vieno mygtuko paspaudimu ant mikroskopo stovo ir programa - Vaizdo rezoliucijos reguliatorius. - Spalvos balansas. Turi būti galimybė pasirinkti tarp „šiltų“ ir „šaltų“ atspalvių - Galimybė pasirinkti nuotraukos formatą iš nemažiau kaip trijų formatų JPEG, BMP ir TIFF. - Greito vaizdų užsaugojimo galimybė vieno mygtuko paspaudimu ant mikroskopo stovo ir programoje Turi būti galimybė parašyti dokumentuojamo vaizdo pavadinimą	Yra integruota, skirta fotografuoti ir išsaugoti vaizdus USB laikmenoje. Programinės įrangos paketą sudaro: - Kontrasto ir sodrumo reguliatoriai. - Apšvietimo reguliatorius. - Vaizdų stabilizavimas prieš vaizdo išsaugojimą ir aktyvavimas vieno mygtuko paspaudimu ant mikroskopo stovo ir programa - Vaizdo rezoliucijos reguliatorius. - Spalvos balansas. Yra galimybė pasirinkti tarp „šiltų“ ir „šaltų“ atspalvių - Galimybė pasirinkti nuotraukos formatą iš keturių formatų JPEG, BMP ir TIFF, PNG. - Greito vaizdų užsaugojimo galimybė vieno mygtuko paspaudimu ant mikroskopo stovo ir programoje Yra galimybė parašyti dokumentuojamo vaizdo pavadinimą
Sertifikavimas	Prietaisas (prekė) turi turėti CE sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą. Kartu su pristatoma preke pateikti CE sertifikato arba lygiavertio dokumento kopiją.	Prietaisas (prekė) turi CE sertifikatą. Kartu su pristatoma preke pateikiamas CE sertifikato kopija.
Montavimas-Instaliavimas ir apmokymas	Prietaisui turi būti atliktas instaliavimas ir veikimo patikra. Apmokymas. Turi būti įskaičiuoti į kainą	Prietaisui bus atliktas instaliavimas ir veikimo patikra. Apmokymas. Yra įskaičiuoti į kainą
Garantija	Garantijos laikotarpis ne mažiau 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo datos). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.	Garantijos laikotarpis 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo datos). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

1	Įgaliojimas Agnei Raslanei (konfidencialus)	1
2	Techninė dokumentacija	73

8. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Administratorė	(pasirašyta saugiu elektroniniu parašu)	Agnė Raslanė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)